表面

リセナ立ち上げ

温まるまでに30分かかるため、8:30までに実施する。

1 コンセントを差し込み、電源ONボタンを押す。

2 温度設定を55℃にする。



※ 立ち上げた際に「水位表示」ランプが低になっていたら、裏面の給水作業を実施する。

裏面

給水作業

ベッド近くのペットボトルから水を足す。専用水または水道水のみ使用可能。

1 ロゴ中央のPUSHボタンを押し、フタを開ける。



2 ペットボトルから給水する。



※ 灰色カバーの網目から溢れない程度まで給水する。

※ 溢れた際は水色のスポイトで水を戻す。故障の恐れがあるので、溢れたまま運転しないこと。