

Vuggeudsvingssensor modultest

alle værdier er angivet i grader

elektronisk vaterpas	vuggeudsvingssensor	fejl	offsetkompenseret	fejl
-24,70	-24,70	0,00	-24,87	-0,17
-20,00	-20,94	-0,94	-21,11	-1,11
-15,00	-16,41	-1,41	-16,57	-1,57
-10,00	-11,47	-1,47	-11,63	-1,63
-5,00	-6,07	-1,07	-6,23	-1,23
0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
5,00	6,43	1,43	6,27	1,27
10,00	11,79	1,79	11,62	1,62
15,00	16,54	1,54	16,37	1,37
20,00	20,88	0,88	20,71	0,71
24,50	24,57	0,07	24,40	-0,10