DOCUMENTO DIMOSTRATIVO SINTETICO – DATI FITTIZI – NESSUN PAZIENTE, PERSONA, STRUTTURA O PRODOTTO REALE

Ospedale Dimostrativo del Lago (fittizio) – Unità Operativa di Ortopedia
12 novembre 2026

Spett.le Fictivia Medical Ltd. (fittizio), Ufficio Vigilanza

Oggetto: Rumorosità della protesi d'anca – paziente P-IT-8804

Gentili Signori,

segnaliamo che il paziente con codice P-IT-8804 (58 anni), sottoposto il 15/09/2025 a impianto di protesi totale d'anca con inserto in ceramica Fictivia OA-K36 (lotto OA-K36-2508-A), riferisce da ottobre 2026 un cigolio udibile durante la salita delle scale.

Il paziente non riferisce dolore né limitazioni funzionali. L'esame radiografico del 10/11/2026 è nella norma, con componenti ben posizionate. Non è stato necessario alcun trattamento. Il paziente è stato informato e verrà ricontrollato in ambulatorio tra sei mesi.

Cordiali saluti,
Il medico responsabile dell'ambulatorio di ortopedia (ruolo fittizio, nessun nome utilizzato nella demo)