SYNTHETISCHES DEMO-DOKUMENT – FIKTIVE DATEN – KEINE ECHTEN PATIENTEN, PERSONEN, EINRICHTUNGEN ODER PRODUKTE

Übungsklinikum West (fiktiv) – Klinik für Orthopädie
Musterstadt (Deutschland), 17.11.2026

An: Fictivia Medical Ltd. (fiktiv), Abteilung Vigilanz

Betreff: Radiologischer Befund bei Routinekontrolle – Patient P-DE-9057

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Routinekontrolle neun Monate nach Hüftendoprothese (Patient mit Pseudonym P-DE-9057, 72 Jahre) zeigte sich radiologisch ein schmaler Saum an der Pfannenschale in Zone II ohne Migration. Der Patient ist beschwerdefrei und voll belastbar. Eine Kontrolle in drei Monaten ist geplant.

Laut Operationsbericht wurde eine Pfannenschale Fictivia OA-C54 implantiert, LOT OA-C54-2601-B, UDI-DI (01)00499002100052.

Wir bitten um Prüfung, ob zu dieser Charge weitere Informationen vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen
Oberärztin/Oberarzt der Klinik für Orthopädie (fiktive Rolle, kein Name im Demo)