SYNTHETISCHES DEMO-DOKUMENT – FIKTIVE DATEN – KEINE ECHTEN PATIENTEN, PERSONEN, EINRICHTUNGEN ODER PRODUKTE

Orthopädische Praxis am Markt (fiktiv)
Musterstadt (Deutschland), 21.11.2026
Unser Zeichen: OPM-0917

An: Fictivia Medical Ltd. (fiktiv), Abteilung Vigilanz

Betreff: Nachtrag zu unserem Schreiben vom 16.11.2026 – Beschwerden nach Hüftendoprothese

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Nachtrag zu unserem Schreiben vom 16.11.2026 (Unser Zeichen OPM-0917) übermitteln wir die inzwischen vorliegenden Angaben. Die Patientin (Pseudonym P-DE-5120, 69 Jahre) erhielt am 11.03.2025 im Übungsklinikum West (fiktiv) eine Hüftendoprothese rechts mit einer Pfannenschale Fictivia OA-C52 (LOT OA-C52-2502-A).

Am 19.11.2026 wurde die Patientin nach einer Luxation notfallmäßig stationär aufgenommen. Die Bildgebung zeigte eine Lockerung mit Migration der Pfannenschale. Am 20.11.2026 erfolgte eine Revisionsoperation mit Wechsel der Pfanne. Intraoperativ war die Pfannenschale gelockert; Hinweise auf eine Infektion fanden sich nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Praxisteam der Orthopädischen Praxis am Markt (fiktive Rolle, kein Name im Demo)