

**ADMINISTRATIVE INFORMATION****FMI No: 22906****FMI Title: LightSpeed RT Technical Reference Manual Replacement**

FMI TYPE	CHARGE CODES	IMPLEMENTATION DATES
☒ Mandatory Safety	GEMS - AM:	Issue Date:
☐ Mandatory	GEMS - E:	
☐ Mandatory on Request	GEMS - A:	Close Date:

- ☐ **Staged FMI** **Customer List** provided by FMI Administration. If you identify additional units within effectivity range, but they are not shown on the customer list, contact FMI Administration in your Pole.
- ☐ **Parts** and any special tools are furnished automatically. To address shortages and ordering exceptions, contact FMI Administration in your Pole.
- ☐ **Parts Ordering:** GEMS - Americas, Contact your Region logistics coordinator
GEMS - Europe, Order FMI kits from GPO/EPL Buc
GEMS - Asia, Contact your region logistics coordinator
- ☐ **No Parts** are required to complete this FMI.
- ☒ **Batch with** 25365
- To minimize costs, combine implementation of this FMI with the FMI's listed for all customers where the effectivity is the same (Please see your customer lists).
- ☐ **Non-Staged** **No Customer List is provided.** Each service location must identify affected units, and place part orders as indicated in the Special Instructions.

Technical Support

GEMS - Americas	GEMS - Europe	GEMS - Asia
GE Medical Systems Insite Center (414) 524-5300 800-321-7973 Milwaukee, WI 53201, USA	GEMS - E / ESC BP34 F 78533 BUC CEDEX, FRANCE Tel: (33 1) 39 20 00 07 or ESC Fax: (33 1) 30 70 99 70	Asia Support Center Phone: 81-426-56-0033 Fax: 81-426-48-2905

Special Instructions:**Unit Tracked:****FMI Instructions Part No.: 5171901****Do NOT leave unsecured on site**

FMI Completion Certification Report

Mail To

GEMS - Americas	GEMS - Europe	
G.E. Medical Systems Attn: FMI Admin. W-523 P.O. Box 414 Milwaukee, WI 53201	GEMS - Europe FMI Admin. 322 BP34 F78533 Buc Cedex, France	Send to your Country FMI or Service Administrator

FMI No.: 22906

FMI Title: LightSpeed RT Technical Reference Manual Replacement

Customer Full Name:

Number and Street Address:

City and Country:

Country Code

Site Number

System I.D.

Unit Tracked:

Model Number	Serial Number	Compl. Date DD/MM/YY	FMI Comp. Code	Service Hours	
				Labor	Travel

FMI Completion Code

1. Modification Complete or previously modified.
2. FMI not required per FMI instruction.
3. Not modified. Unit in storage. FMI kit returned to stock.
4. Modification refused or equipment altered. Customer signature and title required.
5. Unit location unknown or unit not in area. Product Locator notified.

Customer Refusal or Equipment Altered - Modification Pending.

Installer

Comments

Effectivity

The following CT Equipment is affected:

Subsystem	Part Number	Serial Number	Number
MDAS Gantry	2374681-2	26085CN8, 26086CN6, 30015CN9, 30304CN7, 30667CN7, 30676CN8, 31235CN2, 31236CN0, 330015CN, 331237CN8, 331238CN6, 332070CN2, 332071CN0, 332072CN8, 332073CN6, 332074CN4, 333039CN6, 333420CN8, 333630CN2, 337277CN8, 337278CN6, 337579CN7, 337580CN5, 337581CN3, 337582CN1, 339110CN9, 340082CN7, 340083CN5, 340084CN3, 340085CN0, 340317CN7, 340621CN2, 340622CN0, 340804CN4, 341240CN0, 341412CN5, 341514CN8, 343929CN6, 343930CN4, 343931CN2, 343932CN0, 343933CN8, 344536CN8, 344655CN6, 344722CN4, 345345CN3, 345474CN1, 345475CN8, 346879CN0, 347223CN0, 352062CN4, 352575CN5, 352577CN1, 353176CN1, 353361CN9, 353489CN8, 353578CN8, 354792CN4, 354793CN2, 354946CN6, 354970CN6, 355095CN1, 356343CN4, 356999CN3, 357078CN5, 357153CN6, 357542CN0, 358701CN1, 358702CN9, 358946CN2, 359071CN8, 359091CN6, 359092CN4, 359168CN2, 359169CN0, 359425CN6, 359426CN4, 359427CN2, 359494CN2, 359775CN4, 360059CN0, 360160CN6, 360960CN9, 360963CN3, 361015CN1, 361074CN8, 361716CN4, 361751CN1, 361752CN9, 361753CN7, 361754CN5, 361755CN2, 361841CN0, 362411CN1, 362676CN9, 363285CN8, 363289CN0, 363701CN4, 364573CN6, 364690CN8, 364925CN8, 364958CN9, 365432CN4, 365476CN1, 365734CN3, 366342CN4, 366452CN1, 369245CN6, 369978CN2, 370084CN6, 370310CN5, 370316CN2, 370774CN2, 371086CN0, 371241CN1	115
GDAS Gantry	2374681-4	364959CN7, 365112CN2, 365114CN8, 365428CN2, 371229CN6, 372641CN1, 372892CN0, 372931CN6, 372940CN7, 373663CN4, 373708CN7, 373860CN6, 374170CN9, 374175CN8, 374176CN6, 374180CN8, 374344CN0, 374351CN5, 374530CN4, 374533CN8, 374588CN2, 375080CN9, 375180CN7, 375181CN5, 375450CN4, 375452CN0, 375635CN0, 376300CN0, 376381CN0, 376470CN1, 376597CN1, 376856CN1, 376895CN9, 377169CN8, 377314CN0, 377498CN1, 377713CN3, 377744CN8, 378588CN8, 378589CN6, 379717CN2, 380392CN1, 380640CN3, 380858CN1, 380862CN3, 380867CN2, 380963CN9, 381204CN7, 381261CN7, 381618CN8, 381701CN2, 381972CN9, 382271CN5, 382281CN4, 382832CN4, 383033CN8, 383101CN3, 383130CN2, 383145CN0, 383773CN9, 383800CN0, 383801CN8, 383959CN4, 384256CN4, 385054CN2, 385121CN9, 385122CN7, 385204CN3, 385404CN9, 385548CN3, 385553CN3, 385852CN9, 385853CN7, 386228CN1, 386251CN3, 386312CN3, 386354CN5, 386476CN6, 386927CN8, 387013CN6, 387334CN6, 387504CN4, 387564CN8, 387583CN8, 387637CN2, 387660CN4, 387824CN6, 388698CN3, 388699CN1	89

Purpose

For the Lightspeed RT4 systems which are in the above effectivity list, the values of CTDI & Noise in original Technical Reference Manual (P/N: 2398099-100, Rev 3 or before) are not consistent with the actual measured values of the system. The purpose of this FMI is providing a new modified TRM to replace the original one. This FMI22906 can be deployed together with FMI25365, which is PF1.5 FMI released by Milwaukee.

Prerequisite FMIs

None

Related FMIs

FMI Number	Title
FMI 25365	M4 SW and SmarTube Phase 2

Furnished Materials

FMI kit (5172075) consists of the following:

Qty	Description	Part #
1	FMI22906 Instruction	5171901
1	Operator Manual	2398099-100
1	TRM Multi-language Operator Manual CD-ROM for RT4	2398099-247

Tool Required

None

Personnel Requirements

One field engineering, 6 minutes labor plus travel. Or send the Manual to sites by Register Mails.

Procedure

Method 1: Recommended: Send the manual to each hospital by Register Mail. And call the hospital to replace the original Technical Reference Manual(P/N: 2398099-100, Rev 3 or before) with the new Technical Reference Manual (P/N: 2398099-100, Rev 4 and CD-ROM). The original TRM manual abandoned

Method 2: FE replace the original Technical Reference Manual (P/N: 2398099-100, Rev 3 or before) with the new Technical Reference Manual (P/N: 2398099-100, Rev 4 and CD-ROM) which was shipped inside of the FMI kit. Please take back the original paper TRM manual and abandon it.

The two methods of above need FMI ADM open a dispatch. And close the FMI in GIB .



April 25, 2006

RE: Modification to Technical Reference Manual

Dear Valued Customer:

We would like to notify you that the reported values of CTDI & Noise in the Technical Reference Manual* (TRM) that was issued with your LightSpeed RT CT scanner may be inconsistent with measured values. We have enclosed a modified TRM to replace the original. Please discard the original TRM.

Thank you again for choosing GE Healthcare products to meet your clinical needs. We hope that this information is helpful to you.

Sincerely,

A handwritten signature in cursive script that reads "Kelly L. Piacsek".

Kelly L. Piacsek, Ph.D.
GE Healthcare
Molecular Imaging and Computed Tomography
Global Product Manager, Radiation Oncology

GE Healthcare
Imagerie moléculaire et Scanographie

25 avril 2006

RE : Modification apportée au Manuel de référence technique

Cher client,

Nous souhaitons vous informer que les valeurs de CTDI et de bruit indiquées dans le Manuel de référence technique fourni avec votre scanner CT LightSpeed RT sont susceptibles de ne pas correspondre aux valeurs mesurées. Vous trouverez ci-joint un nouveau Manuel de référence technique qui remplace le manuel d'origine. Veuillez jeter le manuel d'origine.

Merci encore d'avoir choisi les produits GE Healthcare pour répondre à vos besoins cliniques. Nous espérons que ces informations vous auront été utiles.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées



Kelly L. Piacsek, Ph.D.
GE Healthcare
Imagerie moléculaire et Scanographie
Global Product Manager, Radiation Oncology

GE Healthcare
Adquisición de imágenes moleculares y tomografía
computadorizada

25 de abril de 2006

Asunto: Modificación del manual técnico de referencia

Estimado cliente:

Deseamos informarle de que los valores de CTDI y Ruido indicados en el Manual Técnico de Referencia* incluido con su escáner LightSpeed RT CT pueden no corresponderse con los valores medidos. Adjuntamos un manual técnico de referencia modificado para sustituir al original. Deshágase del manual original.

Gracias de nuevo por elegir productos de GE Healthcare para satisfacer sus necesidades clínicas. Esperamos que esta información le sea útil.

Atentamente,



Kelly L. Piacsek, Doctorado
GE Healthcare
Adquisición de imágenes moleculares y tomografía computadorizada
Director de productos global, Radiación / Oncología

GE Healthcare
Molekulare Bildgebung und Computer-Tomographie

25.April 2006

Betr.: Nachtrag zum Technischen Referenzhandbuch

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die im Technischen Referenzhandbuch (TRM) Ihres LightSpeed RT CT-Scanners angegebenen CTDI- und Rauschwerte möglicherweise nicht mit den tatsächlich gemessenen Werten übereinstimmen. Wir liefern Ihnen ein aktualisiertes Technisches Referenzhandbuch, das das ursprünglich gelieferte ersetzt. Bitte beseitigen Sie das ursprünglich gelieferte Technische Referenzhandbuch.

Wir danken Ihnen noch einmal, dass Sie sich zur Erfüllung Ihres klinischen Bedarfs für Produkte von GE Healthcare entschieden haben. Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen von Nutzen sind.

Mit freundlichen Grüßen



Kelly L. Piacsek, Ph.D.
GE Healthcare
Molekulare Bildgebung und Computer-Tomographie
Global Product Manager, Radiation Oncology

GE Healthcare
Imaging molecolare e tomografia computerizzata

Aprile 25, 2006

RE: modifica al Manuale di riferimento tecnico

Egregio cliente:

Desideriamo segnalarLe che i valori relativi a CTDI e Rumore riportati nel Manuale tecnico di riferimento * (TRM) emesso con lo scanner LightSpeed RT CT potrebbero risultare inconsistenti rispetto ai valori misurati. In allegato potrà trovare un Manuale TRM modificato da utilizzare in sostituzione dell'originale. La preghiamo quindi di non considerare il Manuale TRM originale.

Grazie ancora per aver scelto i prodotti GE Healthcare per le Sue esigenze mediche. Speriamo vivamente che le informazioni a Lei inviate siano di ausilio.

Cordialmente,



Kelly L. Piacsek, Ph.D.
GE Healthcare
Imaging molecolare e tomografia computerizzata
Manager Prodotti Globali, Radiation Oncology (Oncologia)

GE Healthcare
Imageamento Molecular e Tomografia
Computadorizada

25 de abril de 2006

Ref.: Modificação do Manual de Referência Técnica

Prezado(a) Cliente:

Gostaríamos de comunicar-lhe que os valores de CTDI e Ruído indicados no Manual de Referência Técnica* (TRM) fornecido com seu scanner LightSpeed RT CT podem apresentar inconsistências em relação aos valores medidos. Anexamos a este comunicado um TRM modificado que substitui o original. Queira desconsiderar o TRM original.

Mais uma vez, muito obrigado por ter optado pelos produtos da GE Healthcare para satisfazer suas exigências clínicas. Esperamos que estas informações lhe sejam úteis.

Atenciosamente,



Kelly L. Piacsek, Ph.D.
GE Healthcare
Imageamento Molecular e Tomografia Computadorizada
Responsável de Produtos Globais, Radioterapia em Oncologia

GE Healthcare

Molecular Imaging and Computed Tomography
分子イメージングとコンピュータ断層撮影

2006年4月25日

件名：技術リファレンス マニュアルの変更について

お客様各位

GE Healthcareの製品をご利用いただきましたありがとうございます。お客様にご利用いただいておりますLightSpeed RT CT スキャナーに付属のTechnical Reference Manual* (TRM) において、「CTDIとノイズ」に記載されている数値と測定値の矛盾が確認されましたので、ここにご連絡申し上げます。訂正TRMを同封いたしますので、以前のTRMは廃棄して下さい。

今後ともGE Healthcareの製品をご利用くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具



Kelly L. Piacsek,
Ph.D. GE
Healthcare
Molecular Imaging and Computed Tomography
Global Product Manager, Radiation Oncology

*2398099-140、改訂版3 または
それ以前の版

GE Healthcare
Molecular Imaging and Computed Tomography

日期：2006年4月25日

关于：《技术参考手册》修改

尊贵的用户：

我们在此通知您：在LightSpeed RT CT扫描仪的随机文件《技术参考手册》（TRM）中给出的CTDI和噪声值可能与实际测量值不符。我们已经附上了一个经修改的《技术参考手册》（TRM）以替代原来的手册。原来的《技术参考手册》不予参考，请弃用。

再次感谢您选择GE Healthcare 产品来满足您的临床需求。我们希望此间信息能对您有所帮助。

此致

敬礼



Kelly L. Piacsek,
Ph.D. GE
Healthcare
Molecular Imaging and Computed Tomography
Global Product Manager, Radiation Oncology