ANÁLISIS DE ALIMENTOS

Determinadores de fibra cruda

Aparato de reflujo de condensado rápido, seguro y exacto para determinar el contenido de fibra cruda. La muestra se somete a una digestión simulada: se calienta en ácido, se lava y se calienta en álcali para aislar la celulosa y los residuos de fibra cruda. Procedimiento listado por la AOAC.

Características

- 6 calentadores con control de temperatura individual tipo infinito
- Condensadores de acero inoxidable
- Vasos de precipitado de forma alta de 600 mL
- Requiere agua de enfriamiento y drenaje
- Alimentación 127 V, 60 Hz

Especificaciones

Modelo	Plazas	Consumo máximo
EFC-6000	6	2100 W

Aplicaciones

- Fibra cruda en forrajes y alimentos
- Laboratorios de gobierno e industria
- Docencia en bromatología

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Solicite la versión vigente con su cotización.