

**МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ**  
**Державне підприємство «Волинський науково-виробничий центр**  
**стандартизації, метрології та сертифікації»**  
**(ДП “Волиньстандартметрологія”)**  
43025, м. Луцьк, Світла вул., 4  
Свідоцтво про уповноваження № ПК 004-2014 від 12 червня 2014 року

**ДОВІДКА**  
**про непридатність**  
**законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки**

№ 1-1015705121816-Д

10 грудня 2018р.

Назва та умовне позначення: Лічильник води крильчастий  
KB-1,5 DN 15

Зав. № 005442

Виробник: ПАТ "Електротермометрія", м. Луцьк.

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) не відповідає вимогам ДСТУ 3580.

Підстави для визнання ЗВТ непридатним:

Відносна похибка лічильника води перевищує границі нормованих значень та складає:  $\delta Q_n$  = мінус 20,9%;  $\delta Q_t$  = мінус 31,8%;  $\delta Q_{min}$  = мінус 85,0%.

Персонал, який виконував  
роботи з повірки \_\_\_\_\_

Гринюк В.М.

Місце відбитка  
півірного тавра