CliniPharma s.r.o

Extension line

CLINIX LINE 450

PRO-LONG TUBE

REF

CPHF4008-450

CPHF4008-450DF

Drawing



Material

01 Protective cap	PE, translucency	04 Female LL connector	PC transparent
02 Male LL connector	ABS, transparent	05 Protective cap	PP transparent/translucency
03 Tubing	PVC / DEHP FREE material		
	O.D.: 3,0mm I.D.: 1,8mm		

Layout/Inner box



Inner box size: 270x200x180 mm
Inner box qty: 480pcs

Layout/Soft blister

CliniX *LINE*

VERLÄNGERUNG / EXTENSION LINE
TUBO DI ESTENSIONE / PRZEDŁUŻACZ
PRODLUŽOVACÍ HADIČKA
PREDLŽOVACIA HADIČKA

1.8 x 450 mm

Gebrauchsanleitung: 1) entfernen Sie die Schutzkappen; 2) Konnektieren Sie das Verlängerung-Set am IV-Set mit dem spezifischen Verbundstück und öffnen sie diese um den Fluss zu ermöglich 3) öffnen Sie dann den Flow-Regler; damit Flüssigkeit fließen kann und entfernen Sie eventuell vorhandene Luftblasen.
Vorsicht: Nicht in hoher Luftfeuchtigkeit, in direktem Sonnenlicht oder in extremen Temperaturen lagern. Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung. Nur für die Anwendung durch geschultes Personal. Verwenden Sie das Set sofort nach Öffnen und Entfernen der Verpackung. Nicht wiederverwenden. Wenn wiederverwendet, kann der Patient zu Kreuzinfektionen Risiken ausgesetzt sein. Pyrogenfreiheit geprüft.

Use instruction: 1) remove the protective caps; 2) Connect the extension to I.V. administration set through the specific connector, and if there is a stopcock, open or close the tap to accept the flow; 3) let the solution flow and remove eventual air bubbles
Caution: Do not store in high humidity, direct sunlight or extreme temperatures. To be used by skilled personnel only. Do not used if packaging is damaged. Use the set immediately after removing the protective system. Pyrogen free if package is undamaged. Do not use reuse. If reused, the patient may be exposed to cross-infections risks.

Istruzioni d'uso 1) rimuovere i cappucci di protezione; 2) collegare il set di estensione al set di somministrazione attraverso gli appositi raccordi e, se presente il rubinetto, aprire o chiudere le relative vie d'accesso; 3) fare defluire la soluzione ed eliminare eventuali bolle d'aria.
Avvertenze: Teme l'umidità. Non esporre a luce solare diretta. Non stoccare vicino a fonti di calore dirette. L'uso è limitato a personale specializzato. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o manomessa. Usare immediatamente dopo la rimozione dei sistemi di protezione. Smaltire dopo l'uso. Apirogeno se l'imballo è intatto. Non riutilizzare. In caso di riutilizzo il paziente potrebbe essere esposto al rischio di infezioni incrociate. Apirogeno.

Návod na použití: 1) Odstraňte ochranné kryty; 2) Připojte prodlužovací hadičku k infuznímu setu přes konektor a když je tam kohout, otevřete ho pro zabezpečení průtoku; 3) Nechte roztok téct a odstraňte případné vzduchové bubliny.
Upozornění: Neskladujte ve vysoké vlhkosti, na přímém slunci ani při extrémních teplotách. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Pro použití pouze vyškoleným personálem. Používejte soupravu ihned po otevření a vyjmutí z obalu. Nepoužívejte znovu. Při opakovaném použití může byt pacient vystaven riziku křížové infekce. Testováno na přítomnost pyrogenů.

Návod na použitie: 1) Odstráňte ochranné kryty; 2) Pripojte predĺžovaciu hadičku k infúznemu setu cez konektor a ak je tam viaccestný kohút, otvorte ho na zabezpečenie prietoku; 3) Nechajte roztok pretekať a odstráňte prípadné vzduchové bubliny.
Upozornenie: Neskladujte vo vysokej vlhkosti, na priamom slnečnom svetle ani pri extrémnych teplotách. Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Používať iba vyškoleným personálom. Používajte súpravu ihned po otvorení a vybratí balenia. Nepoužívajte opakovane. Pri opakovanom použití môže byť pacient vystavený riziku krížovej infekcie. Testované na prítomnosť pyrogénov.

Instrukcja użycia: 1) Zdjąć osłony ochronne. 2) Podłączyć rurkę przedłużającą do zestawu infuzyjnego przez złącze i jeśli jest kurek wielodrożny, otworzyć go, aby zapewnić przepływ. 3) Pozwolić na przepływ roztworu i usunąć wszystkie pęcherzyki powietrza.
Uwaga: Nie przechowywać w miejscach o wysokiej wilgotności, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w skrajnych temperaturach. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Może być używane tylko przez przeszkolony personel. Zestaw należy użyć natychmiast po otwarciu i usunięciu opakowania. Nie używać ponownie. Wielokrotne stosowanie może narazić pacjenta na ryzyko zakażenia krzyżowego. Testowane na obecność pirogenów.

LUER-LOCK ◀◀◀ 450 mm ▶▶▶ LUER-LOCK

Druck pressure pressione tlak | STERILE EO | CE 0425

REF CPHF4008-450DF | LOT 20210625 | 2021-06 | 2026-05

rev0/09-21

CliniPharma s.r.o
CLINIPHARMA s.r.o., Viklefova 1795/10, 130 00 Prague, Czech republic
PRO-ACTIVE S.r.l., Viale del Commercio 12, Rovigo 45100, Italy

Blister size:
150x100 mm

Printing size:
119x48 mm

Printing color:
PANTONE BLACK

Print without frame

Layout/Sticker on carton

Printing size:
180x140 mm

Printing color:
PANTONE BLACK

2 stickers glued on shipping carton

Packaging

corrugated cardboard, without iron pins, no plastic strips

Size: 420x290x380 mm
Ctn: 480 pcs
Weight ctn: 4,2 kg
Volume: 0,046284 cbm
Palette: 17.760 pcs (cca 37 ctn)

Sterilization

EO sterilization

Guaranty

5 years

PRODUCTION LIST

CPH-PrL-CX1 rev.0/12-2021