

Número:
FRE - 987

CALIBRAÇÃO COMPRESSÃO LEITOR DIGITAL



Identificação:

FASTEL ENGENHARIA

Equipamento:

Prensa de Concreto 90 Ton.

Validade:

11/07/2026

Carga Digital:

90Toneladas

Transdutor de pressão:

Marca: Xidibei

Propriedade:

FASTEL ENGENHARIA

Escala:

0 a 90.000 Kgf

Temperatura Ambiente Durante a Aferição (T):

Calibrado por:

BRASIL SOLOS LTDA

CARGA Real (Kgf)	CARGA INDICADA (Kgf)				Desvio Padrão	Erro de Exatidão (%)	Erro de Repetitividade (%)
	Leituras						
	1º Leitura	2º Leitura	3º Leitura	Média			
10.000	9.950	9.880	9.850	9.893	51,32	-1,07	0,00
20.000	19.870	19.700	19.900	19.823	107,86	-0,88	-2,65
30.000	29.790	29.700	29.670	29.720	62,45	-0,93	-2,80
50.000	49.880	49.890	49.750	49.840	78,10	-0,32	-0,96
70.000	69.760	69.850	69.980	69.863	110,60	-0,20	-0,59
80.000	79.840	80.050	80.120	80.003	145,72	0,00	0,01
90.000	89.950	90.200	89.980	90.043	136,50	0,05	0,14

Repetitividade:

Variação das medidas obtidas por um único operador, utilizando o mesmo equipamento de medição e método, ao medir repetidas vezes uma mesma grandeza de uma única peça (corpo de prova).

Célula de Carga da marca Alfa Instrumentos, número 1141609, modelo C 200T, ano de fabricação 2011, que atende aos requisitos específicos, sendo realizada a calibração pelo Laboratório Isaac Newton, Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE / INMETRO de acordo com NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0045, integrante da Rede Brasileira de Calibração (RBC), calibração a compressão segundo NBR ISO 376:2012 e Procedimento Técnico CETEC SENAI PT 1102 (V.1.0) PR-003. (Indicador Digital marca Alfa Instrumentos, nº 1092F5, modelo 3101C - Ano 2011).
Certificado de Calibração Nº 1240346 - CETEC / SENAI / FIEMG.

Brasil Solos Ltda
Bruno Moreira / Diretor

Brasil Solos Ltda
Rua Frei Gerônimo, nº 87
B: Cachoeirinha - Cep: 31150-440
Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3653-6475
www.brasilsoles.com.br