

## ใบบันทึกการทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่ง

รหัสเครื่อง.....

[illegible]

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ☒ ผลการตรวจผ่าน เครื่องหมาย ☐ ผลการตรวจไม่ผ่าน

- |                          |   |                                |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| 1. เครื่องชั่ง 7,500 g.  | ทวนสอบตุ่มน้ำหนัก 5 kg.                       | เกณฑ์การยอมรับ $\pm 0.5$ g.    |
| 2. เครื่องชั่ง 60 kg.    | ทวนสอบตุ่มน้ำหนัก 5 kg., 10 kg., 20 kg., 30 k | เกณฑ์การยอมรับ $\pm 0.01$ kg.  |
| 3. เครื่องชั่ง 150 kg.   | ทวนสอบตุ่มน้ำหนัก 10 kg., 20 kg., 30 kg.      | เกณฑ์การยอมรับ $\pm 0.02$ kg.  |
| 4. เครื่องชั่ง 2,000 kg. | ทวนสอบตุ่มน้ำหนัก 500 kg., 1,000 kg.          | เกณฑ์การยอมรับ $\pm 0.500$ kg. |
| 5. เครื่องชั่ง 6,000 g.  | ทวนสอบตุ่มน้ำหนัก 1,000 g., 5,000 g.          | เกณฑ์การยอมรับ $\pm 0.01$ mg.  |