

: ทำเครื่องหมาย x ในช่องผลการตรวจ ไม่ผ่าน กรณีค่าน้ำหนักที่ทวนสอบเกินค่า  $\pm$  ที่ยอมรับได้ และห้ามใช้งานเครื่องชั่ง พร้อมทั้งแจ้งหัวหน้างานให้รับทราบทันที