ใบบันทึกการทวนสอบน้ำหนักเครื่องชั่ง

รหัสเครื่อง.....

ว/ด/ป	กะ	เวลา	น้ำหนักตรวจสอบ			ผลการตรวจ		ผู้ตรวจสอบ	00012011000	
							ผ่าน	ใม่ผ่าน	ฟัลเว าภยถก	หมายเหตุ
			 			10 mm 12 mm				

หมายเหตุ : เครื่องหมาย 🗹 ผลการตรวจผ่าน เครื่องหมาย 🗵 ผลการตรวจไม่ผ่าน

1. เครื่องชั่ง 7,500 g. ทวนสอบคุ้มน้ำหนัก 5 kg.

2. เครื่องชั่ง 60 kg. ทวนสอบคุ้มน้ำหนัก 5 kg., 10 kg., 20 kg., 30 kg.

เครื่องชั่ง 150 kg.
ทวนสอบตุ้มน้ำหนัก 10 kg., 20 kg., 30 kg.

4. เครื่องชั่ง 2,000 kg. ทวนสอบคุ้มน้ำหนัก 500 kg., 1,000 kg.

5. เครื่องชั่ง 6,000 g. ทวนสอบตุ้มน้ำหนัก 1,000 g.,5,000 g.

เกณฑ์การยอมรับ ± 0.5 g.

เกณฑ์การยอมรับ ± 0.01 kg.

เกณฑ์การยอมรับ ± 0.02 kg.

เกณฑ์การยอมรับ $\pm 0.500 \text{ kg}$.

เกณฑ์การยอมรับ ± 0.01 mg.