Maîtrise des installations et des conditions ambiantes

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Historique des modifications

00	15/02/23	Création
Révision	Date	Modification - Observation

Acteurs qualités

	Rédacteurs	Vérificateur	Approbateur
Nom/Prénom	**TOUITI** Ines	**GUESMI** Ines	**TRABELSI** Adel
Fonction	Technicienne Contrôle Qualité	Responsable Qualité **RMQ**	Directeur Général **DG**
Date	10/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
Signature			

Ce document est la propriété exclusive du CNSTN. Il ne doit en aucun cas être communiqué à des tierces, ou être reproduit ou être utilisé sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'autorisation écrite de la Direction Générale du CNSTN.

Sommaire

1. Objet
2. Domaine d'application
3. Responsabilités
4. Terminologie et définitions
5. Référence
6. Description
7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

1. Objet

Ce document décrit les modalités de maitrise des installations et des conditions ambiantes dans les laboratoires du **CNSTN**

2. Domaine d'application :

Cette procédure s'applique aux locaux dédiés à la réalisation des essais inscrits dans la portée d'accréditation.

3. Responsabilités :

-Le responsable du laboratoire

-Le personnel impliqué dans les essais.

4. Terminologie et définitions :

RL : responsable laboratoire

5. Références :

- ISO/CEI 17025(en vigueur) : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais

-Document TUNAC : DO.L.02 Obligation des laboratoires à l'égard de TUNAC (en vigueur)

6. Description

6.1. Conditions ambiantes :

La modération de la température est assurée par le climatiseur (la température de la salle doit se situer entre 18-28°C). Le laboratoire est isolé de toute autre activité et ne présente aucun risque de contamination.

La totalité de l'essai est réalisée dans le laboratoire.

Les paramètres d'ambiances n'influent pas la méthode inscrite dans la portée d'accréditation, la réalisation du mode opératoire se fait dans les conditions ambiantes. Cependant, pour le bon déroulement de l'essai et surtout pour les équipements électroniques, le laboratoire contrôle en continue la température d'ambiance et l'humidité (50-70%) par des thermo hygromètres étalonnés.

6.2. Gestion d'accès

Le CNSTN possède une entrée commune avec les institutions faisant partie du Technopôle Sidi-thabet. A l'entrée, des gardiens assurent l'accès du personnel du **CNSTN** et les autres personne visiteurs selon la procédure **« Gestion d'accès au CNSTN »** Le gardien donne « un badge visiteur » au visiteur et informe la personne visitée qui va le prendre en charge. L'accès aux différentes structures du centre est strictement réglementé et chaque personne qui travaille au CNSTN possède un badge qui lui permet d'accéder à la zone dédiée à la réalisation de son activité professionnelle. Les visiteurs ne peuvent pas accéder aux zones de travail sans qu'ils soient accompagnés par du personnel du CNSTN.

6.3. Nettoyage et entretien de laboratoire :

Les agents de nettoyage sont permanents .Ils nettoient les locaux en présence du personnel de laboratoires.

7. Liste des formulaires rattachés à la procédure

Les données de suivi de température et d'humidité seront exportées et traitées par l'analyste laboratoire dans un fichier Excel **« Suivi de la température et l'humidité au sein du laboratoire »**. Le RL est responsable de la validation du fichier Excel.