هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي — صنعاء

إشعار وتذكرة أمر صيانة طبية — رقم WO-THW-2026-001

الإدارة العامة للشؤون الهندسية والصيانة الطبية | تاريخ استخراج التقرير: 2026-10-11 22:32 | نظام MEMMS

أولًا: بيانات أمر الصيانة والبلاغ

رقم أمر الصيانة	WO-THW-2026-001	**تاريخ ووقت البلاغ**	2026-09-21 19:48
الأولوية	حرج / طارئ	**حالة الأمر**	قيد التنفيذ
القسم الطبي	مركز العناية المركزة الجراحية والطوارئ الحرجة	**مقدم البلاغ**	د. عصام النعمان (استشاري العناية المركزة)
الفني/المهندس المكلف	م. فؤاد يحيى المتوكل	**تاريخ الإنجاز**	-

ثانيًا: بيانات الجهاز الطبي

رقم الأصل	EQ-THW-005	**اسم الجهاز**	جهاز تنفس صناعي للعناية المركزة
الرقم التسلسلي	SN-PB-99432	**الموديل**	Puritan Bennett 840
الأهمية	الفئة A - حيوية لدعم الحياة (Life-Supporting)	**درجة الخطورة**	عالي الخطورة

ثالثًا: وصف العطل والإجراءات

وصف العطل / البلاغ:

توقف مفاجئ في حساس تدفق الغازات وظهور إنذار Flow Sensor Error أثناء عمل الجهاز

الإجراءات التصحيحية / ملاحظات الإنجاز:

جاري استبدال سنسور التدفق ومعايرة ضغط الشهيق والزفير مع وكيل دراجر (يمن ميديكال)

رابعًا: قطع الغيار المستخدمة

رقم القطعة	اسم القطعة	الكمية	سعر الوحدة (ر.س)	الإجمالي (ر.س)
SP-THW-002	سنسور قياس تدفق الغازات الطبي Infinity	1.00	440.00	440.00

خامسًا: التكاليف

تكلفة العمالة (ر.س)	150.00	**تكلفة قطع الغيار (ر.س)**	440.00
إجمالي التكلفة (ر.س)	590.00		

الاعتماد الإداري **رئيس قسم الهندسة الطبية** **الفني / المهندس المنفذ**

التوقيع والختم: .....الاسم والتوقيع: .....الاسم والتوقيع: .....

وثيقة صادرة آليًا من نظام إدارة صيانة الأجهزة الطبية (MEMMS) — هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي بصنعاء