هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي — صنعاء

) إشعار وتذكرة أمر صيانة طبيةWork Order Maintenance Ticket(

الإدارة العامة للشؤون الهندسية والصيانة الطبية | تاريخ الطباعة2026-10-11 21:08:

1بيانات أمر الصيانة والبلاغ .

) رقم أمر العملWO:(#	WO-THW-2026-005	تاريخ ووقت البلاغ:	19:48 2026-09-21
درجة الأولوية:	مرتفع	حالة أمر العمل:	مكتمل الإجراء
القسم الطبي الطالب:	قسم التعقيم المركزي ومكافحة العدوى المتقدمة	اسم مقدم البلاغ:	أ. فهد الظاهري (مسؤول قسم التعقيم المركزي)
الفني / المهندس المكلف:	فني. جمال محمد الشامي	تاريخ إتمام الصيانة:	22:48 2026-09-14

2بيانات الجهاز الطبي الخاضع للصيانة .

) رقم الأصلAsset Tag:(	EQ-THW-013	) الرقم التسلسليS/N:(	SN-TT-88129
اسم الجهاز والموديل:	جهاز تعقيم مركزي بالبخار سعة500) لتر HS 5090(	درجة الحرجية السريرية:	الفئةA -) حيوية لدعم الحياةLife-Supporting(

3وصف العطل وبلاغ المشكلة .

تسريب بخار ملحوظ من إطار الباب الجانبي لمعقم البخارL500 وظهور صوت صفير عند ضغط2 بار

4الإجراءات الهندسية والتصحيحية المنفذة .

تم فك الحزام القديم وتنظيف المجرى وتركيب إطار سيليكون أصلي وإجراء اختبار باوي ديك بنجاح

5قطع الغيار المستهلكة وتكاليف الصيانة .

رقم القطعة	اسم قطعة الغيار	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
SP-THW-010	حزام إغلاق باب جهاز التعقيم سيليكون حراري	1	560.00ر.س	**560.00ر.س**

إجمالي تكلفة أمر الصيانة: **880.00ر.س** — **تكلفة قطع الغيار:** **700.00ر.س** — **تكلفة العمالة المباشرة:** **180.00ر.س**

اعتماد رئيس قسم الهندسة الطبية **مستلم الجهاز بالقسم الطبي** **مهندس / فني الصيانة المنفذ**

التوقيع: ..... الاسم: فني. جمال محمد الشامي ..... التوقيع: .....

الختم: ..... التوقيع: ..... التوقيع: .....