

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-001	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	2. O serviço mantém um exemplar da Resolução 611/2022 Anvisa	Sim/Não/NA
RU-002	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	3. É assegurado que cada membro da equipe possa consultar a Resolução 611/2022 Anvisa?	Sim/Não/NA
RU-003	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	4. Existe um profissional legalmente habilitado, formalmente designado pelo Responsável Legal (RT)?	Sim/Não/NA
RU-004	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	5. Existe um RT substituto legalmente habilitado, formalmente designado pelo Responsável Legal (RT)?	Sim/Não/NA
RU-005	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	6. Os resultados do Levantamento Radiométrico estão satisfatórios e atualizados (em conformidade com os níveis de restrição de dose estabelecidos na Resolução 611/2022 Anvisa e sua respectiva IN?	Sim/Não/NA
RU-006	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	7. O serviço implementou o Programa da Garantia da Qualidade que contemple, no mínimo, o gerenciamento das tecnologias, dos processos,e dos riscos inerentes ao serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista o mesmo está atualizado?	Sim/Não/NA
RU-007	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	8. Possui Programa de Proteção Radiológica que contemple no mínimo medida de prevenção, de controle, de vigilância e monitoramento, para garantir a segurança e a qualidade dos procedimentos radiológicos?	Sim/Não/NA
RU-008	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	9. O serviço implementou o Programa de Educação Permanente para toda a equipe, em conformidade com o disposto na Resolução 611/2022 Anvisa?	Sim/Não/NA
RU-009	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	7. A licença de funcionamento/alvará sanitário atualizado está afixado em local visível ao público ?	Sim/Não/NA
RU-010	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	10. Todas as pessoas que trabalham com radiação são monitoradas?	Sim/Não/NA
RU-011	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	11. Os dados de monitoração individual estão devidamente assentados?	Sim/Não/NA
RU-012	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	12. Os dados de monitoração individual são informados (e com ciência) ao pessoal monitorado?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-013	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	13. No caso de doses efetivas elevadas 100 mSv ao ano ou de 20mSv ao mês, os resultados/relatório das investigações estão assentados ?	Sim/Não/NA
RU-014	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	NR-32 (complementar)	14. O relatório de doses é arquivado e guardado por 30 anos após ao término da sua ocupação ou até atingir 75 anos de idade.	Sim/Não/NA
RU-015	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 50/2002 e norma estadual indicada	15.Existe uma cópia do projeto básico de arquitetura aprovado pela VISA disponível no serviço?	Sim/Não/NA
RU-016	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 50/2002 e norma estadual indicada	16. A construção está de acordo com o projeto arquitetônico aprovado pela VISA?	Sim/Não/NA
RU-017	Gestão, documentação e estrutura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	15. A circulação do público é restrita às áreas livres ?	Sim/Não/NA
RU-018	Protocolos e conduta	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	1. O Responsável Técnico (ou seu substituto) permanece no serviço durante o período de atendimento. Obs.:afim de assegurar que os procedimentos radiológicos, a que são submetidos os pacientes, estão em conformidade com os princípios e requisitos de radioproteção ?	Sim/Não/NA
RU-019	Protocolos e conduta	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	2. O dosímetro individual é utilizado apenas nessa instituição?	Sim/Não/NA
RU-020	Protocolos e conduta	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	3. Após a jornada de trabalho, os dosímetros são guardados em local seguro, isento de radiação, baixa umidade, temperatura amena, junto ao dosímetro padrão ?	Sim/Não/NA
RU-021	Protocolos e conduta	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	4. No caso de indivíduos que trabalham em mais de um serviço, os titulares tomam as medidas necessárias para que a soma das exposições ocupacionais não ultrapassem os limites previstos no regulamento ?	Sim/Não/NA
RU-022	Protocolos e conduta	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	5. Os procedimentos radiológicos realizados são assentados em livro próprio ou informatizado, com data da realização, identificação do paciente, indicação clínica do exame, (motivo da solicitação) e a técnica utilizada?	Sim/Não/NA
RU-023	Protocolos e conduta	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	6. Existem registros atualizados de manutenção preventiva/corretiva periódica dos equipamentos de RX e processadoras?	Sim/Não/NA
RU-024	Protocolos e conduta	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	7. Estão afixadas na sala de espera orientações de proteção radiológica para pacientes e acompanhantes?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-025	Protocolos e conduta	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	8. Todos os profissionais ocupacionalmente expostos são maiores de 18 anos?	Sim/Não/NA
RU-026	Salas de radiografia/fluoroscopia	Conforme escopo do item	RDC 50/2002 e norma estadual indicada	1. O layout da sala está de acordo com o projeto aprovado pela VISA?	Sim/Não/NA
RU-027	Salas de radiografia/fluoroscopia	Conforme escopo do item	RDC 50/2002 e norma estadual indicada	2. As dimensões da sala estão de acordo com a RDC N° 50 ? (distância de 1,50 m do ponto focal até qualquer parede ou barreira de proteção, observando-se o limite de deslocamento máximo do tubo).	Sim/Não/NA
RU-028	Salas de radiografia/fluoroscopia	Conforme escopo do item	IN 90/2021	3. Existe apenas um equipamento de Raios X instalado na sala?	Sim/Não/NA
RU-029	Salas de radiografia/fluoroscopia	Conforme escopo do item	IN 90/2021	4. A sala de Raios X oferece segurança radiológica ao público e profissionais não ocupacionalmente expostos?Obs.1: Verificar através do Laudo de Radiometria	Sim/Não/NA
RU-030	Salas de radiografia/fluoroscopia	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	5. Existe cabine de comando, com dimensões e blindagem suficiente para proteção do operador?	Sim/Não/NA
RU-031	Salas de radiografia/fluoroscopia	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	6. A cabine de comando permitem ao operador, na posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do paciente?	Sim/Não/NA
RU-032	Salas de radiografia/fluoroscopia	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	7. A localização da cabine de comando está posicionada de modo que, durante as exposições, nenhum indivíduo possa entrar na sala sem ser notado pelo operador?	Sim/Não/NA
RU-033	Salas de radiografia/fluoroscopia	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	8. Existe luz vermelha acima da porta de entrada com advertência: “Não entre quando a luz estiver acesa” ?	Sim/Não/NA
RU-034	Salas de radiografia/fluoroscopia	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	9. Existe na porta de acesso um símbolo internacional de presença da radiação e advertência de entrada restrita?	Sim/Não/NA
RU-035	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	IN 90/2021	1. A filtração nominal total permanente do feixe útil de radiação é de, no mínimo, equivalente a 2,5mm de alumínio ?	Sim/Não/NA
RU-036	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	IN 90/2021	2. Garantir que a blindagem do cabeçote apresente nível mínimo de radiação de fuga, restringida à taxa de kerma no ar de 1mGy/h (um miligray por hora) a 1 (um) metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga, através de certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo de raio x?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-037	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	IN 90/2021	3. Possui diafragma com localização luminosa para limitar o campo de radiação à região de interesse clínico ? e abre simetricamente ? (para equipamentos com distância foco filme variável)	Sim/Não/NA
RU-038	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	IN 90/2021	4. Possui sistema para identificar a perpendicularidade do feixe de radiação ao plano do receptor de imagem e para ajustar o centro do feixe ao centro do receptor?	Sim/Não/NA
RU-039	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	IN 90/2021	5. O cabeçote apresenta-se estável e íntegro, sem movimento em falso, sem rachaduras e sem vazamento de óleo e a instalação elétrica está intacta (lâmpadas indicadoras, cabos, conectores, etc.)?	Sim/Não/NA
RU-040	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	IN 90/2021	6. No painel de comando os parâmetros operacionais, tais como tensão do tubo, filtração inerente e adicional, posição do ponto focal, distância fonte receptor de imagem, tamanho de campo (para equipamento com distância fonte-receptor de imagem constante), tempo e corrente do tubo ou seu produto, devem estar claramente indicados no equipamento.	Sim/Não/NA
RU-041	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	IN 90/2021	7. Ocorre emissão de sinal luminoso e/ou sonoro no painel de comando quando o feixe de raios X é acionado?	Sim/Não/NA
RU-042	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	IN 90/2021	8. A emissão do feixe de raios X ocorre somente enquanto durar a pressão intencional sobre o botão disparador? Ou quando seja necessário aliviar a pressão sobre o botão e pressioná-lo novamente para ocorrer repetição da exposição? Ou quando o botão disparador esteja instalado de tal forma que seja difícil efetuar exposição acidental?	Sim/Não/NA
RU-043	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	RDC 611/2022	9. Existem vestimentas plumbífera para pacientes, equipe e acompanhantes ?	Sim/Não/NA
RU-044	Radiografia convencional – equipamento	RX convencional	RDC 611/2022	10. Estão em bom estado de conservação e higiene ?	Sim/Não/NA
RU-045	Radiografia convencional – equipamento móvel	RX convencional	IN 90/2021	11. O comprimento do cabo disparador é de no mínimo 2m ?	Sim/Não/NA
RU-046	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	1. A filtração total permanente do feixe útil de radiação é de, no mínimo, o equivalente a 0,03 mm de molibdênio para combinação alvo/filtro Mo/Mo; 0,025mm de ródio, para combinação alvo/filtro Mo/Rh ou Rh/Rh; 0,06 mm de molibdênio para combinação alvo/filtro W/Mo; 0.05mm de ródio, para combinação alvo/filtro W/Rh ?	Sim/Não/NA
RU-047	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	2. Garantir que a blindagem do cabeçote apresente nível mínimo de radiação de fuga, restringida à taxa de kerma no ar de 1mGy/h (um miligray por hora) a 1 (um) metro do ponto focal, quando operado em condições de ensaio de fuga, através de certificado de adequação emitido pelo fabricante na instalação do tubo de raio x?	Sim/Não/NA
RU-048	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	3. O equipamento possui sistema de filtração adicional?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-049	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	4. O equipamento possui suporte de receptor de imagem (bucky) com grade antidifusora?	Sim/Não/NA
RU-050	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	5. O equipamento possui bandeja de compressão com fixação adequada?	Sim/Não/NA
RU-051	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	6. Equipamento possui sistema de colimação?	Sim/Não/NA
RU-052	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	7. O tamanho nominal do ponto focal é não superior a 0,4mm?	Sim/Não/NA
RU-053	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	8. Observa-se sinal luminoso ou sonoro no painel de comando quando o feixe de raios X é emitido?	Sim/Não/NA
RU-054	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	9. O equipamento tem indicação no painel de controle dos parâmetros básicos (Tensão (kVp), Corrente (mA), e Tempo (s) ou o produto corrente x tempo (mAs))?	Sim/Não/NA
RU-055	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	10. Existe sistema para impedir que a distância foco–pele seja não inferior a 50cm?	Sim/Não/NA
RU-056	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	11. O dispositivo para manter compressão firme na mama movimenta-se adequadamente? (força de compressão entre 15 a 20 kg)	Sim/Não/NA
RU-057	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	12. O equipamento dispõe de Controle Automático de Exposição?	Sim/Não/NA
RU-058	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	13. Existe uma indicação no painel de comando quando o controle automático de exposição é utilizado?	Sim/Não/NA
RU-059	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	14. O serviço possui monitor (3 a 5 MP) específico para laudos em mamografia?	Sim/Não/NA
RU-060	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	15. O serviço possui processadora específica e exclusiva para mamografia convencional?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-061	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	16. O serviço possui negatoscópio específico para mamografia ?	Sim/Não/NA
RU-062	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	17. O setor dispõe de fantoma de mama para testes de qualidade de imagem?	Sim/Não/NA
RU-063	Mamografia – equipamento	Conforme escopo do item	IN 92/2021	18. Como o equipamento de mamografia é avaliada diariamente, a qualidade de imagem do fantoma mamográfico alcança o critério mínimo? (fibra e massa de 0,75mm, microcalcificação de 0,32mm)verificar as radiografias.	Sim/Não/NA
RU-064	Sala de tomografia	Conforme escopo do item	RDC 50/2002 e norma estadual indicada	2. As dimensões da sala estão de acordo com a RDC N° 50 ? (distância de 1,0 m das laterias da mesa às paredes e 0,60 m das laterias do gantry até a parede mais próxima).	Sim/Não/NA
RU-065	Sala de tomografia	Conforme escopo do item	IN 93/2021	4. A sala de TC oferece segurança radiológica ao público e profissionais não ocupacionalmente expostos?Obs.1: Verificar através do Laudo de Radiometria	Sim/Não/NA
RU-066	Sala de tomografia	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	5. Existe sala de comando, com dimensões e blindagem suficiente para proteção do operador?	Sim/Não/NA
RU-067	Sala de tomografia	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	6. A sala de comando permitem ao operador, na posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do paciente?	Sim/Não/NA
RU-068	Sala de tomografia	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	7. A localização da sala de comando está posicionada de modo que, durante as exposições, nenhum individuo possa entrar na sala sem ser notado pelo operador?	Sim/Não/NA
RU-069	RMN	TC/RMN a revisar	RDC 611/2022	1. A filtração total permanente do feixe útil de radiação é de, no mínimo o equivalente a 2,5mm de alumínio ?	Sim/Não/NA
RU-070	RMN	TC/RMN a revisar	RDC 611/2022	2. Existem meios que permitam a determinação visual do plano de referência ?	Sim/Não/NA
RU-071	RMN	TC/RMN a revisar	RDC 611/2022	3. Existe dispositivo que permita ao operador interromper, a qualquer instante,qualquer varredura de duração maior que 0,5 segundos ?	Sim/Não/NA
RU-072	RMN	TC/RMN a revisar	RDC 611/2022	4. É possível visualizar , no painel de controle, os parâmetros de técnica, incluindo espessura de corte, colimação e incremento de varredura, antes do início de uma série?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-073	Tomografia computadorizada – equipamento	TC/RMN a revisar	IN 93/2021	5. O equipamento possui meios para ajustar os números de CT, de modo que os dados de calibração do fantoma com água ou material equivalente produzam números iguais a 0(zero)?	Sim/Não/NA
RU-074	Tomografia computadorizada – equipamento	Conforme escopo do item	IN 93/2021	6. Possui modulação automática de corrente (aparelhos novos - 27/05/2021)?	Sim/Não/NA
RU-075	Tomografia computadorizada – equipamento	Conforme escopo do item	IN 93/2021	7. Possui protocolos pediátricos?	Sim/Não/NA
RU-076	Tomografia computadorizada – equipamento	Conforme escopo do item	IN 93/2021	8. Possui tecnologia helicoidal? (aparelhos novos 27/05/2021)	Sim/Não/NA
RU-077	Tomografia computadorizada – equipamento	Conforme escopo do item	IN 93/2021	9. O aparelho possui indicação do Índice de Dose em Tomografia Computadorizada Ponderado (CTDIW) ou Índice de Dose em Tomografia Computadorizada Volumétrico (CTDIVOL) e do Produto Dose x Comprimento (DLP), para equipamentos comercializados após a publicação desta Instrução Normativa (27/05/2021)?	Sim/Não/NA
RU-078	Tomografia computadorizada – equipamento	Conforme escopo do item	IN 93/2021	10.O aparelho apresenta o relatório de dose em padrão DICOM, para equipamentos comercializados após a publicação desta Instrução Normativa?	Sim/Não/NA
RU-079	Tomografia computadorizada – equipamento	Conforme escopo do item	IN 93/2021	11.Existe a emissão de sinal sonoro e luminoso localizado no painel de controle do equipamento, enquanto durar a exposição radiográfica?	Sim/Não/NA
RU-080	Tomografia computadorizada – equipamento	Conforme escopo do item	IN 93/2021	12 O setor dispõe de fantasmas para calibrações e testes de constância?	Sim/Não/NA
RU-081	RMN	TC/RMN a revisar	RDC 611/2022	13. Existem vestimentas plumbífera para pacientes, equipe e acompanhantes ?	Sim/Não/NA
RU-082	RMN	TC/RMN a revisar	RDC 611/2022	14. Estão em bom estado de conservação e higiene ?	Sim/Não/NA
RU-083	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	1. As salas do sistema de ressonância magnética dispõem de isolamento acústico, de forma a atender os limites de exposição a níveis de ruído acústico estabelecidos nas normativas aplicáveis?	Sim/Não/NA
RU-084	ETC	RX convencional	RDC 50/2002 e norma estadual indicada	2. O leiaute da sala está de acordo com o Projeto Básico de Arquitetura aprovado?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-085	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	3. As salas de exames de equipamentos que utilizam líquidos criogênicos com tubo Quench possui a abertura da porta de acesso para fora do ambiente?	Sim/Não/NA
RU-086	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	4. A sala de exames possui sinalização nas portas de acesso, informando os riscos e a proibição da entrada de pessoas com implantes ou outros objetos incompatíveis com a tecnologia, em linguagem ou simbologia internacionalmente aceita, compreensível para os indivíduos do público?	Sim/Não/NA
RU-087	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	5. O possui sistema de evacuação massiva de gases criogênicos?	Sim/Não/NA
RU-088	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	6. O serviço dispõem de sistema de comunicação entre a sala de comando e a sala de exames, que permita manter contato audiovisual com o paciente durante toda a realização do procedimento?	Sim/Não/NA
RU-089	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	7. O serviço de saúde deve classifica seus ambientes conforme os critérios IN (zona I,II,III e IV)?	Sim/Não/NA
RU-090	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	8. O serviço de saúde deve possui sistema de detecção de metais para monitoramento do acesso de pessoas e objetos às zonas III e IV em quantidade compatível com o número de salas de exame?	Sim/Não/NA
RU-091	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	10. O serviço garanti que nenhuma pessoa entre nas zonas III ou IV com o magneto gerando campo magnético, portando implantes ou objetos incompatíveis que comprometam a segurança ou qualidade do procedimento?	Sim/Não/NA
RU-092	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	11. O serviço garanti que nenhum paciente seja submetido a procedimento radiológico sem que atenda aos critérios clínicos e de segurança estabelecidos nas normativas aplicáveis?	Sim/Não/NA
RU-093	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	12. O serviço implementou medidas para mitigar os riscos de eventos adversos relacionados ao procedimento radiológico?	Sim/Não/NA
RU-094	Ressonância magnética – sala/processo	RX convencional	IN 97/2021	13. O serviço de saúde provem com proteção auditiva para o paciente e para o acompanhante ou profissional que precisar permanecer dentro da sala de exames, de modo a não exceder os limites de ruído acústico estabelecidos nas normativas aplicáveis?	Sim/Não/NA
RU-095	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	1. É proibida a permanência de pessoas alheias ao exame na sala de RX ?	Sim/Não/NA
RU-096	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	2. O técnico mantém-se dentro da cabine e costuma observar o paciente durante os disparos?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-097	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	3. Quando necessário, quem segura ou conforta o paciente é o acompanhante e em caráter voluntário?	Sim/Não/NA
RU-098	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	4. O acompanhante durante as exposições, é obrigatória ao acompanhante a utilização de equipamento de proteção individual compatível com o tipo de procedimento radiológico, com a energia da radiação, e com atenuação maior ou igual a 0,25 mm (vinte e cinco centésimos de milímetro) equivalente de chumbo. idual com 0.25mm de equivalência em	Sim/Não/NA
RU-099	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	5. O técnico utiliza tabela de técnicas radiográficas de acordo com o rendimento de cada equipamento ?	Sim/Não/NA
RU-100	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	IN 90/2021	6. O técnico colima o feixe somente à região de interesse?	Sim/Não/NA
RU-101	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	7. As portas são mantidas fechadas durante os exames	Sim/Não/NA
RU-102	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	8. Os profissionais ocupacionalmente expostos utilizam sempre os dosímetros individuais?	Sim/Não/NA
RU-103	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	9. Quando não estiver em uso, o dosímetro é mantido junto ao dosímetro padrão em local seguro da área livre?	Sim/Não/NA
RU-104	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	10. Os dosímetros individuais de corpo inteiro são utilizados no tronco?	Sim/Não/NA
RU-105	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	11. O técnico protege-se da radiação espalhada por vestimenta ou barreiras protetoras ?	Sim/Não/NA
RU-106	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	12. Quando é necessário o técnico operador usar avental plumbífero, o dosímetro individual é colocado na parte externa?	Sim/Não/NA
RU-107	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	13. Quando possível, os órgãos mais sensíveis do paciente são protegidos com blindagem adequada (0,5 mm de Pb) quando expostos diretamente ao feixe de RX ?	Sim/Não/NA
RU-108	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	14. Em exames em leitos, em ambientes coletivos, os demais pacientes são protegidos por barreiras protetoras (0,50mm pb) ou afastados a pelo menos 2 metros do cabeçote (p/ RX transportável)	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-109	Procedimentos radiológicos	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	15. O técnico protege-se da radiação espalhada afastando-se pelo menos 2m do ponto de radiação e por vestimentas ou barreias protetoras ? (para rx transportável)	Sim/Não/NA
RU-110	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 50/2002 e norma estadual indicada	O leiaute da câmara escura está de acordo com o projeto aprovado pela VISA?	Sim/Não/NA
RU-111	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	Existe vedação suficiente contra entrada de luz? (se necessário, revelar filme virgem).	Sim/Não/NA
RU-112	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	Existe sistema de exaustão de ar em funcionamento?	Sim/Não/NA
RU-113	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	As paredes possuem revestimento resistente à ação das substâncias químicas utilizadas?	Sim/Não/NA
RU-114	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	O piso é anticorrosivo, impermeável e antiderrapante?	Sim/Não/NA
RU-115	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	Existe sistema de iluminação de segurança, localizado à distância não inferior a 1,2m do ponto de manipulação dos filmes e chassis?	Sim/Não/NA
RU-116	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	Os chassis e écrans estão íntegros? (chassis - sem travas quebradas, amassados etc.) Écrans - limpos, sem manchas, sem pontos de pressão prematura etc).	Sim/Não/NA
RU-117	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	IN 92/2021	A processadora é específica e exclusiva para mamografia?	Sim/Não/NA
RU-118	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	A câmara escura e a(s) processadora(s) são mantidas limpas? (processadora automática)	Sim/Não/NA
RU-119	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	Na câmara escura para revelação manual estão disponíveis, cronômetro, termômetro e tabela de tempos e temperatura de revelação?	Sim/Não/NA
RU-120	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	Os negatoscópios apresentam iluminação intensa e uniforme ? NA CÂMARA CLARA	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-121	Sala de laudos/câmara escura	Conforme escopo do item	RDC 611/2022	A posição da iluminação da sala evita reflexos nos negatoscópios ?	Sim/Não/NA
RU-122	Gestão, documentação e estrutura	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 4º	O serviço possui estrutura organizacional com cadeia hierárquica, responsabilidades definidas, cultura de segurança e melhoria contínua?	Sim/Não/NA
RU-123	Gestão, documentação e estrutura	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 6º	O Projeto Básico de Arquitetura contém relação de equipamentos, leiaute, salas de controle, posicionamento, visores, limites de deslocamento, janelas, mobiliário e dispositivos de segurança?	Sim/Não/NA
RU-124	Gestão, documentação e estrutura	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 7º e 8º	O projeto de blindagem foi elaborado e assinado por profissional habilitado, aprovado pelo responsável legal e pela autoridade sanitária antes dos demais itens, quando aplicável?	Sim/Não/NA
RU-125	Gestão, documentação e estrutura	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 9º a 11	A iluminação da sala de interpretação/laudos é adequada e qualquer alteração de instalação, equipamento ou parâmetro de blindagem é previamente aprovada ou comunicada à autoridade sanitária?	Sim/Não/NA
RU-126	Gestão de pessoal e responsabilidades	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 12	A equipe multiprofissional está dimensionada de acordo com o perfil de demanda e as normas aplicáveis?	Sim/Não/NA
RU-127	Gestão de pessoal e responsabilidades	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 14	Existe supervisor de proteção radiológica formalmente designado, legalmente habilitado, com substituto(s), atribuições definidas e autoridade para interromper atividade insegura?	Sim/Não/NA
RU-128	Gestão de pessoal e responsabilidades	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 15, §1º a §3º	O Programa de Educação Permanente contempla treinamento inicial e anual, treinamento antes de novos processos/pessoas, avaliação de eficácia e registros completos?	Sim/Não/NA
RU-129	Gestão, documentação e estrutura	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 16 e 17	A documentação é rastreável e arquivada pelo prazo aplicável, incluindo PBA, procedimentos, inventário regularizado, relação nominal da equipe e evidências dos três programas?	Sim/Não/NA
RU-130	Gestão, documentação e estrutura	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 18 a 20	Existem procedimentos para comunicação, baixa, destino, guarda e descarte seguro de serviços ou equipamentos desativados?	Sim/Não/NA
RU-131	Gestão de pessoal e responsabilidades	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 21 a 23	O responsável legal assegura recursos, acesso da autoridade sanitária e cumprimento da RDC; a equipe conhece suas responsabilidades e comunica eventos, gravidez e riscos?	Sim/Não/NA
RU-132	Garantia da qualidade e tecnologia	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 25 a 31	Os produtos estão regularizados, são usados conforme finalidade e fabricante, e o gerenciamento tecnológico cobre seleção, aquisição, instalação, manutenção, descarte e rastreabilidade?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-133	Garantia da qualidade e tecnologia	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 28 a 31	Existem padrões de qualidade de imagem, testes de aceitação e constância, manutenção, calibração rastreável dos instrumentos e repetição dos testes após ajustes ou alterações?	Sim/Não/NA
RU-134	Garantia da qualidade e tecnologia	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 33	Quando há nível de restrição, o equipamento é suspenso ou usado apenas em urgência com parecer formal, e existe plano documentado de adequação e prevenção de recorrência?	Sim/Não/NA
RU-135	Processos e gerenciamento de riscos	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 34 a 38	Os procedimentos são realizados por profissionais habilitados e solicitados por profissional habilitado, com técnicas adequadas e protocolos escritos, atualizados, acessíveis e conhecidos pela equipe?	Sim/Não/NA
RU-136	Processos e gerenciamento de riscos	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 39 a 41	O serviço identifica, analisa, trata, monitora, comunica e investiga riscos, falhas e incidentes, executando ações preventivas/corretivas documentadas?	Sim/Não/NA
RU-137	Proteção radiológica	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 43 e 44	Os procedimentos observam justificação e otimização, considerando técnica, equipamento, qualidade de imagem e níveis de referência de diagnóstico para adultos e pediatria?	Sim/Não/NA
RU-138	Proteção radiológica	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 45 a 49	As exposições ocupacionais, de gestantes e do público são controladas dentro dos limites aplicáveis, com restrições de 0,5 mSv/ano para áreas livres e 5 mSv/ano para áreas controladas?	Sim/Não/NA
RU-139	Proteção radiológica	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 50 e 51	Os ambientes são classificados, sinalizados e controlados, com barreiras físicas adequadas, acesso restrito e somente equipamentos indispensáveis?	Sim/Não/NA
RU-140	Proteção radiológica	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 55 a 61	São controlados acompanhantes, imobilização, EPIs/EPCs, quantidade e integridade das vestimentas, distância/posicionamento da equipe, exames móveis e proteção de órgãos radiosensíveis?	Sim/Não/NA
RU-141	Proteção radiológica	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 62 a 64	O levantamento radiométrico contém croqui, identificação, instrumentação/calibração, fatores de operação, pontos de leitura, estimativas, conclusões, assinaturas e é renovado a cada quatro anos ou após alterações relevantes?	Sim/Não/NA
RU-142	Proteção radiológica	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 65 a 70	A monitoração individual é realizada durante a jornada/área controlada, com guarda correta, registros, comunicação dos resultados, investigação de doses elevadas e manutenção dos históricos ocupacionais?	Sim/Não/NA
RU-143	Proteção radiológica	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 71 a 76	O serviço mantém programa e registros de vigilância da saúde ocupacional, investigação e resposta a exposições acidentais, incluindo comunicação à autoridade sanitária quando aplicável?	Sim/Não/NA
RU-144	Procedimentos radiológicos	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 77 a 80	Os procedimentos são justificados, otimizados e registrados; o paciente é identificado, recebe informações e há prevenção de repetição desnecessária e de eventos adversos?	Sim/Não/NA

ROTEIRO ÚNICO DE INSPEÇÃO – RDC 611/2022 + INs 90–97/2021

Planilha consolidada e conferida em 24/09/2026. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Bloco	Aplicabilidade	Base normativa	Item de verificação	Resposta
RU-145	Procedimentos radiológicos	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 81 a 84	O serviço possui critérios e registros para exposições médicas de crianças, gestantes, acompanhantes e situações de exposição acidental ou não intencional?	Sim/Não/NA
RU-146	Procedimentos radiológicos	Serviço de radiologia	RDC 611/2022, Art. 85 a 90	O serviço possui plano de ação para incidentes/acidentes, análise de causa, comunicação, registro e medidas corretivas, inclusive quando houver suspeita de exposição não intencional?	Sim/Não/NA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Evidência/Documento – 1ª	Observação – 1ª	Pontos – 1ª	Evidência/Documento – 2ª	Observação – 2ª	Pontos – 2ª	Evidência/Documento – 3ª

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Original: D_EF!5 (Geral)	
					Original: D_EF!6 (Geral)	
					Original: D_EF!7 (Geral)	
					Original: D_EF!8 (Geral)	
					Original: D_EF!9 (Geral)	
					Original: D_EF!10 (Geral)	
					Original: D_EF!11 (Geral)	
					Original: D_EF!12 (Geral)	
					Original: D_EF!13 (Geral)	
					Original: D_EF!14 (Geral)	
					Original: D_EF!15 (Geral)	
					Original: D_EF!16 (Geral)	

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Original: D_EF!17 (Geral)	
					Original: D_EF!18 (Geral)	
					Original: D_EF!20 (Geral)	
					Original: D_EF!21 (Geral)	
					Original: D_EF!22 (Geral)	
					Original: COND!5 (Geral)	
					Original: COND!6 (Geral)	
					Original: COND!7 (Geral)	
					Original: COND!8 (Geral)	
					Original: COND!9 (Geral)	
					Original: COND!10 (Geral)	
					Original: COND!11 (Geral)	

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Original: COND!12 (Geral)	
					Original: SRX!13 (Sala Nº); SRX!42 (Sala Nº); SRX!71 (Sala Nº); SRX!100 (Sala Nº); SRX!129 (Sala Nº); SM!13 (Sala Nº); SM!42 (Sala Nº); STC!13 (Sala Nº); STC!42 (Sala Nº)	
					Original: SRX!14 (Sala Nº); SRX!43 (Sala Nº); SRX!72 (Sala Nº); SRX!101 (Sala Nº); SRX!130 (Sala Nº); SM!14 (Sala Nº); SM!43 (Sala Nº)	
					Original: SRX!15 (Sala Nº); SRX!44 (Sala Nº); SRX!73 (Sala Nº); SRX!102 (Sala Nº); SRX!131 (Sala Nº); SM!15 (Sala Nº); SM!44 (Sala Nº); STC!15 (Sala Nº); STC!44 (Sala Nº)	
					Original: SRX!16 (Sala Nº); SRX!45 (Sala Nº); SRX!74 (Sala Nº); SRX!103 (Sala Nº); SRX!132 (Sala Nº); SM!16 (Sala Nº); SM!45 (Sala Nº)	
					Original: SRX!17 (Sala Nº); SRX!46 (Sala Nº); SRX!75 (Sala Nº); SRX!104 (Sala Nº); SRX!133 (Sala Nº); SM!17 (Sala Nº); SM!46 (Sala Nº)	
					Original: SRX!18 (Sala Nº); SRX!47 (Sala Nº); SRX!76 (Sala Nº); SRX!105 (Sala Nº); SRX!134 (Sala Nº); SM!18 (Sala Nº); SM!47 (Sala Nº)	
					Original: SRX!19 (Sala Nº); SRX!48 (Sala Nº); SRX!77 (Sala Nº); SRX!106 (Sala Nº); SRX!135 (Sala Nº); SM!19 (Sala Nº); SM!48 (Sala Nº)	
					Original: SRX!20 (Sala Nº); SRX!49 (Sala Nº); SRX!78 (Sala Nº); SRX!107 (Sala Nº); SRX!136 (Sala Nº); SM!20 (Sala Nº); SM!49 (Sala Nº); STC!20 (Sala Nº); STC!49 (Sala Nº)	
					Original: SRX!21 (Sala Nº); SRX!50 (Sala Nº); SRX!79 (Sala Nº); SRX!108 (Sala Nº); SRX!137 (Sala Nº); SM!21 (Sala Nº); SM!50 (Sala Nº); STC!21 (Sala Nº); STC!50 (Sala Nº)	
					Original: ERX!13 (Sala Nº); ERX!43 (Sala Nº); ERX!73 (Sala Nº); ET!12 (Geral); ET!42 (Geral); ET!72 (Geral); EF!13 (Sala Nº); EF!43 (Sala Nº)	
					Original: ERX!14 (Sala Nº); ERX!44 (Sala Nº); ERX!74 (Sala Nº); ET!13 (Geral); ET!43 (Geral); ET!73 (Geral); EF!14 (Sala Nº); EF!44 (Sala Nº)	



Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Original: ERX!15 (Sala Nº); ERX!45 (Sala Nº); ERX!75 (Sala Nº); ET!14 (Geral); ET!44 (Geral); ET!74 (Geral); EF!15 (Sala Nº); EF!45 (Sala Nº)	
					Original: ERX!16 (Sala Nº); ERX!46 (Sala Nº); ERX!76 (Sala Nº); ET!15 (Geral); ET!45 (Geral); ET!75 (Geral); EF!16 (Sala Nº); EF!46 (Sala Nº)	
					Original: ERX!17 (Sala Nº); ERX!47 (Sala Nº); ERX!77 (Sala Nº); ET!16 (Geral); ET!46 (Geral); ET!76 (Geral); EF!17 (Sala Nº); EF!47 (Sala Nº)	
					Original: ERX!18 (Sala Nº); ERX!48 (Sala Nº); ERX!78 (Sala Nº); ET!17 (Geral); ET!47 (Geral); ET!77 (Geral); EF!18 (Sala Nº); EF!48 (Sala Nº)	
					Original: ERX!19 (Sala Nº); ERX!49 (Sala Nº); ERX!79 (Sala Nº); ET!18 (Geral); ET!48 (Geral); ET!78 (Geral); EF!19 (Sala Nº); EF!49 (Sala Nº)	
					Original: ERX!20 (Sala Nº); ERX!50 (Sala Nº); ERX!80 (Sala Nº); ET!19 (Geral); ET!49 (Geral); ET!79 (Geral); EF!20 (Sala Nº); EF!50 (Sala Nº)	
					Original: ERX!21 (Sala Nº); ERX!51 (Sala Nº); ERX!81 (Sala Nº); ET!20 (Geral); ET!50 (Geral); ET!80 (Geral); EF!21 (Sala Nº); EF!51 (Sala Nº)	
					Original: ERX!22 (Sala Nº); ERX!52 (Sala Nº); ERX!82 (Sala Nº); ET!21 (Geral); ET!51 (Geral); ET!81 (Geral); EF!22 (Sala Nº); EF!52 (Sala Nº)	
					Original: ET!22 (Geral); ET!52 (Geral); ET!82 (Geral)	
					Original: EM!13 (Sala Nº); EM!51 (Sala Nº)	
					Original: EM!14 (Sala Nº); EM!52 (Sala Nº)	
					Original: EM!15 (Sala Nº); EM!53 (Sala Nº)	

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Original: EM!16 (Sala N°); EM!54 (Sala N°)	
					Original: EM!17 (Sala N°); EM!55 (Sala N°)	
					Original: EM!18 (Sala N°); EM!56 (Sala N°)	
					Original: EM!19 (Sala N°); EM!57 (Sala N°)	
					Original: EM!20 (Sala N°); EM!58 (Sala N°)	
					Original: EM!21 (Sala N°); EM!59 (Sala N°)	
					Original: EM!22 (Sala N°); EM!60 (Sala N°)	
					Original: EM!23 (Sala N°); EM!61 (Sala N°)	
					Original: EM!24 (Sala N°); EM!62 (Sala N°)	
					Original: EM!25 (Sala N°); EM!63 (Sala N°)	
					Original: EM!26 (Sala N°); EM!64 (Sala N°)	
					Original: EM!27 (Sala N°); EM!65 (Sala N°)	

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Original: EM!28 (Sala Nº); EM!66 (Sala Nº)	
					Original: EM!29 (Sala Nº); EM!67 (Sala Nº)	
					Original: EM!30 (Sala Nº); EM!68 (Sala Nº)	
					Original: STC!14 (Sala Nº); STC!43 (Sala Nº)	
					Original: STC!16 (Sala Nº); STC!45 (Sala Nº)	
					Original: STC!17 (Sala Nº); STC!46 (Sala Nº)	
					Original: STC!18 (Sala Nº); STC!47 (Sala Nº)	
					Original: STC!19 (Sala Nº); STC!48 (Sala Nº)	
					Original: RMN!13 (Sala Nº); RMN!47 (Sala Nº)	
					Original: RMN!14 (Sala Nº); RMN!48 (Sala Nº)	
					Original: RMN!15 (Sala Nº); RMN!49 (Sala Nº)	
					Original: RMN!16 (Sala Nº); RMN!50 (Sala Nº)	

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Original: RMN!17 (Sala N°); RMN!51 (Sala N°)	
				Corrigido: item estava na aba RMN, mas é requisito de tomografia (IN 93).	Original: RMN!18 (Sala N°); RMN!52 (Sala N°)	
				Corrigido: item estava na aba RMN, mas é requisito de tomografia (IN 93).	Original: RMN!19 (Sala N°); RMN!53 (Sala N°)	
				Corrigido: item estava na aba RMN, mas é requisito de tomografia (IN 93).	Original: RMN!20 (Sala N°); RMN!54 (Sala N°)	
				Corrigido: item estava na aba RMN, mas é requisito de tomografia (IN 93).	Original: RMN!21 (Sala N°); RMN!55 (Sala N°)	
				Corrigido: item estava na aba RMN, mas é requisito de tomografia (IN 93).	Original: RMN!22 (Sala N°); RMN!56 (Sala N°)	
				Corrigido: item estava na aba RMN, mas é requisito de tomografia (IN 93).	Original: RMN!23 (Sala N°); RMN!57 (Sala N°)	
				Corrigido: item estava na aba RMN, mas é requisito de tomografia (IN 93).	Original: RMN!24 (Sala N°); RMN!58 (Sala N°)	
					Original: RMN!25 (Sala N°); RMN!59 (Sala N°)	
					Original: RMN!26 (Sala N°); RMN!60 (Sala N°)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!13 (Sala N°); ETC!45 (Sala N°)	
					Original: ETC!14 (Sala N°); ETC!46 (Sala N°)	

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!15 (Sala Nº); ETC!47 (Sala Nº)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!16 (Sala Nº); ETC!48 (Sala Nº)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!17 (Sala Nº); ETC!49 (Sala Nº)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!18 (Sala Nº); ETC!50 (Sala Nº)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!19 (Sala Nº); ETC!51 (Sala Nº)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!20 (Sala Nº); ETC!52 (Sala Nº)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!21 (Sala Nº); ETC!53 (Sala Nº)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!22 (Sala Nº); ETC!54 (Sala Nº)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!23 (Sala Nº); ETC!55 (Sala Nº)	
				Corrigido: item estava na aba ETC, mas é requisito de ressonância magnética (IN 97).	Original: ETC!24 (Sala Nº); ETC!56 (Sala Nº)	
					Original: PROC!5 (Geral)	
					Original: PROC!6 (Geral)	

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Original: PROC!7 (Geral)	
					Original: PROC!8 (Geral)	
					Original: PROC!9 (Geral)	
					Original: PROC!10 (Geral)	
					Original: PROC!11 (Geral)	
					Original: PROC!12 (Geral)	
					Original: PROC!13 (Geral)	
					Original: PROC!14 (Geral)	
					Original: PROC!15 (Geral)	
					Original: PROC!16 (Geral)	
					Original: PROC!17 (Geral)	
					Original: PROC!18 (Geral)	

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Original: PROC19 (Geral)	
					Original: CE!5 (Geral)	
					Original: CE!6 (Geral)	
					Original: CE!7 (Geral)	
					Original: CE!8 (Geral)	
					Original: CE!9 (Geral)	
					Original: CE!10 (Geral)	
					Original: CE!11 (Geral)	
					Original: CE!12 (Geral)	
					Original: CE!13 (Geral)	
					Original: CE!14 (Geral)	
					Original: CE!16 (Geral)	

[illegible]

[illegible]

Observação – 3ª	Pontos – 3ª	Responsável	Prazo	Situação da conferência	Nota de revisão	Origem
					Adicionado na conferência RDC 611.	Complemento normativo
					Adicionado na conferência RDC 611.	Complemento normativo

IDENTIFICAÇÃO DO

Campo Preenchimento

Razão social

CNPJ

CNES

Endereço

Município/UF

Responsável legal / CPF

Responsável técnico / registro

Supervisor de proteção

radiológica / registro

Data da inspeção

Equipe de inspeção

Modalidades existentes

Quantidade de salas e

equipamentos

MATRIZ DE CONFERÊNCIA

Resultado da revisão dos itens, referências e classificação.

Achado	Impacto	Tratamento no roteiro único
Itens repetidos por sala/equipamento	Duplicidade e dificuldade de consolidação	Unificados por requisito; a aplicabilidade deve ser repetida para cada sala/equipamento no campo de
RMN contém itens da IN 93/2021	Classificação incorreta: os itens são de tomografia computadorizada	Reclassificados para “Tomografia computadorizada – equipamento”.
ETC contém itens da IN 97/2021	Classificação incorreta: os itens são de ressonância magnética	Reclassificados para “Ressonância magnética – sala/processo”.
Ausência ou cobertura parcial do Art. 14	Não havia verificação completa do supervisor de proteção radiológica	Incluído requisito específico com substituto, atribuições e autoridade.
Cobertura parcial dos Arts. 4 a 41	Gestão, documentos, riscos e garantia da qualidade não estavam integralmente verificáveis	Incluídos itens complementares agrupados por processo e artigo.
Referências genéricas “Esta Resolução”	Dificulta a rastreabilidade do requisito	Mantida a descrição original, mas vinculada ao bloco e à RDC 611 quando aplicável.
Item “NR 32” sobre guarda por 30 anos/75 anos	Requisito complementar, não atribuído diretamente à RDC 611	Mantido como NR-32/complementar, separado da base RDC 611.
Aba PROADE	É consolidação/formulário auxiliar de itens, não um conjunto independente de requisitos	Não duplicada no roteiro único; a origem permanece registrada.
Pontuação do arquivo original	Fórmulas e percentuais dependiam de abas repetidas e apresentavam risco de inconsistência após correções	Novo roteiro prioriza resposta, evidência, observação, responsável e prazo; pontuação pode ser definida pelo órgão

TESTES DE ACEITAÇÃO E

Usar junto às instruções do fabricante e aos anexos oficiais das INs. Registrar laudo, data, periodicidade e resultado.

Modalidade	Teste/controle	Periodicidade mínima indicada	Critério ou observação	Base
RX convencional	Exatidão campo luminoso, alinhamento do feixe e distância foco-receptor	Aceitação, semestral ou após reparos	Tolerâncias do Anexo I; verificar restrição quando excedidas	IN 90 Anexo I
RX convencional	Tensão, tempo, kerma, linearidade, rendimento e camada semirredutora	Aceitação, anual ou após reparos	Aplicar tolerâncias e níveis de restrição do Anexo I	IN 90 Anexo I
RX convencional	Resolução, uniformidade, artefatos, qualidade da imagem e monitores/negatoscópios	Aceitação, anual e após reparos	Produzir e manter imagem de referência	IN 90 Art. 12 e Anexo I
RX convencional	Levantamento radiométrico e radiação de fuga	Aceitação, quadrienal ou após mudanças	Área livre $\leq 0,5$ mSv/ano; área controlada $\leq 5,0$ mSv/ano; fuga $\leq 1,0$ mGy/h a 1 m	IN 90 Anexo I / RDC 611 Arts. 49, 63 e 64
Fluoroscopia/intervencionista	Tempo acumulado, alarme, colimação, distância foco-pele, sinais, CAI e indicação de PKA/kerma	Conforme Anexo I e fabricante	Confirmar controles e indicadores aplicáveis ao equipamento	IN 91/2021
Fluoroscopia/intervencionista	Qualidade de imagem e integridade de EPIs	Imagem: conforme Anexo I; EPIs: semestral	Laudo técnico de integridade dos EPIs	IN 91 Arts. 8 e 9
Mamografia	Qualidade da imagem com fantoma, compressão, dose glandular média e CAE	Imagem: diária; demais: aceitação, anual ou após reparos	Fibra/massa $\leq 0,75$ mm; microcalcificação $\leq 0,32$ mm; compressão 150–200 N	IN 92/2021
Mamografia	Processadora, chassis/cassetes, tensão, tempo, rendimento, luminância e radiometria	Conforme Anexo I	Aplicar periodicidades, tolerâncias e níveis de restrição do Anexo I	IN 92 Anexo I
Tomografia	Número de CT, uniformidade, ruído e exatidão de tensão	Número CT/uniformidade/ruído: semanal ou após reparos; tensão: aceitação e após reparos	Ar -1000 $\pm$ 10; água 0 $\pm$ 5, salvo critério do fabricante	IN 93 Anexo I
Tomografia	Dose, resolução, espessura de corte, mesa, luminância, artefatos e indicador de dose	Aceitação, anual ou após reparos	Aplicar tolerâncias do Anexo I; verificar CTD _{Ivol} /DLP e relatório DICOM quando aplicável	IN 93/2021
Ressonância magnética	Segurança de zonas I–IV, acesso, metais, comunicação, proteção auditiva e criogênicos	Conforme fabricante e IN 97	Verificar processos e controles de segurança; incluir teste de qualidade do Anexo	IN 97/2021

FONTES CONSULTADAS

Fonte	Uso na conferência
RDC 611/2022 – AnvisaLegis	Requisitos gerais, gestão, documentos, riscos, proteção radiológica, exposições e responsabilidades
IN 90/2021 – AnvisaLegis	Radiografia médica convencional
IN 91/2021 – AnvisaLegis	Fluoroscopia e radiologia intervencionista
IN 92/2021 – AnvisaLegis	Mamografia
IN 93/2021 – AnvisaLegis	Tomografia computadorizada médica
IN 97/2021 – AnvisaLegis	Ressonância magnética nuclear
RDC 50/2002 e norma estadual indicada na planilha original	Infraestrutura e projeto físico; validar sempre com a autoridade sanitária local
NR-32	Requisito complementar sobre saúde e segurança do trabalho; não substitui a RDC 611