

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – RDC 978/2025 | ST1 – Serviço Tipo I

Roteiro exclusivo da RDC 978/2025. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Categoria do serviço	Bloco	Base normativa	Item de verificação
ST1-001	ST1	Requisitos comuns	Art. 1º a 5º	O serviço está abrangido pela RDC 978 e realiza atividades relacionadas a EAC em material biológico humano?
ST1-002	ST1	Requisitos comuns	Art. 5º, XLII e XLIII	O Responsável Legal e o Responsável Técnico estão formalmente identificados, habilitados e com responsabilidades definidas?
ST1-003	ST1	Requisitos comuns	Art. 5º, XLV; Art. 122	Existe supervisor do pessoal técnico legalmente habilitado, presencial durante o funcionamento, com substituto em caso de impedimento?
ST1-004	ST1	Requisitos comuns	Art. 73 a 75	O serviço possui alvará de licenciamento indicando expressamente as atividades de EAC, cadastro no CNES quando aplicável, RT e substituto?
ST1-005	ST1	Requisitos comuns	Art. 76 a 78	Existe estrutura organizacional documentada, política de acesso a dados e informações e avaliação da qualidade dos produtos ou serviços?
ST1-006	ST1	Requisitos comuns	Art. 79 a 83	Os contratos com fornecedores e prestadores definem responsabilidades, controle de qualidade, rastreabilidade, auditoria e comunicação de riscos?
ST1-007	ST1	Requisitos comuns	Art. 84 a 87	O serviço implementou Programa de Garantia da Qualidade (PGQ), com responsabilidades, indicadores de desempenho e avaliação documentada do Controle da Qualidade?
ST1-008	ST1	Requisitos comuns	Art. 88 a 94	Os produtos, equipamentos e tecnologias estão regularizados, identificados, usados conforme fabricante, mantidos, calibrados e com registros de manutenção?
ST1-009	ST1	Requisitos comuns	Art. 95 a 104	Há controle documentado de armazenamento, temperatura, recebimento, validade, identificação e rastreabilidade de reagentes, insumos e produtos para diagnóstico in vitro?
ST1-010	ST1	Requisitos comuns	Art. 105 e 106	O sistema de informação possui controle de acesso, integridade, confidencialidade, rastreabilidade de alterações, liberação de resultados e proteção contra acesso não autorizado?
ST1-011	ST1	Requisitos comuns	Art. 107 a 110	O gerenciamento de riscos identifica, analisa, trata, monitora e comunica riscos, falhas, erros humanos e incidentes, com ações corretivas documentadas?
ST1-012	ST1	Requisitos comuns	Art. 111 a 114	Existe Plano de Gerenciamento de Resíduos e instruções atualizadas de limpeza, desinfecção e esterilização, com produtos regularizados?
ST1-013	ST1	Requisitos comuns	Art. 115 a 119	A documentação é mantida por no mínimo cinco anos, em português, atualizada e disponível, incluindo PBA, procedimentos, inventário, equipe, PGQ e controles de qualidade?

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – RDC 978/2025 | ST1 – Serviço Tipo I

Roteiro exclusivo da RDC 978/2025. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Categoria do serviço	Bloco	Base normativa	Item de verificação
ST1-014	ST1	Requisitos comuns	Art. 120 a 127	A equipe é dimensionada, qualificada e treinada; há Educação Permanente anual, treinamento baseado em riscos, avaliação de eficácia e registros completos?
ST1-015	ST1	Requisitos comuns	Art. 128 a 131	O serviço garante rastreabilidade de todas as atividades da fase pré-analítica e identifica o estabelecimento, o responsável e o CNES no material biológico?
ST1-016	ST1	Requisitos comuns	Art. 132	O paciente recebe orientações acessíveis sobre preparo e coleta, sua identificação é conferida e existem instruções escritas e atualizadas para os processos pré-analíticos?
ST1-017	ST1	Requisitos comuns	Art. 133 a 139	O cadastro, atendimento, solicitação, identificação, coleta, acondicionamento e recebimento do material biológico possuem registros completos e rastreáveis?
ST1-018	ST1	Requisitos comuns	Art. 140 a 143	O transporte do material biológico atende à legislação aplicável, mantém integridade, temperatura, identificação e embalagem terciária com informações obrigatórias?
ST1-019	ST1	Requisitos comuns	Art. 154 a 156	A fase analítica possui instruções atualizadas, rastreabilidade, limites críticos, controles da água reagente e métodos baseados no fabricante, literatura ou validação?
ST1-020	ST1	Requisitos comuns	Art. 165 a 170	A fase pós-analítica possui procedimentos para liberação de resultados, assinatura válida, laudo completo, comunicação de resultados críticos, revisão e retificação?
ST1-021	ST1	Requisitos comuns	Art. 171 a 176	O Controle Interno da Qualidade é realizado, documentado, avaliado e mantido para todos os equipamentos e analitos, com critérios de aceitação e ações para resultados rejeitados?
ST1-022	ST1	Requisitos comuns	Art. 177 a 184	O serviço participa de Controle Externo da Qualidade/Ensaio de Proficiência, avalia resultados, investiga não conformidades e mantém registros disponíveis?
ST1-023	ST1	Requisitos comuns	Art. 191 a 194	O serviço possui plano de adequação quando aplicável e atende às disposições finais, sem prejuízo das responsabilidades sanitárias decorrentes do descumprimento?
ST1-024	ST1	Requisitos específicos do ST1	Art. 8º a 12	O serviço está corretamente classificado como Serviço Tipo I e executa apenas as atividades permitidas para este tipo?
ST1-025	ST1	Requisitos específicos do ST1	Art. 10, I	Executa EAC exclusivamente em material biológico obtido por punção capilar, coleta em cavidade oral, nasofaringe ou orofaringe?
ST1-026	ST1	Requisitos específicos do ST1	Art. 10, II	Realiza todas as etapas do processo operacional de EAC no próprio serviço, incluindo Controle Interno e Controle Externo da Qualidade?

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – RDC 978/2025 | ST1 – Serviço Tipo I

Roteiro exclusivo da RDC 978/2025. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Categoria do serviço	Bloco	Base normativa	Item de verificação
ST1-027	ST1	Requisitos específicos do ST1	Art. 10, III a V	Não utiliza metodologia própria, não recebe amostras de outros serviços e não utiliza água reagente produzida no próprio serviço?
ST1-028	ST1	Requisitos específicos do ST1	Art. 11 e 12	Os EAC são realizados por profissional legalmente habilitado e a assistência à saúde está relacionada à habilitação do profissional?
ST1-029	ST1	Requisitos específicos do ST1	Art. 13	A área de recepção é dimensionada e separada da sala de coleta e execução de EAC, com DML, sanitário, sala de coleta e área de execução?
ST1-030	ST1	Requisitos específicos do ST1	Art. 14	A sala de coleta e execução dispõe de lavatório, bancada, mesa, cadeira, refrigeração exclusiva quando necessária, termômetro, recipiente para perfurocortantes e resíduos?
ST1-031	ST1	Requisitos específicos do ST1	Art. 15 a 18	O consultório isolado/farmácia possui condições de compartilhamento permitidas, climatização/ventilação, iluminação adequada e área de procedimento relacionada ao EAC?

[illegible]

[illegible]

Resposta	Evidência/Documento	Observação	Responsável	Prazo	Situação	Origem
Sim/Não/NA					Pendente	RDC 978/2025
Sim/Não/NA					Pendente	RDC 978/2025
Sim/Não/NA					Pendente	RDC 978/2025
Sim/Não/NA					Pendente	RDC 978/2025
Sim/Não/NA					Pendente	RDC 978/2025

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – RDC 978/2025 | ST2 – Serviço Tipo II

Roteiro exclusivo da RDC 978/2025. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Categoria do serviço	Bloco	Base normativa	Item de verificação
ST2-001	ST2	Requisitos comuns	Art. 1º a 5º	O serviço está abrangido pela RDC 978 e realiza atividades relacionadas a EAC em material biológico humano?
ST2-002	ST2	Requisitos comuns	Art. 5º, XLII e XLIII	O Responsável Legal e o Responsável Técnico estão formalmente identificados, habilitados e com responsabilidades definidas?
ST2-003	ST2	Requisitos comuns	Art. 5º, XLV; Art. 122	Existe supervisor do pessoal técnico legalmente habilitado, presencial durante o funcionamento, com substituto em caso de impedimento?
ST2-004	ST2	Requisitos comuns	Art. 73 a 75	O serviço possui alvará de licenciamento indicando expressamente as atividades de EAC, cadastro no CNES quando aplicável, RT e substituto?
ST2-005	ST2	Requisitos comuns	Art. 76 a 78	Existe estrutura organizacional documentada, política de acesso a dados e informações e avaliação da qualidade dos produtos ou serviços?
ST2-006	ST2	Requisitos comuns	Art. 79 a 83	Os contratos com fornecedores e prestadores definem responsabilidades, controle de qualidade, rastreabilidade, auditoria e comunicação de riscos?
ST2-007	ST2	Requisitos comuns	Art. 84 a 87	O serviço implementou Programa de Garantia da Qualidade (PGQ), com responsabilidades, indicadores de desempenho e avaliação documentada do Controle da Qualidade?
ST2-008	ST2	Requisitos comuns	Art. 88 a 94	Os produtos, equipamentos e tecnologias estão regularizados, identificados, usados conforme fabricante, mantidos, calibrados e com registros de manutenção?
ST2-009	ST2	Requisitos comuns	Art. 95 a 104	Há controle documentado de armazenamento, temperatura, recebimento, validade, identificação e rastreabilidade de reagentes, insumos e produtos para diagnóstico in vitro?
ST2-010	ST2	Requisitos comuns	Art. 105 e 106	O sistema de informação possui controle de acesso, integridade, confidencialidade, rastreabilidade de alterações, liberação de resultados e proteção contra acesso não autorizado?
ST2-011	ST2	Requisitos comuns	Art. 107 a 110	O gerenciamento de riscos identifica, analisa, trata, monitora e comunica riscos, falhas, erros humanos e incidentes, com ações corretivas documentadas?
ST2-012	ST2	Requisitos comuns	Art. 111 a 114	Existe Plano de Gerenciamento de Resíduos e instruções atualizadas de limpeza, desinfecção e esterilização, com produtos regularizados?
ST2-013	ST2	Requisitos comuns	Art. 115 a 119	A documentação é mantida por no mínimo cinco anos, em português, atualizada e disponível, incluindo PBA, procedimentos, inventário, equipe, PGQ e controles de qualidade?

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – RDC 978/2025 | ST2 – Serviço Tipo II

Roteiro exclusivo da RDC 978/2025. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Categoria do serviço	Bloco	Base normativa	Item de verificação
ST2-014	ST2	Requisitos comuns	Art. 120 a 127	A equipe é dimensionada, qualificada e treinada; há Educação Permanente anual, treinamento baseado em riscos, avaliação de eficácia e registros completos?
ST2-015	ST2	Requisitos comuns	Art. 128 a 131	O serviço garante rastreabilidade de todas as atividades da fase pré-analítica e identifica o estabelecimento, o responsável e o CNES no material biológico?
ST2-016	ST2	Requisitos comuns	Art. 132	O paciente recebe orientações acessíveis sobre preparo e coleta, sua identificação é conferida e existem instruções escritas e atualizadas para os processos pré-analíticos?
ST2-017	ST2	Requisitos comuns	Art. 133 a 139	O cadastro, atendimento, solicitação, identificação, coleta, acondicionamento e recebimento do material biológico possuem registros completos e rastreáveis?
ST2-018	ST2	Requisitos comuns	Art. 140 a 143	O transporte do material biológico atende à legislação aplicável, mantém integridade, temperatura, identificação e embalagem terciária com informações obrigatórias?
ST2-019	ST2	Requisitos comuns	Art. 154 a 156	A fase analítica possui instruções atualizadas, rastreabilidade, limites críticos, controles da água reagente e métodos baseados no fabricante, literatura ou validação?
ST2-020	ST2	Requisitos comuns	Art. 165 a 170	A fase pós-analítica possui procedimentos para liberação de resultados, assinatura válida, laudo completo, comunicação de resultados críticos, revisão e retificação?
ST2-021	ST2	Requisitos comuns	Art. 171 a 176	O Controle Interno da Qualidade é realizado, documentado, avaliado e mantido para todos os equipamentos e analitos, com critérios de aceitação e ações para resultados rejeitados?
ST2-022	ST2	Requisitos comuns	Art. 177 a 184	O serviço participa de Controle Externo da Qualidade/Ensaio de Proficiência, avalia resultados, investiga não conformidades e mantém registros disponíveis?
ST2-023	ST2	Requisitos comuns	Art. 191 a 194	O serviço possui plano de adequação quando aplicável e atende às disposições finais, sem prejuízo das responsabilidades sanitárias decorrentes do descumprimento?
ST2-024	ST2	Requisitos específicos do ST2	Art. 19 a 22	O serviço está corretamente classificado como Serviço Tipo II e executa apenas as atividades permitidas para este tipo?
ST2-025	ST2	Requisitos específicos do ST2	Art. 22, I	Executa EAC exclusivamente em material biológico obtido por punção capilar, coleta em cavidade oral, nasofaringe ou orofaringe?
ST2-026	ST2	Requisitos específicos do ST2	Art. 22, II	Realiza todas as etapas do processo operacional de EAC no próprio serviço, incluindo Controle Interno e Controle Externo da Qualidade?

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – RDC 978/2025 | ST2 – Serviço Tipo II

Roteiro exclusivo da RDC 978/2025. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Categoria do serviço	Bloco	Base normativa	Item de verificação
ST2-027	ST2	Requisitos específicos do ST2	Art. 22, III e IV	Não utiliza metodologia própria e não utiliza água reagente produzida no próprio serviço?
ST2-028	ST2	Requisitos específicos do ST2	Art. 23	A coleta de outros materiais biológicos é realizada exclusivamente na fase pré-analítica, sob supervisão de profissional legalmente habilitado?
ST2-029	ST2	Requisitos específicos do ST2	Art. 24 a 26	O serviço somente coleta, armazena, acondiciona, processa e transporta material biológico no âmbito da realização da fase pré-analítica e mantém condições de armazenamento conforme fabricante?
ST2-030	ST2	Requisitos específicos do ST2	Art. 27	A infraestrutura possui recepção, DML, sanitário, copa, vestiário, área para pacientes, sala de coleta/execução e sanitário acessível?
ST2-031	ST2	Requisitos específicos do ST2	Art. 28 a 31	A sala de coleta e execução possui triagem, guarda temporária, lavatório, bancada, mesa, cadeira, refrigeração, termômetros, depósito, climatização e iluminação adequada?
ST2-032	ST2	Requisitos específicos do ST2	Art. 32	O consultório isolado Tipo II possui área de procedimento exclusiva; quando compartilhado, atende às condições permitidas?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – RDC 978/2025 | ST3 – Serviço Tipo III

Roteiro exclusivo da RDC 978/2025. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Categoria do serviço	Bloco	Base normativa	Item de verificação
ST3-001	ST3	Requisitos comuns	Art. 1º a 5º	O serviço está abrangido pela RDC 978 e realiza atividades relacionadas a EAC em material biológico humano?
ST3-002	ST3	Requisitos comuns	Art. 5º, XLII e XLIII	O Responsável Legal e o Responsável Técnico estão formalmente identificados, habilitados e com responsabilidades definidas?
ST3-003	ST3	Requisitos comuns	Art. 5º, XLV; Art. 122	Existe supervisor do pessoal técnico legalmente habilitado, presencial durante o funcionamento, com substituto em caso de impedimento?
ST3-004	ST3	Requisitos comuns	Art. 73 a 75	O serviço possui alvará de licenciamento indicando expressamente as atividades de EAC, cadastro no CNES quando aplicável, RT e substituto?
ST3-005	ST3	Requisitos comuns	Art. 76 a 78	Existe estrutura organizacional documentada, política de acesso a dados e informações e avaliação da qualidade dos produtos ou serviços?
ST3-006	ST3	Requisitos comuns	Art. 79 a 83	Os contratos com fornecedores e prestadores definem responsabilidades, controle de qualidade, rastreabilidade, auditoria e comunicação de riscos?
ST3-007	ST3	Requisitos comuns	Art. 84 a 87	O serviço implementou Programa de Garantia da Qualidade (PGQ), com responsabilidades, indicadores de desempenho e avaliação documentada do Controle da Qualidade?
ST3-008	ST3	Requisitos comuns	Art. 88 a 94	Os produtos, equipamentos e tecnologias estão regularizados, identificados, usados conforme fabricante, mantidos, calibrados e com registros de manutenção?
ST3-009	ST3	Requisitos comuns	Art. 95 a 104	Há controle documentado de armazenamento, temperatura, recebimento, validade, identificação e rastreabilidade de reagentes, insumos e produtos para diagnóstico in vitro?
ST3-010	ST3	Requisitos comuns	Art. 105 e 106	O sistema de informação possui controle de acesso, integridade, confidencialidade, rastreabilidade de alterações, liberação de resultados e proteção contra acesso não autorizado?
ST3-011	ST3	Requisitos comuns	Art. 107 a 110	O gerenciamento de riscos identifica, analisa, trata, monitora e comunica riscos, falhas, erros humanos e incidentes, com ações corretivas documentadas?
ST3-012	ST3	Requisitos comuns	Art. 111 a 114	Existe Plano de Gerenciamento de Resíduos e instruções atualizadas de limpeza, desinfecção e esterilização, com produtos regularizados?
ST3-013	ST3	Requisitos comuns	Art. 115 a 119	A documentação é mantida por no mínimo cinco anos, em português, atualizada e disponível, incluindo PBA, procedimentos, inventário, equipe, PGQ e controles de qualidade?

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – RDC 978/2025 | ST3 – Serviço Tipo III

Roteiro exclusivo da RDC 978/2025. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Categoria do serviço	Bloco	Base normativa	Item de verificação
ST3-014	ST3	Requisitos comuns	Art. 120 a 127	A equipe é dimensionada, qualificada e treinada; há Educação Permanente anual, treinamento baseado em riscos, avaliação de eficácia e registros completos?
ST3-015	ST3	Requisitos comuns	Art. 128 a 131	O serviço garante rastreabilidade de todas as atividades da fase pré-analítica e identifica o estabelecimento, o responsável e o CNES no material biológico?
ST3-016	ST3	Requisitos comuns	Art. 132	O paciente recebe orientações acessíveis sobre preparo e coleta, sua identificação é conferida e existem instruções escritas e atualizadas para os processos pré-analíticos?
ST3-017	ST3	Requisitos comuns	Art. 133 a 139	O cadastro, atendimento, solicitação, identificação, coleta, acondicionamento e recebimento do material biológico possuem registros completos e rastreáveis?
ST3-018	ST3	Requisitos comuns	Art. 140 a 143	O transporte do material biológico atende à legislação aplicável, mantém integridade, temperatura, identificação e embalagem terciária com informações obrigatórias?
ST3-019	ST3	Requisitos comuns	Art. 154 a 156	A fase analítica possui instruções atualizadas, rastreabilidade, limites críticos, controles da água reagente e métodos baseados no fabricante, literatura ou validação?
ST3-020	ST3	Requisitos comuns	Art. 165 a 170	A fase pós-analítica possui procedimentos para liberação de resultados, assinatura válida, laudo completo, comunicação de resultados críticos, revisão e retificação?
ST3-021	ST3	Requisitos comuns	Art. 171 a 176	O Controle Interno da Qualidade é realizado, documentado, avaliado e mantido para todos os equipamentos e analitos, com critérios de aceitação e ações para resultados rejeitados?
ST3-022	ST3	Requisitos comuns	Art. 177 a 184	O serviço participa de Controle Externo da Qualidade/Ensaio de Proficiência, avalia resultados, investiga não conformidades e mantém registros disponíveis?
ST3-023	ST3	Requisitos comuns	Art. 191 a 194	O serviço possui plano de adequação quando aplicável e atende às disposições finais, sem prejuízo das responsabilidades sanitárias decorrentes do descumprimento?
ST3-024	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 33 a 35	O serviço está corretamente classificado como Serviço Tipo III e realiza os EAC e fases permitidos para este tipo?
ST3-025	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 35, I a III	Realiza todos os EAC, todas as fases do processo operacional e o envio de material biológico para Laboratório de Apoio quando aplicável?
ST3-026	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 36 e 37	O Laboratório de Apoio está previsto e a prestação de serviços está formalizada por contrato conforme a RDC 978?

ROTEIRO DE INSPEÇÃO – RDC 978/2025 | ST3 – Serviço Tipo III

Roteiro exclusivo da RDC 978/2025. Preencher resposta como Sim, Não ou NA e registrar evidência objetiva.

ID	Categoria do serviço	Bloco	Base normativa	Item de verificação
ST3-027	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 38	O serviço avalia anualmente a regularidade sanitária e a qualidade analítica do Laboratório de Apoio por resultados de Ensaio de Proficiência?
ST3-028	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 39	Quando contrata Laboratório de Apoio fora do Brasil, mantém comprovação de regularidade e tradução juramentada disponível?
ST3-029	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 40	A infraestrutura física atende à RDC 50/2002 e atualizações?
ST3-030	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 41 e 42	A sala de coleta e execução possui climatização e iluminação que não prejudica a avaliação do EAC nem a coloração da pele?
ST3-031	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 157 a 164	Quando utiliza Metodologia Própria, o serviço documenta etapas, insumos, equipamentos, validação, sensibilidade, especificidade, aprovação e resultados?
ST3-032	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 159 e 160	Os laudos identificam resultados obtidos por Metodologia Própria e o serviço não comercializa ou repassa produtos dessa metodologia, salvo a exceção prevista?
ST3-033	ST3	Requisitos específicos do ST3	Art. 181, §2º; Art. 190	O Serviço Tipo III utiliza amostras controle comercializadas e pode doar material biológico a Provedor de Ensaio de Proficiência somente dentro das condições normativas?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Campo	Preenchimento
Razão social	
CNPJ	
CNES	
Endereço	
Município/UF	
Responsável Legal	
Responsável Técnico e registro	
Supervisor do pessoal técnico e registro	
Tipo de serviço: ST1/ST2/ST3	
Data da inspeção	
Equipe de inspeção	

FONTES DO ROTEIRO	
Fonte	Aplicação
RDC nº 978, de 6 de junho de 2025, texto anexado	Base exclusiva do roteiro; inclui alterações indicadas no próprio texto, especialmente RDC 986/2025.
RDC nº 50/2002 e atualizações	Aplicável à infraestrutura do ST3 conforme Art. 40 da RDC 978; validar exigências locais.
Legislação profissional, CNES, gerenciamento de resíduos e transporte de material biológico	Aplicação complementar quando expressamente exigida pela RDC 978 e pela autoridade competente.