

Roteiro de Inspeção Sanitária — RDC

Anvisa nº 978/2025

Serviços que executam atividades relacionadas aos Exames de Análises Clínicas (EAC)

Uso: marcar uma única opção em cada item: **S** = Sim/conforme; **N** = Não/não conforme; **NA** = Não se aplica. Registrar a evidência objetiva ou a não conformidade na última coluna. **Base normativa:** RDC Anvisa nº 978, de 6 de junho de 2025, com as alterações indicadas no texto anexado pela RDC nº 986/2025. Este roteiro é um instrumento de apoio à inspeção e não substitui a publicação oficial nem outras normas aplicáveis.

1. Identificação da inspeção

Campo	Informação
Estabelecimento	
CNPJ	
Endereço	
Município/UF	
CNES	
Tipo de serviço	☐ Tipo I ☐ Tipo II ☐ Tipo III ☐ Itinerante ☐ Central de Distribuição
Responsável Legal	
Responsável Técnico e conselho profissional	
Data e horário da inspeção	
Inspetor(es)	
Acompanhante do estabelecimento	
Escopo da inspeção	

2. Resultado geral

Resultado	Marcação
-----------	----------

Serviço em condição satisfatória	☐
Serviço em condição satisfatória com exigências	☐
Serviço em condição insatisfatória	☐
Necessita inspeção complementar	☐

Número de itens Sim: _____ **Não:** _____ **N/A:** _____

Observação sobre a aplicação do N/A: marcar N/A somente quando o requisito não fizer parte do tipo de serviço, da atividade executada ou da situação encontrada. Registrar a justificativa quando o item for relevante para a avaliação do serviço.

3. Checklist de inspeção

3.1 Regularização, classificação e organização do serviço

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
1	O estabelecimento é um Estabelecimento Assistencial de Saúde (EAS) e está classificado de acordo com as atividades efetivamente executadas.	Arts. 54–57	☐	☐	☐	
2	Possui alvará de	Art. 73	☐	☐	☐	

	licenciamento sanitário ou equivalente , com indicação das atividades relacionadas ao EAC.					
3	O Serviço Tipo I possui alvará indicando também, quando aplicável, as atividades de farmácia ou consultório isolado.	Art. 63	☐	☐	☐	
4	O estabelecimento está inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).	Art. 74	☐	☐	☐	
5	Possui Responsável Técnico legalmente habilitado e substituto para situações	Art. 75	☐	☐	☐	

	de impedimen to.					
6	Possui estrutura organizacio nal documenta da.	Art. 76	☐	☐	☐	
7	Existem ações instituídas para segurança do paciente e melhoria da qualidade.	Art. 64	☐	☐	☐	
8	Os resultados suspeitos de Doenças de Notificação Compulsóri a são notificados conforme as normas vigentes.	Arts. 66–67	☐	☐	☐	
9	O Serviço Tipo II está vinculado societária ou contratual mente a apenas um Serviço Tipo III.	Art. 62	☐	☐	☐	
10	O Posto de Coleta encaminha material	Art. 61	☐	☐	☐	

	biológico somente ao Serviço Tipo III ao qual está vinculado.					
--	--	--	--	--	--	--

3.2 Classificação e requisitos específicos do Serviço Tipo I

Aplicar somente quando o estabelecimento for Serviço Tipo I.

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
11	Executa EAC exclusivamente em material obtido por punção capilar, cavidade oral, nasofaringe ou orofaringe, salvo exceção aplicável à administração pública.	Art. 10, I; Art. 69	☐	☐	☐	
12	Realiza todas as etapas das fases pré-analítica, analítica e pós-analítica no próprio serviço,	Art. 10, II	☐	☐	☐	

	incluindo CIQ e CEQ.					
13	Não realiza guarda, armazenamento ou transporte de material biológico, exceto materiais de CIQ e CEQ.	Art. 10, III	☐	☐	☐	
14	Não utiliza metodologia própria (in house).	Art. 10, IV	☐	☐	☐	
15	Utiliza somente equipamentos que não exigem água reagente produzida no próprio serviço.	Art. 10, V	☐	☐	☐	
16	O EAC é executado exclusivamente por profissional legalmente habilitado.	Art. 11	☐	☐	☐	
17	No consultório isolado, os exames estão relacionados à assistência à saúde e à habilitação	Art. 12	☐	☐	☐	

	do profissional executor.					
18	Possui recepção dimensionada e separada da sala de coleta e execução de EAC.	Art. 13, I	☐	☐	☐	
19	Possui DML, sanitário de uso público e sala de coleta e execução de EAC.	Art. 13, II-IV	☐	☐	☐	
20	A sala de coleta possui lavatório, bancada, mesa e cadeira para coleta.	Art. 14, I-IV	☐	☐	☐	
21	Quando aplicável, possui refrigeração exclusiva para produtos e materiais de controle, com registros de temperatura máxima, mínima e	Art. 14, V	☐	☐	☐	

	do momento.					
22	Possui área para depósito de equipamentos e materiais e recipientes adequados para perfurocortantes e resíduos.	Art. 14, VI–VII	☐	☐	☐	
23	A sala possui ventilação natural ou sistema de climatização e iluminação que não prejudica a avaliação do exame e da coloração da pele.	Arts. 16–17	☐	☐	☐	
24	O consultório isolado possui área de procedimento relacionada ao EAC.	Art. 18	☐	☐	☐	

3.3 Classificação e requisitos específicos do Serviço Tipo II

Aplicar somente quando o estabelecimento for Serviço Tipo II ou Posto de Coleta.

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
25	Executa EAC presencial exclusivamente nos materiais e condições permitidos para o Tipo II.	Art. 22, I; Art. 23, § 4º	☐	☐	☐	
26	Quando executa o exame no local, realiza todas as etapas aplicáveis no próprio serviço, incluindo CIQ e CEQ.	Art. 22, II	☐	☐	☐	
27	Não realiza metodologia própria e utiliza somente equipamentos que não exigem água reagente produzida no serviço.	Art. 22, III–IV	☐	☐	☐	
28	A coleta de outros materiais é limitada à fase pré-analítica	Art. 23, caput e § 1º	☐	☐	☐	

	para o Serviço Tipo III e realizada por profissional habilitado ou capacitado sob supervisão.					
29	A coleta de sangue venoso ou arterial ocorre somente em Posto de Coleta, quando aplicável.	Art. 23, § 2º	☐	☐	☐	
30	A transcrição de laudo do Serviço Tipo III, quando realizada, preserva a fidedignidade e a rastreabilidade da etapa analítica.	Art. 23, § 3º	☐	☐	☐	
31	Coleta, armazenamento, acondicionamento, processamento e transporte de material biológico ocorrem	Art. 24	☐	☐	☐	

	somente no âmbito da fase pré-analítica para o Tipo III.					
32	Não recebe material biológico de outro serviço de EAC, exceto o encaminhado por Serviço Itinerante ao Posto de Coleta.	Art. 25	☐	☐	☐	
33	Possui recepção, DML, sanitário público, copa, vestiário/sanitário de funcionários, área para lanches, sala de coleta e sanitário de paciente anexo e acessível a PCD, quando aplicável.	Art. 27	☐	☐	☐	
34	A sala de coleta possui maca, área de recebiment	Art. 28, I–VI	☐	☐	☐	

	o/triagem/guarda temporária, lavatório, bancada, mesa e cadeira com braçadeira.					
35	Possui refrigeração exclusiva para produtos e controles que exigem temperatura controlada.	Art. 28, VII	☐	☐	☐	
36	Possui refrigeração exclusiva para material biológico, com registros de temperatura máxima, mínima e do momento.	Art. 28, VIII	☐	☐	☐	
37	Possui área de expedição, área de depósito de equipamentos e materiais e recipientes para perfurocort	Art. 28, IX–XI	☐	☐	☐	

	antes e resíduos.					
38	A sala possui sistema de climatização e iluminação adequada para a avaliação do exame e da coloração da pele.	Arts. 29 e 31	☐	☐	☐	
39	O consultório isolado Tipo II possui área de procedimento exclusiva, salvo compartilhamento permitido no mesmo ambiente com atendimento dos requisitos.	Art. 32	☐	☐	☐	
40	Se integrar a administração pública, as dispensas e permissões específicas dos arts. 68, 70 e 71 estão	Arts. 68–71	☐	☐	☐	

	formalmente e justificadas e atendidas.					
--	---	--	--	--	--	--

3.4 Classificação e requisitos específicos do Serviço Tipo III

Aplicar somente quando o estabelecimento for Serviço Tipo III.

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
41	A infraestrutura física atende à RDC nº 50/2002 e atualizações aplicáveis.	Art. 40	☐	☐	☐	
42	A sala de coleta e execução de EAC possui sistema de climatização.	Art. 41	☐	☐	☐	
43	A iluminação não prejudica a avaliação do EAC nem a avaliação da coloração	Art. 42	☐	☐	☐	

	da pele do paciente.					
44	O Serviço Tipo III pode realizar todos os EAC e todas as fases do processo operacional dentro dos limites da autorização sanitária.	Art. 35	☐	☐	☐	
45	O envio de material a Laboratório de Apoio está formalizado e possui rastreabilidade.	Arts. 35–37	☐	☐	☐	
46	A qualidade do Laboratório de Apoio é avaliada anualmente e quanto à regularidade e sanitária e à qualidade analítica.	Art. 38	☐	☐	☐	
47	Quando o Laboratório de Apoio é estrangeiro, há comprovação de	Art. 39	☐	☐	☐	

	regularidad e no país de origem e tradução juramentada disponível.					
--	--	--	--	--	--	--

3.5 Serviço de EAC itinerante

Aplicar somente quando houver atividade itinerante.

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
48	O Serviço Itinerante é próprio ou contratado por Serviço Tipo III.	Art. 43	☐	☐	☐	
49	Possui sede fixa e alvará com indicação expressa das atividades, quando contratado.	Art. 44	☐	☐	☐	
50	Está regularizado na autoridade sanitária da localidade onde executa as atividades.	Art. 45	☐	☐	☐	

51	Possui Responsável Técnico habilitado e substituto para impedimentos.	Art. 46	☐	☐	☐	
52	Não executa EAC com a estrutura física em movimento, salvo situação de urgência ou emergência permitida.	Art. 47	☐	☐	☐	
53	Após a montagem no local, realiza e registra medidas e verificações dos equipamentos.	Art. 48	☐	☐	☐	

54	Coleta e transporta material biológico somente para o Serviço Tipo III vinculado, salvo a exceção prevista para Posto de Coleta vinculado.	Art. 50	☐	☐	☐	
55	Não realiza metodologia própria e utiliza equipamentos que não exigem água reagente produzida no serviço.	Art. 51, II-III	☐	☐	☐	
56	A coleta e execução são realizadas por profissional habilitado ou capacitado sob supervisão.	Art. 52	☐	☐	☐	
57	O local garante privacidade e atendimento individualizado.	Art. 51, § 5º	☐	☐	☐	

58	Realiza CIQ e CEQ conforme a Resolução e as determinações do Tipo III mantenedor, quando aplicável.	Art. 53	☐	☐	☐	
----	---	---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

3.6 Central de Distribuição

Aplicar somente quando houver Central de Distribuição própria ou contratada.

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
59	A Central possui alvará com indicação expressa das atividades realizadas.	Art. 149	☐	☐	☐	
60	Possui Responsável Técnico legalmente habilitado.	Art. 146	☐	☐	☐	
61	Possui estrutura organizacional documentada.	Art. 150	☐	☐	☐	
62	Possui sala de recebiment	Art. 151, I	☐	☐	☐	

	o, triagem e guarda temporária com área mínima de 3,0 m ² , bancada e lavatório.					
63	Possui vestiários/sanitários, expurgo, DML, recipientes para resíduos e perfurocortantes e área para depósito de equipamentos e materiais.	Art. 151, II-VI	☐	☐	☐	
64	Possui área para recebimento e expedição dos recipientes de transporte.	Art. 151, VII	☐	☐	☐	
65	Registra o monitoramento de temperatura e umidade controladas.	Art. 151, parágrafo único	☐	☐	☐	
66	Verifica e registra condições de	Art. 147	☐	☐	☐	

	transporte e armazenamento, incluindo temperatura, umidade, luz, validade, quantidade e integridade da carga.					
67	Não recebe material biológico de Serviço Itinerante, não viola embalagem primária e não executa fases analítica ou pós-analítica.	Arts. 145 e 148	☐	☐	☐	
68	Não realiza atividade não associada ao armazenamento, acondicionamento e transporte de material biológico.	Art. 152	☐	☐	☐	

3.7 Contratos, responsabilidades e fornecedores

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
69	Os contratos relacionados às atividades de EAC definem responsabilidades, funções, critérios de controle e qualificação.	Arts. 79 e 82	☐	☐	☐	
70	Os contratos autorizam auditorias entre as partes.	Art. 82, I	☐	☐	☐	
71	Os contratos asseguram rastreabilidade e cumprimento das fases aplicáveis.	Art. 82, II–III	☐	☐	☐	
72	Há obrigação contratual de comunicar desvios de qualidade e riscos em tempo hábil.	Art. 82, IV	☐	☐	☐	

73	As partes fornecem informações necessárias para operação segura e redução de riscos.	Art. 82, V	☐	☐	☐	
74	Os produtos, materiais e conhecimentos recebidos são adequados ao propósito de uso.	Art. 81	☐	☐	☐	
75	Quando aplicável, há documentos que comprovam a regularidade e sanitária de fornecedores e prestadores.	Art. 80, parágrafo único	☐	☐	☐	

3.8 Programa de Garantia da Qualidade e gerenciamento de tecnologias

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento
----	-----------------------	------	-----	-----	-----	----------------------

						ou observação
76	O Serviço implementou Programa de Garantia da Qualidade (PGQ).	Art. 84	☐	☐	☐	
77	O PGQ contempla gerenciamento de tecnologias, riscos, documentos, pessoal e educação permanente, processos operacionais e GCQ.	Art. 86	☐	☐	☐	
78	A GCQ é documentada e monitorada pelo RT por meio de indicadores de desempenho.	Art. 87	☐	☐	☐	
79	Todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária estão regularizados junto à Anvisa e	Art. 88	☐	☐	☐	

	são usados conforme finalidade e instruções do fabricante.					
80	Existe gerenciamento documental de seleção, aquisição, transporte, recebimento, armazenamento, instalação, calibração, uso, descarte e rastreabilidade das tecnologias.	Art. 89	☐	☐	☐	
81	O Serviço monitora desempenho e segurança, investiga incidentes, eventos adversos e queixas técnicas e adota medidas preventivas.	Art. 90	☐	☐	☐	
82	Há procedimento para notificação	Art. 90, § 1º	☐	☐	☐	

	no Notivisa ou sistema substituto, quando aplicável.					
83	Há registros de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos.	Art. 92	☐	☐	☐	
84	Há registros de medidas e verificações dos equipamentos.	Art. 93	☐	☐	☐	
85	Existem procedimentos documentados de calibração, realizados na frequência do fabricante ou, na ausência desta, no mínimo anual.	Art. 94	☐	☐	☐	
86	Existem meios para manter produtos e material biológico	Art. 95	☐	☐	☐	

	conservados e seguros durante falhas de energia.					
87	Equipamentos com temperatura controlada registram temperatura máxima, mínima e do momento.	Art. 96	☐	☐	☐	
88	O recebimento de reagentes e insumos é registrado com lote, condição de transporte, data e dados de rastreabilidade.	Art. 100	☐	☐	☐	
89	Reagentes e insumos fracionados ou preparados possuem rótulo completo, incluindo nome, especificação, lote, preparo, responsável, validade, armazenam	Art. 101	☐	☐	☐	

	ento e riscos.					
90	Não são utilizados reagentes, insumos ou produtos para diagnóstico in vitro vencidos ou revalidados após o vencimento .	Art. 102	☐	☐	☐	
91	A área de armazenam ento possui controle de temperatur a e umidade conforme as instruções do fabricante.	Art. 104	☐	☐	☐	

3.9 Sistemas de informação e proteção de dados

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
92	Existe política de acesso a dados e informações	Art. 77	☐	☐	☐	

	compatível com a proteção dos dados do paciente e a LGPD.					
93	O sistema controla acesso, lançamentos e alterações, mantendo histórico de data, horário, usuário e local.	Art. 105, II	☐	☐	☐	
94	Existe processo sistematizado para liberação de resultados e laudos.	Art. 105, III	☐	☐	☐	
95	Existem política de privacidade, confidencialidade e proteção contra acessos não autorizados.	Art. 105, IV-V	☐	☐	☐	
96	O sistema foi avaliado e verificado antes da implementação	Art. 106	☐	☐	☐	

	ação, com registros de disponibilidade, confiabilidade, integridade e responsabilidades.					
--	--	--	--	--	--	--

3.10 Riscos, biossegurança, resíduos e limpeza

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
97	O gerenciamento de riscos contempla identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação.	Art. 109, I	☐	☐	☐	
98	São identificadas falhas de equipamentos e erros humanos, com medidas preventivas.	Art. 109, II	☐	☐	☐	

99	Falhas e descumprimentos são investigados e gerações preventivas e corretivas documentadas.	Art. 109, III-IV	☐	☐	☐	
100	Existem instruções atualizadas de biossegurança para riscos biológicos, químicos, físicos, ocupacionais e ambientais.	Art. 110, I	☐	☐	☐	
101	Há instruções para uso de EPI e EPC, procedimentos para acidentes e, quando aplicável, manuseio e transporte de material biológico.	Art. 110, II-IV	☐	☐	☐	
102	O Serviço possui e implementa a PGRSS conforme as normas aplicáveis.	Art. 111	☐	☐	☐	

103	Existem instruções escritas para limpeza, desinfecção e esterilização, quando aplicável.	Art. 112	☐	☐	☐	
104	A limpeza é registrada diariamente e no início e no término do funcionamento; os ambientes estão limpos antes dos atendimentos.	Art. 113	☐	☐	☐	
105	Saneantes e produtos de limpeza/de infecção estão regularizados e são usados conforme o fabricante.	Art. 114	☐	☐	☐	

3.11 Gestão de documentos e pessoal

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
----	-----------------------	------	-----	-----	-----	------------------------------------

106	Documentos e registros são mantidos por, no mínimo, cinco anos.	Art. 115	☐	☐	☐	
107	Alterações em registros têm data, nome ou assinatura válida e preservam o dado original.	Art. 116	☐	☐	☐	
108	O PGQ e seus documentos estão em língua portuguesa .	Art. 116, parágrafo único	☐	☐	☐	
109	Estão disponíveis projeto arquitetônico aprovado, relação de procedimentos, inventário, relação da equipe, registros de educação permanente, PGQ, CIQ e CEQ.	Art. 117	☐	☐	☐	
110	O Serviço disponibiliz	Art. 118	☐	☐	☐	

	a documentos comprobatórios de regularidade e sanitária quando requisitado.					
111	Nos locais de execução existem procedimentos para registro e liberação de resultados, resultados críticos e revisão/liberação de laudos.	Art. 119	☐	☐	☐	
112	A equipe está dimensionada conforme o perfil de demanda.	Art. 120	☐	☐	☐	
113	Há supervisor do pessoal técnico, legalmente habilitado e presente durante o funcionamento, com substituto quando necessário.	Art. 122	☐	☐	☐	

114	Existem registros de formação e qualificação o compatíveis com as funções.	Art. 123	☐	☐	☐	
115	Existe Programa de Educação Permanent e para toda a equipe, com treinamento inicial e periódico mínimo anual.	Arts. 124–125	☐	☐	☐	
116	O treinamento é baseado em riscos quando novos processos, técnicas ou tecnologias são implantados ou antes da entrada de novos trabalhadores.	Art. 125, II	☐	☐	☐	
117	A eficácia dos treinamentos é avaliada e os registros contêm	Arts. 125, III e 127	☐	☐	☐	

	data, horário, carga horária, conteúdo, instrutor e trabalhador es envolvidos.					
--	--	--	--	--	--	--

3.12 Fase pré-analítica, rastreabilidade e transporte

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
118	A rastreabilidade do material biológico é garantida nas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica.	Art. 128	☐	☐	☐	
119	Há instruções acessíveis ao paciente sobre preparo e coleta.	Art. 132, I	☐	☐	☐	
120	A identificação do paciente é comprovada por documento	Art. 132, II	☐	☐	☐	

	válido com foto ou pela exceção normativa aplicável.					
121	Existem instruções escritas, atualizadas e disponíveis para as atividades pré-analíticas.	Art. 132, III	☐	☐	☐	
122	O cadastro do paciente contém os dados mínimos exigidos, incluindo identificação, nascimento, sexo biológico, nome da mãe e contato.	Art. 134	☐	☐	☐	
123	O cadastro do EAC contém solicitante, datas e horários, unidade/CN ES, exames, material, profissionais envolvidos, prazo,	Art. 136	☐	☐	☐	

	urgência e informações clínicas relevantes.					
124	É fornecido comprovante de atendimento com registro, paciente, data, prazo, exames e contato, salvo a exceção do exame com laudo imediato.	Art. 137	☐	☐	☐	
125	O material é identificado no momento da coleta ou recebimento, com nome, nascimento /idade, tipo de material e registro do paciente.	Art. 138	☐	☐	☐	
126	A data e o horário da coleta são rastreáveis.	Art. 138, § 2º	☐	☐	☐	
127	Existem critérios documentados de aceitação,	Art. 139	☐	☐	☐	

	rejeição, identificação e realização de exames em material biológico.					
128	O transporte segue a RDC nº 504/2021 e demais normas específicas aplicáveis.	Art. 140	☐	☐	☐	
129	A embalagem terciária contém as informações exigidas para o transporte de material biológico.	Art. 143	☐	☐	☐	
130	O envio a Laboratórios de Apoio é rastreável e realizado sob responsabilidade do Serviço.	Art. 141	☐	☐	☐	

3.13 Fase analítica e metodologia própria

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
131	Existem instruções escritas, atualizadas e disponíveis para todos os processos analíticos.	Art. 154, I	☐	☐	☐	
132	A fase analítica possui meios de rastreabilidade.	Art. 154, II	☐	☐	☐	
133	Estão definidos limites de risco, valores críticos/alerta e fluxo de comunicação para decisões imediatas.	Art. 154, III	☐	☐	☐	
134	Quando aplicável, a pureza da água reagente é definida e verificada por avaliações e testes.	Art. 154, IV-V	☐	☐	☐	

135	O processo analítico está fundamentado em instruções do fabricante, bibliografia ou pesquisa cientificamente válida.	Art. 155	☐	☐	☐	
136	Quando realiza teste de sensibilidade a antimicrobianos, segue as normas específicas e utiliza culturas de referência aplicáveis.	Art. 156	☐	☐	☐	
137	A metodologia própria, quando existente, é utilizada somente por Serviço Tipo III.	Art. 157	☐	☐	☐	
138	A metodologia própria possui documentação de processo, rastreabilidade, aprovação,	Art. 158	☐	☐	☐	

	validação e desempenho analítico.					
139	O laudo especifica os resultados obtidos por metodologia própria.	Art. 159	☐	☐	☐	
140	Existe estudo e relatório de validação com procedimentos, materiais, parâmetros, critérios de aceitação e resultados.	Arts. 163–164	☐	☐	☐	
141	Não há comercialização, repasse, doação ou entrega para consumo de reagentes ou produtos provenientes de metodologia própria, ressalvada a exceção do Tipo II vinculado.	Art. 160	☐	☐	☐	

3.14 Fase pós-analítica e laudos

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
142	Existem instruções para liberação e assinatura válida de laudos em rotina, plantão, urgência e emergência .	Art. 165	☐	☐	☐	
143	Existe fluxo de comunicação de resultados que exigem decisão imediata.	Art. 165, parágrafo único	☐	☐	☐	
144	Os laudos são legíveis, sem rasuras, em português, datados e assinados por profissional habilitado.	Art. 166	☐	☐	☐	
145	O laudo identifica o Serviço, CNES, endereço,	Art. 167, I–IX	☐	☐	☐	

	telefone, RT, profissional signatário, paciente, coleta, exame, material, método, resultado e unidade.					
146	O laudo apresenta valores de referência, limitações e dados de interpretação.	Art. 167, X	☐	☐	☐	
147	O laudo informa metodologia própria e restrições do material, quando aplicável.	Art. 167, XI–XII	☐	☐	☐	
148	O laudo apresenta data de emissão e assinatura legalmente válida.	Art. 167, XIII–XIV	☐	☐	☐	
149	O laudo transcrito de Laboratório de Apoio mantém a fidedignidade e identifica o	Arts. 168–169	☐	☐	☐	

	laboratório executor.					
150	Retificações são feitas em novo laudo e, quando relevantes, o paciente/responsável é contatado e o contato é registrado.	Art. 170	☐	☐	☐	

3.15 Gestão do Controle da Qualidade (GCQ), CIQ e CEQ

Nº	Requisito verificável	Base	Sim	Não	N/A	Evidência, documento ou observação
151	A GCQ assegura a confiabilidade dos EAC e inclui CIQ e CEQ.	Arts. 171–172	☐	☐	☐	
152	CIQ e CEQ são realizados no próprio Serviço, in loco.	Art. 173	☐	☐	☐	
153	Existem instruções escritas e registros dos controles	Art. 174	☐	☐	☐	

	da qualidade.					
154	A GCQ é aplicada a todos os EAC realizados.	Art. 175	☐	☐	☐	
155	A documentação da GCQ contém exames, frequência, critérios, limites, avaliação e registros de resultados.	Art. 176, I–IV	☐	☐	☐	
156	Há relatório anual de desempenho do CEQ para os exames que utilizam amostras controle comerciais.	Art. 176, V	☐	☐	☐	
157	O CIQ é realizado individualmente para o Serviço, em todos os equipamentos e para todos os analitos.	Arts. 177–180	☐	☐	☐	
158	O CIQ registra resultados,	Art. 180	☐	☐	☐	

	critérios de aceitação/rejeição, liberação/rejeição de análises, inadequações, investigação e ações.					
159	São utilizadas amostras controle regularizadas ou, quando indisponíveis, forma alternativa fundamentada em literatura científica.	Arts. 181–182	☐	☐	☐	
160	A frequência do CIQ atende às trocas de lote, remessas, corridas analíticas e manutenções, conforme o produto e o fabricante.	Art. 183	☐	☐	☐	
161	A redução de frequência por certificação lote a lote, quando	Art. 184	☐	☐	☐	

	adotada, possui justificativa, treinamento e certificados disponíveis.					
162	O CEQ é realizado individualmente para o Serviço, em todos os equipamentos e para todos os analitos.	Arts. 185–188	☐	☐	☐	
163	A disponibilidade de ensaios de proficiência é verificada no mínimo anualmente; na ausência, há avaliação alternativa fundamentada.	Art. 189	☐	☐	☐	
164	Somente o Serviço Tipo III doa material biológico ao Provedor de Ensaio de Proficiência	Art. 190	☐	☐	☐	

	, quando aplicável.					
--	---------------------	--	--	--	--	--

4. Registro de não conformidades e plano de ação

Nº da NC	Item do roteiro	Descrição objetiva da não conformidade	Evidência	Classificação/idade
1				
2				
3				
4				
5				

5. Documentos mínimos a solicitar durante a inspeção

1. Alvará sanitário ou documento equivalente e comprovante de CNES.
2. Comprovação de designação do Responsável Técnico e do supervisor do pessoal técnico.
3. Projeto Básico de Arquitetura aprovado, quando aplicável.
4. Relação de exames e procedimentos realizados.
5. Inventário de equipamentos, reagentes, insumos e demais produtos sujeitos à vigilância sanitária.
6. Registros de recebimento, lote, validade, transporte, armazenamento e temperatura.
7. Registros de manutenção, calibração, medidas e verificações dos equipamentos.
8. Programa de Garantia da Qualidade e documentos da Gestão do Controle da Qualidade.

9. Registros de CIQ, CEQ, ensaios de proficiência e certificados de lote, quando aplicável.
10. Procedimentos operacionais e instruções de biossegurança, limpeza, resíduos, transporte, coleta, análise e liberação de laudos.
11. Registros de treinamento e educação permanente.
12. Contratos com Laboratórios de Apoio, Postos de Coleta, Serviços Itinerantes e demais terceiros relacionados ao EAC.
13. Registros de incidentes, eventos adversos, queixas técnicas, investigações e ações corretivas.
14. Amostra de cadastros, etiquetas, comprovantes de atendimento, laudos emitidos e registros de retificação.

6. Encerramento

Síntese da inspeção:

Orientações e prazos definidos:

Assinatura do inspetor: _____ **Data:** //_____

Assinatura do responsável pelo estabelecimento: _____

Data: //_____

Referências

[1] Resolução RDC Anvisa nº 978, de 6 de junho de 2025

[2] Resolução RDC Anvisa nº 986, de 15 de agosto de 2025

[3] Legislação da Anvisa