INSPEÇÃO VEICULAR CSV CASCAVEL - PR	**Calibrações**	
	Código: PA-08	**Revisão:** Rev00
	Data de Aprovação: 07/05/2026	**Status:** Vigente

Elaborado por: Administrador	**Revisado por:** Aprovador Padrão	**Aprovado por:** Administrador

Histórico de Revisões

Rev	Data	Descrição das Alterações	Item(s) Alterado(s)	Elaborado por
Rev00	07/05/2026	Emissão inicial	N/A	Administrador

1 OBJETIVO

Este procedimento estabelecer a sistemática para identificação individual, registro e controle metrológico dos equipamentos de inspeção, medição e ensaio – EIME's, bem como para a programação, execução e registro das calibrações/verificações.

2 DEFINIÇÕES

EIME: Equipamento de inspeção, medição e ensaio.

Equipamento Controlado: Equipamento de inspeção, medição e ensaio submetido a calibrações/verificações periódicas.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todos CSV CASCAVEL.

4 REGISTROS E FORMULÁRIOS APLICÁVEIS

FOR ADM - 24 - Lista de equipamento;

FOR ADM - 26 - Programa Anual de Calibrações/Verificações;

FOR ADM - 62 - Intervalos de Calibração;

5 IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL E LISTA DE PATRIMÔNIO

Cabe ao Responsável Técnico, auxiliado pela equipe técnica, identificar individualmente todos os equipamentos e instrumentos de inspeção, através da fixação de etiquetas e/ou

Pinturas e/ou gravações, de acordo ao tipo de equipamento. Todo o equipamento é numerado e consta FOR ADM 24. Sempre que um novo equipamento é adquirido, o Responsável Técnico deve atualizar o FOR ADM 24 e deve criar novo número, não devendo repetir número de equipamentos, o registro de manutenções corretivas em equipamento é feito no FOR ADM 62. É necessário verificar possíveis atualizações de normas e regimentos. Para inclusão de novos equipamentos obrigatórios, mesmo não estando no rol de equipamentos na NIT DIOIS 019.

6 PADRÃO DE REFERÊNCIA

A CSV CASCAVEL utiliza o calibrador de decibelímetro, este equipamento é utilizado unicamente e exclusivamente fazer a calibração do decibelímetro, este equipamento fica armazenados em armário da área de inspeção.

7 CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS

Os equipamentos antes de serem utilizados nas inspeções, são calibrados/verificados, interna ou externamente, a fim de garantir a precisão do seu uso e dos resultados de suas medições.

Todos os equipamentos, calibrados e controlados metrologicamente, são rastreáveis sob padrões de medidas reconhecidos, devendo todas as calibrações serem efetuadas conforme disposição do item 6.2.7a da NIT DIOIS 019, Vejamos:

6.2.7a Para assegurar que as medições realizadas sejam rastreáveis ao SI, a Diois requer que o organismo de inspeção execute a calibração ou ensaios de seus padrões de referência e instrumentos em laboratórios que possam demonstrar competência, capacidade de medição e rastreabilidade ao SI.

Considera-se que os laboratórios atendem aos seguintes requisitos:

a) Laboratórios integrantes do Inmetro, do Serviço da Hora do Observatório Nacional ou do Instituto de Radioproteção e Dosimetria;

b) Laboratórios Nacionais de Metrologia de outros países que sejam signatários de Acordo de Reconhecimento Mútuo do CIPM e que participam das comparações chaves organizadas pelo BIPM ou por Organizações Regionais de Metrologia;

c) Laboratórios de calibração acreditados pela Cgcre para essa calibração específica;

d) Laboratórios de calibração que sejam acreditados para essa calibração específica, por Organismos de Acreditação de Laboratórios signatários de Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC ou da EA ou da IAAC para acreditação de laboratórios de calibração.

Nota: Quando não houver laboratório de calibração acreditado pela Cgcre para uma calibração específica, podem ser utilizados laboratórios não acreditados, desde que os mesmos demonstrem que usam métodos validados e padrões rastreados aos padrões nacionais para as calibrações executadas.

A relação dos equipamentos que necessitam controle metrológico está documentada no Programa anual de Calibrações/Verificações, conforme FOR ADM 26.

Observação: O termômetro utilizado verificação de temperatura durante os ensaios de opacidade deve ser calibrado nos termos deste item.

Classes de Calibrador Sonoro:

Conforme a IEC 60942 (Sound Calibrators – Specification) e a IEC 61672-1 (Electroacoustics – Sound Level Meters), o padrão utilizado para calibração ou verificação de um medidor de nível sonoro deve possuir classe metrológica igual ou superior à do instrumento sob ensaio.