

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

270

FECHA

30 - XI - 98

NOMBRE : Procedimiento para la Intercomparación de Estándares entre Laboratorios Acreditados.

OBJETIVO : Determinar la confiabilidad de los resultados obtenidos a través de los procesos desarrollados por el Departamento de Laboratorio, mediante la organización, realización y evaluación de pruebas con otros laboratorios acreditados ante el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba, para estar en posibilidad de mantener los estándares vigentes de acuerdo con las normas vigentes.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de las Actividades y Diagrama de Flujo
Total de Páginas 9.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - I - 97

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requies Bustos	<i>M. Requies</i>
		Nombre y firma del Responsable	
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José Antonio Tomasana Larrea	<i>J. Tomasana</i>
		Nombre y firma del Responsable	
Encargado de la Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca	<i>L. Canut</i>
		Nombre y firma del Responsable	
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	Ing. E. Mario J. Zepeda y Martínez	<i>E. Zepeda</i>
		Nombre y firma del Responsable	
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo	Vo. Bo.	Ing. Marcos Mercado Estrada	<i>M. Mercado</i>
		Nombre y firma del Responsable	
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	José Julio Carranza Collins	<i>J. Carranza</i>
		Nombre y firma del Responsable	

OBSERVACIONES: Este procedimiento sustituye y actualiza al de mismo nombre y número de folio, de fecha 13-I-97. (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE
LABORATORIOS ACREDITADOS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

30

XI

98

DE 9

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE LABORATORIOS ACREDITADOS



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE
LABORATORIOS ACREDITADOS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

30

XI

98

DE 9

OBJETIVO

Determinar la confiabilidad de los resultados obtenidos a través de los procesos desarrollados por el Departamento de Laboratorio, mediante la organización, realización y evaluación de pruebas con otros laboratorios acreditados ante el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba, para estar en posibilidad de mantener los estándares vigentes de acuerdo con las normas vigentes.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE
LABORATORIOS ACREDITADOS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

30

XI

98

DE 9

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la intercomparación de estándares con laboratorios acreditados ante el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba (SINALP).
- Será responsabilidad del Departamento de Laboratorio mantener los estándares con un grado de confiabilidad aceptable.
- Los estándares tendrán vigencia por el tiempo que lo señalen las normas y especificaciones correspondientes. Cabe mencionar que la verificación de estos la deberán llevar a cabo los signatarios cuando menos en una ocasión durante la vigencia del mismo.
- Los estándares únicamente se utilizarán como referencias de acuerdo a la naturaleza para la que fueron establecidos.
- Es responsabilidad de los titulares de los diferentes laboratorios verificar constantemente que los estándares sean bien utilizados, así como que proporcionen información veraz y oportuna.
- Es responsabilidad del personal adscrito al Departamento de Laboratorio reportar al titular correspondiente los casos en que detecte anomalías en el uso de algún estándar.
- El titular de cada Laboratorio propondrá, de acuerdo a la complejidad y tipo de estándares de que se trate, los laboratorios acreditados para la intercomparación de estándares al titular del Departamento.
- La intercomparación de estándares deberá considerar tanto el resultado obtenido como los métodos aplicados.
- En caso de que los resultados de una primera intercomunicación no concuerden con los estándares originales, se deberá gestionar otra intercomparación con un tercer laboratorio acreditado.

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN

- Es responsabilidad del jefe del departamento, del subjefe respectivo y de los signatarios autorizados, el vigilar que el procedimiento actualizado sea aplicado en toda su magnitud.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE
LABORATORIOS ACREDITADOS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

30

XI

98

DE 9

SUPERVISIÓN

- Es de carácter obligatorio para el Jefe y Subjefe del departamento de Laboratorio así como para el signatario autorizado, el aplicar una supervisión eficaz, durante la aplicación de el o los procedimientos.

TIEMPO DE VIGENCIA

Este procedimiento estará en vigencia mientras no se expida otro que lo sustituya.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE
LABORATORIOS ACREDITADOS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

30

XI

98

DE 9

DEFINICIONES

- **Estándares:** Indistintamente, las medidas, aparatos de medición o sistemas de medición destinados a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad, valor o valores conocidos de una magnitud, para transmitirlos por comparación a otros.
- **Laboratorios Acreditados:** Laboratorios reconocidos formalmente por el SINALP, como aptos para realizar una o un conjunto de pruebas determinadas en uno o varios rubros.
- **Signatario:** Persona reconocida por el SINALP como competente para firmar los informes de prueba del laboratorio del Organismo.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE
LABORATORIOS ACREDITADOS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

30

XI

98

DE 9

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO SUBJEFATURA	De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de pruebas, identifica estándar susceptible de ser examinado.
2		De acuerdo con la complejidad del estándar de que se trate, localiza laboratorios acreditados.
3		Elabora en original y copia la solicitud de intercomparación del estándar, recomendando el laboratorio acreditado adecuado y presenta a la Jefatura.
4	JEFATURA	Recibe la solicitud, y de manera conjunta con el titular de la subjefatura, determina el laboratorio con el que se realizará la intercomparación del estándar.
5	LABORATORIO ACREDITADO	Envía al laboratorio acreditado el original de la solicitud y la información correspondiente y acusa recibo en la copia de la solicitud, que archiva.
6		Recibe la solicitud de intercomparación y la información, acusa de recibo y analiza. ¿Esta en posibilidad de atenderla?
6.1		No, comunica la imposibilidad (Reinicia en la actividad N° 4)
6.2		Sí, realiza las pruebas para establecer la trazabilidad entre los estándares de ambos laboratorios.
7		Analiza y comunica mediante oficio los resultados obtenidos al Departamento de Laboratorio del S.T.C.
8	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO JEFATURA	Recibe los resultados y entrega a la Subjefatura correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE
LABORATORIOS ACREDITADOS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

30

XI

98

DE 9

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
9	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO SUBJEFATURA	Recibe los resultados, localiza en su archivo la información correspondiente.
10		Compara los resultados y los métodos aplicados ¿Concuerdan ambos análisis?
10.1		Sí, actualiza el estándar, y en su caso el método aplicado. TERMINA PROCEDIMIENTO
10.2		No, gestiona la intercomparación con otro laboratorio acreditado, conservando la información interna y externa para posterior revisión. (Reinicia en la Actividad N°. 4)
11		Actualiza el estándar y en su caso, el método aplicado, de acuerdo con los resultados obtenidos y archiva para consulta. TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE
LABORATORIOS ACREDITADOS

VIGENCIA

FECHA


PAG. 8

30

XI

98

DE 9





CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE
LABORATORIOS ACREDITADOS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

30

XI

98

DE 9

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

SUBJEFATURA

