

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

271

FECHA

25 - III - 99

NOMBRE : Manual de Procedimientos de Control Interno del Departamento de Laboratorio.

OBJETIVO : Orientar la realización de las actividades desarrolladas por el Departamento de Laboratorio, dentro de un marco técnico-administrativo que permita alcanzar los niveles de calidad requeridos por las normas establecidas.

CONTENIDO : Lineamientos para la Calificación del Mérito del Personal Asignado al Departamento de Laboratorio (10pp); para la Elaboración de Métodos de Prueba (11pp); para Determinar Costo de Pruebas (5pp); Inducción al Laboratorio (5pp); Control de Visitas (13pp); Atención de Reclamaciones (9pp); Sistema de Muestreo (13pp); Evaluación del Sistema de Calidad (14pp); Evaluación del Sistema de Medición (45pp); Gestión Documental (35pp); Solicitud de Apoyo para Pruebas de un Laboratorio Externo (6pp); Revaluación del Método de Prueba e Intercomparación con Laboratorios Externos (8pp); Supervisión de Pruebas (7pp); Total de Páginas 181.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - I - 1997

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requena Bustos	<i>Miguel Requena</i>
			Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José Antonio Tomasena Larrea	<i>José Antonio Tomasena Larrea</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca	<i>Luis Canut Abarca</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez	<i>Mario J. Zepeda y Martínez</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo	Vo. Bo.	Ing. Marcos Mercado Estrada	<i>Marcos Mercado Estrada</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	Ing. Enrique Pérez Jiménez	<i>Enrique Pérez Jiménez</i>
			Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este documento sustituye y actualiza al de mismo nombre y número de folio, de fecha 13-I-1997. (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE PRUEBAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

25

III

99

DE 7

SUPERVISION DE PRUEBAS



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE PRUEBAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

25

III

99

DE 7

OBJETIVO:

Establecer el procedimiento para la Supervisión de las Pruebas en su inicio, desarrollo, toma de datos y elaboración del Informe respectivo para contar con la metodología necesaria y confiable para la realización de las pruebas.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE PRUEBAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

25

III

99

DE 7

POLITICAS DE OPERACION

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria, para todas las áreas involucradas en la supervisión de pruebas de laboratorio.
- El signatario autorizado debe ejercer una supervisión eficaz, en el inicio, durante el desarrollo, toma de datos y en, la elaboración del Informe de Prueba correspondiente, dejando evidencia por escrito en el borrador de las pruebas de dicha supervisión al final de la ejecución de la misma o al detectarse alguna anomalía que impida el desarrollo de las pruebas.
- El Jefe de Laboratoristas también tiene la obligación de supervisar con el mismo interés el desarrollo de las pruebas en general, dejando evidencia por escrito de dicha supervisión en el borrador y el Informe final de pruebas.
- La Subjefatura de Area supervisará que se de cabal cumplimiento al presente procedimiento, dejando evidencia por escrito de su aprobación,
- Se debe de ejercer una supervisión adecuada, en el inicio, durante el desarrollo, toma de datos y en la elaboración del Informe de Prueba correspondiente, quedando evidencia por escrito en el Informe final.
- La supervisión será evidente en el Informe final y/o antefirma del Jefe del área, y/o del Jefe de Laboratoristas, en ausencia de estos por el personal de mayor jerarquía o experiencia según sea el caso.
- La Subjefatura de Area supervisará que se de cabal cumplimiento al presente procedimiento, en su área respectiva.
- En base al Informe por el Supervisor o por el Analista encargado de la prueba, es responsabilidad del Subjefe del Departamento de Laboratorio elaborar la Orden de Servicio, para que el equipo sea reparado y turnarla a la Jefatura para su autorización.
- Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Laboratorio, autorizar la notificación de atraso y la Orden de Servicio, para que se haga del conocimiento del solicitante de pruebas, por medio del área encargada de estos trabajos.
- Cuando no sea posible calibrar el equipo, para no afectar la fecha de entrega de resultados, se elaborará la notificación de atraso correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE PRUEBAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

25

III

99

DE 7

RESPONSABILIDADES:

- Es responsabilidad del signatario autorizado, Jefe de Laboratoristas y Subjefe de Area, supervisar la ejecución de las pruebas, que se encuentren asignadas al área que pertenezcan.

SUPERVISION

- Esta será realizada por el Jefe del Departamento constatando la evidencia de la supervisión efectuada, mediante la firma de las personas involucradas que realizaron la supervisión mencionada en el punto anterior.

TIEMPO DE VIGENCIA:

- Este procedimiento será válido y vigente, mientras no exista la revisión que lo cancele.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE PRUEBAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

25

III

99

DE 7

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO LABORATORISTA	Recibe y analiza la información que se proporciona, para el desarrollo de una prueba, que la normatividad o especificaciones sean las que se encuentren en vigencia. Asentando en su bitácora todos los datos referentes a la prueba asignada.
2		Procede a la preparación de los equipos , instrumentos y materiales que van a ser utilizados en el desarrollo de la prueba, verificando la calibración de los mismos y la preparación de muestras y/o probetas como de accesorios de prueba, que sean necesarios para la ejecución de la misma. ¿La calibración es satisfactoria?
2.1		No, elabora la "Notificación de Atraso" correspondiente, en virtud de haber sido modificada la fecha de entrega de resultados. (Continúa en la actividad N° 8)
2.2.		Sí, inicia el desarrollo de la prueba según indiquen las normas o especificaciones por aplicar.
3	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO SIGNATARIO AUTORIZADO	Procede a la toma de datos, asentándolos en su bitácora, de acuerdo a NOM 008/90 con tinta en color negro, sin borrones, sin corrector ni enmendaduras. Para el caso de asentamientos de datos erróneos, estos se cruzarán con una línea en tinta negra firmando junto al (los) dato (s) erróneo (s) la persona que realiza la corrección.
4		Verifica que los datos obtenidos, se encuentren dentro de los rangos esperados, según la desviación estándar relativa, establecida para cada parámetro y determina. ¿Están los datos dentro del rango esperado?.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE PRUEBAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

25

III

99

DE 7

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
4.1	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORISTAS	No. Procede a recalibrar el equipo e instrumento según se trate de obtener una calibración satisfactoria. (Reinicia en la actividad No.2)
4.2		Sí. Lo comunica al Jefe de laboratoristas para el informe de resultado de pruebas "Informe de Resultado de Pruebas".
5.		Elabora "Informe de Resultado de Pruebas" en borrador, de acuerdo al formato establecido y a lo indicado en la norma NMX-CC-13-1992, y lo entrega a su jefe inmediato.
6		Recibe y analiza el "Informe de Resultado de Pruebas", y en su caso realiza las correcciones que considere.
7		Autoriza el "Informe de Resultado de Pruebas" y lo envía al solicitante. TERMINA PROCEDIMIENTO
8		Elabora la "Orden de Servicio" para que el equipo sea reparado describiendo en la misma el daño detectado, tomando como base la "Notificación de Atraso" respectiva el informe proporcionado por el Signatario Autorizado y por el analista encargado de la prueba y turna la orden de servicio y la "Notificación de Atraso" a la Jefatura del Departamento para su autorización.
9		Recibe la "Orden de Servicio" y la "Notificación de Atraso" autoriza ambas y turna al área encargada de realizar los trabajos. (Reinicia procedimiento en la actividad No.2)
10		Comunica al solicitante el atraso en la realización de las pruebas. TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE PRUEBAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

25

III

99

DE 7

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO

SIGNATARIO AUTORIZADO

LABORATORISTA

JEFATURA

SUBJEFATURA

INICIO

1
RECIBE Y ANALIZA
LA INFORMACION
NORMATIVIDAD Y
ESPECIFICACIONES
Y ANOTA EN
BITACORA

2
PREPARA LOS
EQUIPOS
INSTRUMENTOS Y
MATERIALES

SI NO
LA CA-
LIBRACIONES
SATISFACTO-
RIA?

2.2
INICIA
DESARROLLO DE
LA PRUEBA
SEGUN NORMAS Y
ESPECIFICACIONES

3
TOMA DATOS
ASENTÁNDOLOS
EN LA BITACORA

4
VERIFICA QUE
LOS DATOS SE
ENCUENTREN
DENTRO DE LOS
RANGOS
ESPERADOS

ESTAN
LOS DATOS DENTRO DEL RANGO?

NO

SI

4.1
RECALIBRA EL
EQUIPO E
INSTRUMENTO
PARA OBTENER
LA CALIBRACION
SATISFACTORIA

4.2
COMUNICA AL
LABORATORISTA
PARA EL INFORME
DE RESULTADOS
DE PRUEBAS

5
ELABORA
INFORME DE
RESULTADO DE
PRUEBA EN
BORRADOR Y
ENTREGA

INFORME DE
RESULTADO DE
PRUEBA

6
RECIBE Y ANALIZA
INFORME DE
RESULTADO DE
PRUEBA Y REALIZA
CORRECCIONES

INFORME DE
RESULTADO DE
PRUEBA

7
AUTORIZA EL
INFORME Y LO
ENVIA AL
SOLICITANTE

INFORME DE
RESULTADO DE
PRUEBA

TERMINA

9
RECIBE ORDEN
DE SERVICIO LA
AUTORIZA Y
TURNA AL AREA
ENCARGADA

ORDEN DE
SERVICIO

NOTIFICACION
DE ATRASO

10
COMUNICA AL
SOLICITANTE EL
ATRASO EN LA
REALIZACION DE
LAS PRUEBAS

INICIO

2.1

8
ELABORA ORDEN
DE SERVICIO Y LA
TURNA A LA
JEFATURA PARA
AUTORIZACION

ORDEN DE
SERVICIO

NOTIFICACION
DE ATRASO