

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

271

FECHA

25 - III - 99

NOMBRE: Manual de Procedimientos de Control Interno del Departamento de Laboratorio.

OBJETIVO: Orientar la realización de las actividades desarrolladas por el Departamento de Laboratorio, dentro de un marco técnico-administrativo que permita alcanzar los niveles de calidad requeridos por las normas establecidas.

CONTENIDO: Lineamientos para la Calificación del Mérito del Personal Asignado al Departamento de Laboratorio (10pp); para la Elaboración de Métodos de Prueba (11pp); para Determinar Costo de Pruebas (5pp); Inducción al Laboratorio (5pp); Control de Visitas (13pp); Atención de Reclamaciones (9pp); Sistema de Muestreo (13pp); Evaluación del Sistema de Calidad (14pp); Evaluación del Sistema de Medición (45pp); Gestión Documental (35pp); Solicitud de Apoyo para Pruebas de un Laboratorio Externo (6pp); Revaluación del Método de Prueba e Intercomparación con Laboratorios Externos (8pp); Supervisión de Pruebas (7pp); Total de Páginas 181.

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 13 - I - 1997

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Requena Bustos	<i>Miguel Requena</i>
			Nombre y firma del Responsable
Subdirección General de Administración y Finanzas	Vo. Bo.	Lic. José Antonio Tomasena Larruy	<i>José Antonio Tomasena Larruy</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Luis Canut Abarca	<i>Luis Canut Abarca</i>
			Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	M. en E. Mario J. Zepeda y Martínez	<i>Mario J. Zepeda y Martínez</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Ingeniería y Desarrollo	Vo. Bo.	Ing. Marcos Mercado Estrada	<i>Marcos Mercado Estrada</i>
			Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	Ing. Enrique Pérez Jiménez	<i>Enrique Pérez Jiménez</i>
			Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: Este documento sustituye y actualiza al de mismo nombre y número de folio, de fecha 13-I-1997. (Primera Actualización).



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

25 III 99 DE 8

PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

25 III 99 DE 8

OBJETIVO

Dar trámite a las reclamaciones presentadas por los solicitantes de servicios de laboratorio, por inconformidad con los resultados obtenidos de la aplicación de las pruebas correspondientes.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

25 III 99 DE 8

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la atención de reclamaciones de resultados de laboratorio.
- La atención de reclamaciones se sujetará a lo siguiente:
- Deberá ser presentada de manera escrita en las oficinas de la Gerencia de Ingeniería y Desarrollo o de la Jefatura del Departamento de Laboratorio.
- Deberá estar fundamentada por información que manifieste evidencia de incorrección en los resultados obtenidos.
- En caso de tratarse de reclamaciones relativas a bienes de integración o de lotes de homologados, las aplicaciones subsecuentes de las pruebas se sujetarán a lo establecido en los procedimientos correspondientes.

RESPONSABLE DE LA APLICACION

- Es responsabilidad del Jefe del Departamento, del Subjefe respectivo y de los signatarios autorizados, vigilar que el procedimiento actualizado sea aplicado en toda su magnitud.

SUPERVISIÓN

- Es de carácter obligatorio para el Jefe y Subjefe del Departamento de Laboratorio, así como para el Signatario autorizado, el aplicar una supervisión eficaz, durante la aplicación de el o los procedimientos.

TIEMPO DE VIGENCIA

- El presente procedimiento estará en vigencia mientras no haya otro que lo sustituya.

ACCIONES CORRECTIVAS

- La Gerencia de Ingeniería y Desarrollo, a través del Departamento de Laboratorio, identificará los datos o valores a corregir.
- Para cualquier solicitud de prueba en que se detecte que después de emitir el reporte se hayan encontrado valores o datos erróneos debido a diversos factores, se procederá a realizar la corrección correspondiente de la siguiente manera.



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

25 III 99 DE 8

- Se identificarán el valor o datos a corregir.
- Se avisará vía fax, telefónica o mensajería al cliente solicitante de la existencia de valores o datos erróneos en el reporte.
- Elaboración de un oficio con un reporte adicional el cual indicará la leyenda complemento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

25 III 99 DE 8

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	DEPTO. DE LABORATORIO	(VIENE DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES EXTERNAS DE SERVICIOS DE LABORATORIO Y PARA LA ATENCION DE SERVICIOS INTERNOS)
2	SOLICITANTE	Valida "Reporte de Pruebas" y distribuye: Original.- Solicitante Copia 1.- Gerencia de Ingeniería y Desarrollo Copia 2.- Archivo.
3		Recibe "Reporte de Pruebas", lo revisa y analiza resultados obtenidos.
4	DEPTO. DE LABORATORIO JEFATURA	En caso de identificar datos o valores que no considera correcto, elabora en original y copia Oficio de Reclamación, precisando el detalle de los datos o valores sujetos de revisión y distribuye: Original.- Depto. de Laboratorio. Copia.- Acuse de Recibo.
5		Recibe Oficio de Reclamación, acusa en copia y revisa:
5.1		Localiza en su archivo el "Reporte de Pruebas" correspondiente y compara los datos o valores obtenidos con los señalados en la reclamación y determina: Es procedente la reclamación? No, elabora en original y copia oficio en el que informa al solicitante las causas por las que no procede la reclamación y distribuye: Original.- Solicitante. Copia.- Acuse Archivo. TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

25 III 99 DE 8

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
5.2	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO	Turna la reclamación y el Reporte a la Subjefatura del Laboratorio que aplicó las pruebas, para su revisión.
6		Recibe documentos, recopila la información necesaria y analiza los datos o valores.
7		En su caso, solicita la presencia del Laboratorista que aplicó las pruebas y conjuntamente analizan la información.
8		Efectúa las pruebas correspondientes a los resultados objeto de la reclamación, registra datos o valores obtenidos y compara. Son diferentes a los originales?
8.1		No, elabora informe complementario y oficio en original y dos copias, recaba firma del titular del Departamento de Laboratorio y distribuye: Original del Reporte y copia del oficio.- Solicitante.- Para su conocimiento. Copia 1 del Reporte, copia del oficio de Reclamación y copia del Reporte original.- Departamento de Laboratorio.- Para su atención. Copia 2 del Reporte, copia del oficio y la información complementaria.- Subjefatura Depto. de Laboratorio.- Para su atención.
8.2		TERMINA PROCEDIMIENTO Sí, elabora el Reporte Complementario y el Oficio de corrección en original y dos copias, recaba firma del titular del Departamento de Laboratorio y distribuye: Original del reporte y copia del oficio.- Solicitante.- Para su conocimiento.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

25 III 99 DE 8

Nº	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
9	DEPTO. DE LABORATORIO	Copia 1 del Reporte, copia del oficio y copia del Reporte original.- Departamento de Laboratorio.- Para su conocimiento. Copia 2 del Reporte, Copia del Oficio y la información complementaria.- Subjefatura Depto. de Laboratorio. Identifica resultados de pruebas no confiables o estándares susceptibles de ser modificados y procede a su actualización. INICIA PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MÉTODO DE PRUEBAS O PARA LA INTERCOMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ENTRE LABORATORIOS ACREDITADOS.



CIUDAD DE MÉXICO


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

SISTEMA:

CONTROL INTERNO



PROCEDIMIENTO: PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

25 III 99 DE 8