

ACTA DE INTERVENCION

INSPECCIÓN TECNICA METROLOGICA EN ESTACIONES DE SERVICIOS

ACTA DE INTERVENCION N° 003 / 20.16

OBSERVACIONES: esto de **PRECINTOS**, aplicados a dispositivos de regulación: # — # — # — # — #
Sin Irregularidades # — # — # — # — #

Hoja 2 de 2

* Desgaste en el Dispositivo de Regulación de la Máquina.
Marca: Wayne Modelo: 2209 Serie N° 400 Producto: Regular

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS: * Desgaste en el Dispositivo de Regulación de la Máquina. Marca Wayne Modelo: 2209 Serie N° 400 Producto: Diesel
* Desgaste en el Dispositivo de Regulación de la Máquina Marca: Wayne Modelo 2209 Serie N°: 400 Producto: Diesel
* Los Picos No Pudieron ser Inhabilitados porque la Propietaria de la Estación No Permitió dicho procedimiento.
Los Precintos INTU. N° 120010, 120011, 120012 no fueron Colocados * En el Momento de la Inspección No Cuenta con el Certificado del Medidor Volumetrico
* El Sr. Juan Trinidad no esta autorizado a firmar la Presente

Si existiesen irregularidades por la presente se le **NOTIFICA**, que le asiste el derecho de presentar por escrito, el descargo respectivo, bajo patrocinio de abogado en el término de 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha.

Con lo que se da por terminado el acto siendo las previa lectura y ratificación de su contenido por los actuantes, se firma el presente acta. Labrándose en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Aclaración: A. Alarce
C.I. No.: 3643122

Stael Montebano B
Aclaración: Stael Montebano
C.I. No.: 564322

Carlos Alberto Cane
INTU

Aclaración: Jorge Orosco
C.I. No.: 654407

Aclaración:
C.I. No.:

SECCIÓN TÉCNICA METROLOGICA EN ESTACIONES DE SERVICIOS

ACTA DE INTERVENCIÓN N° 003/2016

Hoja 1 de 2

En la ciudad de Lambaré día del mes de Junio República del Paraguay, a los 14 horas, los funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología - INTN

Sr. Alfredo Alvarado - Carlos Cano con C.I. No. 362322 - 402548 y Sr. Stael Montebruno con C.I. No. 564322

en intervención conjunta con funcionarios del/la: Ministerio de Ind. y Comercio con C.I. No. 254402 y con el Sr. Jorge Cabrera con C.I. No. 2545748

Sr. Fernando Baez con C.I. No. 2545748 nos constituimos en la Estación de Servicios Copetrol Cacique con emblema

Copetrol propiedad de Santa Luisa S.A. ubicada en Avda. Cacique Lambaré esq. San Vicente de la ciudad de Lambaré

con teléfono No. 909.513 en presencia del propietario y/o encargado de la Estación de Servicios el/la Sr./Sra. Juan Trinidad con C.I. No. 3661396

en cumplimiento a la Ley No. 937/82 "DE METROLOGIA", el Decreto Reglamentario No. 1988/99, el Reglamento Técnico vigente aprobado por Resolución INTN y el Procedimiento para Inspección Técnica Metroológica en Estaciones de Servicio vigente, a fin de proceder a la inspección técnica de las máquinas expendedoras de combustibles líquidos, detectándose las siguientes irregularidades:

RUC: 80087878-0

No.	PRODUCTO	DATOS DE LA MAQUINA			LECTURA DEL INDICADOR EN ml	LECTURA DE LA MEDIDA EN ml	ERROR EN ml	INHABILITADO CON PRECINTO INTN No. DE COLOR
		MARCA	MODELO	SERIE				
1	Supra	Wayne	362208	535652	20000	19960	-40	—
2	Diesel Max	Wayne	362209	535652	20000	19960	-40	—
3	Regular	Wayne	2208	400	20000	20000	0	—
4	Diesel	Wayne	2208	400	20000	19940	-60	—
5	Diesel	Wayne	2208	400	20000	19940	-60	—
6	Regular	Wayne	2208	400	20000	19960	-40	—
7	Supra	Wayne	S/D	S/D	20000	20000	0	—
8	Supra	Wayne	S/D	S/D	20000	20000	0	—

Avda. Artigas 3973 y Gral. Roa
Teléf.: 290 160 / 290 266 – Fax: 290 873
www.intn.gov.py
Asunción-Paraguay