
AAS Calibration: Fe
$R^2 = 0.99997$
Slope: 0.082
Intercept: 0.0019
LOD: 0.013 mg/L
Absorbance [AU]
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Standards
Linear Fit
ΔSignal
0.001
0.000
−0.001
0
1
2
3
4
5
Concentration [mg/L]