
AAS Calibration: Platinum (Pt 265.9 nm, Zeeman)
$R^2 = 0.99995$
Slope: 0.002
Intercept: 0.0003
LOD: 0.292 \mu g/L
Integrated Abs. [A · s]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
Standards
Linear Fit
ΔSignal
0.001
0.000
20
40
60
80
100
Concentration [µg/L]