BISOND



BS 300

Ventilator

PT. NUSANTARA MEDIKA BERJAYA
Ruko Terrace 9, Blok A. No. 29, Suvarna Sutera,
Jl.Jati Utama, Kel. Wanakerta, Kec. Sindang Jaya

BS 300

Ventilator



Ventilator seri BS 300 digunakan untuk perawatan intensif di ruang ICU dan untuk menangani pasien dengan gangguan pernapasan di ruang gawat darurat atau unit pernapasan. Alat ini dirancang dengan sistem pneumatik dan kontrol elektrik, sehingga pencampuran udara dan oksigen lebih efisien, serta lebih selaras dengan kebutuhan pasien.

Tipe Pasien :



Mode Ventilasi :

VCV, PCV,SIMV+VCV, SIMV+PCV, PRVC, SIMV+PRVC, CPAP/PSV, BIPAP, APRV, BACKUP MODE, VCV+Sigh

Option: (NIV-CPAP, NIV-PCV, high flow oxygen therapy)



BS 300

Ventilator

SPESIFIKASI PRODUK

Mode Anak :

Parameter	Range
Tidal volume	20~500 mL
Respiratory Rate	4~100 bpm
Inspiratory time	0.1~12 s
Breath-holding time	0~50%
Pressure trigger	-20 cmH2O ~ 0 cmH2O
Flow rate trigger	1~20 L/min
PEEP	0~10 cmH2O
Pressure Support	0~30 cmH2O
Pressure control	5~30 cmH2O
Oxygen concentration	21~100%
High pressure level	5~30 cmH2O
Low pressure level	0~10 cmH2O



Mode Dewasa :

Parameter	Range
Tidal volume	50 ~ 2500 mL
Respiratory Rate	4 ~ 100 bpm (SIMV: 1 ~ 40 bpm)
Inspiratory time	0.1 ~ 12 s
Breath-holding time	0 ~ 50%
Pressure trigger	-20 cmH2O ~ 0 cmH2O
Flow rate trigger	1 ~ 20 L/min
PEEP	0 ~ 50 cmH2O
Pressure Support	0 ~ 70 cmH2O
Pressure control	5 ~ 70 cmH2O
Oxygen concentration	21 ~ 100%
High pressure level	5 ~ 70 cmH2O
Low pressure level	0 ~ 50 cmH2O
Thigh	0.1 ~ 30 s
Tlow	0.5 ~ 30 s
Pure oxygen ventilation	120 s
Atomization	0 ~ 60 minutes



