PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS)

Nomor	IK-OPRWTP-002-015
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi PLTU A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS)

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS)

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	6 November 2020	3		2.3.2. Tissue 3.2. Operator WTP	
		4	4.1.TSS : 100 mg/l	4.1.TSS : 100 mg/L (Limbah Outlet Flocculan dan Inlet & outlet WWTP) TSS : 200 mg/L (Limbah Kolam Pemantauan TT1, Coal Water, Ash Water) TSS : 30 mg/L (Limbah Cair Domestik) TSS : Natural (inlet FSB, Inlet & Outlet MMf & FSF)	

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman analis laboratorium dalam melaksanakan Analisa Total Suspended Solid (TSS) pada sampel air di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Sepatu Safety

2.1.2. Kaos Tangan

2.1.3. Masker

2.1.4. Jas Laboratorium

2.1.5. Safety Glasses

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Beaker glass 100 mL

2.2.2. Kuvet

2.2.3. HACH-DR 900

2.3. Bahan yang digunakan

2.3.1. Air Demin

2.3.2. Tissue

3. PELAKSANA

3.1. Analis Laboratorium

3.2. Operator WTP

4. BATASAN OPERASI

4.1. TSS : 100 mg/L (Limbah Outlet Flocculan dan Inlet & outlet WWTP)

TSS : 200 mg/L (Limbah Kolam Pemantauan TT1, Coal Water, Ash Water)

TSS : 30 mg/L (Limbah Cair Domestik)

TSS : Natural (inlet FSB, Inlet & Outlet MMf & FSF)

4.2. Suhu : 25°C

INSTRUKSI KERJA
ANALISA TOTAL SUSPENDED SOLID (TSS)

5. PERSIAPAN

5.1. Gunakan APD yang sesuai.

5.2. Pastikan HACH-DR 900 dalam keadaan normal dan telah terkalibrasi.

5.3. Siapkan peralatan dan sampel.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Ambil sampel yang akan dianalisa.

6.2. Tekan tombol **"ON/OFF"** pada alat.

6.3. Pilih **"OPTIONS"**, lalu pilih **"ALL PROGRAM"**.

6.4. Pilih **"630 Suspended Solid"**, lalu pilih **"OK"**.

6.5. Isi kuvet dengan air demin, kemudian pilih **"ZERO"** muncul angka 0 mg/l pada alat.

6.6. Isi kuvet dengan sampel, kemudian pilih **"READ"**.

6.7. Catat hasil analisa TSS yang tertera pada layar.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book HACH-DR 900.