PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN HYDRAZINE
ONLINE ANALYZER

Nomor	IK-OPRWTP-002-035
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN HYDRAZINE ONLINE ANALYZER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN HYDRAZINE ONLINE ANALYZER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN HYDRAZINE ONLINE ANALYZER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator/analis laboratorium pada saat **Pembuatan Reagen Hydrazine** Online Analyzer di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Kacamata

2.1.6. Jas laboratorium

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Gelas Kimia 2000 ml , 500 ml, dan 100 ml

2.2.2. Pengaduk kaca

2.2.3. Pipet Volum 25 ml

2.2.4. Stirrer

2.2.5. Neraca Analitik

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. Para-Dimethylamino benzaldehide (PDAB)

2.3.2. Asam Sulfat 98 %

2.3.3. Air demin

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Temperatur : ≤ 35°C

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN HYDRAZINE ONLINE ANALYZER

4.2. Residual Hydrazine (N2H4) : 10 - 100 ppb

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan alat dan bahan tersedia.

5.2. Pastikan peralatan safety memadai.

5.3. Pastikan ruang asam beroperasi dengan baik.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Timbang 20 g Para-Dimethylamino benzaldehide

6.2. Larutkan dalam 1 liter air demin.

6.3. Tambahkan 400 ml H2SO4 98 %

6.4. Homogenkan.

6.5. Tambahkan air demin hingga volume larutan menjadi 2 liter.

6.6. Homogenkan.

6.7. Masukkan dalam botol reagen online analyzer.

6.8. Lakukan hal yang sama untuk pembuatan reagen online analyzer unit #2.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM.