

BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA TEKNOLOJİSİ, SEBZECİLİK ve SÜS BİTKİLERİ, TOPRAK ve SU KAYNAKLARI VE MEYVECİLİK BÖLÜMLERİ LABORATUVARLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK OLAN KİMYASAL VE SARF MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

S.No	Kimyasal-Sarf Malzeme Adı	Teknik Özellikleri
I. KISIM (KİMYASAL MALZEMELER)		
1.	Gibberellic acid (GA ₃)	Toz, Minimum %90 saflıkta bitki doku kültüründe kullanılmak üzere, 5gr'lık ambalajda
2.	Murashige & Skoog medium mod.No. 1A	Toz, 50lt'lik kutularda, bitki doku kültüründe kullanılmak üzere,
3.	Modification No.1 : 1/2 concentration Macro elements	Toz, 50lt'lik kutularda, bitki doku kültüründe kullanılmak üzere,
4.	Tidiazuron (TDZ)	Toz, Minimum %90 saflıkta bitki doku kültüründe kullanılmak üzere, 250 mg'lık ambalajda
5.	McCown Woody Plant medium including vitamins	Toz, 50lt'lik kutularda, bitki doku kültüründe kullanılmak üzere,
6.	Indole-3-butyric acid (IBA)	Toz, Minimum %90 saflıkta bitki doku kültüründe kullanılmak üzere, 5 gr'lık ambalajda
7.	α -naphtalene acetic acid (NAA)	Toz, Minimum %90 saflıkta bitki doku kültüründe kullanılmak üzere 5 gr'lık ambalajda
8.	Trans-zeatin ($\geq$ % 95 saflıkta)	Toz, Minimum %90 saflıkta bitki doku kültüründe kullanılmak üzere, 5 gr'lık ambalajda
9.	1 N NaOH	Sıvı, pomolojik analizlerde kullanılmak üzere, 1 N NaOH 1 litre'lik ambalajda
10.	Fenolftalein (50 mg)	Asit-baz titrasyonlarında indikatör olarak kullanılan, laboratuvar analizlerinde tercih edilen kimyasal madde 50 mg'lık ambalajda
11.	Asetonitril (5 lt)	HPLC ve kimyasal analizlerde kullanılan yüksek saflıkta organik çözücü 5 litre'lik ambalajda
12.	Metafosforik asit (100 gr)	Antioksidan analizlerinde ve numune stabilizasyonunda kullanılan kimyasal 100 gr'lık ambalajda
13.	Sakkaroz (1 kg)	Doku kültürü ortamlarında karbon kaynağı olarak kullanılan saf şeker 1 kg'lık ambalajda
14.	Amonyum Nitrat (NH ₄ NO ₃) (1 kg)	Bitki besleme ve doku kültüründe azot kaynağı olarak kullanılan kimyasal 1 kg'lık ambalajda
15.	Potasyum Nitrat (KNO ₃) (1 kg)	Bitki gelişimi için azot ve potasyum kaynağı olarak kullanılan kimyasal 1 kg'lık ambalajda
16.	Çamaşır suyu (1 lt)	Dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kimyasal 1 litrelik ambalajda
17.	PCR master mix (Thermo Scientific Dreamtaq Green)	100 reaksiyonluk, 1,25ml halinde ve kullanıma hazır olmalıdır. Toplamda 20 adet olacak şekilde olmalıdır. (1,25 ml x 20) Yeşil renkli olmalıdır. Sadece primer ve solüsyonlar eklenerek PCR solüsyonu hazırlanmalı PCR den sonra direk jele yüklenebilir olmalıdır.
18.	PCR Master Mix (Ampliqon)	100 reaksiyonluk, 1,25ml halinde ve kullanıma hazır olmalıdır. (1x10) Kırmızı renkli olmalıdır. Sadece primer ve solüsyonlar eklenerek PCR solüsyonu hazırlanmalı PCR den sonra direk jele yüklenebilir olmalıdır.

19.	DNA Staining Dye (Redsafe markalı)	1 ml hacimli, 20.000 X reaksiyonlu PCR ürününe eklenerek direk jele yüklenebilir olmalıdır. EtBr'ün alternatifi olarak jel elektroforezinde kullanılmak üzere saklama ömrü teslimden sonra en az 2 yıl olmalıdır.
20.	Agaroz (Sigma) (500 gr)	Biyoteknoloji çalışmalarda kullanılmak üzere 500 gr'lık ambalajda olmalıdır.
21.	DNA ladder (100bp) (Thermo Scientific)	100 bp DNA Ladder ölçüm değerinde laboratuvar çalışmalarına uygun kalitede olmalıdır
22.	<i>DraI</i> Kesim enzimi (20.000 reaksiyon)	.-20 °C de soğuk zincirde teslim edilmelidir. Kesim enziminin kullanılması için gerekli olan buffer ve komponentleri içermelidir. 20.000 reaksiyonluk olmalıdır.
23.	<i>AlwNI</i> enzim (10.000 reaksiyon)	.-20 °C de soğuk zincirde teslim edilmelidir. Kesim enziminin kullanılması için gerekli olan buffer ve komponentleri içermelidir. 10.000 reaksiyonluk olmalıdır.
24.	<i>TaqI</i> enzim (20.000 reaksiyon)	.-20 °C de soğuk zincirde teslim edilmelidir. Kesim enziminin kullanılması için gerekli olan buffer ve komponentleri içermelidir. 20.000 reaksiyonluk olmalıdır.
25.	<i>Xba I</i> enzim (20.000 reaksiyon)	.-20 °C de soğuk zincirde teslim edilmelidir. Kesim enziminin kullanılması için gerekli olan buffer ve komponentleri içermelidir. 20.000 reaksiyonluk olmalıdır.
26.	TAE buffer (50 X) (Thermo Scientific)	Tris-acetate-EDTA. 1 lt lik plastik/cam ambalaj içinde olmalı, yüksek performanslı moleküler biyoloji çalışmalarına uygun saflıkta olmalıdır.
27.	gRNAs F ARF4	ARF4 genine yönelik ileri yönlü gRNA oligonükleotidi olmalı; moleküler biyoloji ve klonlama çalışmalarına uygun saflıkta teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
28.	gRNAs R ARF4	ARF4 genine yönelik geri yönlü gRNA oligonükleotidi olmalı; moleküler biyoloji ve klonlama çalışmalarına uygun saflıkta teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
29.	gRNAs F GRAS10	GRAS10 genine yönelik ileri yönlü gRNA oligonükleotidi olmalı; moleküler biyoloji ve klonlama çalışmalarına uygun saflıkta teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
30.	gRNAs R GRAS10	GRAS10 genine yönelik geri yönlü gRNA oligonükleotidi olmalı; moleküler biyoloji ve klonlama çalışmalarına uygun saflıkta teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
31.	LB broth	Bakteriyel kültür çalışmalarında kullanılmak üzere laboratuvar/moleküler biyoloji kalitesinde olmalıdır. Ambalaj miktarı toplam 500 gr olmalıdır.
32.	Bacto Agar	Mikrobiyolojik besiyeri hazırlanmasında kullanılmaya uygun kalitede olmalıdır. Ambalaj miktarı toplam 500 gr olmalıdır.
33.	Kanamisin stok	Bakteriyel seçim çalışmalarında kullanılmak üzere uygun saflıkta kanamisin olmalıdır. Toplam 5 gr teslim edilmelidir.
34.	Rifampisin	Bakteriyel seçim çalışmalarında kullanılmak üzere uygun saflıkta rifampisin olmalıdır. Toplam 5 gr teslim edilmelidir.
35.	Gliserol (2,5 lt)	Bakteri stoklarının hazırlanması ve moleküler biyoloji çalışmalarında kullanılmaya uygun kalitede olmalıdır. Toplam 2,5 litre teslim edilmelidir.
36.	GeneJET Plazmid Miniprep Kiti	Plazmid DNA izolasyonu için uygun, kullanıma hazır kit formatında olmalı; gerekli tampon ve kolonları içermelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
37.	GeneJET Jel Ekstraksiyon Kiti	Agaroz jelden DNA ekstraksiyonu için uygun, kullanıma hazır kit formatında olmalı; gerekli

		tampon ve kolonları içermelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
38.	rCutSmart Tampon	Restriksiyon enzim kesim reaksiyonlarında kullanılmaya uygun tampon olmalı ve uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
39.	T4 Ligaz Tamponu	T4 DNA ligaz reaksiyonlarında kullanılmaya uygun tampon olmalı ve uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
40.	BsaI-HF (NEB)	BsaI-HF restriksiyon enzimi olmalı; enzim aktivitesi için gerekli uygun tampon/komponentler ile birlikte, soğuk zincirde teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
41.	EcoRI-HF (NEB)	EcoRI-HF restriksiyon enzimi olmalı; enzim aktivitesi için gerekli uygun tampon/komponentler ile birlikte, soğuk zincirde teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
42.	PacI (NEB)	PacI restriksiyon enzimi olmalı; enzim aktivitesi için gerekli uygun tampon/komponentler ile birlikte, soğuk zincirde teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
43.	T4 Ligaz Enzimi	DNA ligasyon reaksiyonlarında kullanılmak üzere T4 DNA ligaz enzimi olmalı; uygun tamponu ile uyumlu ve soğuk zincirde teslim edilmelidir. Toplam 1 adet olmalıdır.
44.	EtBr	Jel elektroforezinde nükleik asit görüntüleme amacıyla kullanılmaya uygun etidyum bromür çözeltisi olmalıdır. Toplam 50 ml teslim edilmelidir.
45.	Tris base Glacial acetic acid	TAE/TBE benzeri elektroforez tamponlarının hazırlanmasına uygun kalitede olmalıdır. Toplam 500 gr teslim edilmelidir.
46.	EDTA	Moleküler biyoloji çalışmalarında tampon hazırlama amacıyla kullanılmaya uygun kalitede EDTA çözeltisi olmalıdır. Toplam 500 ml teslim edilmelidir.
47.	DMSO	Moleküler biyoloji ve kriyoprezervasyon çalışmalarında kullanılmaya uygun kalitede dimetil sülfoksit olmalıdır. Toplam 250 ml teslim edilmelidir.
48.	1-Step RT-qPCR Kit (Tek aşamalı- 200 reaksiyonluk)	1- Kit RNA dan DNA elde etmek için kullanılmalıdır. 2- Ürün içinde hot start taq polymerase bulunmalıdır. 3- Ürünün ambalajı olup 200 ünitelik çalışma için yeterli olmalıdır. 4- Son ürün boyutu 3 kb veya daha az olmalıdır. 5- Teknik şartname şartlarını taşımayan ürün/ürünler teslim alınmayacaktır. Teklif veren firma, teklif verdiği markaya ait yetkili satıcı belgesine sahip olmalıdır.
49.	DNA ladder (100bp)	1. DNA merdiveni 100 bp 3 kb kadar 13 DNA fragmanlı (100,200, 300, 400, 500, 600,700, 800,900, 1000, 1500, 2000, 3000 bp) olmalıdır. 2. Referans bantlar 500 bp 1000 bp ve 2000 bp fragmanlar olup, diğerlerine göre daha fazla DNA içermelidir. 3. Kullanıma hazır DNA merdiveni orijinal ambalajı içerisinde 1 vial 6X loading dye örnek yüklemelerinde kullanılmak üzere paket içerisinde bulunmalıdır. 4. DNA merdiveni, turuncu (Orange G) ve mavi (Xylene Cyanol) izleme boyalar içeren kullanıma hazır formatta olmalıdır. 5. DNA merdiveni 800 ul (4x200ul) lik orijinal ambalajlı teslim edilmelidir.

		6. Konsantrasyonu 100 ug/ ml şekilde olmalıdır. 7. DNA ladder saklama toponu karışımı 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), 1 mM EDTA, 5% glycerol, 0.005% bromophenol blue, 0.005% xylene cyanol içermelidir.
50.	DNA ladder (1 kb)	1. Ürün, agaroz jel elektroforezinde kullanılmak üzere 1 kb DNA ladder olmalıdır. 2. En az 250 bp–10 kb aralığında bantlar içermelidir. 3. Temel bantlar: 250 bp–10 kb arası standart fragmentler bulunmalıdır. 4. Kullanıma hazır veya yükleme boyası ile birlikte verilmelidir. 5. EtBr, SYBR Safe, GelRed gibi boyalarla görüntülenebilir olmalıdır. 6. En az 50 yükleme kapasitesine sahip olmalıdır. 7. –20 °C’de saklanabilir olmalıdır. 8. Ürün üzerinde lot, SKT ve saklama bilgileri yer almalıdır. Teknik doküman/sertifika ile birlikte sunulmalıdır.
51.	Primer-Probe	CMV (F) 5’-GACAGTCCGTAAAGTTCC-3’ CMV (R) 5’-GATGCAGCGTACTGATAA-3’ CMV (P) Texas Red-5’-TATCCGTTGCCGCCATCTCT-3’-BHQ2 ZYMV (F) 5’-CCTACAAGCCCTCCATCAAG-3’ ZYMV (R) 5’-ACTGTTTCTCACCTGAGCC-3’ ZYMV (P) FAM-5’-AGCCAACTGTGGCAGATGCTGGAGCT-3’-BHI CVYV (F) 5’-CGA AGG TCT CGA ATA AGC GTT C-3’ CVYV (R) 5’-GAA TAC CCC ACA CCG AAC TTC A-3’ CVYV (P) FAM- 5’-TAT TTA CGG TTT TAG TAA GAG TTT GGG ATC CGC AG-3’-BHQ1 203 bp Primer-Probe Form: liyofilize veya çözeltide. OD, nmol ve CoA bilgileri sağlanmalıdır. PCR/qPCR/RT-qPCR uyumlu olmalıdır. –20 °C’de stabil olmalıdır. Opsiyonel modifikasyonlar sunulabilmelidir. 9. Lot, SKT ve teknik doküman içermelidir.
52.	Reagent Set for Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV), 500 testwells	DAS-ELISA için Reagent set, Alkaline Phosphatase 500 testlik
53.	Reagent Set for Zucchini yellow mosaic virus (CMV), 500 testwells	DAS-ELISA için Reagent set, Alkaline Phosphatase 500 testlik
54.	Taq DNA Polymerase Master Mix (Amplicon)	2X Taq Master Mix (Taq polimeraz, dNTP, MgCl₂, tampon) içermelidir. Kullanıma hazır olmalıdır. 0.1–5 kb DNA amplifikasyonuna uygun olmalıdır. 20–50 µL PCR reaksiyonlarıyla uyumlu olmalıdır. Jel elektroforezde net bantlar vermelidir. En az 100 reaksiyonluk olmalıdır. –20 °C’de stabil olmalıdır. CoA ve teknik doküman içermelidir. Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
55.	Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate (EDTA) (500 g)	Ürün, EDTA tetrasodyum tuzu dihidrat (Na₄EDTA·2H₂O) formunda olmalıdır. Analitik saflıkta (≥%99) olmalıdır.

		Fiziksel form: beyaz kristal/toz yapıda olmalıdır. Moleküler biyoloji ve genel laboratuvar uygulamalarına uygun olmalıdır. Suda tamamen çözünür olmalıdır. Ağır metal ve safsızlık oranları düşük olmalıdır (üretici spesifikasyonlarına uygun). Ambalaj: 500 g orijinal, sızdırmaz ve kimyasala dayanıklı kapta sunulmalıdır. Ürün, uygun koşullarda oda sıcaklığında stabil olmalıdır. Ambalaj üzerinde lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yer almalıdır.
56.	UltraPure™ 1M Tris-HCl, pH 8.0	Ürün, 1M Tris-HCl tampon çözeltisi (pH 8.0) olmalıdır. UltraPure / moleküler biyoloji derecesinde (nükleaz, DNaz, RNaz içermeyen) olmalıdır. pH değeri 8.0 ± 0.1 aralığında olmalıdır. Hazır kullanım (ready-to-use) formatta olmalıdır. Renksiz ve berrak çözelti olmalıdır. DNA/RNA izolasyonu, PCR ve enzimatik reaksiyonlar için uygun olmalıdır. Uygun koşullarda oda sıcaklığı veya 2–8 °C'de stabil olmalıdır. Ambalaj üzerinde lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
57.	50 X TAE Buffer (1 L)	Ürün, 50X konsantre TAE tamponu (Tris-Asetat-EDTA) olmalıdır. İçerik: Tris baz, asetik asit ve EDTA içermelidir. Moleküler biyoloji derecesinde olmalı, DNaz/RNaz içermemelidir. Agaroz jel elektroforezi ve DNA analizi için uygun olmalıdır. Kullanım öncesi 1X'e seyreltilerek kullanılabilir olmalıdır. Berrak ve partikülsüz çözelti olmalıdır. Ambalaj: 1 L, sızdırmaz ve kimyasala dayanıklı kapta sunulmalıdır. Uygun koşullarda oda sıcaklığında stabil olmalıdır. Ambalaj üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
58.	Kloroform	Ürün, kloroform (CHCl_3) olmalıdır. Analitik saflıkta ($\geq 99\%$) olmalıdır. Fiziksel özellik: renksiz, uçucu sıvı olmalıdır. DNA/RNA izolasyonu (fenol:kloroform) ve genel laboratuvar uygulamalarına uygun olmalıdır. Stabilize edilmiş (etanol/amylene içerebilir) formda olmalıdır. Su ve safsızlık oranları düşük olmalıdır (üretici spesifikasyonlarına uygun). Ambalaj: uygun hacimde (örn. 500 mL / 1 L), ışığa dayanıklı (amber) ve sızdırmaz kapta sunulmalıdır. Uygun koşullarda serin ve karanlık ortamda saklanabilir olmalıdır. Ambalaj üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
59.	Polivinil Pyrolidone (1 kg)	Ürün, Polyvinylpyrrolidone (PVP) olmalıdır (tercihen PVP-40 veya PVP-30, belirtilmelidir). Analitik/moleküler biyoloji derecesinde olmalıdır. Fiziksel form: beyaz veya açık krem renkli toz olmalıdır. Suda çözünür olmalıdır. Fenolik bileşikler bağlama özelliği ile DNA/RNA izolasyonu ve doku ekstraksiyonlarında kullanılabilir olmalıdır. Düşük safsızlık ve uygun molekül ağırlığı dağılımı üretici spesifikasyonlarına uygun olmalıdır.

		Ambalaj: 500 gr veya 1 kg ambalajda, nem ve ışığa dayanıklı, sızdırmaz kapta sunulmalıdır. Uygun koşullarda oda sıcaklığında, kuru ortamda stabil olmalıdır. Ambalaj üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
60.	Isopropanol	Ürün, izopropanol (2-propanol) olmalıdır. Analitik saflıkta ($\geq 99\%$ veya $\geq 99.5\%$) olmalıdır. Fiziksel özellik: renksiz, uçucu sıvı olmalıdır. DNA/RNA çöktürme, dezenfeksiyon ve genel laboratuvar kullanımı için uygun olmalıdır. Düşük su ve safsızlık içeriği üretici spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. Ambalaj: uygun hacimde (örn. 1 L / 2.5 L / 5 L), sızdırmaz ve kimyasala dayanıklı kapta sunulmalıdır. Uygun koşullarda oda sıcaklığında, kapalı ve güvenli ortamda saklanabilir olmalıdır. Ambalaj üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
61.	Ultra distile su (1 L'lik) (PCR derecesinde)	PCR derecesinde ultra saf su olmalıdır. DNaz, RNaz ve nükleaz içermemelidir. Steril, endotoksinsiz ve apirojenik olmalıdır. Moleküler biyoloji uygulamalarına (PCR/qPCR/RT-qPCR) uygun olmalıdır. 1 L hacimde, sızdırmaz steril ambalajda sunulmalıdır. Berrak, partikülsüz olmalıdır. Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
62.	Agarose (1kg)	Ürün, moleküler biyoloji derecesinde agaroz olmalıdır. DNA/RNA elektroforezi için uygun olmalıdır. Düşük elektroendozmoz ($EEO \leq 0.13$) değerine sahip olmalıdır. Yüksek jel şeffaflığı ve düşük arka plan sağlamalıdır. Geniş fragment aralığında (≈ 100 bp–20 kb) ayırım yapabilmelidir. Fiziksel form: beyaz toz olmalıdır. Ambalaj: 1 kg, nemden korunmuş, sızdırmaz kapta olmalıdır. Oda sıcaklığında stabil olmalıdır. Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
63.	Kalsiyum klorür ($CaCl_2$) (1 kg)	Ürün, kalsiyum klorür ($CaCl_2$) olmalıdır. Granül formda olmalıdır. Analitik saflıkta ($\geq 95-99\%$) olmalıdır. Suda tamamen çözünür olmalıdır. Düşük safsızlık ve ağır metal içeriği üretici spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. Laboratuvar ve genel kullanım için uygun olmalıdır. Ambalaj: 1 kg, nem geçirmez ve sızdırmaz kapta olmalıdır. Higroskopik yapısı nedeniyle kuru ortamda saklanmalıdır. Ambalaj üzerinde lot ve SKT bulunmalıdır.
64.	DNA Safe Interkalar Boya (Ethidium Bromür muadili)	1 ml hacimli, PCR ürününe eklenerek direk jele yüklenebilir olmalıdır. EtBr'ün alternatifi olarak jel elektroforezinde kullanılmak üzere saklama ömrü teslimden sonra en az 2 yıl olmalıdır. (~ 270nm; ~ 290nm) ve mavi ışık aralığında (~ 490nm) 2 adet floresan uyarma dalga boyuna sahip olmalıdır. Maksimum floresan emisyonu ~ 515 nm'dedir (yeşil). +2°C ile +8°C arasında ışıktan korunarak en az 2 yıl saklanabilir olmalıdır.
65.	M9, Minimal Medium (1Kg)	İçeriği: KH_2PO_4, 15 g/L, NaCl, 2.5 g/L, Na_2HPO_4, 33.9 g/L, NH_4Cl, 5 g/L olmalıdır.

		Toz formunda olmalıdır. 1 kg'lık orijinal ambalajında bulunmalıdır.
66.	Nutrient Agar (500 gr)	Mikrobiyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere, bakterilerin genel besi ortamı In vitro'da yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde katı besiyeri olarak kullanılmak üzere, 1. 500 gr'lık orijinal ambalajda bulunmalıdır. 2. Granül formda olmalıdır. 3. Mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır. 4. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmelidir. 5. Ambalaj üzerinde üretici, lot, üretim, miad yazmalıdır. 6. CE işareti olmalıdır. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
67.	Sodyum hipoklorit (2,5lt) (Ticari çamaşırsuyu) (NaOCl)	Formül: NaClO Yoğunluk: 1,11 g/cm³ Molar kütle: 74,44 g/mol Erime noktası: 18 °C Kaynama noktası: 101 °C % 99 saflıkta (2,5 lt' ilk) olmalıdır. Laboratuvar çalışmalarında kullanılacak kalitede olmalıdır. 1. İlaç ambalajları üzerinde orijinal etiketleri bulunmalıdır. 2. Üretim yılı en az 2026 yılı olacak, daha eski üretim tarihine ait ilaçlar teslim alınmayacaktır. 3. Ambalajlar zarar görmemiş, ezilmemiş olacaktır. 4. Akıntı ve sızıntı olan ürünler teslim alınmayacaktır. 5. Ruhsata uygun fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır.
68.	Potato Dextrose Agar (PDA) besi ortamı-500 gr	In vitro'da yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde katı besiyeri olarak kullanılmak üzere, 7. 500 gr'lık orijinal ambalajda bulunmalıdır. 8. Granül formda olmalıdır. 9. Mikrobiyolojik çalışmalara uygun olmalıdır. 10. İçeriğinde, 4g/L potato extract, 20 g/L dextrose, 15 g/L agar bulunmalıdır. 11. Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmelidir. 12. Ambalaj üzerinde üretici, lot, üretim, miad yazmalıdır. 13. CE işareti olmalıdır. Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.
69.	Primer	Bs-XeF 5'-CAT GAA GAA CTC GGC GTA TCG-3' Bs-XeR 5'-GTC GGA CAT AGT GGA CAC ATA C3' Bs-XpF 5'- GTC GTG TTG ATG GAG CGT TC -3' Bs-XpR 5'- GTG CGA GTC AAT TAT CAG AAT GTG G 3' Bs-XvF 5'-CCA TGT GCC GTT GAA ATA CTT G-3' Bs-XvR 5'-ACA AGA GAT GTT GCT ATG ATT TGC-3'

		Bs-XgF 5'-TCA GTG CTT AGT TCC TCA TTG TC-3' Bs-XgR 5'-TGA CCG ATA AAG ACT GCG AAA G-3' L1 (CGGAATTCATGCTCGTGCTTAACGGGG) L2 (TAACTGCAGCTCGAGACGCTTAGCCGAT CGGTG), L3 (CGCCTGCCTTGCCTCATCTG) AUP (GGCCCGGCATCTTCTTCAAAC) 283 bp primer 1- Primerlerin sentezlenme ölçümü (synthesis scale) 100 umol olarak yapılmalıdır. 2- Primerlerin saflaştırılması (purifikasyon) HPLC prufiye de olmalıdır. 3- Primerlerin teslimatı lyofilize edilmiş durumda 2 ml'lik tüplerde teslim edilmelidir. 4- Üretilmiş primerlerin kırılmalık olasılığı olmamalıdır. 5- Üretilen primerlerin (target affinity) odak bölgeye bağlanma olasılığı %100 olmalıdır. 6- Teslim edilen primerler garantili olmalı, çalışmayan primerler firmaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde değiştirilmelidir.
70.	Primer	D2A -5' (ACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTG) 3' Tyl -5' (TAGGYAAAGCKTGCTRTTRCCA) 3' TW81 -5' (GTTTCCGTAGGTGAACCTGC) 3' Smp -5' (GGACTCTGCTCAACCTGGTAGA) 3' 87 bp primer 1- Primerlerin sentezlenme ölçümü (synthesis scale) 100 umol olarak yapılmalıdır. 2- Primerlerin saflaştırılması (purifikasyon) HPLC prufiye de olmalıdır. 3- Primerlerin teslimatı lyofilize edilmiş durumda 2 ml'lik tüplerde teslim edilmelidir. 4- Üretilmiş primerlerin kırılmalık olasılığı olmamalıdır. 5- Üretilen primerlerin (target affinity) odak bölgeye bağlanma olasılığı %100 olmalıdır. 6- Teslim edilen primerler garantili olmalı, çalışmayan primerler firmaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde değiştirilmelidir.
71.	Plasmid mini kit (50 örneklik)	ISO 9001 ve ISO 13485 sertifikalı kalite yönetim sistemine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. •Kit, spin kolon yöntemine dayalı olmalıdır. •Tek izolasyonda 20 qg yüksek kopya plazmid DNA elde edebilmelidir. •Prosedür 14 dakikadan daha kısa bir sürede tamamlanmalıdır. •Fenol kloroform ya da alkol ile çöktürme işlemlerine gereksinim duymamalıdır. •5 ml' ye kadar bakteri kültürü hacmi ile çalışılabilir. •Elde edilen DNA konsantrasyonu; minimum 400 ng/ql olmalıdır.

		•Elde edilen plazmid DNA sađlıđı; A260/A280 1.75-1.9 arasında olmalıdır. •Kolon bađlanma kapasitesi 20 qg olmalıdır. •Santrifüj ve vakum protokollerine uygun olmalıdır. •Spin kolonlar tek tek ayrı ve kapalı paketlerde olmalıdır. •Kit içerisinde reaksiyon sayısı kadar toplama tüpü de gelmelidir. •Kit, en az 50 örnek için yeterli olmalıdır. Kitin içeriđinde; 0,15 mL RNaz A Çözeltisi, 15 mL Süspansiyon Çözeltisi 15 mL Lizis Çözeltisi 20 mL Nötralizasyon Çözeltisi 20 mL Yıkama Çözeltisi 4 mL Elüsyon Tamponu 14. Spin Kolonları ve Toplama Tüpleri, 50 adet olmalıdır.
72.	2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (10 gr)	pH deđeri 3.7 (10 g/l, H ₂ O, 20 °C) Bulk density 230 kg/m ³ Bakteriyoloji laboratuvarında, besi ortamı içeriđinde kullanılmak üzere, 10 gr'lık ambalajında bulunmalıdır.
73.	Casein hydrolysate (500 gr)	Mikrobiyolojik kültür ortamı çalışmalarına uygun olmalıdır. Kültür ortamında nitrojen kaynađı olarak kullanıma uygun olmalıdır. pH deđeri 6.0-7.0 (25oC) olmalıdır. Toz formda, 500 gr'lık orijinal ambalajında, nem ve ıřıktan etkilenmemiř olmalıdır. Suda tamamen çözünebilir özellikte olmalıdır. Ambalajda ürün bilgileri tam ve dođru olarak ifade edilmelidir. Oda sıcaklıđında ve/veya kuru kořullarda depolamaya uygun olmalıdır.
74.	Sakkaroz (1 kg)	Laboratuvar çalışmalarında kullanılacaktır. Granül formda olmalıdır. 1 kg'lık ambalajda teslim edilmelidir.
75.	Yeast extract (500 gr)	Laboratuvar çalışmalarında kullanılacaktır. Granül formda olmalıdır. 500 gr'lık ambalajda teslim edilmelidir.
76.	Su Agarı	1.Orijinal amlajında ve 454 g'lık plastik řiřede olmalıdır. 2. BD Bacto Agar, 3. Katılařtırıcı baz olarak kullanılan kurutulmuř kültür ortamı katkı maddesidir.
77.	High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche) 100 izolasyonluk	100 izolasyonluk olmalıdır. PCR çalışmalarında kullanılacaktır.
78.	Taq 2X PCR MasterMix	1.Taq 2X PCR MasterMix, jel yükleme boyası içeren benzersiz formüle edilmiř bir tamponda Taq DNA Polimerazı içeren kullanıma hazır bir MasterMix' olmalıdır. 2. 400 rxn (10.0 ml) olmalıdır. 3.-20°C de saklanabilir olmalıdır. 4.Taq, 5'-3' polimeraz ve 5'-3' eksonükleaz aktivitelerine sahip olmalı, 3'-5' eksonükleaz aktivitesine sahip deđildir ve 3'-dA kuyruklu ampikonlar üretmelidir. 5. Taq ile üretilen PCR ürünleri, TA klonlama vektörleriyle kullanılabilir olmalıdır.
79.	DNA Stain Direct Dye 1ml (Xpert Green)	1 ml hacimli, PCR ürününe eklenerek direk jele yüklenebilir olmalıdır.

		EtBr'ün alternatifi olarak jel elektroforezinde kullanılmak üzere saklama ömrü teslimden sonra en az 2 yıl olmalıdır.
80.	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> Primer-Probe Set (300 rxn)	1) Hazırlanacak olan Primer-Probe seti, laboratuvarımızda bulunan cihaza göre firma tarafından optimize edilecektir. 2) Bir set ile en az 300 reaksiyon gerçekleştirilmelidir. 3) Primer Seti HPLC olarak saflaştırılmış olmalıdır. 4) Seti içeren Primer- probe ' un Sentez skalası en az 200 nmol olmalıdır. 5) Seti içeren Primer liyofilize olarak teslim edilmelidir. Tüpler, sulandırma sonucu 100 pikomol den en az 1.5 ml Primer –probe olmalıdır.
81.	Tryptic Soy Broth (TSB)	Laboratuvar çalışmalarında kullanılacaktır. Granül formda olmalıdır. 500 gr'lık ambalajda teslim edilmelidir.
82.	ABTS (2-2-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline 6-sulfonic acid) diammonium salt)	En az %98 saflıkta, 5 g'lık ambalajda olmalıdır.
83.	Alüminyum klorit (AlCl ₃ .6H ₂ O)	En az %99 saflıkta, altı sulu katı formda, 1 kg'lık ambalajda olmalıdır.
84.	Aseton (En az %99 saflıkta, ACS reagent)	En az %99 saflıkta, ACS reagent, 2.5 L'lik ambalajda olmalıdır.
85.	Asetonitril (Kromatografik, en az %99,9 saflıkta, gradient grade)	Kromatografik, en az %99,9 saflıkta, gradient grade, 2.5 L'lik ambalajda olmalıdır.
86.	Çinko asetat ((CH ₃ COO) ₂ Zn · 2 H ₂ O, ACS reagent, en az %99 saflıkta)	İki sulu formda, ACS reagent, en az %99 saflıkta, 1 Kg'lık ambalajda olmalıdır.
87.	Dietil eter (En az %99 saflıkta, ACS reagent)	En az %99 saflıkta, ACS reagent, 2.5 L'lik ambalajda olmalıdır.
88.	DPPH (2-2-diphenyl 1-picrylhydrazyl)	Toz formda, antioksidan analizinde kullanıma uygun olmalıdır. 1 gr/ambalaj
89.	Fenolftalein	pH indikatörü olarak kullanıma uygun, ACS reagent, 25 g'lık ambalajda olmalıdır.
90.	Ferrik Klorür (FeCl ₃ .6H ₂ O)	En az %97 saflıkta, ACS reagent, altı sulu formda, 250 g'lık ambalajda olmalıdır.
91.	Fosfat buffer salin (pH: 7.4)	Sıvı formda, pH değeri 7.4, 1 L'lik ambalajda olmalıdır.
92.	Folin-Ciocalteu's phenol reagent (2 M konsantrasyonda)	2 M konsantrasyonda, 500 mL'lik ambalajda, toplam fenolik analizinde kullanıma uygun olmalıdır.
93.	Fosfor wolfram asidi (Tungstophosphoric acid hydrate)	Reagent grade, toz formda, 250 g'lık ambalajda olmalıdır.
94.	Glasiyel asetik asit (En az %99,7 saflıkta, ACS reagent)	En az %99,7 saflıkta, ACS reagent, 2.5 L'lik ambalajda olmalıdır.
95.	Gliserol (ACS reagent, en az %99,5 saflıkta)	ACS reagent, en az %99,5 saflıkta, 2,5 L'lik cam ambalajda olmalıdır.
96.	Hekzan (SupraSolv, gaz kromatografisi)	SupraSolv, gaz kromatografisi, FID dedektörde kullanıma uygun, 2,5 L'lik cam ambalajda olmalıdır.
97.	Hidroklorik asit (%37 saflıkta, ACS reagent)	En az %37 saflıkta, 2,5L'lik ambalajda olmalıdır.
98.	Isopropanol (En az %99 saflıkta, ACS reagent)	En az %99 saflıkta, ACS reagent, 2.5 L'lik ambalajda olmalıdır.
99.	Isopropanol (En az %99,9 saflıkta, gradient grade)	En az %99,9 saflıkta, gradient grade, 2.5 L'lik ambalajda olmalıdır.
100.	Kolin klorür (en az %98 saflıkta, toz formda)	En az %98 saflıkta, toz formda, 5 g ambalajda olmalıdır.
101.	L-Askorbik asit	L formunda, %99 saflıkta, 100 g'lık ambalajda olmalıdır.
102.	Malik asit (5 kg)	DL formunda, %99 saflıkta, 5 kg ambalajda olmalıdır.
103.	n-Heptan	En az %99 saflıkta, GC kullanımına uygun, 2.5 L'lik ambalajda olmalıdır.

104.	Pepsin (sindirilebilirlik analizinde kullanıma uygun, 0,5 FIP-U/mg)	Sindirilebilirlik analizinde kullanıma uygun, 0,5 FIP-U/mg, 25 g'lık ambalajda olmalıdır.
105.	Petrol eteri (40-60°C kaynama noktasına sahip, analitik saflıkta)	40-60°C kaynama noktasına sahip, 5 L'lik alüminyum ambalajda olmalıdır.
106.	pH kalibrasyon çözeltileri (3'lü, pH4.01, pH7.00 ve pH 9.00, her biri en az 200 mL olmalıdır)	3'lü, pH4.01, pH7.00 ve pH 9.00, her biri en az 200 mL olmalıdır.
107.	Potasyum hekzasiyanoferrat (K ₄ Fe(CN) ₆ ·3H ₂ O, en az %98.5 saflıkta, ACS reagent)	Üç sulu formda, en az %98.5 saflıkta, ACS reagent, 1 Kg'lık ambalajda olmalıdır.
108.	Potasyum iyodür (KI, En az %99 saflıkta, ACS reagent)	En az %99 saflıkta, ACS reagent, 100 g'lık ambalajda olmalıdır.
109.	Potasyum hidroksit (En az %85 saflıkta, toz formda, ACS reagent)	En az %85 saflıkta, toz formda, ACS reagent, 1 Kg'lık ambalajda olmalıdır.
110.	Pancreatin From Porcine Pancreas Cell*Cu Lture Tested	Toz formda, hücre kültürü için uygun, 4 × USP spesifikasyonlarına sahip, 25 g'lık ambalajda olmalıdır.
111.	Pyridine (en az % 99 saflıkta)	En az % 99 saflıkta, 1 L'lik ambalajda olmalıdır.
112.	Sikloheksan (en az %99 saflıkta, ACS reagent)	En az %99 saflıkta, ACS reagent, 2,5 L'lik ambalajda olmalıdır.
113.	Sodyum hidroksit (en az %97 saflıkta, toz formda, ACS reagent)	En az %97 saflıkta, toz formda, ACS reagent, 1 Kg'lık ambalajda olmalıdır.
114.	Sodyum klorit (en az %99 saflıkta, ACS reagent)	En az %99 saflıkta, toz formda, ACS reagent, 500 g'lık ambalajda olmalıdır.
115.	Sodyum tiyosülfat (En az %99 saflıkta, ACS reagent, toz formda)	En az %99 saflıkta, toz formda, ACS reagent, 1 Kg'lık ambalajda olmalıdır.
116.	TPTZ (2,4,6 Tri(2-phridyl)-S-Triazin, %99 saflıkta)	En az %99 saflıkta saflıkta, spektrofotometrik kullanıma uygun, 1 g'lık ambalajda olmalıdır.
117.	Tripsin (1,000-2,000 BAEE units/mg solid)	Liyofize toz formda, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid, 25 g'lık ambalajda olmalıdır.
118.	6-gingerol (10 mg, en az %98 saflıkta, analitik standart)	10 mg'lık ambalajda, en az %98 saflıkta, analitik standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
119.	Alfa-tokoferol (5 g, en az %95 saflıkta, analitik standart)	5 g'lık ambalajda, en az %95 saflıkta, analitik standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
120.	Beta-tokoferol (1 mL, analitik standart)	1 mL'lik ambalajda, 1 mg/mL konsantrasyonunda, analitik standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
121.	Delta-tokoferol (100 mg, analitik standart)	100 mg'lık ambalajda, en az %90 saflıkta, analitik standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
122.	Epikateşin gallat (10 mg, analitik standart)	En az %98 saflıkta, 10 mg'lık ambalajda, analitik standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
123.	Gallik asit (susuz formda)	25 g'lık ambalajda, analitik standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
124.	Gama-tokoferol (5 mg, en az %96 saflıkta, analitik standart)	5 mg, en az %96 saflıkta, analitik standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
125.	Hiperisin (10 mg, HPLC kullanıma uygun, en az %95 saflıkta standart)	10 mg'lık ambalajda, HPLC kullanıma uygun, en az %95 saflıkta standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
126.	Hiperforin (250 µg, HPLC kullanıma uygun, en az %85 saflıkta standart)	250 µg'lık ambalajda, HPLC kullanıma uygun, en az %95 saflıkta standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
127.	Prosiyanidin B1 (5 mg, analitik standart)	5 mg'lık ambalajda, analitik standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
128.	Prosiyanidin B2 (25 mg, analitik standart)	25 mg'lık ambalajda, analitik standart olarak kullanıma uygun olmalıdır.
129.	Tune çözeltisi (LC-MS/MS cihazında kullanıma uygun, ESI-L low concentration tuning mix, 100 mL)	LC-MS/MS cihazında kullanıma uygun, ESI-L low concentration tuning mix, 100 mL'lik ambalajda olmalıdır.
130.	Arabik gam (Toz formda, akasyadan üretilmiş)	Toz formda, akasyadan üretilmiş, 25 Kg'lık ambalajda olmalıdır.
131.	Jelatin (toz formda, sığır jelatini, 200 bloom)	Toz forma, sığır jelatini, 200 bloom, 25 Kg'lık ambalajda olmalıdır.

132.	Maltodekstrin (Toz formda, dekstroz eşdeğeri 13-17 aralığında)	Toz formda, dekstroz eşdeğeri 13-17 aralığında, 25 Kg'lık ambalajda olmalıdır.
133.	Maximum Recovery Diluent (500 gr)	500 gr'lık ambalajda, son kullanma tarihi 2028 12.ay olmalıdır.
134.	Plate Count Agar PCA-ISO 4833 ISO 17410 FDA-BAM and SMWW GranuCult (500 gr)	500 gr'lık ambalajda, son kullanma tarihi 2028 12.ay olmalıdır.
135.	DRBC (Dichloran-rose bengal chloramphenicol) Agar (500 gr)	500 gr'lık ambalajda, son kullanma tarihi 2028 12.ay olmalıdır.
136.	Mueller Hinton Agar 2 (500 gr)	500 gr'lık ambalajda, son kullanma tarihi 2028 12.ay olmalıdır. Laboratuvar çalışmalarına uygunluğu denenmiş olmalıdır.
137.	Mueller Hinton Broth (500 gr)	500 gr'lık ambalajda, son kullanma tarihi 2028 12.ay olmalıdır. Laboratuvar çalışmalarına uygunluğu denenmiş olmalıdır.
138.	15-15-15+ME kompoze gübre	1. Granül yapıda olmalıdır. 2. Bileşiminde %15 azot (N) , %15 Fosfor (P2O5) , %15 Potasyum (K2O) olmalıdır. 3. Rutubeti Maksimum % 1 olmalıdır. 4. Karışımında toprak, bitki ve canlıya zararlı yabancı madde bulunmamalıdır. 5. Torba ağırlığı 25 Kg. olacaktır. 6. Getirilen ürünlerin imal tarihi 2025 veya 2026 olmalıdır.
139.	75 g/l Acrinathrin	1. İçeriğinde 75 g/l Acrinathrin bulunmalıdır. 2. 250 ml'lik mat plastik kapta olmalıdır. 3. İlaç ambalajları üzerinde orijinal etiketleri bulunmalıdır. 4. Üretim yılı en az 2026 yılı olacak, daha eski üretim tarihine ait ilaçlar teslim alınmayacaktır. 5. Ambalajlar zarar görmemiş, ezilmemiş olacaktır. Akıntı ve sızıntı olan ürünler teslim alınmayacaktır. 6. Ruhsata uygun fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır.
140.	%35 Chlorantraniliprole	1. İçeriğinde %35 Chlorantraniliprole bulunmalıdır. 2. 50g'lık mat plastik kapta olmalıdır. 3. İlaç ambalajları üzerinde orijinal etiketleri bulunmalıdır. 4. Üretim yılı en az 2026 yılı olacak, daha eski üretim tarihine ait ilaçlar teslim alınmayacaktır. 5. Ambalajlar zarar görmemiş, ezilmemiş olmalıdır. Akıntı ve sızıntı olan ürünler teslim alınmayacaktır. 6. Ruhsata uygun fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır.
141.	240 G/L Sulfoxaflor	1. İçeriğinde 240 G/L Sulfoxaflor bulunmalıdır. 2. 250ml'lik mat plastik kapta olmalıdır. 3. İlaç ambalajları üzerinde orijinal etiketleri bulunmalıdır. 4. Üretim yılı en az 2026 yılı olacak, daha eski üretim tarihine ait ilaçlar teslim alınmayacaktır. 5. Ambalajlar zarar görmemiş, ezilmemiş olacaktır. Akıntı ve sızıntı olan ürünler teslim alınmayacaktır. 6. Ruhsata uygun fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır.
142.	%20 Pyridaben	1. İçeriğinde %20 Pyridaben bulunmalıdır. 2. 500g'lık hacimde olmalıdır. 3. İlaç ambalajları üzerinde orijinal etiketleri bulunmalıdır. 4. Üretim yılı en az 2026 yılı olacak, daha eski üretim tarihine ait ilaçlar teslim alınmayacaktır. 5. Ambalajlar zarar görmemiş, ezilmemiş olacaktır. Akıntı ve sızıntı olan ürünler teslim alınmayacaktır. 6. Ruhsata uygun fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır.
143.	Sinek öldürücü sprey	Sprey formda, 300 ml ağırlığında olmalıdır.

144.	Alüminyum fosfit	Aktif madde %56 alüminium phosphide Tablet olarak hap şeklinde 1 tablet 3g/m ³ Ambalajlar zarar görmemiş, ezilmemiş olacaktır. İlaç ambalajları üzerinde orijinal etiketleri bulunmalıdır. Akıntı ve sızıntı olan ürünler teslim alınmayacaktır. Ruhsata uygun fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olmalıdır.
145.	Ortofosforik Asit (% 85)	H₃PO₄ CAS: 7664-38-2 Saflık ≥ %85. Renksiz, berrak, viskoz sıvı. Ağır metal safsızlıkları (Pb, As, Fe) üretici limitleri içinde olmalıdır. 2.5 lt lik ambalajlarda
146.	Sülfürik Asit (% 98)	H₂SO₄ CAS: 7664-93-9 Kjeldahl analizine uygun. Saflık %95-98 (min. %95). Renksiz, berrak. Azotlu safsızlıklar düşük olmalıdır (özellikle NO ₃ ⁻ ≤ 0,5 ppm). 2.5 lt lik ambalajlarda
147.	Titrasol – 0.1N HCl	HCl (0,1 mol/L) CAS: 7647-01-0 Merck Titrisol® veya muadili (Honeywell Fixanal®, Sigma TraceCERT®). 1 L'ye seyreltiğinde tam 0,1 N (0,1 mol/L) standardize titrant veren konsantr. Üretici sertifikalı, izlenebilir. (her biri 1 L için ampul)
148.	Amonyum Demir Sülfat	(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O CAS: 7783-85-9 Analitik saflıkta (p.a.), saflık ≥ %99. Açık yeşilimsi-mavi kristal yapı. Walkley-Black organik karbon tayini için uygun. 1 kg'lık ambalajlarda
149.	Hidroklorik asit (saf)	HCl CAS: 7647-01-0 Analitik saflıkta (p.a.), saflık %36-38, dumanlı, berrak, renksiz. ICP-OES ve element analizine uygun düşük ağır metal içeriği. 2.5 lt lik ambalajlarda
150.	Hidroklorik asit (teknik)	HCl CAS: 7647-01 Teknik kalitede, saflık ≥ %30. Genel temizlik ve ön işlem amaçlı kullanım. Renk açık sarımsı veya berrak olabilir. 2.5 veya 5 lt lik ambalajlarda
151.	Sodyum florür	NaF CAS: 7681-49-4 Analitik saflıkta, saflık ≥ %99. Beyaz kristal toz. 1 kg'lık ambalajlarda
152.	pH 4 tampon çözeltisi	Hazır kullanılır, sertifikalı, NIST/PTB izlenebilir. 25°C'de pH 4,00 ± 0,02. Renk kodlu ambalajda Üretici Analiz Sertifikası ile birlikte 1 L (plastik şişede)
153.	pH 7 tampon çözeltisi	Hazır kullanılır, sertifikalı, NIST/PTB izlenebilir. 25°C'de pH 7,00 ± 0,02. Renk kodlu ambalajda Üretici Analiz Sertifikası ile birlikte 1 L (plastik şişede)
154.	pH 10 tampon çözeltisi	Hazır kullanılır, sertifikalı, NIST/PTB izlenebilir. 25°C'de pH 10,00 ± 0,02. Renk kodlu ambalajda Üretici Analiz Sertifikası ile birlikte 1 L (plastik şişede)
155.	EC 1413 µS/cm tampon çözeltisi	Hazır kullanılır, sertifikalı, NIST izlenebilir. 25°C'de iletkenlik 1413 µS/cm ± %0,5. Üretici Analiz Sertifikalı. 1 L (plastik şişede)
156.	EC 12880 µS/cm tampon çözeltisi	Hazır kullanılır, sertifikalı, NIST izlenebilir. 25°C'de iletkenlik 12880 µS/cm ± %0,5. Üretici Analiz Sertifikalı. 1 L (plastik şişede)
157.	Potasyum 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik ≤ ± %0,5. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 500 ml lik ambalajda
158.	Kalsiyum 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik ≤ ± %0,5. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden

		olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 500 ml lik ambalajda
159.	Magnezyum 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik $\leq \pm \%0,5$. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 125 ml lik ambalajda
160.	Fosfor 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik $\leq \pm \%0,5$. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 125 ml lik ambalajda
161.	Kükürt 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik $\leq \pm \%0,5$. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 125 ml lik ambalajda
162.	Demir 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik $\leq \pm \%0,5$. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 125 ml lik ambalajda
163.	Bor 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik $\leq \pm \%0,5$. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 125 ml lik ambalajda
164.	Mangan 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik $\leq \pm \%0,5$. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 125 ml lik ambalajda
165.	Çinko 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik $\leq \pm \%0,5$. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 125 ml lik ambalajda
166.	Sodyum 1000 mg/ml ICP-OES standart	Sertifikalı Referans Malzeme, derişim 1000 mg/L (1000 ppm), genişletilmiş belirsizlik $\leq \pm \%0,5$. NIST SRM'e izlenebilir olmalıdır. ISO 17034 ve/veya ISO/IEC 17025 akreditasyonlu üreticilerden olmalıdır. Matris uygun seyreltici içinde (genellikle %2-5 HNO ₃) olmalıdır. Analiz Sertifikası (CoA) ile

		birlikte. HDPE veya LDPE plastik şişede ambalajlı olmalıdır. 125 ml lik ambalajda
167.	Phenolphthalein	C₂₀H₁₄O₄ CAS: 77-09-8 saflık ≥ %99. Toz form. asit-baz titrasyonlarında indikatör olarak kullanıma uygun olmalıdır 100 gr lik ambalajda
168.	Sodyum sitrat	Na₃C₆H₅O₇·2H₂O CAS: 6132-04-3 saflık ≥ %99. Beyaz kristal toz. 1 kg lik ambalajda
169.	CTAB (Cetyl trimethyl ammonium bromide)	C₁₉H₄₂BrN CAS: 57-09-0 saflık ≥ %99. Beyaz kristal toz. 1 kg lik ambalajda
170.	n-oktanol	C₈H₁₈O CAS: 111-87-5 saflık ≥ %99. Renksiz, berrak sıvı. 1 lt lik ambalajda
171.	Aseton	C₃H₆O CAS: 67-64-1 saflık ≥ %99,5. Renksiz, berrak, uçucu sıvı. 2.5 lt lik ambalajda
172.	Potasyum hidroksit (KOH)	KOH CAS: 1310-58-3 Saflık ≥ %85. Pelet formundaki beyaz higroskopik. 1 kg lik ambalajda
173.	Celite 545 diatomit	Diatomit CAS: 68855-54-9 Analitik saflıkta, asitle yıkanmış. 1 kg lik ambalajda
174.	EDTA (disodyum tuzu)	C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O CAS: 6381-92-6 saflık ≥ %99. Beyaz kristal toz. 1 kg lik ambalajda
175.	Sodyum lauril sülfat (SLS)	C₁₂H₂₅NaO₄S CAS: 151-21-3 Saflık ≥ %99 Anhidrat olmalıdır. Beyaz toz veya pelet. 1 kg lik ambalajda
176.	Sodyum borat dekahidrat	Na₂B₄O₇·10H₂O CAS: 1303-96-4 saflık ≥ %99. Beyaz kristal toz. 1 kg lik ambalajda
177.	Disodyum fosfat (Na ₂ HPO ₄)	Na₂HPO₄ CAS: 7558-79-4 Saflık ≥ %99. Beyaz kristal toz. Anhidrat olmalıdır. 1 kg lik ambalajda
178.	2-etoksietanol	C₄H₁₀O₂ CAS: 110-80-5 saflık ≥ %99. Renksiz, berrak sıvı. 2.5 lt lik ambalajda
179.	Sodyum sülfat (Na ₂ SO ₃)	Na₂SO₃ CAS: 7757-83-7 . Saflık ≥ %98 (Na ₂ SO ₃ bazında). Beyaz kristal toz. Anhidrat olmalıdır. Beyaz toz veya pelet. 1 kg lik ambalajda
180.	Sodyum Hidroksit	NaOH CAS: 1310-73-2 Analitik saflıkta (p.a.), pellet (boncuk) veya granül form. Saflık ≥ %98. 1 kg'lık ambalajlarda
181.	Cam kavanoz (250 ml)	Doku kültürü çalışmalarında steril kültür kabı olarak kullanılan cam ekipman Beyaz renkli, plastik kapaklı 250 ml
182.	Beher (250 ml)	Kimyasal çözelti hazırlama işlemlerinde kullanılan cam ekipman. Dereceli, kırılmaya dayanıklı olmalıdır. 250 ml
183.	Beher (100 ml)	Küçük hacimli çözelti hazırlama işlemlerinde kullanılan cam ekipman. Dereceli, kırılmaya dayanıklı olmalıdır. 100 ml
184.	Beher (500 ml)	Orta hacimli çözelti hazırlama işlemlerinde kullanılan cam ekipman. Dereceli, kırılmaya dayanıklı olmalıdır. 500 ml
185.	Beher (1000 ml)	Büyük hacimli çözelti hazırlama işlemlerinde kullanılan cam ekipman. Dereceli, kırılmaya dayanıklı olmalıdır. 1000 ml
186.	Mezür (50 ml)	Sıvı hacim ölçümlerinde kullanılan dereceli cam ekipman 50 ml
187.	Mezür (25 ml)	Küçük hacimli sıvı ölçümlerinde kullanılan dereceli cam ekipman 25 ml
188.	Balon joje ve kapağı (1000 ml)	Hassas çözelti hazırlamada kullanılan hacimsel cam ekipman 1000 ml

189.	Balon joje ve kapağı (500 ml)	Hassas çözelti hazırlamada kullanılan hacimsel cam ekipman 500 ml
190.	Manyetik balık (orta boy)	Homojen karışım sağlamak amacıyla kullanılan ekipman Orta boy
191.	C18 kolon	HPLC analizlerinde kullanılan kromatografik ayırma kolonu
192.	Membran filtre (0.45 mikrometre)	Çözelti sterilizasyonu ve partikül giderimi için kullanılan filtre
193.	Kaba kurutma kağıdı (58*58 cm)	Numune kurutma ve temizlik işlemlerinde kullanılan emici kağıt 250 Adet/Paket
194.	Piset	Saf su ve çözelti uygulamalarında kullanılan sıkma şişesi
195.	Makro pipet ve uç (1 ml)	Hassas sıvı transferinde kullanılan laboratuvar ekipmanı 1 ml
196.	Makro pipet ve uç (10 ml)	Orta hacimli sıvı transferinde kullanılan laboratuvar ekipmanı 10 ml
197.	Makro pipet ve uç (25 ml)	Büyük hacimli sıvı transferinde kullanılan laboratuvar ekipmanı 25 ml
198.	Quartzite sterilizatör boncuğu (yüksek ısıya dayanıklı) (500 gr'lık)	Yüksek sıcaklıkta hızlı sterilizasyon için kullanılan ısıya dayanıklı boncuk
199.	Otoklav poşeti (360 x 760 mm)	Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan yüksek sıcaklığa dayanıklı torba 50 Adet/Paket
200.	Jilet bıçağı (5'lik)	Bitki materyali kesiminde kullanılan kesici alet
201.	Bistüri ucu (No:11)	Doku kültürü ve hassas kesim işlemlerinde kullanılan cerrahi uç 100'lük ambalajda, No:11
202.	Adson penset (ince uç, orta)	Doku kültürü işlemlerinde kullanılan hassas tutma ekipmanı
203.	Adson penset (ince uç, küçük)	Doku kültürü işlemlerinde kullanılan hassas tutma ekipmanı
204.	Otomatik pipet ucu (sarı) (Axygen)	Bir paketinde toplam 1000 adet olmalıdır. Pipet ucu, şeffaf DNA-RNA nuclease free 1-200 ul olmalı. Temin edilebilir tüm pipetlerle uyumlu olmalıdır. Silikon insert teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır
205.	Otomatik pipet ucu (beyaz-şeffaf) (Axygen)	Bir paketinde toplam 1000 adet olmalıdır. Pipet ucu, şeffaf DNA-RNA nuclease free 0,1-10 ul olmalı. Temin edilebilir tüm pipetlerle uyumlu olmalıdır. Silikon insert teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır
206.	Eppendorf Tüp 2.0 ml (Axygen)	2 ml hacminde, Polipropilen malzemeden, otoklava dayanıklı mikrosantrifüj tüpleridir. 20 000×g'ye kadar santrifüjlemeye dayanabilir olmalıdır. Toplam 1000 adet olmalıdır.
207.	Eppendorf Tüp 1,5 ml (Axygen)	1,5 ml hacminde, Polipropilen malzemeden, otoklava dayanıklı mikrosantrifüj tüpleridir. 20 000×g'ye kadar santrifüjlemeye dayanabilir olmalıdır. Toplam 1000 adet olmalıdır.
208.	Steril mikrosantrifüj tüpleri	Steril, DNase/RNase free, mikrosantrifüj kullanımına uygun tüpler olmalıdır. Toplam 3 paket teslim edilmelidir.
209.	Kriyotüpler	Kriyoprezervasyon ve düşük sıcaklıkta saklama işlemlerine uygun, sızdırmaz kapaklı kriyotüpler olmalıdır. Toplam 2 paket teslim edilmelidir.
210.	50 mL konik santrifüj tüpleri Vidalı Kapaklı Etekli 50 Adetlik	50 ml hacminde, konik tabanlı, vidalı kapaklı, etekli santrifüj tüpleri olmalı; her paket 50 adetlik olmalıdır. Toplam 2 paket teslim edilmelidir.

211.	15 mL konik santrifüj tüpleri Vidalı Kapaklı Etekli 50 Adetlik	15 ml hacminde, konik tabanlı, vidalı kapaklı, etekli santrifüj tüpleri olmalı; her paket 50 adetlik olmalıdır. Toplam 2 paket teslim edilmelidir.
212.	Erlenmayer şişesi (250 mL)	250 ml hacimli, laboratuvar kullanımına uygun erlenmayer şişesi olmalıdır. Cam malzemeden yapılmış olmalıdır.
213.	Elektroporasyon küveti	Elektroporasyon uygulamalarında kullanılmaya uygun, steril ve tek kullanımlık küvetler olmalıdır. Toplam 20 adet teslim edilmelidir.
214.	Tek kullanımlık plastik spektrofotometre küveti (1 cm-100 adetlik)	1 cm ışık yoluna sahip, tek kullanımlık plastik spektrofotometre küvetleri olmalı; paket içeriği 100 adet olmalıdır. Toplam 1 paket teslim edilmelidir.
215.	Otomatik pipet ucu (beyaz-şeffaf), 0.1-10 µl	Ürün, 0.1–10 µL hacim aralığında pipetleme yapabilen pipet ucu olmalıdır. Şeffaf/beyaz, yüksek kaliteli polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır. DNaz, RNaz ve pirojen içermemelidir (moleküler biyoloji derecesi). Pipetlerle uyumlu ve sızdırmaz (universal fit) olmalıdır. Düşük retansiyonlu (low retention) yüzeye sahip olmalıdır (tercihen). Steril veya sterilizasyon bilgisi belirtilmiş olmalıdır. Ambalaj: 1000 adet/paket (rack veya bulk). Otoklavlanabilir olmalıdır. Ambalaj üzerinde lot ve SKT bulunmalıdır. Ürünle birlikte teknik doküman/sertifika sağlanmalıdır.
216.	Otomatik pipet ucu (sarı), 20-200 µL	Ürün, 5–100 µL hacim aralığında pipetleme yapabilen sarı pipet ucu olmalıdır. Sarı renkli, yüksek kaliteli polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır. DNaz, RNaz ve pirojen içermemelidir. Pipetlerle uyumlu ve sızdırmaz (universal fit) olmalıdır. Düşük retansiyonlu (low retention) yüzey (tercihen) olmalıdır. Steril veya sterilizasyon bilgisi belirtilmiş olmalıdır. Ambalaj: 1000 adet/paket (rack veya bulk). Otoklavlanabilir olmalıdır. Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
217.	Otomatik pipet ucu (mavi), 100-1000 µL	Ürün, 100–1000 µL hacim aralığında pipetleme yapabilen mavi pipet ucu olmalıdır. Mavi renkli, yüksek kaliteli polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır. DNaz, RNaz ve pirojen içermemelidir. Pipetlerle uyumlu ve sızdırmaz (universal fit) olmalıdır. Düşük retansiyonlu (low retention) yüzey (tercihen) olmalıdır. Steril veya sterilizasyon bilgisi belirtilmiş olmalıdır. Ambalaj: 1000 adet/paket (rack veya bulk). Otoklavlanabilir olmalıdır. Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
218.	Eppendorf Tüp (1.5 ml)	Ürün, 1.5 mL mikrosantrifüj tüpü (Eppendorf tipi) olmalıdır. Yüksek kaliteli polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır. DNaz, RNaz ve pirojen içermemelidir. Şeffaf, berrak ve dayanıklı yapıda olmalıdır. Kapak, düz, kolay kapanabilen ve hava ve sıvı geçirmemeyi garanti etmelidir. Tüpler üzerinde hacim çizgisi olmalıdır. Sızdırmaz kapaklı (snap-cap) olmalıdır. Yüksek hızda santrifüje dayanıklı olmalıdır (≥ 14.000 rpm). Otoklavlanabilir olmalıdır.

		-20 °C ile +121 °C aralığında kullanılabilir olmalıdır. Ambalaj: uygun sayıda (1000 adet/paket). Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
219.	Eppendorf Tüp (2 ml)	Ürün, 2.0 mL mikrosantrifüj tüpü (Eppendorf tipi) olmalıdır. Yüksek kaliteli polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır. DNaz, RNaz ve pirojen içermemelidir. Şeffaf, berrak ve dayanıklı yapıda olmalıdır. Sızdırmaz kapaklı (snap-cap) olmalıdır. Yüksek hızda santrifüje dayanıklı olmalıdır (≥14.000 rpm). Otoklavlanabilir olmalıdır. -20 °C ile +121 °C aralığında kullanılabilir olmalıdır. Ambalaj: uygun sayıda (örn. 500 veya 1000 adet/paket). Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
220.	PCR Strip 8 well (120/paket) (Roche PCR cihaz kullanımına uygun)	Ürün, 8'li PCR strip tüp formatında olmalıdır. Roche PCR cihazları ile uyumlu olmalıdır (örn. LightCycler serisi). İnce duvarlı (thin-wall) yapı ile optimal ısı transferi sağlamalıdır. DNaz, RNaz ve pirojen içermemelidir. Yüksek kaliteli polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır. Şeffaf/optik netlikte olmalı, qPCR analizine uygun olmalıdır. Sızdırmaz kapak (strip cap veya optik kapak) ile uyumlu olmalıdır. Steril veya sterilizasyon durumu belirtilmiş olmalıdır. Ambalaj: 120 adet/paket. Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
221.	Strip cap 8 well (120/paket) (Düz kapak) (Roche PCR cihaz kullanımına uygun)	Ürün, 8'li PCR strip tüpler için düz (flat) kapak olmalıdır. Roche PCR cihazları ile uyumlu olmalıdır (örn. LightCycler serisi). Yüksek kaliteli polipropilen (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır. DNaz, RNaz ve pirojen içermemelidir. Optik netlikte ve qPCR analizine uygun olmalıdır. Sızdırmaz kapama sağlayarak buharlaşmayı önlemelidir. Kolay takılıp çıkarılabilir yapıda olmalıdır. Steril veya sterilizasyon durumu belirtilmiş olmalıdır. Ambalaj: 120 adet/paket. Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
222.	Parafilm	Ürün, laboratuvar tipi Parafilm (esnek kaplama filmi) olmalıdır. Yarı geçirgen, esnek ve kendinden yapışkanlı yapıda olmalıdır. Gerilerek kapatma sağlayabilmeli (en az % 200 uzama kapasitesi). Nem ve buhar kaybını azaltıcı özellikte olmalıdır. Kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır. Farklı yüzeylere (tüp, petri, şişe vb.) uyumlu olmalıdır. Ambalaj: rulo halinde (uzunlukxgenişlik, 100 mm × 38 m veya eşdeğeri). Oda sıcaklığında stabil olmalıdır. Orijinal ambalajlı olmalıdır. Normal kullanım sıcaklığı -45 ile +55 oC arasında olmalıdır.

		Ağız kısmına yapıştırıldığı kapların içindeki sıvıların sıçramasını, dökülmesini önlemeli, Parafilm, tuz çözeltileri, inorganik asit ve baz çözeltileri ile kullanıldığında 48 saate kadar dayanıklı olmalı, Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
223.	Eppendorf tüp saklama kutusu (96'lık)	Ürün, 96 pozisyonlu mikrosantrifüj tüp saklama kutusu olmalıdır. 1.5 mL ve/veya 2.0 mL Eppendorf tüplerle uyumlu olmalıdır. Dayanıklı plastik (PP veya PC) malzemeden üretilmiş olmalıdır. Kapaklı ve sızdırmaz yapıda olmalıdır. Numaralandırılmış grid (alfanümerik işaretleme) içermelidir. -20 °C / -80 °C koşullarına dayanıklı olmalıdır. Tekrar kullanılabilir ve kolay temizlenebilir olmalıdır. Ambalajda lot ve ürün bilgileri bulunmalıdır.
224.	Eppendorf tüp standı (rack) (48'li)	Ürün, 48 pozisyonlu mikrosantrifüj tüp standı (rack) olmalıdır. 1.5 mL ve/veya 2.0 mL Eppendorf tüplerle uyumlu olmalıdır. Dayanıklı plastik (PP/PC) malzemeden üretilmiş olmalıdır. Stabil, devrilmeye karşı dayanıklı tasarımda olmalıdır. Numaralandırma/işaretleme (alfanümerik) içermelidir (tercihen). Kolay temizlenebilir ve tekrar kullanılabilir olmalıdır. Oda sıcaklığı ve düşük sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır. Ambalajda ürün bilgileri ve lot bulunmalıdır.
225.	Kapaksız plastik dondurma kapları (1 lt)	Ürün, 1 L hacimli kapaksız plastik kap olmalıdır. Malzeme: polipropilen (PP) veya eşdeğeri dayanıklı plastik olmalıdır. Dondurucu koşullarına (-20 °C) dayanıklı olmalıdır. Sızdırmaz ve deformasyona dayanıklı yapı (kapaksız formuna uygun). Tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır. Şeffaf veya yarı şeffaf olmalıdır (tercihen).
226.	8 li strip tüp (Axygen)	Bir paketinde toplam 125 adet olmalıdır. Klasik PCR ve real-time PCR'a uygun olmalıdır. 8 li strip şeklinde olmalıdır. Reaksiyon hacmi 5-125 ul olmalı alabileceği en fazla hacim 200 ul olmalıdır. polypropylene yapıda olmalıdır. Optik kapakları ile birlikte teslim edilmelidir.
227.	Hidrofil pamuk	-Laboratuvar çalışmalarında kullanılacaktır. -Rulo steril, %100 hidrofil ve 1000 gr'lık paketlerde olmalıdır.
228.	Falcon Tüp (15 ml)	1. Ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmiş olmalı ve ve dibi konik şekilde olmalıdır. 2. En az 14000 rpm 'ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklılığı olmalıdır. 3. Otoklavlanabilir olmalıdır. 4. Steril ve kapalı pakette vida kapaklı olmalıdır. 5. Kapak iç tasarımı tüpün hava ve sıvı geçirmezliğini sağlamalıdır. 6. 15 ml solüsyon alabilecek hacmi olmalı ve hacim çizelge aralığı 15 ml tüplerde 0,5 ml olmalıdır. Dereceli olmalıdır. 50 adet/Paket
229.	Falcon Tüp (50 ml) (Etekli)	1. Ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmiş olmalı ve dibi konik ve etekli şekilde olmalıdır. 2. En az 14000 rpm 'ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklılığı olmalıdır.

		3. Otoklavlanabilir olmalıdır. 4. Steril ve kapalı pakette vida kapaklı olmalıdır. 5. Kapak iç tasarımı tüpün hava ve sıvı geçirmezliğini sağlamalıdır. 6. 50 ml solüsyon alabilecek hacmi olmalı ve gövde üzerinde hacim çizelgesi (dereceli) olmalıdır. 50 adet/Paket
230.	Falcon Tüp (50 ml)	1. Ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmiş olmalı ve dibi konik şekilde olmalıdır. 2. En az 14000 rpm 'ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklılığı olmalıdır. 3. Otoklavlanabilir olmalıdır. 4. Steril ve kapalı pakette vida kapaklı olmalıdır. 5. Kapak iç tasarımı tüpün hava ve sıvı geçirmezliğini sağlamalıdır. 6. 50 ml solüsyon alabilecek hacmi olmalı ve gövde üzerinde hacim çizelgesi (dereceli) olmalıdır. 50 adet/Paket
231.	Sarı Yapışkan Tuzak (Kart Tipi) (10/Pkt)	1. 10 cm x 25 cm ebatlarında plastik materyalden üretilmiş olmalıdır. 2. Sarı renkli olmalıdır. 3. Her iki tarafı yapışkan özellikte olmalıdır. 4. Çevre koşullarından etkilenmemeli, yapışkanlığını uzun süre kaybetmemeli ve güneş ışığına (UV) dayanıklı olmalıdır. 5. Ürünün 1 paketi içerisinde 10 adet 10 cm x 25 cm ebatlarında kart tipi yapışkan tuzak olmalıdır.
232.	Camyazar kalem(Edding marka) (M ve S)	1. Siyah ya da mavi renkli olmalıdır. 2. Yazma anında uçlar çabuk aşınıp bozulmamalıdır. 3. Isıya, ışığa ve suya dayanıklı olmalıdır. 4. Kalemelerin uç kalınlığı 0.4mm (Small) olmalıdır. 5. Kalemelerin uç kalınlığı 1mm (Medium) olmalıdır. 6. CD+DVD, cama yazar olup boyası çıkmamalıdır. 7. Yazılan yazı istenildiğinde alkolle silinebilmelidir. 8. 30 adet M, 28 adet S olacak şekilde teslim edilmelidir.
233.	Otoklav poşeti (Orlab marka)(600x760mm)(50Ad./Pkt)	1. Biyolojik maddelerle kontamine olmuş atık malzemelerin otoklavda steril edilmesine uygun olarak dizayn edilmiş olmalıdır. 2. Yırtılma riski olmayan polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3. 141 °C'ye sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır. 4. 600x760 mm ebatlarında olmalıdır. 5. Poşetlerin üzerinde turuncu renk tehlikeli tıbbi atık işareti ile poşetin açma yönünü gösteren ok işareti baskıları bulunmalıdır. 6. Poşetlerin ön yüzü içini göstermeyen mat ve arka yüzü de içindeki malzemenin görünmesine imkan sağlayan şeffaf görünümde olmalıdır. 7. Kenar bağlantıları sağlam ve otoklavlama sırasında deforme olmayacak şekilde kaynak yapılmış olmalıdır. 8. Poşetler 50'şer adetlik ambalajlarda olmalıdır.
234.	Otoklav bandı	1. Kumaş, plastik, kağıt, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilmesi ve üzerine yazı yazılabilmelidir. 2. Otoklava girdikten sonra belirgin bir renge dönmelidir (indikatörlü olmalıdır). 3. 19mm x 50mt ebatlarında olmalıdır. 4. İndikatörün mürekkebi su bazlı olmalıdır. 5. ISO 11140 standartlarına göre Sınıf 1'e uygunluğu bulunmalıdır. 6. Otoklavdan çıktıktan sonra paketlerin üzerinden kalkmamalıdır. 7. Bandın yapışkan gücü kuvvetli olmalı. 8. ISO ve CE belgesine haiz olmalıdır.

		9. Otoklav bandı üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihi olacaktır. 10. Her bir ürün ayrı ayrı ambalajlı olmalıdır. 11. Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir, 12. 141 °C'ye dayanıklı olmalıdır. 13. Teslim tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. 14. Ambalajda lot ve SKT bulunmalıdır.
235.	Cerrahi Eldiven (Small)	S beden. Nitril özellikli, - mavi veya yeşil, pudrasız ve sağlam malzemeden üretilmiş olmalıdır. Yüksek esneme özelliği ile giyerken yırtılmamalıdır. İç ve dış yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Kokusuz olmalıdır. 1 adet kapalı kutusunda ve kutu içerisinde 100 adet eldiven olmalıdır.
236.	Cerrahi Eldiven (Medium)	M beden. Nitril özellikli, - mavi veya yeşil, pudrasız ve sağlam malzemeden üretilmiş olmalıdır. Yüksek esneme özelliği ile giyerken yırtılmamalıdır. İç ve dış yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Kokusuz olmalıdır. 1 adet kapalı kutusunda ve kutu içerisinde 100 adet eldiven olmalıdır.
237.	Cerrahi Eldiven (Large)	L beden. Nitril özellikli, - mavi veya yeşil, pudrasız ve sağlam malzemeden üretilmiş olmalıdır. Yüksek esneme özelliği ile giyerken yırtılmamalıdır. İç ve dış yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. Kokusuz olmalıdır. 1 adet kapalı kutusunda ve kutu içerisinde 100 adet eldiven olmalıdır.
238.	Bisturi ucu (22numara-100Ad./Pkt)	1. Tek kullanımlık olmalıdır. 2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 3. Kolay açılabilir olmalıdır. 4. Kullanımı kolay, sağlam kesici özelliği iyi olmalıdır. 5. Kullanım sırasında (antiseptik solüsyona konulduğunda v.b) oksitlenmemeli ve dokuya zarar vermemelidir. 6. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapılmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmalıdır. 7. Bistüri dokuyu keserken kırılmamalı, iyi kesmeli, çalışma süresince keskinliğini kaybetmemelidir. 8. Bistüri numarası ile uyumlu bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilir, kolay çıkartılabilir kullanırken yuvasına iyi oturmalıdır. 9. Ürünün üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 10. Ürünün 1 paketi içerisinde 100 adet 22 numara bistüri olmalıdır.
239.	Plastik bardak (250 cc'lik) (100/Pkt)	1. Plastik bardak 250 cc sıvı alacak şekilde olmalıdır. 2. Plastiği çok ince ve kırılgan olmamalıdır. Elle kavrama esnasında deforme olmamalıdır. 3. Sıcak suda şekil değiştirmemelidir. 4. Tek kullanımlık olmalıdır. 5. Polipropilen (PP) malzemeden yapılmış olmalıdır. 6. Plastik bardak şeffaf olmalıdır. 7. Ürünün 1 paketi içerisinde 100 adet 250 cc'lik bardak olmalıdır.
240.	Plastik bardak (400 cc'lik) (100/Pkt)	1. Plastik bardak 400 cc sıvı alacak şekilde olmalıdır. 2. Plastiği çok ince ve kırılgan olmamalıdır. Elle kavrama esnasında deforme olmamalıdır. 3. Sıcak suda şekil değiştirmemelidir. 4. Tek kullanımlık olmalıdır. 5. Polipropilen (PP) malzemeden yapılmış olmalıdır. 6. Plastik bardak şeffaf olmalıdır. 7. Ürünün 1 paketi içerisinde 100 adet 400 cc'lik bardak olmalıdır.

241.	Plastik panda cup altlık (250cc bardak için) (100/Pkt)	1. Plastik panda cup altlık 250cc bardağa uygun olmalıdır. 2. Plastiği çok ince ve kırılğan olmamalıdır. Elle kavrama esnasında deforme olmamalıdır. 3. Sıcak suda şekil değiştirmemelidir. 4. Tek kullanımlık olmalıdır. 5. Polipropilen (PP) malzemeden yapılmış olmalıdır. 6. Plastik panda cup altlık şeffaf olmalıdır. 7. Ürünün 1 paketi içerisinde 100 adet 250cc bardağa uygun panda cup altlık olmalıdır.
242.	Plastik panda cup altlık (400 cc'lik bardak için) (100/Pkt)	1. Plastik panda cup altlık 400cc bardağa uygun olmalıdır. 2. Plastiği çok ince ve kırılğan olmamalıdır. Elle kavrama esnasında deforme olmamalıdır. 3. Sıcak suda şekil değiştirmemelidir. 4. Tek kullanımlık olmalıdır. 5. Polipropilen (PP) malzemeden yapılmış olmalıdır. 6. Plastik panda cup altlık şeffaf olmalıdır. 7. Ürünün 1 paketi içerisinde 100 adet 400cc bardağa uygun panda cup altlık olmalıdır.
243.	Erlenmayer şişesi (500 ml)	500 ml hacimli, laboratuvar kullanımına uygun erlenmayer şişesi olmalıdır. Cam malzemeden yapılmış olmalıdır.
244.	Erlenmayer şişesi (1000 ml)	İnokulum hazırlama ve karıştırma işlemlerinde kullanılacaktır. Cam malzemeden yapılmış olmalıdır. 1000 ml
245.	Alüminyum folyo (30 cm)	Otoklavda sterilizasyon işlemi için cam malzemelerin sarılmasında kullanılacaktır. Otoklavlama, ısıtma ve soğutma uygulamalarına dayanıklı olmalı, Rulo genişliği 30 cm, rulo uzunluğu 45 m ve folyo kalınlığı 0,018 mm olmalıdır.
246.	Plastik petri (90 mm)	Plastik, tek kullanımlık olmalı, Steril ambalajda olmalı, 90 mm çapında olmalı, Ambalajı hasar görmemiş olmalı. 750 adet/kutu
247.	Plastik petri (60 mm)	Plastik, tek kullanımlık olmalı, Steril ambalajda olmalı, 60 mm çapında olmalı, Ambalajı hasar görmemiş olmalı. 750 adet/kutu
248.	Mantar delici (cork borer)- (Klasik set - iç içe geçmiş)	İç içe geçmiş klasik set. Mikrobiyolojik çalışmalarda kullanılacaktır.
249.	Bisturi sapı (3 no'lu)	3 numara, özel tıbbi paslanmaz çelik malzeme kullanılarak üretilmiş, ergonomik bir yapıya sahip olmalı, kolay deforme olmamalıdır. Üzerinde markası, katalog numarası silinmeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır.
250.	Öze ucu	Çelik, paslanmaz, tel çapı yaklaşık 0,5 mm, hacmi 10 µl, uzunluğu yaklaşık 35 mm 50 adet/paket
251.	Pastör pipet (3 ml)	1. 3ml hacimli olmalıdır. 2. 150 mm uzunlukta olmalıdır. 3. Taksimatlı olmalıdır. 4. Şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır. 5. 1 kutuda 500 adet pastör pipeti olmalıdır. 6. Orijinal kutusunda teslim edilmelidir.
252.	Samur fırça	0,1,2 ve 3 numara olacak şekilde, her birinden 10'ar adet teslim edilmelidir.
253.	Galoş çizme	Polietilen plastik malzeme, 0,12 mikron kalınlığında, 41x30x60 cm ebatlarında, Üstten bağumlu, lastikli, duble tabanlı, yırtılmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır. 200 adet/paket

254.	Rulo kağıt havlu	Laboratuvar çalışmalarında kullanılacaktır. 24 adet/paket
255.	Pens	Laboratuvar çalışmalarında kullanılacaktır. 10 adet Paslanmaz çelik, Kıvrık uçlu, 10 adet Paslanmaz çelik, Düz- yuvarlak uçlu olacak şekilde teslim edilmelidir.
256.	Diseksiyon iğnesi seti	İğne uç kısımları paslanmaz çelik olup çok keskin uçlara sahip olmalıdır. Paket, düz uçlu diseksiyon iğnesi, kıvrık uçlu diseksiyon iğnesi, mızrak formu diseksiyon iğnesi içermelidir. Plastik saplı ve Sterilizasyona uygun olmalıdır.
257.	Rafya (kırmızı, mavi, yeşil renklerde)	3 adet kırmızı, 3 adet yeşil ve 3 adet mavi renklerde teslim edilmelidir. 8 mm genişliğe ve 200 metre uzunluğunda olmalıdır.
258.	İdrar numune kabı (200 ml)	Laboratuvar çalışmalarında kullanılacaktır. 200 ml hacimde olmalıdır.
259.	Kilitli poşet (35*50 cm)	35x50 cm ebatlarında, laboratuvar çalışmalarında kullanılacaktır.
260.	Yapışkanlı etiket	60*70 mm, 100*150 mm, 100*50 mm ve 40*30 mm ebatlarında, rulo, kendinden yapışkanlı ve beyaz renkte olmalıdır. Her ebatta rulodan 1'er adet teslim edilmelidir.
261.	Şeffaf Gıda Poşeti (Numune poşeti (5lt'lık) (1kg/Paket)	25x42 cm ölçülerinde, 1 poşet 5litre hacminde, Şeffaf olmalıdır. (Şeffaf gıda poşeti)
262.	Kaba filtre kağıdı (40x40)	Mikrobiyoloji laboratuvarlarında kullanılmak üzere Kaba Filtre Kağıdı / 82 gr/m2, 40x40 ebatlarında, 250 Adetlik ambalajlarda olmalıdır.
263.	Filtre kağıtları (yuvarlak) (100 adet/pk)	110 mm çapında, %100 saf selüloz liflerinden üretilmiş, 100 adet/paket olmalıdır. Ağırlık 70 g/m2, Ambalaj 100 ad. olmalıdır. Çap 110 mm, Kalınlık 0,16 mm, Özellik Genel Amaçlı, Orta Akışlı DIN 53137 : 22s, Yuvarlak, Tip MN 615 olmalıdır.
264.	Zaman Ayarlı Priz	24 saatlik analog zaman ayarı olmalıdır. Günlük açma kapama programı olmalıdır. 16A – 3500W yüksek güç desteği olmalıdır. Enerji tasarrufu sağlamalıdır. Tak çalıştır, kolay kullanım olmalıdır. Ev ve ofis kullanımına uygun olmalıdır.
265.	Dijital sıcaklık nem ölçer	°C/°F birimleri, Sıcaklık ölçüm aralığı: dış ortam-50°C....+70°C / iç ortam 0°C.... +50°C, Nem ölçüm aralığı: 20...99 %RH, Doğruluk ±1°C, 1x1.5V (AAA)Pil dahil, Masa ya da raf üzerinde kullanım ve duvara asılabilme özelliği, Düşük güç tüketimi, Maks /min sıcaklık ve nem hafıza fonksiyonu olmalıdır. dijital göstergeli olmalıdır.
266.	Agilent marka Full Syringe Capacity:10 µL(Flange to tip length:126,5 mm±0,5 mm/Scale length:54,1 mm±0,1 mm)	Agilent marka GC-MS cihazında kullanıma uygun, 10 µL (Flange to tip length:126,5 mm±0,5 mm/Scale length:54,1 mm±0,1 mm) kapasiteli olmalıdır.
267.	Shimadzu marka Syringe 10 µL 10F-S-0-63, P/N 221-34618	Shimadzu marka GC-MS cihazında kullanıma uygun, 10 µL 10F-S-0-63, P/N 221-34618 özelliklerde olmalıdır.
268.	Shimadzu marka Filter for Split (GC Filtre, 221-77580-42)	Shimadzu marka GC-MS cihazında kullanıma uygun, GC Filtre, 221-77580-42 özelliklerde olmalıdır.

269.	Shimadzu marka Siltite Ferrule 0,25 COL PKT10 (10 adet/paket, Kolon uçları için)	Shimadzu marka GC-MS cihazında kullanıma uygun, 0,25 COL PKT10 (10 adet/paket, Kolon uçları için kullanıma uygun özelliklerde olmalıdır.
270.	Shimadzu Split/Splitless Liner 3,5 mmx5,0x95 (for Shimadzu GC, Deact, w/Deact.Wool, 5 adet/paket)	Shimadzu marka GC-MS cihazında kullanıma uygun, 3,5 mmx5,0x95 (for Shimadzu GC, Deact, w/Deact.Wool, 5 adet/paket özelliklerde olmalıdır.
271.	Head Space Vial 20 mL crimp headspace clear vial, flat bottom 22*75 mm, 100 adet/paket (kapakları ile birlikte)	Aroma analizinde kullanıma uygun, 20 mL crimp headspace clear vial, flat bottom 22*75 mm, 100 adet/paket (kapakları ile birlikte) özelliklerde olmalıdır.
272.	Shimadzu marka O-ring 4D 5P (2661331121125CGC) (glass insert için plastic conta, 5 adet/paket)	Shimadzu marka GC-MS cihazında kullanıma uygun, O-ring 4D 5P (2661331121125CGC) (glass insert için plastic conta, 5 adet/paket) özelliklerinde olmalıdır.
273.	Shimadzu marka Filament Assy (225-10340-91/18B14SLU)	Shimadzu marka GC-MS cihazında kullanıma uygun, Filament Assy (225-10340-91/18B14SLU) özelliklerinde olmalıdır.
274.	Filament Assembly (Agilent GC-MS cihazında kullanıma uygun)	Agilent marka 7890A model GC ve 5975C kütle dedektörü cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
275.	C18 kolon (Inertsil ODS-3, 4.6x250 mm, 5 mikrometre)	Inertsil ODS-3, 4.6x250 mm, 5 mikrometre özelliklerde olmalıdır.
276.	GC kapiler kolon (HP Innowax, 60 m x 0,25 mm ID, 0,25 µm film)	HP Innowax, 60 m x 0,25 mm ID, 0,25 µm film kalınlığı özelliklerine sahip olmalıdır.
277.	LC kolon (C18, 3 x 100 mm, 1,8 µm film)	Yüksek basınçlara dayanıklı, C18, 3 x 100 mm, 1,8 µm film kalınlığı özelliklerine sahip olmalıdır.
278.	Spray dryer filtresi (Büchi B-290 Mini Spray dryer cihazına uygun, polyester filter bag outlet filter)	Büchi B-290 Mini Spray dryer cihazına uygun, polyester filter bag outlet filter özelliklerinde olmalıdır.
279.	O-ring (Non stick liner O-ring, Agilent GC-MS cihazında kullanıma uygun)	Agilent marka 7890A model GC ve 5975C kütle dedektörü cihazında kullanıma uygun, O-ring (Non stick liner O-ring) olmalıdır.
280.	Liner (4 mm ID, Agilent GC-MS cihazında kullanıma uygun)(5 adet/paket)	Agilent marka 7890A model GC ve 5975C kütle dedektörü cihazında kullanıma uygun, 4 mm ID, 5 adet/paket özelliklerinde olmalıdır.
281.	Enjektör şırıngası plastik (25 mL hacminde, uygun iğnesiyle birlikte)	25 mL hacminde, plastik formda, uygun enjektör iğnesi ile beraber gelmelidir.
282.	Vial (Amber, septum ve kapaklı, 1,5 ml hacimde,100 adet/paket)	Amber, septum ve kapaklı, 1,5 ml hacimde,100 adet/paket özelliklerine sahip olmalıdır.
283.	Pompa yağı (ULVAC OMT vakum pompasında kullanıma uygun)	Shimadzu marka GC-MS cihazı ULVAC OMT vakum pompasında kullanıma uygun olmalıdır. 1 lt/ambalaj
284.	Pompa yağı (Inland 45, Agilent GC-MS cihazı vakum pompasında kullanıma uygun)	Agilent GC-MS cihazı vakum pompasında kullanıma uygun olmalıdır (Inland 45) 1 lt/ambalaj
285.	Mobil faz şişesi (1000 mL)	1000 mL hacminde, taksimatlı, delinmiş kapaklı olmalıdır.
286.	Kolon - Kromatografi – (Cam Filtreli, 600 mm, iç çap 30 mm, PTFE musluklu, gözenekli sinterlenmiş cam filtreli)	Cam Filtreli, 600 mm, iç çap 30 mm, PTFE musluklu, gözenekli sinterlenmiş cam filtreli olmalıdır.
287.	Kolon - Kromatografi – (Cam Filtreli, 300 mm, iç çap 15 mm, PTFE musluklu, gözenekli sinterlenmiş cam filtreli)	Cam Filtreli, 300 mm, iç çap 15 mm, PTFE musluklu, gözenekli sinterlenmiş cam filtreli olmalıdır.
288.	Balon joje (100 mL, kapaklı)	100 mL hacminde, taksimat çizgisi bulunmalı, cam formda olmalı, uygun kapaklarıyla beraber gelmelidir.
289.	Cam balon (29/32 şilifli, altı yuvarlak, 1 L hacminde)	29/32 şilifli, altı yuvarlak, 1 L hacminde olmalıdır.
290.	Cam beher (600 mL)	600 mL hacminde, dereceli, kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
291.	Cam beher (50 mL)	50 mL hacminde, dereceli, kırılmaya dayanıklı olmalıdır.
292.	Cam büret (50 mL, 0,1 mL dereceli, PTFE musluklu)	50 mL, 0,1 mL dereceli, PTFE musluklu olmalıdır.

293.	Büret Standı (paslanmaz özellikte, tabanı 130x200mm, çubuk uzunluğu 60 cm, üç çeneli kısıkaçı ile birlikte)	Paslanmaz özellikte, tabanı 130x200mm, çubuk uzunluğu 60 cm, üç çeneli kısıkaçı ile birlikte verilmelidir.
294.	Erlen (Şilifli, cam, 500 mL hacminde, kapaklı)	Şilifli, cam, 29/32 ağızlı, 500 mL hacminde, kapaklı olmalıdır.
295.	Ölçü silindiri (100 mL, dereceli)	100 mL hacminde, 1 ml dereceli olmalıdır.
296.	Ölçü silindiri (50 mL, dereceli)	50 mL hacminde, 1 (1/2) ml dereceli olmalıdır.
297.	Ölçü silindiri (25 mL, dereceli)	25 mL hacminde, 0.5 ml dereceli olmalıdır.
298.	Porselen kroze (uzun form, 30 mm)	Uzun form, 30 mm çap özelliklerine sahip olmalıdır.
299.	Manyetik balık (10x6 mm)	10x6 mm boyutlara sahip olmalıdır.
300.	Falkon Tüp standı (50 mL için)	50 mL falkon tüplerde kullanıma uygun, en az 18 gözlü, otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.
301.	Otomatik pipet (100-1000µL)	100-1000µL hacimlerinde pipetlemeye uygun olmalıdır.
302.	Otomatik pipet (1-10µL)	1-10µL hacimlerinde pipetlemeye uygun olmalıdır.
303.	Şırınga filtresi (0,45µm, 100 adet/paket)	0,45µm gözenek çapına sahip, 100 adet/paket, şırınga ucu kullanıma uygun olmalıdır.
304.	Saf su ön arıtım kartuşu (Elga Purelab option Q7 cihazına uygun)	Elga Purelab option Q7 cihazına uygun ve ön arıtmada kullanılacak özellikte olmalıdır.
305.	Saf su saflaştırma kartuşu (Elga Purelab option Q7 cihazına uygun)	Elga Purelab option Q7 cihazına uygun ve saflaştırma amacıyla kullanılacak özellikte olmalıdır
306.	Whatman filtre kağıdı (1 numara, 100 adet/paket, 25 mm çapta)	1 numara, 100 adet/paket, 25 mm çapta olmalıdır.
307.	Ultrasonikatör uç (5-90 mL, Bandelin marka ultrasonikatörde kullanıma uygun)	5-90 mL aralığında çalışmaya elverişli, Bandelin marka ultrasonikatörde kullanıma uygun olmalıdır.
308.	Ultrasonikatör uç (10-500 mL, Bandelin marka ultrasonikatörde kullanıma uygun)	10-500 mL aralığında çalışmaya elverişli, Bandelin marka ultrasonikatörde kullanıma uygun olmalıdır.
309.	Hassas terazi kütle seti (10 mg-100 g aralığında)	10 mg-100 g aralığında (1 x 100 g, 1 x 50 g, 2 x 20 g, 1 x 10 g, 1 x 5 g, 2 x 2 g, 1 x 1 g, 1 x 500 mg, 2 x 200 mg, 1 x 100 mg, 1 x 50 mg, 2 x 20 mg, 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 10 mg ağırlıklara sahip) olmalıdır.
310.	96'lık pipet ucu kutusu (200 µL'lik uçlara uygun)	200 µL'lik uçlara uygun olmalıdır.
311.	Adsorber resin Amberlite (XAD-7)	20-60 mesh boyutlarında, saflaştırma çalışmalarında kullanıma uygun, 1 L hacminde olmalıdır.
312.	Laboratuvar Fırçası (Yuvarlak başlıklı 70 x 400 mm)	Yuvarlak başlıklı 70 x 400 mm boyutlarında olmalıdır.
313.	Laboratuvar küveti (50x60 cm, polipropilen, ısıya dayanıklı)	50x60 cm, polipropilen, ısıya dayanıklı olmalıdır.
314.	Fetal calf serum (heat inactivated)	Isıl işlem ile inaktive edilmiş, steril non pirojenik hücre kültürü ve mikrobiyoloji laboratuvarı çalışmaları ile uyumlu olmalıdır. Endotoksin, hemogloblin, mikoplazma ve bakteri içermemeli, minimum 0,1 mikronluk membrane filtreleme ile 3 defa sterile edilmiş olmalıdır, -20 ° 'de kuru buz içinde bozunuma uğramadan kuru buz içinde teslim edilmelidir. 100 mL'lik ambalajında.
315.	Thermo multichannel uyumlu steril clip tip 300 (10*96 tips)	Thermo multichannel uyumlu steril clip tip 300 (10*96 tips) özelliklerde olmalıdır.
316.	Blank steril antibiyotik diskleri (50*5)	6 mm çapında, 50şerli kartuşlar halinde bir pakette 5 kartuş olacak şekilde ve kartuşlar ayrı ayrı paketlenmiş ve steril olmalı, kimyasal ve uçucu yağ emilimi için uygun olmalıdır. Son kullanma tarihi, en az 2028 yılı son ayı veya sonrası olmalıdır.

317.	Polypropylene microtubes 1.5 ml, uncoloured	500 adedi; Tüpler 1,5 mL standart hacim ve ağırlıkta, renksiz, mikrosantrifüj işlemine uygun olacak şekilde iç yüzeyi pürüzsüz ve saf polypropylene malzemeden üretilmiş olmalı ve otoklav sterilizasyonuna (121 derecede min 15 dk) uygun özellikte olarak ve kapaklar tam sızdırmaz olmalıdır., bir pakette 500 adet bulunmalıdır. Uluslararası standartta Biyolojik ürünlerin düşük sıcaklıklarda (-80 °C) muhafazasına uygun olmalıdır. 500 adedi; Tüpler 1,5 mL standart hacim ve ağırlıkta, renksiz, dıştan vidalı, iç yüzeyi pürüzsüz ve saf polypropylene malzemeden üretilmiş olmalı ve otoklav sterilizasyonuna (121 derecede min 15 dk) uygun özellikte olarak ve kapaklar tam sızdırmaz olmalıdır. Bir pakette 500 adet bulunmalıdır. Uluslararası standartta Biyolojik ürünlerin düşük sıcaklık uygulama ve (-80 ve sıvı nitrojen ve cryo dondurma) muhafazasına uygun olarak kapak sızdırmazlık özelliğini muhafaza etmelidir, Tüpler dik şekilde ayakta duracak şekilde tasarlanmış olmalı ve tek elle kapak açılıp kapatılabilmeli ve ¾ tur oranında kapak çevirmesi ile tam kapatma sağlanmalıdır.
318.	Polypropylene microtubes 2 ml, uncoloured	500 adedi; Tüpler 2 mL standart hacim ve ağırlıkta, renksiz, mikrosantrifüj işlemine uygun olacak şekilde iç yüzeyi pürüzsüz ve saf polypropylene malzemeden üretilmiş olmalı ve otoklav sterilizasyonuna (121 derecede min 15 dk) uygun özellikte olarak ve kapaklar tam sızdırmaz olmalıdır., bir pakette 500 adet bulunmalıdır. Uluslararası standartta Biyolojik ürünlerin düşük sıcaklıklarda (-80 °C) muhafazasına uygun olmalıdır. 500 adedi; Tüpler 2 mL standart hacim ve ağırlıkta, renksiz, dıştan vidalı, iç yüzeyi pürüzsüz ve saf polypropylene malzemeden üretilmiş olmalı ve otoklav sterilizasyonuna (121 derecede min 15 dk) uygun özellikte olarak ve kapaklar tam sızdırmaz olmalıdır. Bir pakette 500 adet bulunmalıdır. Uluslararası standartta Biyolojik ürünlerin düşük sıcaklık uygulama ve (-80 ve sıvı nitrojen ve cryo dondurma) muhafazasına uygun olarak kapak sızdırmazlık özelliğini muhafaza etmelidir, Tüpler dik şekilde ayakta duracak şekilde tasarlanmış olmalı ve tek elle kapak açılıp kapatılabilmeli ve ¾ tur oranında kapak çevirmesi ile tam kapatma sağlanmalıdır.
319.	Gamma steril santrifüj tüpü (15 ml)	15 mL hacme sahip gamma sterilizasyona tabi tutulmuş, tek tek paketlenmiş, yanda taksimatlı yazı bölümü mevcut, bir pakette 50 adet olacak şekilde ve son kullanma tarihi 2029 ve sonrası olmalıdır DNase, RNase, pirojen free etiketli olmalıdır.
320.	Gamma steril santrifüj tüpü (50 ml)	50 mL hacme sahip gamma sterilizasyona tabi tutulmuş, tek tek paketlenmiş, yanda taksimatlı yazı bölümü mevcut, bir pakette 50 adet olacak şekilde ve son kullanma tarihi 2029 ve sonrası olmalıdır tek tek paketlenmiş (50 adet / paket) olmalıdır. DNase, RNase, pirojen free etiketli olmalıdır.
321.	Gamma steril plastik petri (90 mm)	Petri Ø90 mm 17 mm olup, gamma sterilizasyona sahip, DNase, RNase, pirojen free etiketli, mikrobiyoloji, bakteriyoloji ve benzer çalışmalarda kullanıma uygun polsitren malzemeden üretilmiş olmalıdır. Son kullanma tarihi 2029 ve sonrası olmalıdır.

		90 mm apında 3 paket (360 adet/Paket)
322.	Cryotüp standı karton	Cryotüp standı -80 derecede muhafazaya uygun min 81 yuvalı ve 1,5 ml ve 2 ml santrifüj ve düz tbanlı cryotüp muhafazasına uygun, tekrarlı kullanılabilir dayanıklı karton malzemeden üretilmiş omalıdır.
323.	Inoculation loop (10 ul)	Inoculation loop 10 ul hacme sahip yuvarlak ve iğne uçlu olmak üzere iki uçlu olup ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır. Her kutuda 1000 adet, ve bunlar 20'lik birimler halinde ayrı paketlenmiş ve gamma steril olmalıdır, Son kullanma tarihi 2029 ve sonrası olmalıdır. Her kutuda 1000 adet, gamma steril, 20 lik paketlenmiş
324.	Streptococcus mutans ATCC 25175 Kwik stick	Biyogüvenlik seviyesi spesifik Streptococcus mutans ATCC 25175 kalite kontrol suşunu içeren, liyofilize pellet, swab ve hidrasyon sıvısını tek birimde birlikte bulnan, aerobik koşullarda 35 ° C sheep blood agar ve Muler Hinton Agarda üreyebilen, son kullanma tarihi minimum 2029 Ocak ayı ve her pakette iki adet kwikstik bulnan formda olmalıdır. Taşıma sıcaklığı 2-8 °C arasında olup uygun taşıma projedürü ile laboratuvara getirilmiş ve aktivasyona uygun formda, daha önce mikrobiyoloji lab çalışmalarında denenmiş ve kullanılrlığı kanıtlanmış firmalardan olmalıdır.