

Tartım

Vücut analiz cihazları için kullanım kılavuzu

Kurulum · Kablolu ve Bluetooth bağlantı · Ölçüm · Cihaz raporu

Sürüm 0.8.0 · 19.10.2026
https://github.com/muratGursel/tartim

İçindekiler

- 1. Kurulum
- 2. Uygulamayı açmak
- 3. Tartıyı kabloyla bağlamak
- 4. Tartıyı Bluetooth ile bağlamak
- 5. Ölçüm almak
- 6. Danışan kaydı
- 7. Geçmiş ölçümler, SD kart, Excel ve sonuç çıktısı
- 8. Cihaz raporu hazırlamak ve göndermek
- 9. Sorun giderme
- 10. Kişisel verilerin korunması

> Kılavuzdaki ekran görüntülerinde örnek (sentetik) ölçümler ve örnek Bluetooth cihazları kullanılmıştır; hiçbiri gerçek bir kişiye ait değildir.

Bu kılavuz, Tartım uygulamasıyla vücut analiz cihazınızdan (tartıdan) ölçüm almayı, ölçümleri saklamayı ve geliştiricilere cihaz raporu göndermeyi adım adım anlatır. Bilgisayar bilgisi gerektirmez.

1. Kurulum

Kurulum bir kez yapılır. Yönetici (sudo) şifresi gerekir; bilmiyorsanız bilgi işlem biriminizden destek isteyin.

1. **Uçbirim**'i açın (uygulama menüsünde "Uçbirim" ya da "Terminal" yazın).
2. Aşağıdaki satırı kopyalayıp uçbirime yapıştırın ve **Enter**'a basın:

   ```
   curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/muratGursel/tartim/main/install.sh | sudo sh
   ```


3. Şifreniz sorulursa yazın (yazarken ekranda görünmez) ve **Enter**'a basın.
4. Sonunda `tartim kuruldu` yazısını gördüğünüzde kurulum tamamdır.

> Uçbirim kullanmak istemiyorsanız Sürümler sayfasından `tartim_..._all.deb` dosyasını indirip çift tıklayarak da kurabilirsiniz.

Güncelleme: Aynı komutu yeniden çalıştırmanız yeterlidir.

2. Uygulamayı açmak

Uygulama menüsünü açın ve **Tartım** yazın. Simgesine tıklayın.



Açılan pencerede:

- **Üstte:** port seçimi, yenile ve Bluetooth düğmeleri, hız ve **Bağlan**
- **Solda:** son ölçümün sonuçları
- **Sağda:** kayıtlı ölçümler, **SD karttan içe aktar**, **Danışana ata**, **Sonuç çıktısı (PDF)** ve **Excel için dışa aktar**
- **Sol üstte: Danışanlar** (bkz. Danışan kaydı)
- **Sağ üstte: Yardım** (bu kılavuz) ve **Cihaz raporu**

3. Tartıyı kabloyla bağlamak


1. Tartıyı USB ya da RS-232 kablosuyla (USB-seri çevirici ile) bilgisayara takın ve tartıyı açın.
2. Tartım'da **yenile** düğmesine (dönen ok) basın.
3. **Port** listesinden tartıyı seçin. USB ile bağlanan cihazlar genellikle `/dev/ttyUSB0` ya da `/dev/ttyACM0` adıyla görünür ve listenin başında yer alır.
4. **Hız** alanını değiştirmeyin (9600). Yalnızca veri gelmezse değiştirin (bkz. Sorun giderme).
5. **Bağlan**'a basın. Düğme kırmızı **Bağlantıyı kes**'e dönüşür ve alt satırda "dinleniyor" yazar.

4. Tartıyı Bluetooth ile bağlamak


Bilgisayarınızda Bluetooth olmalı ve açık olmalıdır (ekranın sağ üst köşesindeki sistem menüsünden kontrol edebilirsiniz).

4.1 Tartıyı bulmak

1. Tartıyı açın. Cihazınızda bir Bluetooth ya da eşleştirme modu varsa açın (cihazın kendi kılavuzuna bakın).
2. Tartım'da port alanının yanındaki **Bluetooth** düğmesine basın.
3. Yaklaşık 10 saniye bekleyin. Bulunan cihazlar **Port** listesinin en üstüne `bt:... (cihaz adı, tür)` şeklinde eklenir.
4. Listeyi açıp tartınızı seçin.



5. **Bağlan**'a basın. Bağlantı kurulunca alt satırda "bağlandı" yazar:



Listede cihazın yanında üç türden biri yazar:

Yazan	Anlamı	Ne yapmalıyım?
BLE (standart tartı)	Cihaz, Bluetooth'un standart tartı servisini kullanıyor.	Doğrudan **Bağlan**'a basın. Ölçümler canlı gelir.
Klasik (seri port)	Cihaz kablo gibi çalışan eski tip Bluetooth kullanıyor.	Önce eşleştirin (4.2), sonra **Bağlan**'a basın.
BLE	Cihaz üreticiye özel bir yöntem kullanıyor.	Henüz doğrudan okunamıyor. Lütfen bir **cihaz raporu** gönderin (bölüm 8); desteği bu raporla ekleyebiliriz.

4.2 Klasik Bluetooth cihazı eşleştirmek

Bu işlem her cihaz için bir kez yapılır.

1. **Ayarlar** → **Bluetooth** bölümünü açın.
2. Listede tartınıza tıklayın.
3. PIN sorulursa cihazın kılavuzundaki kodu girin. Kılavuzda yazmıyorsa genellikle **0000** ya da **1234**'tür.
4. "Bağlandı" ya da "Eşleştirildi" yazısını gördükten sonra Tartım'a dönüp Bluetooth düğmesine yeniden basın, cihazı seçip **Bağlan**'a basın.


4.3 Bluetooth cihazı listede çıkmıyorsa

- Tartının açık ve bilgisayara yakın (birkaç metre içinde) olduğundan emin olun.
- Tartı başka bir telefona ya da tablete bağlıysa o cihazda Bluetooth'u kapatın; çoğu tartı aynı anda tek cihaza bağlanır.
- Bluetooth düğmesine bir kez daha basın; bazı cihazlar ancak ikinci taramada görünür.

5. Ölçüm almak

1. Tartıya bağlıyken (alt satırda "dinleniyor" ya da "bağlandı" yazarken) ölçümü cihazda her zamanki gibi yapın: danışan numarasını ve bilgilerini cihaza girin, danışan tartıya çıksın. Numara, ölçümü danışanın kaydına bağlar (bkz. Danışan kaydı).

2. Ölçüm bitince sonuç birkaç saniye içinde Tartım'ın sol tarafında görünür ve otomatik olarak kaydedilir. Ayrıca bir şey yapmanız gerekmez.



3. Sıradaki danışan için aynı şekilde devam edin. Bağlantıyı kesmenize gerek yoktur.

4. İşiniz bitince **Bağlantıyı kes**'e basabilir ya da pencereyi kapatabilirsiniz.

> Değerlerin yanında yıldız (*) görürseniz: o alanın anlamı henüz gerçek bir cihazla doğrulanmamıştır. Cihaz ekranındaki değerle karşılaştırarak kullanın ve fark görürseniz bir cihaz raporu gönderin.

6. Danışan kaydı


Danışanlarınızı bir kez kaydederseniz ölçümleri adlarıyla görür, sonuç çıktısına adı ayrıca yazmanız gerekmez.

Danışan eklemek:

1. Sol üstteki **Danışanlar** düğmesine basın.



2. **Ekle...**'ye basın ve bilgileri doldurun:



   - **Danışan numarası:** ölçümden önce cihaza girdiğiniz numara (ID). Zorunlu.

- **Adı soyadı:** zorunlu.
- **Cinsiyet, doğum tarihi, boy, vücut tipi:** isteğe bağlı. Doğum tarihini `01.05.1977` biçiminde yazın; yaş her ölçümün tarihine göre hesaplanır.
- **Not:** isteğe bağlı kısa bir not. 3. **Kaydet**'e basın.

Ölçümler danışana nasıl bağlanır? Ölçümden önce cihaza danışan numarasını girin. Cihaz bu numarayı ölçümle birlikte gönderir ve Tartım ölçümü o danışana bağlar; kayıtlı ölçümler listesinde **Adı soyadı** sütununda adı görünür. Daha önce kaydedilmiş ölçümler de danışanı ekler eklemez adlarıyla görünür.

Numarasız ölçümler (ör. danışan numarası sormayan Bluetooth tartılar ya da numara girilmeden yapılan ölçümler): listede ölçümü seçin, **Danışana ata…**'ya basın ve danışanı seçin. Aynı pencerede **(danışan yok)** seçerek bağlantıyı kaldırabilirsiniz.

Eksik bilgilerin tamamlanması: Cihaz cinsiyet, yaş ya da boy göndermezse (bazı Bluetooth tartılar yalnızca kiloyu gönderir) sonuç çıktısındaki değerlendirmeler için bu bilgiler danışan kaydından alınır; çıktıda bu durum ayrıca belirtilir. Cihazın gönderdiği değerler her zaman önceliklidir. Vücut kompozisyonunu (yağ, kas, sıvı) yine cihaz hesaplar; Tartım bu değerleri yeniden hesaplamaz.

Düzenlemek ve silmek: listede danışanı seçip **Düzenle…** ya da **Sil…**'e basın. Danışan numarasını değiştirirseniz ölçümleri de yeni numaraya taşınır. Silerken ölçümleri adsız olarak saklamayı ya da onlarla birlikte silmeyi seçebilirsiniz.

Komut satırından:

```
tartim danisan ekle 42 --ad "Ad Soyad" --cinsiyet kadin --dogum 01.05.1980 --boy 165
tartim danisan listele
tartim danisan duzenle 42 --not "Haftalık takip"
tartim ata --kayit 12 --danisan 42
```

7. Geçmiş ölçümler, SD kart, Excel ve sonuç çıktısı

Geçmiş ölçüm: Sağdaki listede bir satıra tıklayın; ayrıntıları solda görünür. Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayabilirsiniz.

SD karttan içe aktarma (SD kartı olan cihazlar için):

1. Cihazın SD kartını bilgisayara takın.
2. **SD karttan içe aktar…** düğmesine basın.
3. Karttaki `.csv` dosyalarını seçin (birden fazla seçebilirsiniz) ve **İçe aktar**'a basın.
4. Aynı ölçüm iki kez eklenmez; dosyaları tekrar tekrar aktarmanızda sakınca yoktur.


Excel'e aktarma:

1. **Excel için dışa aktar…** düğmesine basın.
2. Dosyaya bir ad verip **Kaydet**'e basın.
3. Dosyayı LibreOffice Calc ya da Excel ile açabilirsiniz.

Sonuç çıktısı (PDF): danışana verebileceğiniz, yazdırılabilir bir sonuç sayfası.

1. Sağdaki listede ölçümü seçin (seçmezseniz son ölçüm kullanılır).
2. **Sonuç çıktısı (PDF)…** düğmesine basın.
3. Danışan kayıtlıysa adı kendiliğinden gelir. Kayıtlı değilse adı burada yazabilirsiniz; bu ad yalnızca çıktıya yazılır, kaydedilmez. **PDF oluştur**'a basın.
4. Dosyaya bir ad verip **Kaydet**'e basın. PDF açılır; oradan yazdırabilirsiniz.

Çıktının ilk sayfasında ölçümün analizi bulunur: vücut kompozisyonu, segmental kas ve yağ dağılımı, metabolizma, BMI, yağ oranı, sıvı oranı ve viseral yağ için düşük/normal/yüksek değerlendirmesi, ideal kilo aralığı ve kütlesel analiz. Danışanın birden fazla ölçümü varsa ikinci sayfada **fark analizi** tablosu ve **fark grafiği** yer alır.



BÖLÜMLENDİRİLMİŞ VÜCUT ANALİZİ

Cihaz: BC-418 · tartim 0.7.1

Ölçüm zamanı
06.07.2026 09:19
Ölçüm no: 5

Adı soyadı	Cinsiyet	Vücut tipi	Yaş	Boy	Kilo	BMI	Yağ %
Örnek Danışan	Erkek	Standart	49	191,0	95,1	26,1	17,3

Vücut kompozisyonu (kg)

Segmental vücut kompozisyonu analizi

	Sağ kol	Sol kol	Sağ bacak/Sol bacak	Gövde
Yağ (%)	16,9	17,4	15,6	16,4	18,1
Kas (kg)	4,3	4,4	12,2	11,8	42,3

Segmental kas dağılımı (kg)

Segmental yağ dağılımı (%)

Segmental dağılım

Metabolizma

Metabolik yaş	43
Bazal metabolizma hızı	2290 kcal · 9581 kJ
BMR / kilo	24,1
Viseral yağ derecesi	8

İdeal kilo (BMI 22): 80,3 kg · normal aralık 67,5 – 90,8 kg

BMI: 26,1

Düşük < 18,5	Normal (18,5 - 24,9)	Yüksek > 24,9
	X	

Yağ oranı: 16,5 kg · 17,3 %

Düşük < 11,0%	Normal (11,0 - 22,0%)	Yüksek > 22,0%
	X	

Sıvı oranı: 57,4 kg · 60,4 %

Düşük < 50,0%	Normal (50,0 - 65,0%)	Yüksek > 65,0%
	X	


Viseral yağ derecesi: 8

Düşük < 1,0	Normal (1,0 - 12,0)	Yüksek > 12,0
	X	

Kütlesel analiz

Kas kütlesi	74,9 kg	Hücre içi su	33,1 kg
Yağsız kütle (FFM)	78,6 kg	Hücre dışı su	24,3 kg
Kemik kütlesi	3,7 kg	Hücre dışı su / toplam su	0,423
Toplam vücut suyu	57,4 kg		

tartim · açık kaynak yazılım (GPL-3.0-or-later) Rapor tarihi: 19.10.2026 10:15 Tıbbi teşhis yerine geçmez.
github.com/muratGurse/tartim Ölçüm no: 5 Sayfa 1



BÖLÜMLENDİRİLMİŞ VÜCUT ANALİZİ

Cihaz: BC-418 · tartim 0.7.1

Ölçüm zamanı
06.07.2026 09:19
Ölçüm no: 5

Adı soyadı	Cinsiyet	Vücut tipi	Yaş	Boy	Kilo	BMI	Yağ %
Örnek Danışan	Erkek	Standart	49	191,0	95,1	26,1	17,3

Fark analizi

Ölçüm zamanı	Kilo	Fark	Yağ kg	Fark	Kas kg	Fark	Sıvı kg	Fark	Yağ dışı kg	Fark	Yağ %	Fark
06.07.2026 09:19	95,1	-2,5	16,5	-2,6	74,9	+0,1	57,4	+0,1	78,6	+0,1	17,3	-2,3
05.06.2026 09:00	97,6	-4,8	19,1	-4,9	74,8	+0,1	57,3	+0,1	78,5	+0,1	19,6	-3,8
27.04.2026 09:23	102,4	-7,2	24,0	-5,3	74,7	-1,8	57,2	-1,4	78,4	-1,9	23,4	-3,3
16.03.2026 09:00	109,6	-5,6	29,3	-3,3	76,5	-2,2	58,6	-1,7	80,3	-2,3	26,7	-1,6
18.02.2026 09:04	115,2		32,6		78,7		60,3		82,6		28,3	

Fark grafiği (kg)

tartim · açık kaynak yazılım (GPL-3.0-or-later) Rapor tarihi: 19.10.2026 10:15 Tıbbi teşhis yerine geçmez.
github.com/muratGurse/tartim Ölçüm no: 5 Sayfa 2

> Değerlendirmede yayımlanmış başvuru aralıkları kullanılır: BMI için Dünya Sağlık Örgütü, yağ oranı için cinsiyet ve yaşa göre Gallagher ve ark. (2000), sıvı oranı ve viseral yağ için Tanita'nın yayımladığı aralıklar. Çıktı tıbbi teşhis yerine geçmez.

Komut satırından: `tartim yazdir --ad "Ad Soyad"` (son ölçüm) ya da `tartim yazdir --kayit 12`.

8. Cihaz raporu hazırlamak ve göndermek

Cihaz raporu, tartınızın bilgisayara veriyi nasıl gönderdiğini öğrenmemizi sağlar. Özellikle şu durumlarda çok işimize yarar:


- Tartınız Tartım'da hiç görünmüyorsa ya da "Tanınmayan kayıt" yazıyorsa,
- Bluetooth listesinde tartınızın yanında yalnızca **BLE** yazıyorsa,
- Gösterilen değerler cihaz ekranıyla uyuşmuyorsa.

Rapor yaklaşık 2 dakika sürer.


> **Önemli:** Rapor için ölçümü **kendiniz ya da bir test kişisiyle** yapın. Gerçek bir danışanın ölçümünü kullanmayın. Danışan numarası rapordan otomatik silinir, ama yaş, boy, cinsiyet ve vücut değerleri raporda kalır.

7.1 Raporu hazırlamak

1. Kablolu bağlantıda önce **Port** listesinden tartıyı seçin.
2. Sağ üstteki **Cihaz raporu** düğmesine basın.
3. **Cihaz modeli** alanına modeli yazın. Model, cihazın altındaki ya da arkasındaki etikette yazar (ör. `MC-780MA`, `FAST`).




4. Bağlantı türüne göre bir düğmeye basın:
    - **Ölçümü başlat:** tartı kabloyla bağlıysa
    - **Bluetooth ile...:** tartı Bluetooth'luysa. Açılan listeden tartınızı seçip **Seç ve ölçüme başla**'ya basın.




- **SD kart dosyasından…:** cihaz ölçümleri SD karta yazıyorsa. Karttaki dosyayı seçin.

5. "Şimdi cihazda ölçüm yapın" yazısını görünce tartıda bir ölçüm yapın. Veri gelince pencere kendiliğinden sonraki adıma geçer.



6. Cihaz ekranında gördüğünüz **kiloyu** yazın (ör. `72,4`). Bu isteğe bağlıdır ama veriyi doğrulamamızı çok kolaylaştırır.




7. **Raporu kaydet**'e basın. Rapor **Belgeler** klasörünüze `tartim-report-MODEL-TARİH.json` adıyla kaydedilir ve gönderim seçenekleri görünür (bkz. 7.2).

"Hiç veri gelmedi" yazsa bile raporu kaydedip gönderin; bu da işimize yarar.

7.2 Raporu göndermek

Rapor kaydedildikten sonra pencerede raporu nasıl göndermek istediğiniz sorulur. Size uygun olanı seçin:



Seçenek	Ne olur?	Kimin için?
Proje sunucusuna gönder	Rapor tek tıkla geliştiricilere ulaşır. GitHub hesabı gerekmez. Rapor herkese açık yayımlanmaz.	Çoğu kullanıcı için en kolayı
GitHub formuyla kendim göndereceğim	GitHub'daki form açılır, dosyayı siz eklersiniz. Kayıt herkese açık görünür.	GitHub hesabı olan ve süreci kendisi takip etmek isteyenler
Şimdilik gönderme	Dosya bilgisayarınızda kalır. İstediğiniz zaman ya da istediğiniz yoldan (ör. e-posta) iletebilirsiniz.	Önce kurum içinde kontrol etmek isteyenler

Proje sunucusuna göndermek


1. **Proje sunucusuna gönder** seçili olsun.
2. **"Bu ölçüm gerçek bir danışana ait değildir"** kutusunu işaretleyin. İşaretlemeden **Gönder** düğmesi çalışmaz.
3. İsterseniz kısa bir not yazın (ör. "Cihaz ekranında yağ oranı 24,1 görünüyordu").
4. **Gönder**'e basın. "Gönderildi, teşekkürler!" yazısı ve bir **rapor numarası** görünür. Bize ulaşırken bu numarayı belirtebilirsiniz.

İnternet bağlantısı yoksa "Rapor sunucusuna ulaşılamadı" yazar. Dosya bilgisayarınızda durur; daha sonra yeniden gönderebilirsiniz (bkz. 7.3).

GitHub formuyla göndermek


Ücretsiz bir GitHub hesabı gerekir (https://github.com/signup).

1. **GitHub formuyla kendim göndereceğim**'i seçip **GitHub formunu aç**'a basın. (Doğrudan adres: https://github.com/muratGursel/tartim/issues/new?template=cihaz-raporu.yml)
2. GitHub hesabınızla giriş yapın. "Cihaz raporu" formu açılır:



3. Formda:
    - **Cihaz modeli:** modeli yazın.

- **Rapor dosyası: Klasörü aç** düğmesiyle açılan klasördeki `tartim-report-....json` dosyasını sürükleyip bu kutuya bırakın. Dosya yüklenince kutuda bir bağlantı belirir.



- **Notlar:** varsa yaşadığınız sorunları yazın (isteğe bağlı).
- **Onay:** sayfanın altındaki "Bu ölçüm gerçek bir danışana ait değildir" kutusunu işaretleyin.

4. Sağ alttaki yeşil **Create** düğmesine basın.

Bu yolla gönderilen raporlar herkese açık görünür.

7.3 Komut satırından rapor (isteğe bağlı)

Arayüz yerine uçbirimi tercih ederseniz:

```
tartim rapor               # kablolu cihaz
tartim rapor --bluetooth   # Bluetooth cihaz
tartim rapor --dosya /media/KULLANICI/SD/20261016.CSV   # SD kart
```

Program yalnızca modeli ve ekrandaki kiloyu sorar, raporu bulunduğunuz klasöre kaydeder ve nasıl göndermek istediğinizi sorar. Kaydedilmiş bir raporu daha sonra sunucuya göndermek için:

```
tartim rapor-gonder tartim-report-MC780MA-20261016-104512.json
```

9. Sorun giderme

Sorun	Çözüm
Port listesi boş	Kabloyu çıkarıp takın, **yenile**'ye basın. USB-seri çevirici kullanıyorsanız çeviricinin takılı olduğundan emin olun.
"Porta erişim izniniz yok"	Oturumu kapatıp açın. Sorun sürerse ve port `/dev/ttyS...` ise uçbirimde `sudo usermod -aG dialout $USER` yazıp yeniden oturum açın.
Bağlandı ama ölçüm gelmiyor	1) Cihazın ayarlarında "PC'ye veri çıkışı" açık mı, kontrol edin. 2) **Bağlantıyı kes**'e basın, **Hız**'ı 4800, 19200 ya da 38400 yapıp yeniden deneyin. 3) Hâlâ gelmiyorsa bir cihaz raporu gönderin.
"Tanınmayan kayıt"	Cihazınızın biçimini henüz tanımıyoruz. Lütfen cihaz raporu gönderin.
"Bluetooth kapalı"	Sistem menüsünden Bluetooth'u açın.
"Bluetooth adaptörü bulunamadı"	Bilgisayarınızda Bluetooth yok ya da kapalı. Harici bir USB Bluetooth adaptörü takabilirsiniz.
Bluetooth'a bağlanılamadı	Tartı başka bir telefona bağlı olabilir; o cihazda Bluetooth'u kapatın. Klasik cihazlarda önce eşleştirme yapın (4.2).
"Bu cihaz standart Bluetooth tartı servisini kullanmıyor"	Cihaz üreticiye özel yöntem kullanıyor. Cihaz raporu gönderin (8).

Sorununuz çözülmezse https://github.com/muratGursel/tartim/issues adresinden bize yazabilirsiniz.

10. Kişisel verilerin korunması

Vücut ölçümleri sağlık verisidir ve KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veri sayılır.

- Ölçümler yalnızca sizin bilgisayarınızda, yalnızca sizin kullanıcı hesabınızın okuyabileceği bir dosyada saklanır (`~/.local/share/tartim/tartim.db`). Danışan kayıtları (ad, doğum tarihi, boy, not) da aynı dosyadadır. Ölçümler ve danışan bilgileri hiçbir zaman internete gönderilmez.
- İnternete giden tek şey, sizin seçip onayladığınız **cihaz raporlarıdır**. Proje sunucusuna gönderilen raporlar yalnızca geliştiricilerin erişebildiği özel bir depoda tutulur; GitHub formuyla gönderilenler herkese açıktır. Her iki durumda da gerçek danışan ölçümü göndermeyin.
- Kurumunuz sunucuya gönderimi tamamen kapatmak isterse bilgi işlem birimi `TARTIM_REPORT_URL` ortam değişkenini boş bırakabilir; bu durumda seçenek pencerede görünmez.
- Excel'e aktardığınız dosyalar da kişisel veri içerir; güvenli bir yerde saklayın.
- Kurumunuzda kullanmadan önce açık rıza, erişim yetkisi ve saklama süresi konularını veri sorumlunuzla netleştirin.