



관리번호 : 2025 - 001 - KQC183

## 작업환경측정 정도관리 결과서

기 관 명 : (주)한국환경안전연구소

대 표 자 : 이정식

법인(사업자)등록번호 : 150111-0098934

주 소 : 충청북도 청주시 서원구 양촌3길 7-30 (남이면) 한국환경안전연구소

참 여 회 차 : KQC 제67회 ( 2025년 상반기 )

참 여 결 과 :


| 분 야     | 결과   | 분석자 |
|---------|------|-----|
| 유기화합물   | 적합   | 유주혜 |
| 금 속     | 적합   | 유주혜 |
| 자 율 항 목 | 해당없음 |     |

「작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시」 제61조의2에 따라  
작업환경측정 정도관리 결과서를 발급합니다.

2025년05월23일



한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원장 귀하



## 제 67 회 작업환경측정 정도관리 시료분석결과 평가 통보서

|         |              |
|---------|--------------|
| 기 관 명   | (주)한국환경안전연구소 |
| 고 유 번 호 | KQC183       |
| 분 석 자   | 유주혜          |

### A. 분야별 종합평가 결과

|           |      |
|-----------|------|
| 분야 / 회    | 제67회 |
| 유 기 화 합 물 | 적합   |
| 금 속       | 적합   |
| 자 율 항 목   | 해당없음 |

### B. 시료별 평가 결과

| 유기화합물          | 시료번호   | 분석결과(mg) | 기준값(mg) | 합격범위(mg)      | z-Score | 시료별 평가 |
|----------------|--------|----------|---------|---------------|---------|--------|
| 노말-헥산<br>(HEX) | 6701-1 | 0.7404   | 0.7325  | 0.6665~0.7985 | 0.36    | 적합     |
|                | 6701-2 | 0.5509   | 0.5587  | 0.5050~0.6124 | -0.44   | 적합     |
|                | 6701-3 | 0.8537   | 0.8374  | 0.7621~0.9127 | 0.65    | 적합     |
|                | 6701-4 | 0.4884   | 0.4866  | 0.4428~0.5304 | 0.12    | 적합     |
| o-크실렌<br>(OXY) | 6701-1 | 2.2646   | 2.3399  | 2.0864~2.5934 | -0.89   | 적합     |
|                | 6701-2 | 0.8216   | 0.8482  | 0.7720~0.9244 | -1.05   | 적합     |
|                | 6701-3 | 1.7373   | 1.8117  | 1.6485~1.9749 | -1.37   | 적합     |
|                | 6701-4 | 1.2905   | 1.3114  | 1.1935~1.4293 | -0.53   | 적합     |
| 에틸 벤젠<br>(EB)  | 6701-1 | 0.6648   | 0.6734  | 0.6128~0.7340 | -0.43   | 적합     |
|                | 6701-2 | 0.8266   | 0.8522  | 0.7754~0.9290 | -1.00   | 적합     |
|                | 6701-3 | 1.8139   | 1.8679  | 1.6999~2.0359 | -0.96   | 적합     |
|                | 6701-4 | 0.4526   | 0.4554  | 0.4143~0.4965 | -0.20   | 적합     |

| 금 속         | 시료번호   | 분석결과(mg) | 기준값(mg) | 합격범위(mg)        | z-Score | 시료별 평가 |
|-------------|--------|----------|---------|-----------------|---------|--------|
| 카드뮴<br>(Cd) | 6702-1 | 0.01057  | 0.01115 | 0.01013~0.01217 | -1.71   | 적합     |
|             | 6702-2 | 0.01210  | 0.01208 | 0.01100~0.01316 | 0.06    | 적합     |
|             | 6702-3 | 0.01048  | 0.01040 | 0.00947~0.01133 | 0.26    | 적합     |
|             | 6702-4 | 0.01452  | 0.01438 | 0.01309~0.01567 | 0.33    | 적합     |
| 납<br>(Pb)   | 6702-1 | 0.0212   | 0.0222  | 0.0201~0.0243   | -1.43   | 적합     |
|             | 6702-2 | 0.0348   | 0.0359  | 0.0323~0.0395   | -0.92   | 적합     |
|             | 6702-3 | 0.0239   | 0.0240  | 0.0219~0.0261   | -0.14   | 적합     |
|             | 6702-4 | 0.0436   | 0.0430  | 0.0391~0.0469   | 0.46    | 적합     |
| 크롬<br>(Cr)  | 6702-1 | 0.1262   | 0.1257  | 0.1143~0.1371   | 0.13    | 적합     |
|             | 6702-2 | 0.1204   | 0.1192  | 0.1066~0.1318   | 0.29    | 적합     |
|             | 6702-3 | 0.0957   | 0.0932  | 0.0848~0.1016   | 0.89    | 적합     |
|             | 6702-4 | 0.0268   | 0.0255  | 0.0231~0.0279   | 1.63    | 적합     |