

Programa de garantía externa de calidad para hematología y bioquímica

Expediente 2026/ES/0010 · Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.)

IMPORTE DE LA LICITACIÓN	FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN
1750 €	06/07/2026 (periodo de presentación)

RESUMEN DEL OBJETO DE LA LICITACIÓN

El contrato tiene por objeto el servicio de garantía externa de calidad para los analizadores de las unidades de hematología y bioquímica (Lotes 1 y 2) del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC). La finalidad es definir las características y requisitos técnicos mínimos para esta prestación.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS A CONSIDERAR

- La adjudicación se fundamenta exclusivamente en el precio ofertado, con una ponderación de 100 puntos, y será valorada automáticamente.
- Se exige a los licitadores de acreditar la solvencia económica, financiera y técnica, siendo obligatorio presentar la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE).
- La presentación de proposiciones se realizará de forma electrónica obligatoria y no será inferior a 10 días hábiles.
- No se requerirá la constitución de garantía definitiva para este contrato.
- El plazo de duración del contrato es de 1 año, con posibilidad de prórrogas por un plazo adicional de cuatro (4) años.
- La subcontratación de determinadas prestaciones parciales está permitida, siempre que no afecte a tareas críticas no especificadas y se indique en la oferta.
- Se admite la posibilidad de presentar una oferta integradora que comprenda ambos lotes, la cual debe igualar o mejorar las puntuaciones individuales.
- En caso de empate, se aplicarán criterios sociales: mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, menor porcentaje de contratos temporales, mayor porcentaje de mujeres empleadas, y finalmente, sorteo.

ASPECTOS TÉCNICOS NECESARIOS

- El servicio consiste en un programa de garantía externa de calidad para hematología (Lote 1) y bioquímica (Lote 2).
- Se requiere el envío de un mínimo de 12 muestras anuales por lote, de matriz animal/humana, con valores desde rangos normales hasta patológicos.
- El volumen mínimo de muestra debe ser de 2 ml para hematología y 5 ml para bioquímica.
- El programa deberá estar acreditado por al menos la ISO 9001-2015 o equivalente.
- La evaluación mensual y anual de resultados deberá incluir el cálculo de valor diana (media del grupo por método/equipo) y el índice de desviación estándar.
- Los informes de evaluación deberán estar disponibles en la web facilitada por el adjudicatario en un plazo de 30 días naturales/laborables tras la fecha límite de respuesta.
- La participación en el programa será totalmente anónima.
- Todos los resultados informados y los informes emitidos deberán ser confidenciales.