

腹膜透析液、導管染污相關問題

輸液管有破洞 或裂開	<ol style="list-style-type: none"> 1. 尖銳物品(如:剪刀、針或拉鍊等)造成 2. 輸液管長期不當扭折所致 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在靠近身體近端反折並用橡皮筋綁緊勿讓透析液流出, 馬上返院處理 2. 與透析室聯絡返院更換新的輸液管
空氣注入腹腔	換液時未完全排氣, 不慎將空氣注入, 導致肩膀酸痛	<ol style="list-style-type: none"> 1. 換液時需確實檢查空氣已排出 2. 不慎將空氣注入時, 下一袋換液時可採平躺引流, 以利空氣排出
引流出紅色透析液	<ol style="list-style-type: none"> 1. 劇烈運動或腹部嚴重碰撞 2. 月經來潮或排卵期 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 停止劇烈運動, 透析液若持續兩天未改善, 則與腹膜透析室聯絡

		<p>2. 不需特別處置, 大約1-2天會自然消失</p>
<p>透析液流入或流出困難</p>	<p>透析液流入或流出不順暢</p>	<p>1. 檢查導管是否扭結或管夾是否打開</p> <p>2. 改變姿勢引流</p> <p>3. 擠壓導管或扭轉透析液袋,可能纖維蛋白阻塞</p> <p>4. 更換另一袋新透析液</p>
<p>輸液管接頭污染</p>	<p>操作換液時污染</p>	<p>1. 不可再繼續操作下一步驟, 馬上新白色護帽蓋住, 再與透析室聯絡</p> <p>2. 立刻返院更換輸液管</p>
<p>導管意外鬆脫</p>	<p>導管和輸液管鬆脫</p>	<p>1. 在靠近身體近端反折並用橡皮筋綁緊勿讓透析液流出, 馬上返院處理</p>

		2. 與透析室聯絡返院更換新的輸液管
物品有缺損	透析液袋破裂或瑕疵品	1. 一律不可使用 2. 帶回醫院檢視, 請廠商更換新物品

抽筋、搔癢、腹痛、噁心嘔吐

抽筋	1. 脫水太多 2. 電解質不平衡 3. 疲勞過度	1. 調節透析液濃度使用 2. 按醫師指示服用藥物 3. 熱敷或按摩
搔癢	1. 藥物過敏 2. 皮膚乾燥 3. 血磷太高	1. 若是過敏遵照醫師指示服藥 2. 勿用高溫熱水洗澡, 洗澡後立刻塗擦乳液或乳霜

		<p>3. 依照正確的處方劑量、時間、咬碎服用「結合磷」劑用藥</p>
腹痛	<p>1. 感染腹膜炎</p> <p>2. 透析液太冷</p> <p>3. 使用高濃度透析液</p> <p>4. 腸胃問題</p>	<p>1. 檢查引流出之透析液是否清澈</p> <p>2. 溫熱透析液</p> <p>3. 減慢透析液流入速度</p> <p>4. 依醫師指示服用藥物</p>
噁心嘔吐	<p>1. 不適當透析</p> <p>2. 腸胃不適</p> <p>3. 血壓變化</p> <p>4. 藥物副作用</p>	<p>1. 是否按照醫囑執行換液袋數</p> <p>2. 注意飲食與排便情形</p> <p>3. 檢查血壓變化</p> <p>4. 遵照醫囑指示服藥</p>

血壓偏高或血壓偏低

--	--	--

<p>血壓太低:頭暈、口渴、體重減輕、皮膚變皺</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 降血壓藥物過量 2. 脫水太多 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查體重是否低於標準 2. 補充水分, 恢復至理想體重 3. 停用高濃度(2.5%或4.25%)透析液 4. 採頭低腳高姿勢多休息 5. 停止降壓劑服用
<p>血壓增高:呼吸短促、體重增加、咳嗽、手腳、臉出現水腫</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按時服用降血壓藥或劑量不足 2. 水分積聚過多, 造成肺積水 3. 失眠、情緒激動 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需遵照醫師指示按時服用降血壓藥 2. 暫時減少水分的攝取及限制鹽分 3. 增加高濃度(2.5%或4.25%)透析液之使用 4. 必要時可增加換液次數 5. 保持心情輕鬆愉快 6. 睡眠充足

若發現下列問題, 請立刻與腹膜透析室護理師聯絡:

- 引流出之透析液出現混濁,發燒、噁心、嘔吐等不適之症狀
- 輸液管接頭污染或有破裂、滲漏情形
- 導管出口處有感染現象(紅腫、壓痛、滲出液)
- 任何無法自己處理的緊急問題