

Số: 832 /QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

**TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo với đặc trưng kỹ thuật đo lường chính ghi trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (địa chỉ trụ sở: Số 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.39448089) chịu trách nhiệm duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn đo lường ghi tại Điều 1 theo quy định.

Điều 3. Chuẩn đo lường ghi tại Điều 1 phải được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định của quy trình hiệu chuẩn chuẩn đo lường tương ứng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 30/12/2019 và thay thế Quyết định số 2425/QĐ-TĐC ngày 29/12/2014.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Đo lường, Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Cty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol;
- Chi cục TCĐLCL TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, ĐL.

TỔNG CỤC TRƯỞNG





Phụ lục

**DANH SÁCH CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH VINACONTROL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-TĐC ngày 29 tháng 5 năm 2018
của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT	Tên chuẩn	Số/năm sx/hãng sx/nước sx	Ký hiệu/kiểu/đặc tính kỹ thuật đo lường chính	Lĩnh vực kiểm định	Ghi chú
1.	Đồng hồ chuẩn đo khí với dòng chảy liên tục	-Số: VP-01 -Năm SX: 2013 -Hãng SX: FMS -Nước SX: VN	- Kiểu: VP01-3 - Phạm vi đo: $(6 \div 39)$ L/h - Độ chia nhỏ nhất : 0,01 L - Cấp chính xác: 0,3 - Nhiên liệu làm việc: không khí	Kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với Đồng hồ khí dân dụng (kiểu màng): - Phạm vi đo: $Q_{\max}$ đến 2500 L/h (G1.6) - Cấp cx: 1,5	
2.	Đồng hồ chuẩn đo khí với dòng chảy liên tục	-Số: VP-04 -Năm SX: 2013 -Hãng SX: FMS -Nước SX: VN	- Kiểu: VP04-3 - Phạm vi đo: $(48 \div 316)$ L/h - Độ chia nhỏ nhất : 0,01 L - Cấp chính xác: 0,3 - Nhiên liệu làm việc: không khí		
3.	Đồng hồ chuẩn đo khí với dòng chảy liên tục	-Số: VP-112 -Năm SX: 2013 -Hãng SX: FMS -Nước SX: VN	- Kiểu: VP112-3 - Phạm vi đo: $(768 \div 4992)$ L/h - Độ chia nhỏ nhất : 0,01 L - Cấp chính xác: 0,3 - Nhiên liệu làm việc: không khí		



4.	Áp kế	-Số: 917842 -Hãng SX: Pressure Gauge -Nước SX: Italia	- Kiểu: hiện số - Phạm vi đo: (0 ÷ 5) bar - Độ chính xác: 0,05 % FS	Kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với Áp kế lò xo: Phạm vi đo: (0 ÷ 700) bar; -Độ cx: đến 1 %.	
5.	Áp kế	-Số: 917561 -Hãng SX: Pressure Gauge -Nước SX: Italia	- Kiểu: hiện số - Phạm vi đo: (0 ÷ 20) bar - Độ chính xác: 0,05 % FS		
6.	Áp kế	-Số: 916814 -Hãng SX: Pressure Gauge -Nước SX: Italia	- Kiểu: hiện số - Phạm vi đo: (0 ÷ 100) bar - Độ chính xác: 0,05 % FS		
7.	Áp kế	-Số: 916895 -Hãng SX: Pressure Gauge -Nước SX: Italia	- Kiểu: hiện số - Phạm vi đo: (0 ÷ 500) bar - Độ chính xác: 0,05 % FS		
8.	Áp kế	-Số: 808760 -Hãng SX: Pressure Gauge -Nước SX: Italia	- Kiểu: hiện số - Phạm vi đo: (0 ÷ 700) bar - Độ chính xác: 0,2 % FS		
9.	Áp kế hiện số	-Số: 10355727 - Năm SX: 2017 -Hãng SX: Druck -Nước SX: Anh	- Kiểu: DPI104 - Phạm vi đo: (0 ÷ 2) bar - Độ chính xác: 0,05 % FS	Kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với Huyết áp kế lò xo, huyết áp kế thủy ngân: - Phạm vi đo: đến 300 mmHg; -Độ cx: ± 3 mmHg.	Bổ sung

10.	Thiết bị chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim	- Số: V08-TB-CT2017/72ĐT - Hãng SX: Viện Đo lường Việt Nam - Nước SX: Việt Nam	- Kiểu: EECV-01 - Tần số làm việc: $(0,01 \div 999)$ Hz - Điện áp ra: $(0,01 \div 16)$ mV - Sai số: $\pm 1 \%$	Kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa phương tiện đo điện tim với: - Phạm vi đo: + f: $(0,05 \div 500)$ Hz + U: $(0,1 \div 9)$ mV - Sai số cho phép: $\pm 5 \%$.	Bổ sung
11.	Thiết bị chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện não	- Số: V08-TB-CT2017/72ĐN - Hãng SX: Viện Đo lường Việt Nam - Nước SX: Việt Nam	- Kiểu: EEEV-01 - Tần số làm việc: $(0,01 \div 999)$ Hz - Điện áp ra: $1 \mu V \div 2,4$ mV - Sai số: $\pm 1 \%$	Kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa phương tiện đo điện não với: - Phạm vi đo: + f: $(0,05 \div 500)$ Hz + U: $0,1 \mu V \div 20$ mV - Sai số cho phép: $\pm 5 \%$.	Bổ sung

8

