

SO SÁNH DX4000 VÀ TESTO 450

	DX4000	TESTO 350
Công nghệ	FTIR	Sensor điện hóa
Phương pháp lấy mẫu	Hot extractive (giữ nguyên trạng thái khí ở nguồn phát thải)	Làm lạnh khí ở nguồn phát thải
Phương thức hiệu chuẩn	Chỉ cần khí trơ Nito (N ₂) nên rất ổn định	Khí môi trường (nên không ổn định)
Khí chuẩn để hiệu chuẩn	Không cần	Theo tháng, theo quý (cho mỗi loại khí)
Phương pháp trích mẫu	Không cần	Có, Khí môi trường (nên không ổn định)
Chỉ tiêu khí đo (đồng thời)	Max. 50 khí	Max. cho 6 sensors và chỉ 8 khí
Khả năng mở rộng các chỉ tiêu khí đo của máy	Có, thông qua chuyển trạng thái trong phần mềm	Không thể
Thư viện khí	Lên đến 406 khí, dải đo linh hoạt	Chỉ 10 khí và cố định dải
Bù H₂O và O₂	Có	Chỉ O ₂
Nguồn cho máy	110/ 230V	DC PIN (11...40VDC) hoặc 110/ 230V

Typical Measured Gases (DX4000)

Component	Min. range	Typical range	ppm → mg/Nm ³
Water vapour H ₂ O	0 – 5 vol-%	0 – 25 vol-%	
Carbon dioxide CO ₂	0 – 10 vol-%	0 – 20 vol-%	
Carbon monoxide CO	0 – 60 ppm	0 – 500 ppm	1 ppm = 1.25 mg/Nm ³
Nitrous oxide N ₂ O	0 – 50 ppm	0 – 100 ppm	1 ppm = 1.96 mg/Nm ³
Nitrogen monoxide NO	0 – 150 ppm	0 – 300 ppm	1 ppm = 1.34 mg/Nm ³
Nitrogen dioxide NO ₂	0 – 100 ppm	0 – 300 ppm	1 ppm = 2.05 mg/Nm ³
Sulphur dioxide SO ₂	0 – 25 ppm	0 – 100 ppm	1 ppm = 2.86 mg/Nm ³
Ammonia NH ₃	0 – 20 ppm	0 – 100 ppm	1 ppm = 0.76 mg/Nm ³
Hydrogen chloride HCl	0 – 10 ppm	0 – 100 ppm	1 ppm = 1.63 mg/Nm ³
Hydrogen fluoride HF	0 – 20 ppm	0 – 100 ppm	1 ppm = 0.89 mg/Nm ³
Methane CH ₄	0 – 50 ppm	0 – 100 ppm	1 ppm = 0.72 mg/Nm ³
Total organic carbon	0 – 15 mgC	0 – 40 mgC	

~ 406 chemical components with flexible ranges available for GASMET FTIR analyzer