

Certificate / Zertifikat / Certificat

according to / nach / selon EN 10204, Type 3.1

Inspection certificate / Abnahmeprüfzeugnis / Certificat de réception

Topic / Thema / Thème :

Manufacturing calibration of LDS 6 TÜV/MCERT-calibration verification kit

/ Werkskalibrierung von LDS 6 TÜV/MCERT-Kalibrierprüf-Kit

/ Calibrage usine des kit de vérification de la calibration TÜV / MCERT du LDS 6

Object / Betreff / Objet :

Customer order / Kundenauftrag / Commande client	:	1689839-000060
Customer / Kunde / Client	:	A1207331
Siemens order / Siemensauftrag / Commande Siemens	:	4508622535
Product reference / Sachnummer / Référence du produit	:	A5E00823339013 (2cells)
Product designation / Produktbenennung / Désignation du produit	:	TÜV/MCERT Cal. Kit NH3 NEL
Serialnumber / Seriennummer / Numéro de série	:	N1KO000195

Results / Ergebnisse / Résultats :

Ref box part number / Sachnummer / Référence	A5E00823386009	A5E00823386004
Gas temperature / Gas Temperatur / Température du gaz [°C]	23 ± 1	23 ± 1
Measured Value / Messwert / Mesure [mg/Nm ³ EU] *)	0.35	29.3

*) The accuracy is given with a precision of $\pm 2\%$ of the measured value and a lower limit of 0.38 mg/Nm³ EU.

The calibration of a LDS 6 gas analyser is verified, if the concentration of the individual gas cells can be measured within the accuracy stated for the analyser. For this measurement, the LDS 6 settings need to be set to a path length of 5 m and a pressure of 1013 mbar.

/ Die Genauigkeit beträgt $\pm 2\%$ des angegebenen Wertes mit einem unteren Grenzwert von 0.38 mg/Nm³ EU.

Die Kalibration eines LDS 6 Gasanalysators ist verifiziert, wenn die Konzentrationen der einzelnen Gaszellen mit der spezifizierten Genauigkeit des Gasanalysators ermittelt werden können. Dazu sind am LDS 6 die Messstrecke auf 5 m und der Druck auf 1013 mbar einzustellen.

/ La précision est donnée avec une incertitude de $\pm 2\%$ de la valeur mesurée et un minimum de 0.38 mg/Nm³ EU.

Le calibrage d'un analyseur LDS6 est vérifié si la concentration de chaque cellule peut être mesurée avec l'incertitude spécifiée pour cet analyseur. Pour ces mesures, le LDS6 doit être paramétré avec une longueur de chemin optique de 5m et une pression de 1013 mbar.

Diffusion restreinte Siemens SAS

Etablissement de Haguenau
1, Chemin de la Sandlach
CS 60189
F - 67506 Haguenau Cedex

Version MF-H QM du 27.09.2010

Tél (+33) 03.69.06.55.55
Fax (+33) 03.69.06.66.66

Page 1 / 3

Certificate / Zertifikat / Certificat

according to / nach / selon EN 10204, Type 3.1

Inspection certificate / Abnahmeprüfzeugnis / Certificat de réception

Summary of the results / Zusammenfassung der Ergebnisse / Conclusion sur les tests:

- The measured values are within the defined limits.
- / Die gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzen.
- / Les résultats de mesure se trouvent dans les tolérances définies.

Gas filling in cells / Gasfüllung in den Zellen / Gas de remplissage cellules	:	NH3
Analysis date / Datum der Analyse / Date de l'analyse	:	17/12/2018
Expiration date / Ablaufdatum / Date d'expiration	:	17/12/2021

Standards / Normen / Normes : Internal test specifications / Interne Prüfvorschriften
/ Spécifications internes

The measurements reported in the table below have been realized according to internal test specifications.
/Die Messwerte in der unten stehenden Tabelle wurden ermittelt unter Verwendung der internen Prüfspezifikationen.
/Les mesures du tableau ci-dessous ont été réalisées selon les spécifications de test internes.

Responsible for the tests Verantwortlich für die Tests Responsable des tests	Department Dienststelle Département	Date of the tests Datum der Tests Date des tests
Perchaud	PD PA MF-H AP PRO-2	17/12/2018

Comments / Kommentare / Commentaires :

The supply / service described was inspected in accordance with the order and declared as true.
Die bezeichnete Lieferung / Leistung wurde entsprechend der Bestellung geprüft und für einwandfrei befunden.
La livraison / service ci-dessus a été, après vérification, déclaré conforme à la commande.

Department / Dienststelle / Département	Function / Funktion / Fonction	Name / Nom	Date
PD PA MF-H AP PRO-2	Quality Manager Products AP Qualitätsbeauftragter Produkte AP Chargé de mission qualité Produits AP	C. Leonhardt	17/12/2018

Diffusion restreinte Siemens SAS

Etablissement de Haguenau
1, Chemin de la Sandlach
CS 60189
F – 67506 Haguenau Cedex
Version MF-H QM du 27.09.2010

Tél (+33) 03.69.06.55.55
Fax (+33) 03.69.06.66.66

Page 2 / 3

Certificate / Zertifikat / Certificat according to / nach / selon EN 10204, Type 3.1

Inspection certificate / Abnahmeprüfzeugnis / Certificat de réception

Appendix / Anhang / Annexe

Reference LDS 6 / Referenz LDS 6 / LDS 6 de référence :

Serial number / Seriennummer / Numéro de série	:	PE 3106 (NH3/C2H2) - N1F1102940
Verification date / Prüfdatum / Date de vérification	:	15/03/2018 (exp : 15/03/2019)
Measured gas concentration / Gemessene Gaskonzentration / Concentration du gaz mesuré	:	99.93 ppm NH3
Gas temperature / Gastemperatur / Température du gaz	:	23 °C +/- 1

The reference LDS 6 analyser was used to analyse the concentration of the verification kit cells.
/ Das Referenz LDS 6 wurde zur Analyse der Konzentration der Prüfkonzellen verwendet.
/ Ce LDS 6 de référence a été utilisé pour analyser la concentration des cellules du kit de vérification.

Calibration gas / Kalibrationsgas / Gas de calibration :

Manufacturer / Hersteller / Fabricant	:	LINDE
Product name / Bezeichnung / Désignation	:	Mélange 100ppm NH3 + N2
Order number / Bestellnummer / Numéro de commande	:	2072075716 / 0360
Cylinder serial number / Flaschennummer / Numéro de serie bouteille	:	3746355
Measured gas concentration / Gemessene Gaskonzentration / Concentration du gaz mesuré	:	100 ppm
Precision of calibration gas / Genauigkeit des Kalibriergases / Précision du gaz	:	± 1 %
Analysis certificat date / Datum des Analysezettifikats / Date du certificat d'analyse	:	21/04/2017 (exp: 21/04/2018)

This calibration gas was used to calibrate the reference LDS 6 analyser.
/ Dieses Kalibriergas wurde zur Kalibration des Referenz LDS 6 benutzt.
/ Ce gaz de calibration a été utilisé pour calibrer le LDS 6 de référence.