



BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



—|| TRẠM QUAN TRẮC ||—
**CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC**

YÊU CẦU VÀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT



Thông tư
10/2021/TT-BTNMT

Có hiệu lực từ **16/8/2021**



—|| NHÓM THÔNG SỐ QUAN TRẮC ||—

THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

THÔNG SỐ BẮT BUỘC

PM2,5

O3

VÀ 1 TRONG 3
SO2, NO2, CO

THÔNG SỐ BỔ SUNG

TSP

PM10

PM1

BTEX

Metan, ...

—|| VỊ TRÍ XÂY DỰNG TRẠM ||—

THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

Trạm phải được đặt ở nơi thoáng gió, có thể đo được các thông số về khí tượng, không bị che chắn, đáp ứng mục tiêu quan trắc và đại diện cho chất lượng môi trường của khu vực quan trắc. Căn cứ vào mục tiêu quan trắc và yêu cầu kỹ thuật của từng loại trạm để lựa chọn vị trí cho phù hợp, cụ thể như sau:

TRẠM NỀN

Đặt tại các khu vực có ít tác động nhất từ các nguồn khí thải;

TRẠM VEN ĐƯỜNG (GIAO THÔNG)

Đặt tại đoạn đường thẳng, tránh gần các lối rẽ, điểm nút giao thông; Đặt tại các đường cao tốc, đường quốc lộ có mật độ giao thông lớn nhất trong các tuyến đường của khu vực;

TRẠM TỔNG HỢP

Đặt tại các khu vực có ảnh hưởng của nhiều nguồn tác động (đô thị, dân cư, giao thông, xây dựng, công nghiệp,...)

TRẠM CÔNG NGHIỆP

Đặt trong khu dân cư gần nhất theo hướng gió chủ đạo so với khu công nghiệp, nguồn thải lớn. Đối với nguồn thải có ống khói cao có thể cần sử dụng mô hình lan truyền ô nhiễm không khí để xác định khu vực có mức độ ô nhiễm cao nhất, từ đó xác định vị trí đặt trạm.

TRẠM DÂN CƯ

Đặt tại các khu vực điển hình của khu dân cư, không gần các trục đường lớn có nhiều phương tiện đi lại

YÊU CẦU KỸ THUẬT HỆ THỐNG QUAN TRẮC AQM
THEO THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT

HẠNG MỤC	THÔNG TƯ 10/2021/TT-BTNMT
Phương án lắp đặt	Đo liên tục trực tiếp tại hiện trường đặt trạm quan trắc
Datalogger	Lưu trữ tối thiểu 60 ngày , FTP/ FTPs/ sFTP.
Chất chuẩn	Độ chính xác min ± 5%, liên kết chuẩn
Camera	Khuyến khích
UPS	Công suất phù hợp với hệ thống thiết bị
Internet	30 Mb/s
Điều hòa (khuyến khích), quạt hút 24/24h.	✓
Báo cháy, báo khói, chống sét trực tiếp và lan truyền.	✓
Báo trạng thái thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn, báo lỗi).	✓
Thông số nhiệt độ không yêu cầu trạng thái hiệu chuẩn.	✓

—|| **ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ** ||—
THEO THÔNG TƯ **10/2021/TT-BTNMT**

STT	THÔNG SỐ QUAN TRẮC	ĐƠN VỊ ĐO	ĐỘ CHÍNH XÁC		KHOẢNG ĐO	ĐỘ PHÂN GIẢI	THỜI GIAN ĐÁP ỨNG
			(% giá trị đọc)	(% khoảng đo)			
1	Nhiệt độ	°C	± 5%	± 5%	0 ÷ 80°C	0.1	≤ 120 giây
2	NO ₂	µg/Nm ³	± 5%	± 5%	0 ÷ 500	0.1	≤ 300 giây
		ppb	± 5%	± 5%	0 ÷ 250		
3	CO	µg/Nm ³	± 5%	± 5%	0 ÷ 100.000	0.1	≤ 200 giây
		ppb	± 5%	± 5%	0 ÷ 85.000		
4	SO ₂	µg/Nm ³	± 5%	± 5%	0 ÷ 1000	0.1	≤ 200 giây
		ppb	± 5%	± 5%	0 ÷ 400		
5	O ₃	µg/Nm ³	± 5%	± 5%	0 ÷ 500	0.1	≤ 200 giây
		ppb	± 5%	± 5%	0 ÷ 250		
6	Bụi PM ₁₀	µg/Nm ³	± 5%	± 3%	0 ÷ 500	0.1	≤ 60 giây
7	Bụi PM _{2.5}	µg/Nm ³	± 5%	± 3%	0 ÷ 150	0.1	≤ 60 giây

Khuyến khích: Các thiết bị quan trắc đồng bộ cùng một hãng sản xuất.
Được cấp chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế:
US EPA, mCERTs, TÜV.



BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM



Ngoài ra, trong Thông tư **10/2021/TT-BTNMT** còn một số quy định liên quan khác. Quý khách vui lòng liên hệ **Việt An Group** để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.



Hotline
+84 901 379 116



Email
sales@vietan-enviro.com



Website
www.vietan-group.com
www.vietan-enviro.com



Trụ sở chính
Số 4E, đường số 6, phường An Phú ,
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng cảm ơn
Quý Khách hàng