



VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
NATIONAL ACCREDITATION BUREAU (BoA)

**QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH THAM GIA
THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO và/hoặc SO SÁNH LIÊN PHÒNG**

**POLICY FOR PARTICIPATION
IN PROFICIENCY TESTING ACTIVITIES and/or
INTERLABORATORY COMPARISONS**

Mã số/Code: AR 05

Lần ban hành/Issued number: 4.25

Ngày ban hành/ Issued date: 01/05/2025

1. Mục đích

Tài liệu này quy định chính sách của Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia (Văn phòng CNCLQG) về yêu cầu tham gia thử nghiệm thành thạo (PT) và/hoặc so sánh liên phòng khác (ILC) cho các tổ chức đăng ký và đã được công nhận của Văn phòng CNCLQG nhằm giúp kiểm soát năng lực kỹ thuật của các tổ chức đăng ký và được công nhận và đảm bảo phù hợp theo yêu cầu của các tổ chức quốc tế về công nhận.

Trong tài liệu này, từ

- “phải” chỉ một yêu cầu;
- “cần/nên” chỉ một khuyến nghị;
- “được phép” chỉ sự cho phép;
- “có thể” chỉ một khả năng hoặc năng lực.

2. Phạm vi

Quy định này áp dụng cho các Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, lấy mẫu, xét nghiệm y tế, tổ chức sản xuất chất chuẩn, nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo, tổ chức giám định (gọi chung là tổ chức đánh giá sự phù hợp - CABs) khi trong hoạt động có thực hiện phép đo/hiệu chuẩn, thử.

Quy định này cũng áp dụng cho các tổ chức CABs khác khi có thực hiện phép đo, thử.

Chú thích: Văn phòng CNCLQG không yêu cầu tổ chức giám định phải tham gia PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác, trừ khi tổ chức giám định tự thực hiện các phép đo, thử mà kết quả đo, thử có ảnh hưởng trực tiếp hoặc/và mang tính quyết định đến kết quả giám định hoặc quy định PT là do cơ quan quản lý đưa ra. Quy định cụ thể về hoạt động/lĩnh vực giám định có yêu cầu PT được quy định trong ARI 02

1. Purpose

This document provides National Accreditation Bureau (BoA) policy for participation in proficiency testing (PT) activities and/or Interlaboratory comparison (ILC) other than Proficiency Testing of the conformity assessment bodies (CABs) who are applying for accreditation or have been accredited by BoA to assure the technical competence of their and to make sure the compliance with requirements of international accreditation organisation

In this document, the following verbal forms are used:

- “shall” indicates a requirement;
- “should” indicates a recommendation;
- “may” indicates a permission;
- “can” indicates a possibility or capability.

2. Scope

This document applies for testing, calibration, medical laboratories, reference material producer (RMPs), proficiency testing providers (PTPs), inspection bodies and other CABs where measurement/calibration/testing is involved.

This document also applies for other CABs when CABs poses measurement, testing, calibration

Note: BoA normally does not require the inspection bodies (IBs) to participate in PT program and/or ILC other than Proficiency Testing, except the IBs do the testing themselves and those testing activities that directly affect and determine the inspection result or when the PTs are required by regulators. The types of inspection required PT are specified in ARI 02.

3. Tài liệu viện dẫn

ILAC- P9:01/2024: Chính sách của ILAC về tham gia thử nghiệm thành thạo và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác.

4. Thuật ngữ và định nghĩa

4.1. Thử nghiệm thành thạo (PT)

(ISO/IEC 17043:2023, điều 3.7):

Đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua so sánh liên phòng.

Chú thích: thông tin chi tiết liên quan tới thiết kế các chương trình thử nghiệm thành thạo đề cập ở phụ lục A (thông tin) của ISO/IEC 17043:2023.

4.2. So sánh liên phòng (ILC)

(ISO/IEC 17043:2023, điều 3.4)

Việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng đối tượng hoặc trên đối tượng tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện định trước.

4.3. Đánh giá chất lượng bên ngoài/Ngoại kiểm (EQA): đánh giá sự thực hiện của bên tham gia theo các tiêu chí được thiết lập trước bằng các so sánh giữa các phòng thí nghiệm.

(ISO 15189:2022, 3.10)

4.4. Giá trị bất thường

(Dựa trên ISO/IEC 17043:2023 điều 3.5)

Thành phần trong tập hợp dữ liệu có giá trị không nhất quán với các thành phần khác trong tập hợp.

Chú thích: Một giá trị bất thường có thể có nguồn gốc từ một tập hợp khác hoặc là kết quả của việc ghi chép không chính xác hay một sai số tổng khác.

4.5. Kỹ thuật đo

(Dựa trên EA-4/18:2010 điều 2)

3. Reference document

ILAC- P9:06/2024: ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities and/or ILC other than Proficiency Testing.

4. Terms and Definitions

4.1. Proficiency Testing (PT)

(ISO/IEC 17043:2023, clause 3.7):

Proficiency testing (PT): evaluation of participant performance against pre-established criteria by means of interlaboratory comparisons.

Note: Further information regarding the design of various proficiency testing schemes is provided in Annex A (Informative) of ISO/IEC 17043:2023.

4.2. Interlaboratory Comparison (ILC)

((ISO/IEC 17043:2023, clause 3.4)

Design, performance and evaluation of measurements or tests on the same or similar items by two or more laboratories in accordance with predetermined conditions.

4.3. External quality assessment (EQA): Evaluation of participant performance against preestablished criteria by means of interlaboratory comparisons.

(ISO 15189:2022, 3.10)

4.4. Outlier

(ISO/IEC 17043:2023 clause 3.5)

Member of a set of values which is inconsistent with other members of that set.

Note: An outlier can originate from a different population or be the result of an incorrect recording or other gross error.

4.4 Measurement Technique

(EA-4/18:2010 clause 2)

Tiến hành đo/hiệu chuẩn, thử đối với đại lượng đo của mẫu đo/thử sử dụng thiết bị đo với kỹ thuật nhất định (ví dụ ICP-MS, Độ cứng Rockwell, PCR, Microscopy, Đo lực).

The process of testing/ measurement calibrating/ identifying the property to present the sample to the measuring device. (e.g. ICP-MS, Rockwell Hardness, PCR, Microscopy, Force Measurement).

5. Chính sách tham gia thử nghiệm thành thạo và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác

5. Policy for participation in PT program and/or ILCs other than Proficiency Testing

5.1. Quy định chung

5.1. General requirements

Thử nghiệm thành thạo (PT) và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác là một công cụ quan trọng nhằm chứng minh năng lực kỹ thuật của CABs và giúp CABs duy trì và kiểm soát hiệu lực của phép đo, thử. Văn phòng CNCLQG quy định chính sách tham gia PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác trong đó quy định rõ yêu cầu về tham gia, lập kế hoạch, lựa chọn các chương trình và xử lý kết quả sau khi tham gia PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác.

Proficiency testing (PT) is an important tool to demonstrate the technical competence of CABs and to help CABs maintain and control the validity of the test. The Bureau of Accreditation (BoA) specifies a BoA PT policy that includes the requirements for participation in PT, planning for PT, selection of PT programs, and requirements for corrective actions (if any) after participating in PT.

5.2. Yêu cầu tham gia PT, ILC

5.2. Requirements for participation in PT, ILC

5.2.1. Các tổ chức CABs trước khi được đánh giá công nhận lần đầu phải ít nhất tham gia 01 chương trình PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác cho lĩnh vực xin công nhận. Chương trình PT và/hoặc các chương trình ILC khác tham gia phải liên quan đến đối tượng, kỹ thuật đề nghị công nhận.

5.2.1 Conformity assessment bodies (CABs) prior to gaining accreditation shall participate in at least 01 PT program and/or ILC other than PT for the field applied for accreditation. The PT program and/or ILC must be related to the measurement technique, property, product to be applied for accreditation.

Riêng đối với phòng đo lường, hiệu chuẩn có thể tuân thủ yêu cầu này theo quy định tại điều 5.2.4

For calibration labs, they can comply with this requirement as specified in clause 5.2.4.

Chú thích: Trong lĩnh vực y tế, chương trình PT thường được gọi là các chương trình ngoại kiểm (EQA)

Note: In the medical field, PT programs are often referred to as external quality assurance programs (EQA)

5.2.2. Trong thời hạn 5 năm của chu kỳ công nhận CABs được công nhận phải tham gia ít nhất 02 chương trình PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác cho lĩnh vực được công nhận. Chương trình tham gia phải liên quan đến đối tượng, kỹ thuật được công nhận. Việc lựa chọn tham gia chương trình PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng

5.2.2 Within 5 years of the accreditation cycle, the accredited CABs shall participate in at least 02 PT program for the accredited field. The PT programs must be relevant to accreditation scope in terms of measurement technique, property and product. The selection to participate in a particular PT program

khác cụ thể cần theo cách thức tiếp cận được nêu trong Phụ lục A.

should follow the approach outlined in Appendix A.

5.2.3. Các CABs được công nhận phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia các chương trình PT và/hoặc các chương trình ILC khác có liên quan đến lĩnh vực đã được công nhận do Văn phòng CNCLQG làm đầu mối

5.2.3 Accredited CABs shall have the responsibility and obligation to participate in the PT programs and/or other ILC coordinated by BoA which are relevant to their scope of accreditation.

5.2.4. Trường hợp không có các chương trình PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác mà CABs có thể tiếp cận được, Văn phòng CNCLQG chấp nhận CABs tham gia theo cách thức sau:

5.2.4 Where there are no PT programs and/or other ILC accessible by CABs, BoA accepts that CABs to have alternative ways as follows:

Đối với phòng đo lường, hiệu chuẩn, Văn phòng CNCLQG sẽ thực hiện một cuộc đánh giá đo lường trước hoặc trong cuộc đánh giá tại chỗ.

For calibration labs, BoA will conduct a metrological audit before or during the on-site assessment.

Chú thích:

Note:

1. Quy định đánh giá đo lường chỉ áp dụng khi Văn phòng CNCLQG tiếp cận được nguồn mẫu chuẩn (artifact) thích hợp
2. Quy định đánh giá đo lường không áp dụng cho các phòng đo lường, hiệu chuẩn thuộc Viện Đo lường Việt nam

1. The metrological audit only applies when BoA can access to an appropriate artifact.
2. The metrological audit does not apply to calibration laboratories under the Vietnam Metrology Institute.

Chú thích:

Note:

Khi thực hiện các chương trình so sánh liên phòng khác cần chọn 1 PTN có năng lực đo lường cao hơn (tức có độ không đảm bảo đo nhỏ hơn) sử dụng phương pháp tham chiếu, sử dụng thiết bị hiện đại hơn hoặc đã được khẳng định năng lực thông qua tham gia chương trình PT quốc tế. Kết quả của PTN này được coi là giá trị quy chiếu.

Under such schemes, one of the participants may be considered to operate at a higher metrological level (i.e. smaller measurement uncertainty), due to the use of reference methodology and more advanced equipment, etc., or through confirmation of its own performance through satisfactory participation in a recognized PT scheme. Its results are considered to be the assigned values in such comparisons.

Chú thích: Chương trình ILC được xây dựng có thể với các mục đích:

Note: The ILC program can be developed for the following purposes:

- Để đánh giá đặc tính của phương pháp
- Để xác định tính chất mẫu chuẩn
- Để so sánh giữa 2 hoặc nhiều hơn CABs và được CABs tự tổ chức; v.v

- To evaluate the performance characteristics of a method
- To characterise a reference material;
- To compare results of two or more CABs on their own initiative etc.

5.2.5. CAB phải đưa vào quản lý rủi ro việc tham gia các chương trình PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác. Với ISO/IEC 17025:2017, việc tham gia PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác được coi là bắt buộc khi có chương trình có sẵn, phù hợp và được coi là cần thiết. Với ISO 15189:2022, các phòng xét nghiệm bắt buộc tham gia chương trình ngoại kiểm theo qui định của Bộ y tế.

5.2.6. Việc tham gia không chỉ áp dụng cho các phòng thí nghiệm mà còn cho các CAB được công nhận theo các tiêu chuẩn khác, mà có thực hiện các hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn như một phần hoạt động được công nhận đánh giá sự phù hợp.

5.3. Yêu cầu xây dựng kế hoạch tham gia PT, ILC của CABs

Định kỳ CABs phải lập kế hoạch tham gia PT/ILC. Kế hoạch này phải được xây dựng phù hợp theo phạm vi được công nhận.

Kế hoạch tham gia PT, ILC phải nêu rõ các chương trình PT, ILC sẽ tham dự với kỹ thuật cùng đối tượng đo/hiệu chuẩn, thử.

Xem thêm phụ lục C về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tham gia PT và/hoặc so sánh liên phòng cho CABs.

5.4. Yêu cầu xử lý kết quả sau PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác

Với các CABs đã được công nhận khi có tham gia chương trình PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác và có kết quả là giá trị bất thường (số lạc) thì CABs có trách nhiệm tìm hiểu nguyên nhân và thực hiện các hành động khắc phục (HĐKP).

Trường hợp CABs có 02 lần bị số lạc liên tiếp của cùng một kỹ thuật đo, thử cho cùng một đại lượng (tham số) đo, thử và trên cùng đối tượng (sản phẩm) đo, thử thì CABs phải gửi báo cáo việc thực hiện các HĐKP số lạc cho Văn phòng CNCL. Trên cơ sở xem xét HĐKP

5.2.5 CAB shall take into consideration the outcome of the risk assessment, participation of PT and/or ILCs other than PT is considered. For ISO/IEC 17025:2017, participation in PT and/or ILCs other than PT is considered as mandatory when available, appropriate and deemed necessary. For ISO 15189:2022, the medical laboratories are required to participate in the EQAS as prescribed by the ministry of Health.

5.2.6 Participation is applicable not only to laboratories, but also to CABs accredited to other standards performing testing and/or calibration activities as part of their accredited conformity assessment activities.

5.3. Requirements to develop a plan to participate in PT, ILC by CABs

Periodically CABs shall plan to participate in PT/ILC. This plan shall be developed in accordance with the scope of accreditation.

The PT, ILC participation plan shall clearly state what PT, ILC programs that are planned to participate and clearly specify the techniques, property, and products of that PT, ILC program in the plan.

See also Appendix C for guidance on developing a PT and/or ILC plan for CABs.

5.4. Requirements to review the PT result or other ILCs

For CABs that have been accredited when they participate in the PT and/or interlaboratory comparison (ILC) and have an outlier, it is the responsibility of the CABs to find out the cause of the problem and implement the corrective actions.

In case CABs have performed 02 consecutive PTs with outliers for same measurement technique, same property (parameter) and on same object (product), then CABs are required to send a report on the corrective actions for outliers to BoA. Based on the BoA review of

của CABs, Văn phòng CNCL có thể thực hiện một trong các biện pháp sau:

- Đề nghị CABs xem xét lại phân tích nguyên nhân và/hoặc hành động khắc phục đối với việc có số lạc; hoặc
- Yêu cầu CABs tham gia thêm các chương trình PT và/hoặc các chương trình so sánh liên phòng khác thích hợp để khẳng định hiệu lực của hành động khắc phục của CABs sau khi đã xử lý số lạc; hoặc
- Văn phòng CNCLQG thực hiện một cuộc đánh giá đột xuất để khẳng định CABs vẫn tiếp tục duy trì được tính chính xác và hiệu lực của phép đo, thử đã được công nhận;
- Đình chỉ/ huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ phạm vi đã được công nhận.

CABs phải lưu giữ các kết quả của tất cả chương trình PT, ILC đã tham gia. Hồ sơ này là một phần được xem xét trong cuộc đánh giá hàng năm của Văn phòng CNCLQG. Hằng năm trước cuộc đánh giá định kỳ, CABs phải báo cáo về tình hình tham gia PT, ILC theo biểu mẫu AFL 01.06 và Đoàn đánh giá sẽ xem xét.

Trong cuộc đánh giá liên quan đến PT, ILC, đoàn đánh giá của Văn phòng CNCLQG sẽ xem xét các nội dung:

- Kế hoạch PT, ILC của CABs có hiệu lực và phù hợp với phạm vi được công nhận.
- Việc xử lý kết quả tham gia PT, ILC đặc biệt khi CABs có số lạc có được thực hiện theo quy định không

5.5. Yêu cầu khi lựa chọn chương trình PT và/hoặc chương trình so sánh liên phòng khác

Xem phụ lục A, B

CABs corrective actions reports, BoA can take one of the following measures:

- Request CABs to review the cause analysis and/or corrective actions plan in eliminating the outliers; or
- Request CABs to participate in additional PT program and/or ILC programs as appropriate to confirm the effectiveness of the CABs' corrective actions plan; or
- BoA conducts a follow up assessment to confirm that the CABs continue to maintain the validity of the measurement/test results under accreditation;
- Suspend/withdraw part or all of the accreditation scope.

CABs shall keep records of all participating PT, ILC programs. This record will be checked and reviewed by BoA assessment team in an onsite assessment. Annually before the periodic assessment, CABs are required to have a report on PT participation by fill in the form AFL 01.06 and assessment team will review.

During the assessment, BoA assessment team will consider the following content concerning PT, ILC as:

- whether CABs PT plans are effective and relevant to the scope of accreditation
- whether CABs handle with outliers in accordance with requirements of this PT policy

5.5. Requirements for selecting a PT Program and/or

See appendix A, B

5.6. Bảo mật

Toàn bộ các thông tin nhận được về việc tham gia của CABs cho các chương trình PT, ILC được bảo mật. Thông tin đó có thể được thông báo cho CGĐG Văn phòng CNCLQG, thành viên Hội đồng công nhận và các chuyên gia đánh giá đồng đẳng của tổ chức công nhận quốc tế APAC. Tất cả những người này đều ký cam kết bảo mật

5.6. Confidential

All information received about CABs' participation in PT programs are confidential. Such information may be communicated to BoA assessment team, members of the Accreditation Council and to the APAC peer evaluators. All of these people signed a confidentiality agreement

Phụ lục A

Các chương trình PT và/hoặc ILC khác được Văn phòng CNCLQG chấp nhận:

- a. Chương trình do Văn phòng CNCLQG làm đầu mối;
- b. Các chương trình PT mà nhà cung cấp PT được công nhận theo ISO/IEC 17043:2023 bởi cơ quan công nhận đã ký ILAC MRA cho hoạt động PT;
- c. Các chương trình PT mà nhà cung cấp PT được công nhận theo ISO/IEC 17043:2023 bởi cơ quan công nhận đang đăng ký hoặc một cơ quan công nhận không ký ILAC MRA cho hoạt động PT;
- d. Chương trình ILC, được tổ chức cho mục đích khác ngoài việc xác định năng lực của CAB (ISO/IEC 17043:2023);
- e. Tổ chức hoặc tham gia vào các ILC được tổ chức theo các yêu cầu liên quan của ISO/IEC 17043:2023 để xác định hoạt động của các CAB được công nhận bằng cách so sánh với kết quả của các phòng thí nghiệm khác.
- f. Chương trình ILC về đo lường được thực hiện theo Quyết định 1537/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2023 – “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường”

Appendix A

PT programs and/or ILC other than PT accepted by the BoA:

- a. The PT programs coordinated by BoA;
- b. The PT programs provided by PT Providers who are accredited to ISO/IEC 17043:2023 by an AB signatory of the ILAC MRA for PT providers.
- c. The PT programs provided by PT Providers who accredited to ISO/IEC 17043:2023 by an applicant AB or an AB nonsignatory of the ILAC MRA for PT providers;
- d. An ILC, which is organised for other purposes than determining a CAB's competence (ISO/IEC 17043:2023);
- e. Organisation of, or participation in, ILCs organised, in accordance with the relevant requirements of ISO/IEC 17043:2023, to determine the performance of accredited CABs by comparison with results of other laboratories.
- f. The ILC program on measurement is implemented according to Decision 1537/QĐ-BKHCN dated July 18, 2023 - "Guidelines for developing and implementing an interlaboratory comparison program on measurement"

Chú thích: tài liệu EA-4/21 INF (Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của so sánh liên phòng thí nghiệm quy mô nhỏ trong quá trình công nhận phòng thí nghiệm) có thể được sử dụng để đánh giá tính hợp lệ của mục d và e trên liên quan đến việc đáp ứng các yêu cầu liên quan của ISO/IEC 17043:2023.

Note: EA-4/21 INF (Guidelines for the assessment of the appropriateness of small interlaboratory comparison within the process of laboratory accreditation) can be used to assess the validity of the d and e section above in regard to meeting the relevant requirements of ISO/IEC 17043:2023.

Phụ lục B

Những xem xét sau đây có thể được tính đến khi thiết lập các tiêu chí về tính có sẵn và tính phù hợp của các chương trình PT và/hoặc và/hoặc các chương trình ILC khác ngoài PT:

Có sẵn:

PT được coi là có sẵn nếu:

- được cung cấp bởi nhà cung cấp PT có thẩm quyền và các tài liệu cần thiết được cung cấp bằng ngôn ngữ quốc gia của cơ quan tham gia hoặc ngôn ngữ mà CAB hiểu được;
- không yêu cầu nhà cung cấp PT phát triển và kết quả có thể được cung cấp trong thời gian ngắn liên quan đến nhu cầu CAB được chính thức hóa trong kế hoạch tham gia PT của họ.

Chú thích: EPTIS là cơ sở dữ liệu toàn cầu (<https://www.eptis.org>) có thể được sử dụng để tìm chương trình PT có sẵn.

Phù hợp:

PT và/hoặc các chương trình ILC khác có thể được coi là phù hợp về mặt kỹ thuật nếu phạm vi được cung cấp tương tự như hoạt động hiện tại của CAB được công nhận. Trong trường hợp các kỹ thuật đo lường hoặc thử nghiệm cụ thể không có sẵn PT và/hoặc và/hoặc các chương trình ILC khác, thì có thể chọn PT và/hoặc các chương trình ILC khác, mà tương tự với phạm vi hoặc lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của CAB.

Appendix B

The following considerations may be taken into account in setting the criteria for availability and appropriateness of PT and/or ILC schemes other than PT:

Availability:

A PT is considered available, if:

- it is offered by a competent PT provider and the required documents are provided in the national language of the participating body or a language understood by the CAB;
- if it does not require a development by the PT provider and the results can be provided within a short time in regard to the CAB needs formalized in its PT participation plan.

Note: EPTIS is a worldwide database (<https://www.eptis.org>) that may be used to find an available PT scheme.

Appropriateness:

A PT and/or ILC other than PT can be regarded as technically appropriate, if the scope of activity being provided is similar to the current practice of the accredited CAB. In the case of specific test or measurement techniques, for which no regular PT and/or ILCs other than PT is available, it may be adequate to choose a PT and/or ILCs other than PT, which is similar to the scope or which covers an important partial aspect of the activity

Phụ lục C

Phụ lục này không phải là bản sao nguyên văn của EA-4/18 nhưng nhấn mạnh các nguyên tắc chung có trong hướng dẫn này.

Tài liệu hướng dẫn EA-4/18 (Hướng dẫn về mức độ và tần suất tham gia thử nghiệm thành thạo) nhằm mục đích thúc đẩy sự hài hòa giữa các AB về cách đánh giá mức độ và tần suất tham gia PT trong quá trình công nhận và hỗ trợ CAB xác định chính sách của mình về mức độ và tần suất tham gia.

A: Các khía cạnh chung

AB cần xem xét các khía cạnh sau đây khi xác định sự phù hợp của kế hoạch tham gia PT của CAB. Nghĩa là, “mức độ” và “tần suất” tham gia PT liên quan đến các hoạt động được thực hiện trong phạm vi công nhận của CAB:

(1) CAB được công nhận nên xác định mức độ và tần suất tham gia của mình sau khi phân tích cân trọng các biện pháp khác để đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả (đặc biệt là những biện pháp có thể phát hiện, định lượng và theo dõi sự gia tăng của độ chệch ở mức độ đã nêu). Mức độ tham gia nên tùy theo phạm vi mà các biện pháp khác đã được thực hiện.

Các loại biện pháp khác để đảm bảo tính giá trị sử dụng của kết quả bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháp được liệt kê trong ISO/IEC 17025:2017, điều 7.7.1 và điều khoản 7.3.7.3 của ISO 15189:2022:

(2) Mức độ rủi ro do CAB được công nhận đưa ra, lĩnh vực mà CAB hoạt động hoặc phương pháp mà CAB đang sử dụng. Điều này có thể được xác định, ví dụ, bằng cách xem xét:

- Số lượng và tần suất thử nghiệm/hiệu chuẩn/lấy mẫu/đo lường được thực hiện;
- Luân chuyển cán bộ kỹ thuật;

Appendix C

This appendix is not a literal copy of EA-4/18 but highlights the general principles included in the guide.

The guidance document EA-4/18 (Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation) aims to promote harmonisation between ABs on how the level and frequency of participation in PT is assessed during the accreditation process and to assist CABs in determining their own levels and frequency of participation.

A: General aspects

The following aspects should be taken into consideration by the AB when determining the suitability of an accredited CAB's PT participation plan. That is, its “level” and “frequency” of participation in PT in relation to the activities, performed under its accreditation scope:

(1) The accredited CAB should define its level and frequency of participation after careful analysis of its other measures for ensuring the validity of results (especially those that are able to disclose, quantify and follow the development of bias of a stated magnitude). The level of participation should be made dependent on the extent to which other measures have been taken.

Other types of measures for ensuring validity of results include, but are not limited to those listed in ISO/IEC 17025:2017, clause 7.7.1 and ISO 15189:2022 clause 7.3.7.3:

(2) The level of risk presented by the accredited CAB, the sector in which it operates or the methodology it is using. This can be determined, for example, by considering:

- Number and frequency of tests/calibrations/sampling/measurements undertaken;
- Turnover of technical staff;

- | | |
|---|---|
| - Kinh nghiệm và kiến thức của nhân viên kỹ thuật; | - Experience and knowledge of technical staff; |
| - Nguồn của liên kết chuẩn đo lường (ví dụ: sự sẵn có của vật liệu chuẩn, chuẩn đo lường quốc gia, v.v.); | - Source of metrological traceability (e.g. availability of reference materials, national measurement standards, etc.); |
| - Độ ổn định/không ổn định của kỹ thuật thử nghiệm hoặc đo lường đã biết trước; | - Known stability/instability of the test or measurement technique; |
| - Tính ổn định của chất phân tích và nền mẫu, ảnh hưởng của việc bảo quản và vận chuyển; | - Stability of the analyte and matrix, and the impact of storage and transportation; |
| - Ý nghĩa và việc sử dụng đầu cuối của dữ liệu thử nghiệm/hiệu chuẩn/lấy mẫu (ví dụ: phòng thí nghiệm khoa học pháp y, an toàn thực phẩm và y tế đại diện cho các lĩnh vực yêu cầu mức độ đảm bảo cao); | - Significance and final use of testing/calibration/sampling data (e.g. forensic science, food safety and medical laboratories represent areas requiring a high level of assurance); |
| - Mức độ rủi ro gây ra bởi các mẫu PT nguy hiểm sinh học được sử dụng và các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cần thiết; | - Level of risk posed by Biohazardous PT items used and the containment precautions required; |
| - Số khoảng hiệu chuẩn khác nhau; | - Number of different calibration intervals; |
| - Độ phức tạp và tính chắc chắn của phương pháp luận; | - Complexity and robustness of the methodology; |
| - Khi cần có tuyên bố về sự phù hợp và thực hiện các thay đổi về thông số kỹ thuật liên quan; | - When statements of conformity are required and changes in related specifications are made; |
| - Rủi ro và cơ hội liên quan đến các hoạt động của phòng thí nghiệm, đặc biệt là những rủi ro sẽ ngăn ngừa hoặc giảm thiểu những tác động không mong muốn và những thất bại tiềm ẩn trong hoạt động của phòng thí nghiệm và đạt được sự cải tiến; | - Risks and opportunities associated with the laboratory activities, in particular those that will prevent, or reduce, undesired impacts and potential failures in the laboratory activities and achieve improvement; |
| - Mức độ xác nhận giá trị sử dụng và/hoặc kiểm tra xác nhận. | - Extent of validation and/or verification. |

(3) Các loại ILC khác nhau có thể được CAB được công nhận sử dụng và phải được AB chấp nhận làm lựa chọn thay thế cho PT, bao gồm:

(3) Different types of ILCs that can be used by accredited CABs and that should be accepted by the AB as alternatives to PTs, include:

- | | |
|---|--|
| - ILC được tổ chức bởi đủ số lượng phòng thí nghiệm dưới hình thức thực hiện một lần hoặc liên tục; | - ILC organised by a sufficient number of laboratories as a one off or continual exercise; |
|---|--|

- Tổ chức so sánh liên phòng nhỏ.

- Organisation of small interlaboratory comparisons.

Chú thích: Các CAB tự tổ chức một ILC nhỏ nên áp dụng các yêu cầu liên quan của ISO/IEC 17043:2023 và EA-4/21 INF nếu kết quả và đánh giá hiệu quả hoạt động được sử dụng làm công cụ giám sát và chứng minh tính hợp lệ về kết quả của họ.

Note: CABs that organise a small ILC among themselves should apply the relevant requirements of ISO/IEC 17043:2023, and EA-4/21 INF if the results and evaluation of performance are to be used as a tool to monitor and demonstrate the validity of their results.

(4) Cần thừa nhận rằng có những lĩnh vực mà việc tham gia PT có thể gặp khó khăn do đặc điểm kỹ thuật của thử nghiệm hoặc đo lường, thiếu chương trình PT, số lượng CAB hiện có trong ngành thấp, v.v. Đối với một số lĩnh vực, PT có thể chỉ khả thi hoặc khả thi về mặt kinh tế đối với các phần của thử nghiệm/hiệu chuẩn được thực hiện (như thử nghiệm EMC (Tương thích điện từ) trên các mẫu đơn giản với số lượng đại lượng hạn chế cần đo). Trong những lĩnh vực này, sự phù hợp của các phép đo khác là điều tối quan trọng.

(4) It should be recognised that there are sectors where participation in PT may be difficult, due to the technical characteristics of the test or measurement, the lack of PT schemes, the low number of existing CABs in the sector, etc. For some fields PT may only be possible or economically feasible for parts of the test/calibration undertaken (i.e. EMC (Electromagnetic compatibility) tests on simple objects for a limited number of quantities to be measured). In these areas the suitability of other measures is paramount.

(5) Bất kỳ yêu cầu nào về tần suất và loại hình tham gia PT từ các nguồn khác, ví dụ: pháp luật, khách hàng...

(5) Any requirements for frequency and type of PT participation from other sources, e.g. legislation, customers, etc.

B: Mức độ và tần suất tham gia

B: Level and frequency of participation

Bước đầu tiên của CAB là xem xét phạm vi công nhận và thử nghiệm/ hiệu chuẩn/ lấy mẫu mà họ được công nhận.

The first step for the CABs is to consider the scope of accreditation and the tests/calibrations/ sampling for which they are accredited.

Lý tưởng nhất là CAB được công nhận sẽ tham gia vào một PT cụ thể cho mọi thử nghiệm hoặc kỹ thuật đo lường mà nó sử dụng và cho mọi đặc tính (thành phần, thông số) được đo trong mọi sản phẩm.

Ideally, an accredited CAB would participate in a specific PT for every test or measurement technique it uses and for every characteristic (component, parameter) measured in every product.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng điều này không phải lúc nào cũng khả thi, cả về mặt bố trí tham lẫn kinh tế. Do đó, AB nên yêu cầu CAB xác định các nhóm lĩnh vực kỹ thuật có năng lực (được xác định bằng tối thiểu một phép thử nghiệm hoặc đo lường, đặc tính và sản phẩm có liên quan). Việc thực hiện đạt được trong PT đối với một sự kết hợp trong một lĩnh vực xác định có thể tương quan trực tiếp với các sự kết hợp khác về kỹ thuật, đặc tính và sản phẩm

However, it is acknowledged that this is not always feasible, both logistically and economically. Therefore, the AB should expect CABs to identify groups of areas of technical competence (defined by a minimum of one test or measurement technique, characteristic and product which are related). The performance obtained in the PT for one combination within a defined area can be directly correlated to the other combinations of

thử nghiệm hoặc đo lường có trong cùng lĩnh vực năng lực kỹ thuật.

test or measurement techniques, characteristics and products contained within the same area of technical competence.

Một phạm vi năng lực kỹ thuật, như đã đề cập ở trên, có thể bao gồm nhiều hơn một kỹ thuật thử nghiệm hoặc đo lường, đặc tính hoặc sản phẩm miễn là có thể chứng minh được tính tương đương và khả năng so sánh. Điều đầu tiên cần cân nhắc đối với một CAB được công nhận khi xác định một lĩnh vực có năng lực kỹ thuật là nó thường không bao gồm các năng lực kỹ thuật khác nhau. Các năng lực kỹ thuật thường có thể được xác định bởi nhu cầu về trình độ, đào tạo và sử dụng các thiết bị, kiến thức hoặc kinh nghiệm khác nhau.

An area of technical competence, as mentioned above, may contain more than one test or measurement technique, characteristic or product as long as equivalence and comparability can be demonstrated. The first consideration for an accredited CAB, when determining an area of technical competence, is that it should generally not contain different technical competences. Different technical competences can usually be identified by the need for different qualifications, training, and use of different equipment, knowledge or experience.

Khi xác định một phạm vi năng lực kỹ thuật, có thể hữu ích nếu xem xét cách tiếp cận từng bước từ kỹ thuật thử nghiệm hoặc đo lường thông qua các đặc tính của sản phẩm. Bởi vì có nhiều khả năng sẽ có một số sản phẩm và/hoặc đặc tính liên quan đến một kỹ thuật thử nghiệm hoặc đo lường trong một phạm vi nhất định hơn là ngược lại:

When determining an area of technical competence, it may be helpful to consider a stepwise approach working up from the test or measurement technique through characteristics to products. This is because it is more likely that there will be several products and/or characteristics associated with one test or measurement technique within a given area than vice versa:

- Liên quan đến kỹ thuật thử nghiệm hoặc đo lường: Có thể nhưng không phổ biến bao gồm các kỹ thuật thử nghiệm hoặc đo lường khác nhau trong cùng một lĩnh vực năng lực kỹ thuật;
- Liên quan đến đặc tính được đo, xác định hoặc nhận biết: Có thể bao gồm nhiều hơn một đặc tính trong cùng một lĩnh vực năng lực kỹ thuật;
- Đối với các sản phẩm được thử: Có thể bao gồm các sản phẩm khác nhau trong cùng một lĩnh vực năng lực kỹ thuật với điều kiện là nền mẫu, đối tượng hoặc vật liệu có bản chất tương đương.

- With reference to the test or measurement technique: It is possible but not common to include different test or measurement techniques in the same area of technical competence;
- With reference to the characteristic to be measured, determined or identified: It may be possible to include more than one characteristic in the same area of technical competence;
- With reference to products to be tested: It may be possible to include different products in the same area of technical competence provided that the matrices, objects or materials included, are of equivalent nature.

Khi CAB được công nhận xác định rằng có nhiều hơn một kỹ thuật thử nghiệm hoặc đo lường, đặc tính hoặc sản phẩm được phân loại trong cùng một lĩnh vực năng lực kỹ thuật, AB

When an accredited CAB determines that more than one test or measurement technique, characteristic or product is classified within the same area of technical competence, the AB

nên đánh giá xem liệu CAB được công nhận có thể chứng minh và giải thích tính tương đương hay không. Điều này thường có thể được thực hiện bằng cách, ví dụ:

- Dữ liệu xác nhận giá trị sử dụng phương pháp, hoặc;
- Sử dụng cùng một phương pháp thử nghiệm

Khi CAB được công nhận đã xác định được lĩnh vực năng lực kỹ thuật của mình thì “mức độ tham gia” có thể được coi là đã được xác định. AB cũng sẽ cần đánh giá mức độ phù hợp về “tần suất” tham gia của CAB, dựa trên mức độ rủi ro và nên thấy được tần suất tham gia tối thiểu đối với từng lĩnh vực năng lực kỹ thuật do CAB đặt ra.

Nên lưu ý rằng theo ISO/IEC 17025:2017 (7.7.1 và 7.7.2) hoặc ISO 15189:2022 (7.3.7.1), CAB được công nhận phải có thủ tục giám sát giá trị sử dụng của các kết quả và được lên kế hoạch. Do đó, sau khi thiết lập được “mức độ” và “tần suất” tham gia, các CAB được công nhận sẽ có thể thiết lập kế hoạch PT của họ. Mức độ và nội dung của kế hoạch này sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh và phạm vi của từng CAB. Điều này sẽ là một phần của chiến lược kiểm soát chất lượng tổng thể (QC) của CAB

Việc thiết lập các lĩnh vực năng lực kỹ thuật có thể khác nhau đối với mỗi CAB được công nhận. Vì lý do này, AB nên mong đợi các CAB được công nhận có thể minh chứng cho các lập luận kỹ thuật dẫn đến quyết định của CAB được công nhận về “các phạm vi được xác định” “mức độ” và “tần suất” tham gia vào PT. Khuyến nghị CAB nên đưa ra tài liệu chứng minh điều này.

should evaluate whether an accredited CAB can justify and demonstrate equivalence. This can usually be done by, for example:

- The method validation data, or;
- Use of the same test method

Once the accredited CAB has defined its areas of technical competence the “level of participation” can be deemed to have been defined. The AB will also need to evaluate the suitability of the “frequency” of participation of the CAB, based on the level of risk, and should expect a minimum frequency of participation for each area of technical competence to be set by the CAB.

It should also be considered that according to ISO/IEC 17025:2017 (7.7.1 and 7.7.2) or ISO 15189:2022 (7.3.7.1) the accredited CAB shall have a procedure for monitoring the validity of results and that these are to be planned. Therefore, once the “level” and “frequency” of participation is established, accredited CABs will be able to establish their PT plan. The extent and content of this plan will depend upon the circumstances and scope of the individual CAB. This should form part of the CAB’s overall quality control (QC) strategy

The establishment of areas of technical competence may be different for every accredited CAB. For this reason, ABs should expect accredited CABs to be able to justify the technical arguments that have led to the accredited CAB’s decision on the “defined areas” “level” and “frequency” of participation in PT. It is recommended that accredited CAB’s document this justification.

Tài liệu tham khảo

References

- | | |
|---|--|
| 1. TCVN ISO/IEC 17025: 2017 | 1. ISO/IEC 17025: 2017 |
| Yêu cầu chung cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn | General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories |
| 2. ISO 15189:2022 | 2. ISO 15189:2022 |
| Phòng xét nghiệm y tế- Yêu cầu về chất lượng và năng lực | Medical Laboratories- Requirements for Quality and Competence |
| 3. TCVN ISO 17034 :2016 | 3. ISO 17034 :2016 |
| Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn | General Requirements for the competence of reference material producers |
| 4. TCVN ISO 17043: 2023 | 4. ISO 17043: 2023 |
| Đánh giá sự phù hợp- Yêu cầu chung cho thử nghiệm thành thạo | Conformity Assessment- General requirements for proficiency testing |
| 5. ILAC P9:06/2014 | 5. ILAC P9:06/2014 |
| Chính sách của ILAC về tham gia PT | ILAC Policy for participation in Proficiency testing activities |
| 6. ILAC G27:2017 | 6. ILAC G27:2017 |
| Hướng dẫn về đo khi thực hiện là một phần của quá trình giám định | Guidance on measurement performed as part of an inspection process |
| 7. EA-4/18 G:2021 | 7. EA-4/18 G:2021 |
| Hướng dẫn về mức độ và tần suất tham gia thử nghiệm thành thạo | Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation |
| 8. TCVN ISO/IEC 17020:2012 | 8. ISO/IEC 17020:2012 |
| Đánh giá sự phù hợp- Yêu cầu cho hoạt động cho các loại hình của tổ chức giám định. | Conformity Assessment- Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection |
| 9. ARI 02 Yêu cầu bổ sung cho hoạt động công nhận giám định | 9. ARI 02 Supplementary Requirements for the Accreditation of Inspection Bodies |