



VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
NATIONAL ACCREDITATION BUREAU (BoA)

YÊU CẦU BỔ SUNG
ĐỂ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC SẢN XUẤT MẪU CHUẨN

*Supplementary requirements for accreditation
of Reference Material Producers*

Mã số/Code: ARRM 01

Lần ban hành/Issue number: 3.25

Ngày ban hành/ Issue date: 01/05/2025

Nội dung		Trang
Phần 1	Giới thiệu	4
	Mục đích	4
	Phạm vi	4
	Chuẩn mực công nhận	4
	Cấu trúc	5
Phần 2	Yêu cầu bổ sung để công nhận tổ chức sản xuất mẫu chuẩn	5
4	Yêu cầu chung	5
4.2	Tính khách quan	5
5	Các yêu cầu về cơ cấu	5
6	Yêu cầu về nguồn lực	6
6.1	Nhân sự	6
6.2	Thầu phụ	6
7	Yêu cầu về kỹ thuật và sản xuất	7
7.6	Thủ tục đo lường	7
7.7	Thiết bị đo	8
7.8	Tính toàn vẹn và xem xét đánh giá dữ liệu	8
7.9	Liên kết chuẩn đo lường của giá trị được chứng nhận	8
7.12	Mô tả đặc trưng	9
7.13	Án định các giá trị tính chất và độ không đảm bảo của chúng	10
7.14	Tài liệu và nhãn mẫu chuẩn	10
7.16	Kiểm soát hồ sơ chất lượng và kỹ thuật	11
8	Yêu cầu về hệ thống quản lý	11
8.5	Kiểm soát hồ sơ (Lựa chọn A)	11
8.6	Xem xét của lãnh đạo (Lựa chọn A)	12
8.7	Đánh giá nội bộ (Lựa chọn A)	12

Content		Page
Section 1	Introduction	4
	Purpose	4
	Scope	4
	Accreditation criteria	4
	Structure	5
Section 2	Supplementary requirements for accreditation of Reference Material Producers	5
4	General requirements	5
4.2	Impartiality	5
5	Structural requirement	5
6	Resource Requirements	6
6.1	Personnel	6
6.2	Subcontracting	6
7	Technical and Production Requirements	7
7.6	Measurement Procedures	7
7.7	Measuring Equipment	8
7.8	Data integrity and evaluation	8
7.9	Metrological traceability of certified values	8
7.12	Characterisation	9
7.13	Assignment of property values and their uncertainties	10
7.14	RM documents and labels	10
7.16	Control of quality and technical records	11
8	Management System Requirements	11
8.5	Control of records	11
8.6	Management Review	12
8.7	Internal Audit	12

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

MỤC ĐÍCH

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 17034:2016 "Yêu cầu về năng lực của tổ chức sản xuất mẫu chuẩn" đề cập các yêu cầu hệ thống quản lý và các yêu cầu kỹ thuật cho các Tổ chức sản xuất mẫu chuẩn (Tổ chức SXMC) áp dụng. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn trên được xây dựng để áp dụng cho Tổ chức SXMC. Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc Gia (Văn phòng CNCLQG) xây dựng tài liệu bổ sung để diễn giải hoặc yêu cầu chi tiết cho tiêu chuẩn nêu trên.

PHẠM VI ÁP DỤNG

Tài liệu này đưa ra các yêu cầu chi tiết và cụ thể để áp dụng cho hoạt động công nhận các tổ chức sản xuất mẫu chuẩn. Các yêu cầu công nhận cho các Tổ chức SXMC không phụ thuộc vào qui mô của tổ chức sản xuất, số lượng các mẫu chuẩn mà Tổ chức SXMC thực hiện hoặc số lượng nhân viên.

CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN

Chuẩn mực để công nhận tổ chức sản xuất mẫu chuẩn bao gồm:

ISO 17034:2016 "Yêu cầu về năng lực của tổ chức sản xuất mẫu chuẩn".

Yêu cầu bổ sung để công nhận cho tổ chức sản xuất mẫu chuẩn

Các chính sách của BoA liên quan công nhận tổ chức sản xuất mẫu chuẩn

Các văn bản pháp qui liên quan đến hoạt động của tổ chức sản xuất mẫu chuẩn.

Ngoài ra còn có các tài liệu kỹ thuật để hỗ trợ các tổ chức sản xuất mẫu chuẩn liên quan tới các lĩnh vực kỹ thuật cụ thể. Một số tài liệu kỹ thuật được viện dẫn trong tài liệu này. Các tài liệu kỹ thuật nhằm đưa ra các hướng dẫn do đó không phải là các yêu cầu để công nhận trừ khi chúng được nêu cụ thể trong tài liệu này.

SECTION 1: INTRODUCTION

PURPOSE

International Standard ISO 17034:2016 "General requirements for the competence of reference material producers" included requirements of management system and technical for Reference material producers (RMP). These requirements are designed to apply to all type's producers. National Accreditation of Bureau (BoA) often need to be developed supplementary requirements to interpret or make detail requirement with respect to the type of producers involved.

SCOPE

This document provides detailed and specified requirements to accreditation for RMP. The accreditation requirements for reference material producers regardless of the organization size, the number of reference material made by producers or the number of personnel.

ACCREDITATION CRITERIA

Accreditation criteria for reference material producers including:

ISO 17025:2016 "General requirements for the competence of reference material producers"

Supplementary requirements for accreditation in the field of reference material producers

BoA policies concerning accreditation for reference material producers

Regulation concerning accreditation for reference material producers

In addition there are some technical documents to assist reference material producers concerning specified technical. Technical documents have been referred in this document. Technical documents aim to assist for reference material producers so that it is not requirement for accreditation unless mention in this document.

CẤU TRÚC

Tài liệu này có 2 phần chính:

Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Các yêu cầu bổ sung để công nhận tổ chức sản xuất mẫu chuẩn

PHẦN 2: CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC SẢN XUẤT MẪU CHUẨN

4. YÊU CẦU CHUNG

4.2 Tính khách quan

4.2.1. Nhân viên của Tổ chức SXMC có trách nhiệm liên quan đến hoạt động sản xuất hoặc bán hàng, quảng cáo thì phải có chính sách rõ ràng để xác định cách thức đảm bảo tính khách quan của họ đối với trách nhiệm sản xuất.

4.2.2. Tổ chức SXMC phải lưu giữ hồ sơ thể hiện xác định khả năng rủi ro trong hoạt động ảnh hưởng tới tính khách quan và bằng chứng giảm thiểu rủi ro.

5. YÊU CẦU VỀ CƠ CẤU

5.1. Trong tài liệu hệ thống quản lý của Tổ chức SXMC phải viện dẫn tới người có thẩm quyền ký được phê duyệt, phạm vi áp dụng hệ thống quản lý theo ISO 17034:2016, phạm vi công nhận và chính sách sử dụng biểu tượng công nhận của Văn phòng CNCLQG

5.2. Trường hợp Tổ chức SXMC có thực hiện sản xuất tại hiện trường, tại địa điểm sản xuất di động phải có các thủ tục đảm bảo quản lý cho hoạt động sản xuất đó.

5.3. Các chính sách của hệ thống quản lý Tổ chức SXMC liên quan tới chất lượng phải được xác định trong sổ tay chất lượng (hoặc với tên gọi khác). Sổ tay chất lượng phải bao gồm hoặc phải viện dẫn các thủ tục của Tổ chức SXMC.

STRUCTURE

This document has 2 main section

Section 1: Introduction

Section 2: Supplementary requirements for accreditation reference material producers

SECTION 2: SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS FOR ACCREDITATION OF REFERENCE MATERIAL PRODUCERS

4. GENERAL REQUIREMENTS

4.2 Impartiality

4.2.1. For RMP staff who may also have production or marketing – related responsibilities, clear policies shall be available to define how impartiality is assured for their manufacturing responsibilities.

4.2.2. RMP shall be kept record for identification of risk to impartiality and evidence of eliminates or minimizes such risk.

5. STRUCTURAL REQUIREMENTS

5.1. Management system document of RMP shall be referenced to signatory authorities, area apply ISO 17034 : 2016, accredited scope and policy for using BoA logo.

5.2. For RMP conduct tests at sites away from its permanent facilities, or in mobile facilities shall have procedures to manage for those manufacturing.

5.3. The producer's management system policies related to quality shall be defined in a quality manual (however named). The quality manual shall include or make reference to the RMP procedures

6. YÊU CẦU VỀ NGUỒN LỰC

6. RESOURCE REQUIREMENTS

6.1 Nhân sự

6.1 Personnel

6.1.1. Hồ sơ nhân sự của Tổ chức SXMC phải bao gồm bằng chứng có liên quan thể hiện đào tạo kỹ năng hoặc năng lực được cung cấp bởi các cơ quan chuyên môn hoặc quy định.

6.1.1. RMP' Personnel records must include relevant evidence showing skills or competency training provided by specialized or regulatory agencies.

6.1.2. Tổ chức SXMC phải chỉ định các cá nhân có thẩm quyền ký chứng nhận mẫu chuẩn, các cá nhân này phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành mẫu chuẩn và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất mẫu chuẩn ít nhất 2 năm.

6.1.2. The RMP must nominate individuals who are authorised to release reference materials, those individuals shall have a degree in a subject relevant to the scope of RM/CRM and at least 2 years experiences on that scope.

6.2 Thầu phụ

6.2 Subcontracting

6.2.1. Những điều sau đây cần được xem xét trong quá trình lựa chọn của nhà thầu phụ:

6.2.1. The following should be considered during review of the subcontractor:

- a. Các thử nghiệm hoặc xác định (tính đồng nhất, ổn định, v.v.) được yêu cầu
- b. phương pháp thử được sử dụng
- c. yêu cầu độ không đảm bảo đo hoặc độ chính xác của phép xác định / thử nghiệm
- d. liên kết chuẩn đo lường
- e. các yêu cầu báo cáo
- f. thực hiện các hoạt động thử nghiệm thành thạo (khi phù hợp và áp dụng);

- a. testing or determination (homogeneity, stability, etc.) required
- b. method(s) used
- c. required measurement uncertainty or accuracy of the determination/testing
- d. metrological traceability
- e. reporting requirements
- f. performance of proficiency testing activities (where suitable and applicable);

6.2.2. Một nhà thầu phụ có năng lực là một cơ sở được công nhận bởi Văn phòng CNCLQG hoặc một cơ sở được công nhận bởi một bên ký kết Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau. Tình trạng công nhận của các nhà thầu phụ cần được xem xét thường xuyên để đảm bảo được cập nhật.

6.2.2. A competent subcontractor is for example, but not limited to, a facility accredited by BoA or a facility accredited by a signatory to a Mutual Recognition Arrangement. The accreditation status of subcontractors shall be regularly reviewed to ensure currency.

6.2.3. Tổ chức SXMC sử dụng thầu phụ liên quan thử nghiệm, hiệu chuẩn cần lựa chọn đơn vị được công nhận bởi tổ chức công nhận được ký ILAC MRA.

6.2.3. RMP using subcontractors for testing and calibration shall select organizations that are accredited by accreditation bodies that have signed ILAC MRA.

6.2.4. Văn phòng CNCL sẽ tổ chức đánh giá năng lực nhà thầu phụ của Tổ chức SXMC hoặc chứng kiến Tổ chức SXMC đánh giá

6.2.4. BoA must conduct assessment for subcontractor of RMP or witness RMP to conduct subcontractor assessment.

năng lực nhà thầu phụ.

7. CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT

7. TECHNICAL AND PRODUCTION REQUIREMENTS

7.6 Thủ tục đo lường

7.6 Measurement procedures

7.6.1. Tổ chức SXMC thực hiện thử nghiệm, hiệu chuẩn để xác định giá trị tính chất của mẫu chuẩn cần được công nhận ISO/IEC 17025 cho các phép thử, hiệu chuẩn bởi tổ chức công nhận có ký thoả thuận ILAC MRA.

7.6.1. RMP performing testing and calibration to determine the property values of reference materials shall be accredited to ISO/IEC 17025 for the relevant tests and calibrations by an accreditation body that is a signatory to the ILAC MRA.

7.6.2. Các Tổ chức SXMC sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn phải duy trì hồ sơ của tất cả các quyết định diễn giải mà Tổ chức SXMC có thể đưa ra như một bằng chứng đảm bảo sự đáp ứng các phương pháp hoặc thông số kỹ thuật có trong các tiêu chuẩn.

7.6.2. RMP using standard methods must maintain records of all interpretive decisions which they may make as a response to ambiguities in the methods or specifications contained in standards.

7.6.3. Việc lựa chọn phương pháp, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phải tuân thủ theo qui định mục 7.2 của ISO/IEC 17025.

7.6.3. Method selection, verification and validation of the method shall comply with the provisions of section 7.2 of ISO/IEC 17025.

7.6.4. Trong một số trường hợp, Văn phòng CNCLQG có thể đưa ra các yêu cầu bổ sung cho các phương pháp tiêu chuẩn. Việc này chỉ được thực hiện khi thử nghiệm theo các yêu cầu đã nêu của một tiêu chuẩn có khả năng gây ra sự không phù hợp về kết quả sai lệch xuất hiện trong báo cáo. Yêu cầu như vậy sẽ chỉ được duy trì cho đến khi tiêu chuẩn được sửa đổi một cách thích hợp.

7.6.4. In some circumstances BoA may impose additional requirements for standard methods. This shall only be done when testing in accordance with the requirements of a standard that is likely to cause a nonconformity with the result of a deviation that appears in such a Requirement report to be maintained only until the standards are appropriately revised.

7.6.5. Trong trường hợp một tiêu chuẩn thử không xác định đầy đủ các phương pháp/kỹ thuật hoặc nội dung không thống nhất khiến cho không thể áp dụng nhất quán các yêu cầu, Văn phòng CNCLQG có thể từ chối công nhận.

7.6.5. Where a standard does not adequately define the methods or contains ambiguities which would make it impossible to consistently apply the requirements, BoA may refuse accreditation.

7.6.6. Một phép thử nghiệm có thể được thực hiện bằng nhiều hơn một phương pháp, thì phải có các tiêu chí bằng văn bản về lựa chọn phương pháp. Khi thích hợp, mức độ tương quan giữa các phương pháp phải được thiết lập và ghi lại.

7.6.6. Where a test can be performed by more than one method, there must be documented criteria for method selection. Where relevant, the degree of correlation between the methods must be established and documented.

7.6.7. Độ không đảm bảo đo được biểu thị bằng độ không đảm bảo đo mở rộng có xác suất bao phủ cụ thể (thường là 95%). Đơn vị của độ không đảm bảo sẽ luôn giống như đơn vị của phép thử hoặc theo phần trăm.

7.7 Thiết bị đo

Các Tổ chức SXMC phải đảm bảo việc tuân thủ chính sách liên kết chuẩn đo lường AR 06 của Văn phòng CNCLQG cho tất cả các thử nghiệm, đo lường và hiệu chuẩn có ảnh hưởng đáng kể đến các giá trị được báo cáo.

Hiệu chuẩn nội bộ

Tổ chức SXMC thực hiện hiệu chuẩn nội bộ cũng sẽ phải được đánh giá kỹ thuật về các công việc hiệu chuẩn này. Việc đánh giá sẽ xác định xem các hiệu chuẩn nội bộ có phù hợp với mục đích sử dụng hay không và ước tính hợp lý về độ không đảm bảo đo liên quan đã được thực hiện. Nếu có thể, việc xem xét hiệu chuẩn nội bộ sẽ được đề cập như một phần của các khía cạnh thiết bị đo trong các cuộc đánh giá lại. Các chuyên gia đánh giá hiệu chuẩn sẽ được sử dụng khi hiệu chuẩn nằm ngoài phạm vi chuyên môn của các chuyên gia kỹ thuật.

7.8 Tính toàn vẹn và xem xét đánh giá dữ liệu

7.8.1. Bất cứ khi nào có thể, một nhân viên thứ hai nên kiểm tra tất cả các tính toán và truyền dữ liệu. Danh tính của nhân viên thứ hai kiểm tra các tính toán và / hoặc truyền dữ liệu phải ghi nhận rõ ràng.

7.8.2. Các vấn đề có thể phát sinh khi các dữ liệu máy tính như bảng tính của trình xử lý số liệu, các tệp báo cáo được sử dụng lại bằng cách ghi đè các kết quả trước đó cần được ghi nhận rõ.

7.9 Liên kết chuẩn đo lường của giá trị được chứng nhận

7.9.1. Các thiết bị thử nghiệm và hiệu chuẩn / kiểm tra có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả

7.6.7. Uncertainty of measurement is to be expressed as the expanded uncertainty having a specific coverage probability (often 95 %). The unit of the uncertainty shall always be the same as method value or percentage.

7.7 Measuring equipment

RMPs must ensure they comply with BoA's Metrological Traceability Policy AR 06 for all tests, measurements and calibrations that have a significant effect on reported values.

In-house calibrations

The RMP performing its internal calibration will also have to be technically assessed for these calibration jobs. The evaluation will determine whether internal calibration is suitable for the intended use and a reasonable estimate of the relevant measurement uncertainty has been made. If possible, internal calibration considerations will be addressed as part of the instrumentation aspects in the reassessment. Calibration auditors will be used when the calibration is outside the scope of expertise of technical assessors.

7.8 Data integrity and evaluation

7.8.1. Whenever possible, a second staff member should check all calculations and data transfers. The identity of the second staff member checking the calculations and/or data transfers must be evident.

7.8.2. Problems can arise when computer data such as a data processor spreadsheet and report files are reused by overwriting previous results that need to be recorded.

7.9 Metrological traceability of certified values Certifying Authorities

7.9.1. Testing and calibration / checking equipment that has a significant effect on the

mẫu chuẩn, thử nghiệm (kể cả các thiết bị sử dụng kiểm soát điều kiện môi trường có tác động quan trọng, nếu cần) phải được hiệu chuẩn bởi các tổ chức hiệu chuẩn theo qui định “Chính sách về liên kết chuẩn đo lường – AR 06” của Văn phòng CNCLQG.

7.9.2. Thiết bị được hiệu chuẩn bằng cách sử dụng các mẫu chuẩn, mẫu chuẩn đã được chứng nhận hoặc các chất chuẩn đã pha chế thông qua việc so sánh với những mẫu chuẩn gốc thì phải đảm bảo:

a. các mẫu chuẩn đủ khả năng để hiệu chuẩn những hạng mục liên quan của thiết bị trên những phạm vi đo mà thiết bị được yêu cầu;

b. có đủ hồ sơ nhận dạng và nguồn gốc mỗi mẫu chuẩn;

c. có đầy đủ các văn bản về những giá trị qui chiếu được xác định (và độ không đảm bảo đo liên quan) của mỗi chất chuẩn bao gồm các chi tiết về tính hiệu lực;

d. có thực hiện phòng ngừa cần thiết để biết được sự khác nhau giữa dạng mẫu của chất chuẩn với dạng mẫu thử nghiệm thực tế tại Phòng thí nghiệm, hoặc đã xác định và tính toán những ảnh hưởng của các dạng mẫu thử.

7.12 Mô tả đặc trưng

7.12.1. Các cơ sở thực hiện việc cung cấp giá trị tham chiếu (đặc trưng) của riêng cơ sở được yêu cầu tham gia vào các hoạt động Thử nghiệm thành thạo (PT) thích hợp.

7.12.2. Các cơ sở được khuyến khích tham gia càng nhiều hoạt động PT càng tốt, nhưng ít nhất năm năm hai lần cho mỗi lĩnh vực đo lường chính hoặc hoạt động liên quan góp phần vào chất lượng của các mẫu chuẩn được sản xuất, nơi có sẵn các chương trình đó.

7.12.3. Khi các chương trình PT chính thức không có sẵn cho bất kỳ hoạt động nào hoặc

reference material, tests reported result (including, where relevant, instruments used for monitoring critical environmental conditions) shall be calibrated by organization base on requirement of BoA mention in “Traceability measurement – AR 06”.

7.9.2. When the laboratory undertakes calibration of equipment using reference material, certified reference material or reference materials developed through comparison with certified reference materials it shall be able to demonstrate that it has:

a. sufficient reference materials to calibrate the relevant items of equipment over the desired measurement ranges;

b. full records of the identity and source of each reference material;

c. full document of the assigned property values (and associated measurement uncertainty) of each reference material including details of the mode of validation;

d. taken any necessary precautions to match the matrices of the reference materials to those encountered in the laboratory’s test samples, or determined and accounted for the effects of any non-matching of matrices.

7.12 Characterization

7.12.1. Facilities which perform their own reference value provision (Characterisation) are required to participate in appropriate Proficiency Testing (PT) activities.

7.12.2. Facilities are encouraged to participate in as broad a range of PT activities as practicable, but at least twice every five years for each major area of measurement or related activity that contributes to the quality of the reference materials produced, where such programs are available.

7.12.3. Where formal PT programs are not available for any activities or do not provide

không cung cấp đủ, các cơ sở phải tìm kiếm các cách thức khác để đảm bảo chất lượng và hiệu suất của các hoạt động góp phần vào chất lượng của mẫu chuẩn.

sufficient coverage, facilities must investigate other means of assuring the quality and performance of the activities which contribute to the quality of the reference material.

7.13 Ấn định các giá trị tính chất và độ không đảm bảo của chúng

7.13 Assignment of property values and their uncertainties

Nhà sản xuất phải có hệ thống để xem xét và khi cần thiết, cập nhật các tính toán độ không đảm bảo của họ sau khi hiệu chỉnh lại thiết bị tham chiếu, thay đổi nhà thầu phụ, thay đổi nhà cung cấp vật liệu hoặc thay đổi khác sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của các thành phần độ không đảm bảo đo có liên quan.

Producers shall have a system for reviewing and where necessary, updating their uncertainty calculations following recalibration of reference equipment, a change of subcontractors, a change of material suppliers or other changes that would significantly affect the value of relevant uncertainty components.

7.14 Tài liệu và nhãn mẫu chuẩn

7.14 RM documents and labels

7.15.1. Trong trường hợp các kết quả không nằm trong Phạm vi được Văn phòng CNCLQG công nhận nhà sản xuất chất chuẩn không được sử dụng biểu tượng Văn phòng CNCLQG.

7.15.1. In instances where results the results are not in the scope of accreditation of the BoA, the Producers should not use the BoA logo.

7.15.2. Báo cáo sơ bộ có thể được ban hành khi các thành phần của chứng chỉ hoặc tài liệu chưa được hoàn thành. Tuy nhiên, những kết quả được báo cáo phải được kiểm tra và cho phép, tình trạng của báo cáo (ví dụ sơ bộ) phải được chứng minh.

7.15.2. Preliminary reports may be issued when components of a certificate or documentation have not yet been completed. However, those results which are reported must be checked and authorized, the status of the report (for example 'preliminary') must be evident.

7.15.3. Khi một cơ sở được công nhận phát hành báo cáo sơ bộ trước báo cáo cuối cùng, báo cáo cuối cùng sẽ chứa một tham chiếu đến báo cáo sơ bộ.

7.15.3. Where an accredited facility issues a preliminary report prior to the final report, the final report shall contain a reference to the preliminary report.

7.15.4. Cơ sở sẽ không được công bố Giấy chứng nhận mẫu chuẩn có độ không đảm bảo của giá trị nhỏ hơn hoặc tốt hơn so với phạm vi được công nhận.

7.15.4. The facility shall not report on a Reference Material Certificate an uncertainty of property value which is less than or better than that stated in the its Scope of Accreditation.

7.15.5. Độ không đảm bảo của phép đo chỉ được làm tròn ở giai đoạn báo cáo cuối cùng, trừ khi phương pháp yêu cầu khác. Làm tròn phải được thực hiện theo mức độ chính xác được chỉ định trong các yêu cầu báo cáo của phương pháp.

7.15.5. Uncertainties of measurement only be performed at the final stage of reporting, unless otherwise required by the method. Rounding should be made to the level of precision specified in the reporting requirements of the method.

7.16 Kiểm soát hồ sơ chất lượng và kỹ thuật

7.16 Control of quality and technical records

- | | |
|--|---|
| <p>7.16.1. Tất cả các hồ sơ phải bao gồm xác nhận của người lập biên bản.</p> <p>7.16.2. Tổ chức SXMC phải xác định các bước quan trọng trong quy trình và đảm bảo rằng danh tính của các nhân viên liên quan được ghi lại.</p> <p>7.16.3. Tối thiểu, hệ thống hồ sơ phải bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nhận dạng mẫu chuẩn;b. nhận dạng hồ sơ;c. ngày của hồ sơ;d. xác định phương pháp thử nghiệm;e. xác định thiết bị thử nghiệm;f. quan sát và tính toán ban đầu;g. xác định người thực hiện các thử nghiệm, đo lường và hiệu chuẩn;h. một dấu hiệu cho thấy các tính toán và truyền dữ liệu thủ công đã được kiểm tra;i. bất kỳ thông tin nào khác được chỉ định trong phương pháp, các tài liệu hợp đồng khác hoặc các quy định theo luật định có liên quan. <p>7.16.4. Làm tròn kết quả chỉ được thực hiện ở giai đoạn báo cáo cuối cùng, trừ khi phương pháp yêu cầu khác. Làm tròn phải được thực hiện theo mức độ chính xác được chỉ định trong các yêu cầu báo cáo của phương pháp.</p> <p>7.16.5. Trừ khi có quy định khác, thời gian lưu hồ sơ không được nhỏ hơn 5 năm hoặc trong trường hợp hồ sơ thiết bị, khoảng thời gian hiệu chuẩn tối đa của thiết bị (tùy theo thời gian dài hơn).</p> | <p>7.16.1. All records must include the identity of the person making the record.</p> <p>7.16.2. RMP shall have identify the critical steps(s) in the process and ensure that the identities of the staff concerned are recorded.</p> <p>7.16.3. Minimum, the records system must include the following:</p> <ul style="list-style-type: none">a. the RM identification;b. records identification;c. date of the records;d. the identity of test methods;e. the identity of test equipment;f. original observations and calculations;g. the identity of the person performing tests, measurements and calibrations;h. an indication that calculations and manual data transfers have been checked;i. any other information specified in the method, other contractual documents or relevant statutory regulations. <p>7.16.4. Rounding of results shall only be performed at the final stage of reporting, unless otherwise required by the method. Rounding should be made to the level of precision specified in the reporting requirements of the method.</p> <p>7.16.5. Unless otherwise prescribed, records retention times shall not be less than 5 years or, in the case of equipment records, the maximum recalibration interval of equipment (whichever is the longer period).</p> |
|--|---|

8. YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ

8. MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS

8.5 Kiểm soát hồ sơ

8.5 Control of records

Thời gian lưu giữ hồ sơ không được dưới 5	Unless otherwise prescribed by legislation or
---	---

năm trừ khi có giao ước hợp đồng hoặc quy định pháp lý.	contractual obligation, retention times for keeping records will not be less than 5 years.
---	--

8.6 Xem xét của lãnh đạo

8.6 Management review

Tổ chức sản xuất mẫu chuẩn phải thực hiện xem xét của lãnh đạo toàn bộ hệ thống quản lý theo ISO 17034:2016 ít nhất 12 tháng/lần	RMP shall conduct management review for total management system base on ISO 17034:2016 at least one time per 12 months
--	--

8.7 Đánh giá nội bộ

8.7 Internal audit

Tổ chức sản xuất phải thực hiện đánh giá nội bộ toàn bộ hệ thống quản lý theo ISO 17034:2016 ít nhất 12 tháng/lần	RMP shall conduct internal audit for total management system based on ISO 17034:2016 at least one time per 12 months
---	--