



啟鑫科技/希馬頓科技

最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： PH-0074-10

品名： Philips Efficia, 6 inch Wall Mount

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2015/4/2	第一版	ANGELA	
A2	2015/8/25	增加標示止附螺絲凸出長度0.16"~0.18"	ANGELA	
A3	2016/9/6	客戶設變，WMM0001B1A-1 變更為 WMM0001B2C-1	ANGELA	



啟鑫科技/希馬頓科技
最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3			
PART NAME 品 名	Philips Efficia, 6 inch Wall Mount	PART NO. 品 號	PH-0074-10
COLOR 顏 色	CENTRAL OFFICE WHITE (GCX -WP01)		

略圖 Illustration:

外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢查外觀，依啟鑫檢驗規範檢驗	1-1
2	目視	檢查是否於(WM0029M32A)貼上(LBL-0003-65)	1-2
3	目視	檢查(WMM0001B2A)是否有鎖入(HDW-0010-05) x 4pc，並注意須與(WMM0001B2A-1)底部齊平，不可凸出	1-3
4	扭力扳手	使用23in-lb扭力扳手鎖TILT兩顆螺絲FST-0015-68x2pcs至指定23in-lb	1-4
5	目視	檢查(FST-0024-77) x 4pcs 是否有凸出長度0.16"~0.18"	1-5
6	目視	檢查是否於指定位置貼上(LBL-0001-24A)	1-6
7	扭力扳手	檢測PIN(WM0029M25A)與螺帽(FST-0028-73)接合是否牢固	附件二

零附件:

1	目視	檢查附件包(PH-0074-10 BAG00)有無漏裝，包含：(DU-PH-0074-04 rev A) x 1pcs、(WMM0013P3A) x 1pcs、(FST-0052-35(bN) x 4pcs、(PH0074S1A) x 1pcs	附件三

包裝方式：
將(PH-0074-10 SUB)使用PE袋包裝，並與附件包(PH-0074-10 BAG00)一同裝入外箱(P-0002-R49--357205157A)中，封箱後，於側邊左上角貼上產品標籤，左下角貼上透明PO





啟鑫科技/希馬頓科技
最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3			
PART NAME 品 名	Philips Efficia, 6 inch Wall Mount	PART NO. 品 號	PH-0074-10
COLOR 顏 色	CENTRAL OFFICE WHITE (GCX -WP01)		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
8	COC文件	需按照零件WMM0013P1A/2A/3A之WI-03規範的COC文件在此組裝出貨時隨貨附上	無
9	COC - 轉騰文件	另需轉騰本司之COC格式在此組裝成品上，與單品零件之COC資料一起隨貨附上	附件四

零附件:

包裝方式：

將(PH-0074-10 SUB)使用PE袋包裝，並與附件包(PH-0074-10 BAG00)一同裝入外箱(P-0002-R49--357205157A)中，封箱後，於側邊左上角貼上產品標籤，左下角貼上透明PO





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3


附件一




1-1





1-2



1-3




1-4



1-5



1-6



LBL-0001-24A



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3

附件二

①



②



③



④



說明:

1. 將扭力扳手設定為20 in/lbs(圖一)
2. 將扭力扳手置入FST-0028-73螺帽內，水平反時針方向將locknut旋鬆。(圖二)
3. 當扭力扳手卡嗒聲產生時(圖三)，而locknut沒被旋鬆，表示此時的產品ok。
反之如果locknut很容易被旋鬆，且沒有卡嗒聲產生時，表示此時的產品NG。
4. 產品合格後，是否有在固定螺帽(FST-0028-73)上塗上綠色的合格記號。



啟鑫科技/希馬頓科技
最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3


附件三



PH-0074-10 BAG00



PH0074S1A



DU-PH-0074-04 rev A



WMM0013P3A



FST-0052-35 04BAGX4



FST-0052-35(bN)



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3

附件四



Pyramids Technology Corp.

No.222, Sec. 2, Chengtai Rd.,
Wugu Dist., New Taipei City 24841, Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-2-8292-3286, Fax:886-2-8292-3270
URL: www.pyramids.com.tw

CERTIFICATE OF CONFORMANCE

Customer: GCX

Purchase Order NO:

Part Number : PH-0074-10

Part Description: Philips Efficia, 6 inch Wall Mount

Quantity on order:

Lot (wwyy) Code :

Pyramids Corporation hereby certifies all materials; parts and/or services listed on the above order form have been controlled, inspected and/or tested to conform to the requirements of said Purchase Order.

Pyramids Corporation also certifies the manufacturing, inspection, and testing processes (as applicable), as well as raw materials conform to the design specification.

Yours Truly,

QC Vice President/Mr. Gary Chen
Pyramids Technology Corp

Date



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄