



啟鑫科技/希馬頓科技

最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： MDT-0006-65

品名： Medtronic Situate Stand Handle

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2017/1/11	第一版	Jay	
A2	2017/3/14	更新附件三量測照片	Jay	



啟鑫科技/希馬頓科技

最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A2			
PART NAME 品 名	Medtronic Situate Stand Handle	PART NO. 品 號	MDT-0006-65
COLOR 顏 色	WP-18/BP-07		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢查外觀有無污損,撞傷,缺料,黑點	1-1
2	目視	檢驗標籤是否正確、螺絲是否鎖至定位	1-2
3	目視	印刷字體需清晰,不可漏字,疊印	2-1
4	高度規	尺寸檢驗:1.750" +/-0.01",0.410"+/-0.01	附件三

零附件:

包裝方式：

將成品用PE袋包妥並貼上白色成品標籤,如圖一,





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

版本：A2

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一



1-1



1-2



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

版本：A2

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二



2-1





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

版本：A2

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件三





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄