



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： VER-0001-04

品名： Verathon Power Supply Holster

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2014/12/30	第一版	Bruce	



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1			
PART NAME 品 名	Verathon Power Supply Holster	PART NO. 品 號	VER-0001-04
COLOR 顏 色	GCX-GP26		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	依啟鑫外觀檢查通則規範檢驗。	無
2	目視	檢驗FST-0018-03x3pcs是否與VER0001S4Ax1pcs齊平。	附件一
3	目視	RSL0001P1Ax1pcs與RSL0001P2A x1pcs使用FST-0012-25x2pcs鎖入後是否有適當距離。	附件一

零附件:

包裝方式：將VER-0001-04 x1pcs裝入P-BUBBLE WRAP--220140H後裝入P-0002-R146--15241524762A，封箱後貼上產品標籤及透明PO。最後將成品箱放至磅秤，然後把數據記錄在過磅上，並整理堆疊於棧板。





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範


Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1

附件一



鎖入FST-0018-03x3pcs後須注意是否與VER0001S4Ax1pcs齊平。



FST-0012-25 x2pcs鎖到耐落即可



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄