



啟鑫科技/希馬頓科技

最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： PH0059P7A-LG

品名： PHILIPS TRIM ECG BIN DIVIDER

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2015/5/18	第一版	Neil	



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1			
PART NAME 品 名	PHILIPS TRIM ECG BIN DIVIDER	PART NO. 品 號	PH0059P7A-LG
COLOR 顏 色	GCX Light Grey Bin Dividers		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
外觀	目視	依照啟鑫塑膠件檢驗規範	無
外觀	目視	使用2.5mm塊規檢驗成品翹曲度	附件一

零附件:

包裝方式：使用PE袋包裝





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A1

附件一



使用2.5mm塊規不可插入成品為OK



OK



使用2.5mm塊規插入成品內為NG



NG



PH0059P7A
-GCX-WP-03

PH0059P7A-LG

PH0059P7A-COW

PH0059P7A



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄