



啟鑫科技/希馬頓科技

最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

最終檢驗規範

客 戶： GCX

品 號： PH-0074-04

品名： PHILIPS EFFICIA ADAPTER PLATE

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2017/1/5	第一版	Richard	
A2	2017/3/9	增加客訴資訊	PHILIP	
A3	2017/10/19	變更LBL-0001-24A位置	Richard	



啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3			
PART NAME 品 名	PHILIPS EFFICIA ADAPTER PLATE	PART NO. 品 號	PH-0074-04
COLOR 顏 色	CLEAR ANODIZE		

略圖 Illustration:



外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢驗PH0074S1A外觀有無汙損和銳角	無
2	目視	PH0074S1A貼有LBL-0001-24A標籤 X 1PCS	附件一
		FST-0052-35(bN)和PH0074S1A的包裝袋上必須要貼上產品標籤	附件一

零附件:

1	目視	檢視10號夾鏈袋內有PH0074S1A X 1PCS、DU-PH-0074-04 REV B X 1PCS	附件一
		FST-0052-35(bN) X 4PCS(使用4號夾鏈袋包裝)，在裝入於PKG-0002-AK1內	

包裝方式：把包好的成品放入內盒PKG-0002-R261 / P-0002-R261--103103210A，貼上產品標籤和PO標然後封箱(1盒1入),準備外箱P-0003-80-486324762B，把包好的內盒放入進去(1外箱放入40PCS內盒)，貼上產品標籤和PO標然後封箱，再進行秤重的動作，並將數據紀錄於成品過磅單






啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

版本：A3


附件一



產品標籤



PH0074S1A X 1PCS



DU-PH-0074-04 REV B X 1PCS



產品標籤

FST-0052-35(bN) X 4PCS





啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

客訴問題記錄

NCMR# 12/20/2016 Eason - 1. PH0074S1A (Mounting Plate) didn't place with DC into the
50291 AK 1 mailer. See the Routing step 20 & 30.
2. Wrong carton to package the production. PKG-0002-R261 is correct form routing
(step 40).
Please refer the attachments
包材未符合客戶規範