

NuklindoLab

KOPERASI JASA KESELAMATAN RADIASI DAN LINGKUNGAN

Plaza Ciputat Mas Blok A Kav. B, Jl. Ir. H Juanda No. 5A Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412, Telp.021-74786334

Laboratorium: Plaza Ciputat Mas Blok B Kav. P - Q, Jl. Ir. H Juanda No. 5A Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412

Email: cs@kop-jkrl.co.id, tld@kop-jkrl.co.id

Website : www.kop-jkrl.co.id

PT. HALMAHERA JAYA FERONIKEL

Up. Nanda Jasri Ichsan Maulana

Ds. Kawasi, Kec. Obi

Kab. Halmahera Selatan

Maluku Utara 97792

Telp. 0895380210334

LAPORAN HASIL UJI PEMANTAUAN DOSIS PERORANGAN Nomor: 3800/LHU-EDP/NL/IV/2026

Tanggal Pengiriman TLD : 03 April 2026
Tanggal Penerimaan TLD : 03 April 2026
Tanggal Pelayanan TLD : 03 - 12 April 2026
Kode Instansi : I0991-01

[NL378-2026]

No. Urut	No. Lencana	Nama Pekerja Radiasi	Kurva Kalibrasi	Dosis Ekuivalen (mSv)	
				Hp(10)	Hp(0,07)
Periode pemakaian: Januari - Maret 2026					
Divisi :-					
1.	001	Nanda Jasri Ichsan Maulana	X-ray 60 kV	0.012±11%	-
2.	002	Irvan Asri Hasan	X-ray 60 kV	0.009±11%	-
3.	003	Maulida Qurrota'ayun	X-ray 60 kV	0.006±11%	-
4.	004	Nurhidayah	X-ray 60 kV	0.008±11%	-
5.	005	Oxana Arung Rante Langi	X-ray 60 kV	0.011±11%	-
6.	006	Zhou Jia Cheng	X-ray 60 kV	0.010±11%	-
7.	007	Tang Lin Lin	X-ray 60 kV	0.009±11%	-

NL378-2026



NuklindoLab

KOPERASI JASA KESELAMATAN RADIASI DAN LINGKUNGAN

Plaza Ciputat Mas Blok A Kav. B, Jl. Ir. H Juanda No. 5A Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412, Telp.021-74786334
Laboratorium: Plaza Ciputat Mas Blok B Kav. P - Q, Jl. Ir. H Juanda No. 5A Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412
Email: cs@kop-jkrl.co.id, tld@kop-jkrl.co.id
Website : www.kop-jkrl.co.id

LAPORAN HASIL UJI PEMANTAUAN DOSIS PERORANGAN Nomor: 3800/LHU-EDP/NL/IV/2026

Tanggal Pengiriman TLD : 03 April 2026
Tanggal Penerimaan TLD : 03 April 2026
Tanggal Pelayanan TLD : 03 - 12 April 2026
Kode Instansi : I0991-01

No. Urut	No. Lencana	Nama Pekerja Radiasi	Kurva Kalibrasi	Dosis Ekuivalen (mSv)	
				Hp(10)	Hp(0,07)
Periode pemakaian: Januari - Maret 2026					
Divisi :-					
8.	C	Kontrol			

Metode uji

IK-7.2.01.09-01/NL (Evaluasi Dosimeter Perorangan modifikasi dari General Safety Guide No. GSG-7, IAEA (2018).

Elemen TLD dibaca pada tanggal 10 April 2026 dengan TLD reader BARC tipe T1010A seri 22101564063. Bacaan dikonversi menjadi dosis menggunakan kurva kalibrasi yang tersedia (yang ditetapkan pada tahun 2019): ^{60}Co , ^{137}Cs , X-Ray (40, 60, 80, 100, 150, dan 250 kV), ^{85}Kr , dan ^{90}Sr .

Reader dioperasikan pada suhu ruangan 25 Celcius dan kelembaban ruangan 53%

Catatan:

- Limit deteksi TLD: Co-60 (0.034 mSv), Cs-137 (0.033 mSv), X-ray 250 kV (0.027 mSv), X-ray 150 kV (0.018 mSv), X-ray 100 kV (0.011 mSv), X-ray 80 kV (0.007 mSv), X-ray 60 kV (0.004 mSv), X-ray 40 kV (0.003 mSv), Sr-90 (0.095 mSv), Kr-85 (0.083 mSv).
- Hasil uji dilengkapi dengan ketidakpastian tingkat kepercayaan 95%(2 σ).
- PERKA BAPETEN No 4/2013, Nilai Batas Dosis untuk Hp(10): 20 mSv/Tahun (5mSv/3 bulan), dan Hp(0.07):500 mSv/tahun (125 mSv/3 bulan).
- Hasil uji di atas hanya berlaku untuk TLD yang dibaca.

Tangerang Selatan, 11 April 2026
Kepala NuklindoLab

Dr. Eko Pudjadi, M. Sc.
NIK. 19681107-201907-049

