

Sensor Test Report



Order No.	GS-3050EA
Customer:	Air Liquide France Industrie - EL
Customer Ref.	4500232912 MAT
Report Version	1

Type	Model	Range	Target	S/N	Date	Zero Gas	Zero Conc.	Zero Resp.	Dev. (+/-)	Span Gas	Span Conc.	Span Resp.	Dev. (+/-)	Result
GS-3050EA		30 ppm	DEMS	N0022222	2024-05-23	Air	Ambient	222 ppm	740 %	DEMS	2 ppm	2 ppm	0 %	PASSED