

DIVISIÓN HUMANA

POCT

Código	Producto	Metodología	Presentación	Analizadores
K331-4	Bioclin POCT FIA Troponina I-US	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,03 a 20,00 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K339-4	Bioclin POCT FIA Troponina I	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,1 a 50,00 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K341-4	Bioclin POCT FIA Cardíaco (CK-MB, cTnI, MyO)	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa CK-MB 2,00–100,00 ng/mL · cTnI 0,10–50,00 ng/mL · MyO 10,00–400,00 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K338-4	Bioclin POCT FIA CK-MB	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 2,00 a 100,00 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K340-4	Bioclin POCT FIA NT-ProBNP	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 150,00 a 35.000,00 pg/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K363-4	Bioclin POCT FIA BNP	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 10,00 a 5.000,00 pg/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K332-4	Bioclin POCT FIA D-Dímero	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 100,00 a 10.000,00 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K336-4	Bioclin POCT FIA PCR/PCR-US	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,50 a 200,00 mg/L	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K337-4	Bioclin POCT FIA Procalcitonina	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,10 a 100,00 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K335-4	Bioclin POCT FIA HbA1c	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 3,0 a 15%	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K333-4	Bioclin POCT FIA 25-OH Vitamina D	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 10,00 a 100,00 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K334-4	Bioclin POCT FIA Beta-hCG	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 2,00 a 200.000,00 mUI/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K366-4	Bioclin POCT FIA AMH	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,1 a 20,0 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K367-4	Bioclin POCT FIA Estradiol	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 15,0 a 3.000,00 pg/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0

Código	Producto	Metodología	Presentación	Analizadores
K368-4	Bioclin POCT FIA FSH	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,5 a 200,0 mUI/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K370-4	Bioclin POCT FIA LH	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,5 a 200,0 mUI/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K374-4	Bioclin POCT FIA Progesterona	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,5 a 60,0 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K375-4	Bioclin POCT FIA Prolactina	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,5 a 200,0 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K377-4	Bioclin POCT FIA PSA Total	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,1 a 100,0 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K376-4	Bioclin POCT FIA PSA Libre	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,1 a 60,0 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K371-4	Bioclin POCT FIA T4 Libre	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,04 a 100,0 ng/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K372-4	Bioclin POCT FIA TSH	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 0,1 a 100,0 mUI/L	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K378-4	Bioclin POCT FIA T4 Total	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 10,0 a 320,0 nmol/L	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K373-4	Bioclin POCT FIA Vitamina B12	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 50,0 a 2.000,0 pg/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0
K369-4	Bioclin POCT FIA IgE Total	Fluorescence Immunoassay (FIA) · faixa 1,0 a 1000,0 UI/mL	25 testes	Leitor de imunofluorescência Bioclin POCT FIA 1.0