附件 2 平常日-西線-仁愛聯檢生化血清

臺北市立聯合醫院「檢體運送裝備」紀錄表　仁愛聯檢(生化血清)

合約廠商:元鴻通運　路線：西線-平常日

車號： KPB-3955　駕駛人:廖曉維

日期	院區	到達時間	檢體項目	封箱溫度	檢體運送箱封箱貼紙是否完整	簽章院區醫檢師	簽章駕駛人員	開箱溫度	檢體運送箱封箱貼紙是否完整	簽章聯檢醫檢師	簽章駕駛人員	備註
	中興		□生化血清	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	昆明		□生化血清	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	和平		□生化血清	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	婦幼		□生化血清	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	到達仁愛											□開箱溫度/封條不合格□其他
	昆明		□生化血清	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	中興		□生化血清	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	和平		□生化血清	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	婦幼		□生化血清	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	到達仁愛											

◎註記：仁愛聯檢(生化血清)合格溫度≦18℃

◎註記：請合約廠商駕駛人員於收送檢體時攜帶此日誌表至各院區，由各院區檢驗科工作人員填具此表格並簽章後，駕駛人員核對內容無誤並簽章，並每日送交本院仁愛聯檢(生化血清)，俾利核銷。

品質主管:　　技術主管:

附件 2 平常日-西線-仁愛聯檢細菌

臺北市立聯合醫院「檢體運送裝備」紀錄表　仁愛聯檢(細菌)

合約廠商 元鴻通運　路線：西線-平常日

車號：KPB-3955　駕駛人：廖曉維

日期	院區	到達時間	檢體項目	封箱溫度	檢體運送箱封箱貼紙是否完	簽章院區醫檢師	簽章駕駛人員	開箱溫度	檢體運送箱封箱貼紙是否完	簽章聯檢醫檢師	簽章駕駛人員	備註
	中興		□細菌	□細菌:室溫____℃	□是 □否			□細菌:室溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
				□細菌:低溫____℃	□是 □否			□細菌:低溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	昆明		□細菌	□細菌:室溫____℃	□是 □否			□細菌:室溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
				□細菌:低溫____℃	□是 □否			□細菌:低溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	和平		□細菌	□細菌:室溫____℃	□是 □否			□細菌:室溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
				□細菌:低溫____℃	□是 □否			□細菌:低溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	婦幼		□細菌	□細菌:室溫____℃	□是 □否			□細菌:室溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
				□細菌:低溫____℃	□是 □否			□細菌:低溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	到達仁愛											
	昆明		□細菌	□細菌:室溫____℃	□是 □否			□細菌:室溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
				□細菌:低溫____℃	□是 □否			□細菌:低溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	中興		□細菌	□細菌:室溫____℃	□是 □否			□細菌:室溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
				□細菌:低溫____℃	□是 □否			□細菌:低溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	和平		□細菌	□細菌:室溫____℃	□是 □否			□細菌:室溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
				□細菌:低溫____℃	□是 □否			□細菌:低溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	婦幼		□細菌	□細菌:室溫____℃	□是 □否			□細菌:室溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
				□細菌:低溫____℃	□是 □否			□細菌:低溫____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	到達仁愛											

◎註記：仁愛聯檢(細菌)合格溫度:室溫22-35℃/低溫2-8℃

◎註記：請合約廠商駕駛人員於收送檢體時攜帶此日誌表至各院區，由各院區檢驗科工作人員填具此表格並簽章後，駕駛人員核對內容無誤並簽章，每日以75%酒精擦拭與消毒檢體運送裝備紀錄清潔表一併送交本院仁愛聯檢(細菌)，俾利核銷。

品質主管:　　技術主管:

附件 2 平常日-西線-昆明（檢驗科）

臺北市立聯合醫院「檢體運送裝備」紀錄表　昆明(性防)

合約廠商：元鴻通運　　路線：西線-平常日

車號： KPB-3955　　駕駛人：廖曉維

日期	院區	到達時間	檢體項目	封箱溫度	檢體運送箱封箱貼紙是否完整	簽章院區醫檢師	簽章駕駛人員	開箱溫度	檢體運送箱封箱貼紙是否完整	簽章昆明性防醫檢師	簽章駕駛人員	備註
	中興		□昆明(性防)	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	到達昆明											
	和平		□昆明(性防)	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	婦幼		□昆明(性防)	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	仁愛		□昆明(性防)	□:____℃	□是 □否			□:____℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	到達昆明											

◎註記：昆明(性防)合格溫度≤25℃

◎註記：請合約廠商駕駛人員於收送檢體時攜帶此日誌表至各院區，由各院區檢驗科工作人員填具此表格並簽章後，駕駛人員核對內容無誤並簽章，並每日送交本院昆明(性防)，俾利核銷。

品質主管:　　技術主管:

附件 2 平常日-西線-昆明（TB 病原實驗室）

臺北市立聯合醫院「檢體運送裝備」紀錄表 昆明(TB病原實驗室)

合約廠商：**元鴻通運** 路線：西線-平常日

車號： **KPB-3955** 駕駛人：**廖曉維**

日期	院區	到達時間	檢體項目	封箱溫度	檢體運送箱封箱貼紙是否完整	簽章 院區醫檢師	簽章 駕駛人員	開箱溫度	檢體運送箱封箱貼紙是否完整	簽章 昆明TB醫檢師	簽章 駕駛人員	備註
	中興		□昆明(TB)	□:___ ℃	□是 □否			□:___ ℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	到達昆明(TB)											
	和平		□昆明(TB)	□:___ ℃	□是 □否			□:___ ℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	婦幼		□昆明(TB)	□:___ ℃	□是 □否			□:___ ℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	仁愛		□昆明(TB)	□:___ ℃	□是 □否			□:___ ℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	到達昆明(TB)											
★				星				期				五
	中興		□昆明(TB)	□:___ ℃	□是 □否			□:___ ℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	和平		□昆明(TB)	□:___ ℃	□是 □否			□:___ ℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	婦幼		□昆明(TB)	□:___ ℃	□是 □否			□:___ ℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	仁愛		□昆明(TB)	□:___ ℃	□是 □否			□:___ ℃	□是 □否			□開箱溫度/封條不合格□其他
	到達昆明(TB)											★只有禮拜五

◎註記：昆明(TB病原實驗室)合格溫度0℃-8℃

◎註記：請合約廠商駕駛人員於收送檢體時攜帶此日誌表至各院區，由各院區檢驗科工作人員填具此表格並簽章後，駕駛人員核對內容無誤並簽章，並每日送交本院昆明(TB病原實驗室)，俾利核銷。

品質主管: 技術主管: