

DensitoAI — паспорт решения

ЛЦТ 2026, задача 4 (ДЗМ / ЦДиТ): оценка технического качества денситометрических исследований. Команда DensitoAI. Версия сервиса 2.4.0, хэш конфигурации 1f12392d7373, 24.09.2026.

Задача и результат

На вход — DICOM денситометра GE Lunar Prodigy (папка, zip, отдельные файлы или приём по DICOM). На выход — CSV строго в 9 колонках по ТЗ п. 2.5, плюс XLSX, технический CSV, DICOM SR и PNG-оверлеи. Две области (поясничный отдел позвоночника, проксимальный отдел бедра), пять критериев: укладка, ось позвоночника, посторонние предметы; укладка и область интереса бедра. Полностью локально: Docker на CPU, без внешних API.

Как устроено

Два независимых контура на каждый критерий: А — измеренная геометрия кости (ось, центр, края поля, металл; логистическая регрессия на 1–5 признаках), Б — эмбединги свёрточной сети. Ранговое усреднение 0,5 / 0,5, порог по распространённости нарушения на обучающей выборке, зона «не уверен» у порога. Каждое решение объяснимо: карточка показывает скор и порог каждого критерия и измерения в градусах и мм.

Качество (out-of-fold, 100 исследований / 499 файлов заказчика; ДИ 95 % — бутстрап по исследованиям)

Критерий	n / с нарушением	ROC-AUC	F1	ДИ 95 % F1	Порог
Укладка, позвоночник	166 / 10	0,893	0,500	[0,12; 1,00]	0,861
Ось позвоночника	166 / 17	0,889	0,605	[0,29; 0,82]	0,777
Посторонние предметы	166 / 35	0,823	0,535	[0,24; 0,74]	0,602
Укладка, бедро	329 / 79	0,725	0,432	[0,22; 0,60]	0,658
Область интереса, бедро	329 / 16	0,917	0,514	[0,00; 0,91]	0,918

Задача «есть нарушение» целиком: позвоночник ROC-AUC 0,813, F1 0,662; бедро ROC-AUC 0,760, F1 0,516. Положительных примеров мало (укладка позвоночника — 10 кадров в 6 исследованиях), поэтому интервалы широкие; мы их показываем, а не прячем.

Как проверяли

Любое изменение модели, порога или признака принималось только через вложенную повторную кросс-валидацию по группам (5 внешних фолдов, 10–20 повторов, группа = исследование и хэш пикселей, чтобы клоны кадров не попадали в обе части) и калиброванную парную проверку. Одно исключение указано явно: новый признак укладки позвоночника дал прирост ROC-AUC +0,119 во всех 20 повторах, но у парной проверки на 6 положительных исследованиях не хватает мощности (нижняя граница ДИ90 = -0,004) — признак принят решением команды, и это написано в отчётах. Дополнительно: проверка измерений на фантомах (ось — средняя ошибка 0,35°, центр — 0,09 мм), стресс-набор битых и нестандартных входов (18 / 18), проверка на 904 снимках чужих аппаратов; впечатанная разметка денситометра убирается до оценки (на 499 кадрах с синтетической разметкой смена класса 29,3 % без очистки и 4,2 % с очисткой).

Что в поставке

Docker-образ (CPU) и исходники с контрольными суммами; офлайн-проверка «из коробки» без сети (18 / 18 проверок); REST API с кодом доступа к результатам; веб-кабинет врача и лаборанта: очередь по риску, карточка решения, слой сегментации, предложение области интереса бедра с решением специалиста, сводка по партии для заведующего, журнал исследований с поиском по ФИО и дате, статусами и комментариями (ФИО маскированы, просмотр фиксируется); DICOM SR и SC-серия; приём по DICOM; отказ по неподдерживаемой области и чужому аппарату.

Скорость и ресурсы

Один снимок на боевом сервере: медиана 0,54 с, 95-й перцентиль 1,76 с (позвоночник — 2,85 с); 499 файлов — 368 с; память процесса 536 МиБ, образ 2,57 ГБ; офлайн-проверка проходит при ограничении 2 vCPU и 3 ГБ памяти.

Чего мы не обещаем

Это не медицинское изделие и не диагноз: сервис оценивает техническое качество укладки и области интереса, решение принимает врач. Обучение и проверка — на одном аппарате (GE Lunar Prodigy) одной организации, 252 уникальных кадра; на других аппаратах результат не определён (на 904 чужих PNG сервис без фильтра аппарата давал 70–92 % «нарушений», поэтому такие снимки теперь получают отказ). Пропускную способность отделения и экономию пересъёмок не обещаем — это требует проверки в работе.

Источники чисел: models/metrics_summary.json, docs/METRICS_REPORT.md, docs/NESTED_GATE_REPORT.md (часть 5), docs/MEASUREMENT_CHECK.md, docs/PERFORMANCE.md, docs/EXTERNAL_DXA.md — в репозитории решения; демо-стенд <https://neuropeople.pro>.